

Sistema Sanitario Regionale Piemonte
Azienda Ospedaliera Nazionale
**SS. ANTONIO e BIAGIO
e CESARE ARRIGO**
Alessandria

Sede legale: via Venezia n.16 - 15100 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111. Telefax: (0131) 236227

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 677

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di giugno in una sala degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" - via Venezia, 16 - 15100 Alessandria

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT.SSA GIOVANNA BARALDI

ai sensi della D.G.R. n.42 - 1370 del 27/04/2015

Acquisito il parere del - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - dott. Francesco ARENA
- DIRETTORE SANITARIO - dott.ssa Paola COSTANZO

adotta la deliberazione all'oggetto indicato:

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA, IN AMBITO EUROPEO, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ANALITICO MISTO PER TEST DI DIAGNOSTICA AUTOIMMUNE, COMPRENSIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA, OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA. GARA 6077143 - CIG 62944497A1. (SPESA PRESUNTA € 1.231.545,25 IVA INCLUSA).

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA, IN AMBITO EUROPEO, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ANALITICO MISTO PER TEST DI DIAGNOSTICA AUTOIMMUNE, COMPRENSIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA, OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA. GARA 6077143 – CIG 62944497A1. (SPESA PRESUNTA € 1.231.545,25 IVA INCLUSA).

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n.677 del 27/05/2016 della S.C. Acquisti e servizi economici dalla cui istruttoria si evince che:

“VISTO il D.Lgs 12/04/2006 nr.163 e s.m.i. "Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed il D.P.R. 05/11/2010 n.207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i." che disciplinano la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

VISTO il D.Lgs 18/04/2016 nr.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore generale di questa Azienda n.293 del 25/06/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta una procedura aperta in ambito europeo, per la fornitura di n.1 sistema analitico misto per test di diagnostica autoimmune, comprensivo del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica, occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria, da aggiudicare alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione qualitativa da effettuarsi da parte di un'apposita commissione giudicatrice. (Gara n. 6077143).

DATO ATTO CHE:

- con la deliberazione del Direttore generale di questa Azienda n.293 del 25/06/2015 sopra citata, sono stati approvati i seguenti documenti:
 - ✓ Capitolato di gara e relativi allegati
 - ✓ bando integrale di gara;
 - ✓ estratto del bando di gara;
- con la sopra richiamata deliberazione del Direttore generale di questa Azienda n.293 del 25/06/2015, si disponevano, altresì, le modalità di pubblicazione del bando di gara e dell'estratto al bando di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 79 del 08/07/2015;
- che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10/07/2015, n. 2015/S 131-240306;
- che il bando di gara è stato pubblicato sull'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici dal 10/07/2015, con l'attribuzione del codice 25481;

- che l'estratto del bando di gara è stato pubblicato su "Il Giornale Del Piemonte" del 22/07/2015, su "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" del 22/07/2015, su " Il Secolo XIX ed. Basso Piemonte" del 22/07/2015 e su "Il Garantista ed. Nazionale" del 22/07/2015;
- che il bando ed il capitolato di gara completo di allegati, sono stati pubblicati sul profilo dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria;
- che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto in data 30.09.2015, ore 12,00.
- entro il termine di scadenza fissato sopra citato, sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti Ditte:
 - 1) R.T.I.: Alifax srl (Mandataria) - Instrumentation Laboratory SpA (Mandante) – prot. n.18779 del 29/09/2015;
 - 2) R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) – Euroimmun Italia srl (Mandante) – prot. n.18836 del 29/09/2015;
- l'aggiudicazione della fornitura è prevista ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione della quale verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui:
 - a) prezzo: punti max 70 (ove per prezzo si intende il costo complessivo della fornitura),
 - b) qualità: punti max 30 (attribuiti secondo i criteri dettagliati nel capitolato speciale di gara e relativi allegati).
- come risulta dal verbale stilato e redatto in data 23.10.2015 dal seggio di gara di questa Azienda, costituito ai sensi del regolamento generale per l'attività contrattuale di questa Azienda Ospedaliera, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.300 del 05.12.2013, i soggetti partecipanti sono stati ammessi a partecipare alla gara, come da documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- la Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del Direttore generale n.692 del 07/10/2015, ha proceduto in data 23.10.2015, dapprima, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e, quindi, alla prima seduta di valutazione qualitativa delle offerte, come risulta dai relativi verbali, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- con deliberazione del Direttore generale n.1001 in data 23.12.2015 è stata modificata la composizione della commissione giudicatrice nominata con deliberazione n.692/2015;
- la Commissione Giudicatrice nella composizione ridefinita con deliberazione 1001/2015, ha provveduto in data 20/01/2016 e 11/02/2016 a formulare i propri giudizi, come risulta dai relativi verbali, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- nel corso della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria svoltasi in data 15.03.2016, veniva dichiarata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D. Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. a favore del R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) – Euroimmun Italia srl (Mandante), così come si desume dal relativo verbale redatto per l'occasione dal seggio di gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, alle condizioni di seguito riportate:

DITTA	COSTO TOTALE FORNITURA (IVA ESCLUSA)
R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) – Euroimmun Italia srl (Mandante)	€ 1.009.463,32

- il R.T.I. Alifax srl - Instrumentation Laboratory SpA durante la seduta di aggiudicazione provvisoria in data 15.03.2016, provvedeva ad effettuare delle osservazioni in merito alla valutazione qualitativa, come da documento allegato al verbale di tale seduta;

- la commissione giudicatrice nelle sedute in data 24/03/2016 e 13/04/2016 provvedeva ad esaminare e ad esprimere i propri giudizi sulle contestazioni sopra citate, come da verbali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il seggio di gara di questa Azienda, costituito ai sensi del regolamento generale per l'attività contrattuale di questa Azienda Ospedaliera, ha provveduto in data 05/05/2016 alla lettura in seduta pubblica dei verbali della commissione giudicatrice sopra citati e alla confermata dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D. Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. a favore del R.T.I.: Phadia srl (Mandatario) – Euroimmun Italia srl (Mandante), come da verbale in data 15/03/2016, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, alle condizioni di seguito riportate;

RITENUTO di procedere all'aggiudicare definitiva della fornitura in oggetto, a favore del R.T.I.: Phadia srl (Mandatario) – Euroimmun Italia srl (Mandante).

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del disposto di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale di gara, l'importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente fornitura (calcolato sul 10% dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa) risulta il seguente:

DITTA	IMPORTO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA	CAUZIONE DEFINITIVA	MODALITA' STIPULA CONTRATTO
R.T.I.: Phadia srl (Mandatario) – Euroimmun Italia srl (Mandante).	€ 1.009.463,32	€ 100.946,33	Scrittura privata

- l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto nella misura del 50% all'Impresa in possesso dei requisiti prescritti dall'art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. applicabile anche alle forniture e servizi in virtù della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.7 dell'11.09.2007.
- ai sensi del disposto di cui all'art.11 8° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti a carico del soggetto contraente.
- la stipula del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall'art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dal Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53.
- per le finalità previste dall'art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come modificato dall'art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall'effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale (S.C.R.).

17 GIU. 2016

- per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di riferimento elaborati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni oggetto del presente provvedimento.
- la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara approvato con deliberazione del Direttore generale di questa Azienda n.414 del 22/07/2015 esecutiva ai sensi di legge.
- alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n.62944497A1, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..

PRECISATO INFINE quanto segue:

- l'appalto in oggetto sostituisce parzialmente una precedente fornitura, il cui contratto risulta prorogato, ed è stato espletato sulla base di dati di attività riferiti a questa Azienda Ospedaliera e all'ASL AL;
- l'attività analitica di cui trattasi rientra infatti tra gli esami specialistici che, ai sensi della DGR nr.11-5524 del 14.03.13 e DGR 50-2484 del 23.11.15 dovranno essere accentrati, relativamente all'ambito provinciale, presso questa Azienda Ospedaliera in qualità di HUB, entro il 31.12.16;
- ai sensi della DGR 50-2484 citata, la funzione di laboratorio HUB, a partire dall'1.1.16, e remunerata riconoscendo, per le Analisi trasferite tra Aziende, una percentuale dell'85% del tariffario vigente.

CONSIDERATO CHE la spesa per la fornitura in oggetto, pari a complessivi € 1.231.545,25 I.V.A. inclusa verrà sui conti sotto riportati degli anni di competenza, con la suddivisione definita dalla decorrenza contrattuale subordinata al collaudo della strumentazione:

€ 184.220,00 I.V.A. inclusa, sul conto 3.10.05.04 "Canoni per beni strumentali sanitari"
€ 1.042.393,38 IVA inclusa sul conto 3.10.01.07 "Reagenti di laboratorio"
€ 4.931,85 IVA inclusa sul conto 3.10.01.37 "Supporti meccanografici"

RILEVATA la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento per assicurare il completo e corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'art. 28, c. 2. L.R. n. 10 del 24.01.1995."

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

ACQUISITO il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Sanitario nonché quello favorevole del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza

DELIBERA

1. di disporre, a seguito di procedura aperta in ambito europeo, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, la fornitura di n.1 sistema analitico misto per test di diagnostica autoimmune, comprensivo del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica full risk, occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria, per il periodo di mesi 60 dalla data di collaudo/messa in funzione della strumentazione, alle condizioni economiche dettagliatamente descritte nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo ammontante a Euro 1.009.463,32 I.V.A. esclusa:

AGGIUDICATARIO: costituendo R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) – Euroimmun Italia srl (Mandante).

Mandataria

Ditta Phadia srl

Sede legale:

via Libero Temolo 4

20126 MILANO

P. I.V.A. 04338170964

TEL.02 64163411 FAX 800 324692

PEC gara.phadiasrl.it@pec.thermofisher.com

Mandante

Euroimmun Italia srl

Sede legale:

c.so Stati Uniti 4

35127 Padova

P. I.V.A. 03680250283

TEL.049 7800178 FAX 049 7808103

PEC euroimmun.ufficiogare@cert.neispa.com

2. DI SPECIFICARE inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale notificato ed accettato dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi del disposto di cui all'art. 11 8° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti a carico della Ditta risultata aggiudicataria e la stipula del relativo contratto con la ditta aggiudicataria verrà effettuata, entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione come prescritto dall'art. 79 5° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dal Decreto Legislativo 20.032010 n. 53.

4. DI EVIDENZIARE che alla presente procedura è stato assegnato il C.I.G. n. 62944497A1, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i..
5. DI STABILIRE come segue, ai sensi del disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs.163/2006, l'importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente fornitura (calcolato sul 10% dell'importo contrattuale complessivo I.V.A. esclusa):

DITTA	IMPORTO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA	CAUZIONE DEFINITIVA	MODALITA' STIPULA CONTRATTO
R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) – Euroimmun Italia srl (Mandante).	€ 1.009.463,32	€ 100.946,33	Scrittura privata

6. DI PRECISARE, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di acquisto senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a gare effettuate da centrali di committenza regionale ovvero al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
7. DI DARE ATTO CHE la spesa per la fornitura in oggetto, pari a complessivi € 1.231.545,25 I.V.A. inclusa verrà sui conti sotto riportati degli anni di competenza, con la suddivisione definita dalla decorrenza contrattuale subordinata al collaudo della strumentazione:
 € 184.220,00 I.V.A. inclusa, sul conto 3.10.05.04 "Canoni per beni strumentali sanitari"
 € 1.042.393,38 IVA inclusa sul conto 3.10.01.07 "Reagenti di laboratorio"
 € 4.931,85 IVA inclusa sul conto 3.10.01.37 "Supporti meccanografici"
8. DI EVIDENZIARE le variazioni societarie che interesseranno la ditta Phadia a decorrere dal 4 luglio 2016, come da documento allegato come da documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
9. DI DARE INFINE ATTO che i dati utili, che i dati utili, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013, sono i seguenti:

Nome Impresa o altro soggetto beneficiario	Codice Fiscale Partita IVA	Importo IVA inclusa	Struttura e Responsabil e del procedimen to	Durata del contratto	Norma o titolo	Modalità eseguita Individuazione del Beneficiario	Link da allegare (Progetto, Curriculum , contratto)
R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) – Euroimmun Italia srl (Mandante).	04338170964 03680250283	€ 1.231.545,25	S.C. Acquisti e Gestione Servizi Economici – Stefania Ferrando	60 mesi dal collaudo	D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	Procedura aperta	Il presente provvedimento

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Giovanna BARALDI





Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
Altresì

DELIBERA

Di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art.28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL DIRETTORE GENERALE
D^{ssa} Giovanna BARALDI



A.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" - ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 - 15121 ALESSANDRIA

C.F. - P.IVA 01640560064

Verbale di ammissione delle Ditte partecipanti alla procedura aperta per la fornitura di n.1 sistema analitico misto per test di diagnostica autoimmune, comprensivo del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica, occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria.

Gara n. 6077143.

L'anno 2015, addì 23 del mese di ottobre, alle ore 11.10 ca., presso la sala riunioni dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunito il seggio di gara costituito ai sensi del regolamento generale per l'attività contrattuale di questa Azienda Ospedaliera, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.300 del 05.12.2013, nelle seguenti persone:
Presidente:

Dott.ssa CRISTINA CABIATI, nata a Alessandria (AL), il 01.06.1964 domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, la quale interviene nella sua qualità di Direttore della S.C. Acquisti e Gestione Servizi economici.

Testimoni noti, richiesti ed idonei:

- Sig.ra: GERARDA MONTRONE, nata a Cerignola (FG) il 25.10.1965, Assistente Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

- Sig.ra: GIULIA GAGLIARDI, nata ad Broni (PV) il 09.12.1991, Assistente Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, Segretario verbalizzante:

- Sig.ra: STEFANIA FERRANDO, nata a Alessandria il 16.05.1975,

Collaboratore Amministrativo Professionale dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Sono altresì presenti:

Dr.ssa Cinzia CATTANEO, nata a Milano il 09/05/1954, identificata mediante l'esibizione della Patente di guida n.TO5788362X, rilasciata dalla MCTC di Torino il 07/12/1976, la quale dichiara di presenziare per la Ditta Phadia s.r.l. ed esibisce delega;
ed esibisce delega;

Dr.ssa Enrica VATTUONE, nata a Sestri Levante (GE) il 29/09/1975, identificata mediante l'esibizione della Patente di guida n.U1D104664X, rilasciata dalla MIT-UCO il 28/02/1994, la quale dichiara di presenziare per la Ditta Euroimmun Italia s.r.l., ed esibisce delega;

Sig. Marco CERRATO, nato a Asti il 15/08/1968, identificato mediante l'esibizione della Carta di Identità n.4097926AA, rilasciata dal Comune di Asti, il quale dichiara di presenziare per la Instrumentation Laboratory SpA, ed esibisce procura speciale;

Sig. Loris D'AGOSTINO, nato a Merano (BZ) il 27/11/1954, identificato mediante l'esibizione della Carta di Identità n.AV8372401, rilasciata dal Comune di Milano, il quale dichiara di presenziare per la Ditta Alifax SpA, ed esibisce procura speciale;

IL PRESIDENTE

premette e dichiara

- che con deliberazione del Direttore generale n.293 del 25/06/2015 veniva indetta la gara a procedura aperta, per la fornitura di n.1 sistema analitico misto per test di diagnostica autoimmune, comprensivo del materiale di consumo, occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. (Gara n. 6077143);

- che sempre con la deliberazione del Direttore generale n.293 del 25/06/2015 sono stati approvati i seguenti documenti:


- Capitolato di gara e relativi allegati

- bando integrale di gara;
- estratto del bando di gara;
- che con la sopra richiamata deliberazione del Direttore generale, si disponevano, altresì, le modalità di pubblicazione del bando di gara e dell'estratto al bando di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 79 del 08/07/2015;
- che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 10/07/2015, n. 2015/S 131-240306;
- che il bando di gara è stato pubblicato sull'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici dal 10/07/2015, con l'attribuzione del codice 25481;
- che l'estratto del bando di gara è stato pubblicato su "Il Giornale Del Piemonte" del 22.07.2015, su "Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici" del 22.07.2015, su " Il Secolo XIX ed. Basso Piemonte" del 22.07.2015 e su "Il Garantista ed. Nazionale" del 22.07.2015;
- che il bando ed il capitolato di gara completo di allegati, sono stati pubblicati sul profilo dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria;
- che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto in data 30.09.2015, ore 12,00.

Tutto ciò premesso

Il Presidente della gara dichiara aperta la seduta, avverte che da questo momento le offerte pervenute non possono essere più ritirate e che non sono valide altre offerte sostitutive o integrative.

L'aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione della quale verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui:



a) prezzo: punti max 70 (ove per prezzo si intende il costo complessivo della fornitura),

b) qualità: punti max 30 (attribuiti secondo i criteri dettagliati nel capitolato speciale di gara e relativi allegati).

Si procederà all'aggiudicazione della presente fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida, ai sensi del Capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 81, 3° comma del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Il Presidente constata che entro il termine di scadenza fissato al 30.09.2015 (ore 12,00), sono pervenute le offerte dalle seguenti Ditte:

- 1) R.T.I.: Alifax srl (Mandataria) - Instrumentation Laboratory SpA (Mandante) – prot. n.18779 del 29/09/2015;
- 2) R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) – Euroimmun Italia srl (Mandante) – prot. n.18836 del 29/09/2015;

Il Presidente, a questo punto, procede all'apertura dei plichi delle Ditte offerenti e stabilisce di aprire i plichi di cui sopra, di accertarne il contenuto, e contestualmente di provvedere ad aprire le sole buste contenenti la documentazione amministrativa comprovante l'ammissibilità delle Ditte a proseguire la presente gara, verificando la rispondenza dei documenti in esse contenute con quanto richiesto dall'art.5 del Capitolato Speciale di gara.

Il Presidente apre nel seguente ordine i plichi pervenuti entro il termine prescritto e ne accerta il contenuto che risulta essere il seguente:

• Plico n. 1 R.T.I.: Alifax srl - Instrumentation Laboratory SpA, contenente:

- 1) Busta documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara.
- 2) Busta documentazione tecnica.
- 3) Busta offerta economica.

Plico n. 2 R.T.I.: Phadia srl – Euroimmun Italia srl, contenente:

- 1) Busta documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara.
- 2) Busta documentazione tecnica.
- 3) Busta offerta economica.

All'atto delle operazioni di apertura, i plichi sono stati contrassegnati all'esterno con il numero corrispondente e la data della presente seduta, e analogo contrassegno è stato apposto anche sulle tre buste in essi contenute. Sui plichi e sulle tre buste è stata altresì apposta la sigla dei componenti il seggio di gara.

A questo punto si dà atto che il Presidente ha provveduto ad aprire le sole buste contenenti la documentazione amministrativa, comprovante l'ammissibilità delle Ditte a proseguire la presente gara, ed ha accertato la rispondenza dei documenti in esse contenuti con quanto richiesto nel Capitolato Speciale di gara.

Il Presidente dichiara che le offerte vengono ammesse alla successiva fase di gara, in cui una apposita Commissione Giudicatrice, nominata con deliberazione del Direttore generale n.692 del 07/10/2015, procederà all'apertura in seduta pubblica della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti;

A questo punto il Presidente dispone e si accolla l'onere di trasmettere i plichi chiusi contenenti la documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice costituita con deliberazione del Direttore generale n.692 del 07/10/2015, per l'apertura degli stessi in seduta pubblica (riferimento art. 283 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 così come modificato dall'art. 12 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito con modificazioni nella Legge 06.07.2012 n. 94), e per le successive valutazioni ad essa deputate, mentre si fa carico di conservare i plichi con le offerte economiche, unitamente a tutta la documentazione oggi esaminata, presso gli uffici dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, in un armadio chiuso a chiave.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 11.20 ca.. Viene redatto il




presente verbale che, composto da n.5 facciate e mezza ca.,
comprese le sottoscrizioni, viene letto alla presenza dei testi e così
approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
(Dott. ssa CRISTINA CABIATI)




IL TESTIMONE
(Sig.ra GERARDA MONTRONE)



IL TESTIMONE
(Sig.ra GIULIA GAGLIARDI)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Sig.ra STEFANIA FERRANDO)





A.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" – ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 – 15121 ALESSANDRIA

C.F. – P.IVA 01640560064

Verbale di apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica fatta pervenire dalle Ditte partecipanti alla procedura aperta per la fornitura di n.1 sistema analitico misto per test di diagnostica autoimmune, comprensivo del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica, occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria.

Gara n. 6077143.

L'anno 2015, addì 23 del mese di ottobre alle ore 11.20 ca., presso la sala riunioni dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con deliberazione del Direttore generale n.692 del 07/10/2015, nelle seguenti persone:

Presidente:



- dott. Paolo DELLA PIETRA, Dirigente Direzione Medica dei Presidi ASO AL

Componenti:

- dott.ssa Lorenza GIARGIA, Dirigente S.C. Lab. Analisi ASO AL
- ing. Gianluca MAROCCO, Dirigente S.S. Ingegneria Clinica ASO AL

Segretario Verbalizzante: Stefania FERRANDO, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Come prescritto dall'art. 282 3° comma del D.R.P. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. i componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di
Gara n. 6077143 - Verbale di apertura buste tecniche



accettare l'incarico conferito con deliberazione del Direttore generale n.692 del 07/10/2015, nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 84 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e di astensione previste dall'art. 51 del Codice Procedura Civile.

Sono altresì presenti:

Dr.ssa Cinzia CATTANEO, nata a Milano il 09/05/1954, identificata mediante l'esibizione della Patente di guida n.TO5788362X, rilasciata dalla MCTC di Torino il 07/12/1976, la quale dichiara di presenziare per la Ditta Phadia s.r.l. ed esibisce delega;
ed esibisce delega;

Dr.ssa Enrica VATTUONE, nata a Sestri Levante (GE) il 29/09/1975, identificata mediante l'esibizione della Patente di guida n.U1D104664X, rilasciata dalla MIT-UCO il 28/02/1994, la quale dichiara di presenziare per la Ditta Euroimmun Italia s.r.l., ed esibisce delega;

Sig. Marco CERRATO, nato a Asti il 15/08/1968, identificato mediante l'esibizione della Carta di Identità n.4097926AA, rilasciata dal Comune di Asti, il quale dichiara di presenziare per la Instrumentation Laboratory SpA, ed esibisce procura speciale;

Sig. Loris D'AGOSTINO, nato a Merano (BZ) il 27/11/1954, identificato mediante l'esibizione della Carta di Identità n.AV8372401, rilasciata dal Comune di Milano, il quale dichiara di presenziare per la Ditta Alifax SpA, ed esibisce procura speciale;



IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Richiama il verbale del seggio di gara redatto in data odierna



23/10/2015 con il quale si è proceduto all'ammissione alla gara a procedura aperta delle offerte presentate dalle seguenti Ditte:

- 1) R.T.I.: Alifax srl (Mandataria) - Instrumentation Laboratory SpA (Mandante) - prot. n.18779 del 29/09/2015;
- 2) R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante) - prot. n.18836 del 29/09/2015;

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la seduta e preliminarmente prende atto che le Ditte ammesse sono state convocate per la presente seduta con comunicazione prot. ASO AL n.21678 in data 15/10/2015, trasmessa a mezzo mail.

Quindi depone sul tavolo i plichi contenenti la documentazione tecnica delle ditte offerenti e stabilisce di aprire i plichi di cui sopra e di verificarne il contenuto così come prescritto dall'art. 12 2° comma del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito con modificazioni nella Legge 06.07.2012 n. 94. La predetta normativa, nel modificare l'art. 283 2° comma del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, ha stabilito che la Commissione Giudicatrice apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

Si procede pertanto all'apertura dei plichi in esame dando atto che sono chiusi e sigillati. Viene effettuato un raffronto tra la documentazione tecnica presentata da ciascuna ditta e l'elenco della stessa documentazione previsto dall'art. 6 del Capitolato Speciale di gara. La verifica ha esito positivo per tutte le ditte. Il Presidente dichiara che, al termine della presente seduta, la Commissione giudicatrice procederà all'esame delle offerte tecniche pervenute per la valutazione qualitativa, e che qualora non venissero terminati i
Gara n. 6077143 - Verbale di apertura buste tecniche

Q

leg

PDI
PDI

lavori, i plichi con le offerte tecniche verranno conservati all'interno di un armadio chiuso a chiave in locale ritenuto idoneo presso gli uffici dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, in attesa del prossimo incontro.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 11.35 ca.. Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 3 facciate e mezza ca., comprese le sottoscrizioni, viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti la Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

dott. PAOLO DELLA PIETRA *Paolo Della Pietra*

I COMPONENTI

dott.ssa Lorenza GIARGIA *Lorenza Giargia*

ing. Gianluca MAROCCO *Gianluca Marocco*

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Stefania FERRANDO *Stefania Ferrando*

Am



**VERBALE DI VALUTAZIONE QUALITATIVA RELATIVA ALLA
 PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ANALITICO MISTO
 PER TEST DI DIAGNOSTICA AUTOIMMUNE,
 COMPRENSIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA,
 OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA SANITARIA
 OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA.**

GARA N. 6077143

Il giorno ventitré ottobre duemilaquindici alle ore 11.35 ca, presso la Sala Riunioni dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con deliberazione del Direttore generale n. n.692 del 07/10/2015, nelle seguenti persone:

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| ▪ dott. Paolo DELLA PIETRA | Dirigente Direzione Medica dei Presidi ASO AL | Presidente |
| ▪ dott.ssa Lorenza GIARGIA | Dirigente S.C. Laboratorio Analisi ASO AL | Componente |
| ▪ Ing. Gianluca MAROCCO | Dirigente S.S. Ingegneria Clinica ASO AL | Componente |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Stefania FERRANDO - Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione del Direttore generale n.293 del 25/06/2015 veniva indetta la gara a procedura aperta, per la fornitura di n.1 sistema analitico misto per test di diagnostica autoimmune, comprensivo del materiale di consumo, occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. (Gara n. 6077143);
- in data odierna, 23/10/2015, il seggio di gara di questa Azienda Ospedaliera, costituito ai sensi della regolamento generale per l'attività contrattuale di questa Azienda Ospedaliera, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.300 del 05.12.2013, procedeva in seduta pubblica all'apertura delle offerte relative alla gara in oggetto, presentate dalle R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante) e R.T.I.: Alifax srl (Mandataria) - Instrumentation Laboratory SpA (Mandante), e all'ammissione delle offerte;

Scopo dell'incontro è la valutazione qualitativa delle proposte formulate, facendo seguito alla seduta pubblica in data odierna (23/10/2015) di apertura delle offerte tecniche relative alla gara in oggetto.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i Componenti nelle persone sopra citate, dichiara aperta la seduta.

Viene constatata l'integrità della documentazione tecnica contenuta nei plichi pervenuti.

La Commissione prende atto dei criteri di valutazione qualitativa previsti all'art.9 del Capitolato Speciale di gara, e dettagliati nella Scheda tecnica.

GL PDP



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 - www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. - P.I. 01640560064

Si decide di non suddividere ulteriormente i punteggi previsti per la valutazione qualitativa.

Si prosegue quindi con l'esame della documentazione tecnica allegata alle offerte formulate dalle ditte partecipanti e ammesse alla gara, sotto indicate:

Fornitore	R.T.I PHADIA S.R.L. (azienda mandataria) - EUROIMMUN ITALIA S.R.L (azienda mandante)
Produttore	PHADIA AB - EUROIMMUN AG
Modello	Phadia 250 System, IF SPRINTER IFA, EUROPATTERN SUITE 1,5, EUROSTAR III PLUS, FOTOCAMERA LUMENERA, EUROBLOTMASTER 30, SOFTWARE EUROLINESCAN, SOFTWARE GESTIONALE EUROLABOFFICE

Fornitore	R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante)
Produttore	si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto
Modello	si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto

Si decide di predisporre una tabella comparativa delle offerte pervenute, sulla base dell'Allegato 2 Scheda tecnica, compilato da ciascuna ditta partecipante, e viene incaricando l'ing. Marocco di procedere in tal senso.


Il Presidente, sentiti i componenti ed il segretario, decide quindi di sospendere i lavori e concorda che i lavori proseguiranno in data 05/11/2015 alle ore 14.00.

Il Presidente si assicura che la custodia dei plichi contenenti la documentazione e le offerte di tutti i concorrenti avvenga all'interno di un armadio chiuso a chiave in locale ritenuto idoneo presso gli uffici dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Terminati così i lavori odierni, si scioglie la seduta alle ore 12.00.

Del che viene redatto il presente verbale composto da n. 2 fasciate e mezza ca., comprese le sottoscrizioni, che, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto:

Presidente	dott. Paolo DELLA PIETRA	
Componente	dott.ssa Lorenza GIARGIA	
Componente	ing. Gianluca MAROCCO	
Segretario verbalizzante	Stefania FERRANDO	




Instrumentation
Laboratory

PROGETTO TECNICO

"FOGLIO DI DETTAGLIO " PUNTO b.2) – DOCUMENTAZIONE TECNICA



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel: 0131 206111 – www.ospedale.ai.it
info@ospedale.ai.it
asoalexandria@pec.ospedale.ai.it (solo certificata)

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA

**APERTA, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ANALITICO MISTO PER TEST DI
DIAGNOSTICA AUTOIMMUNE,**

**COMPRESIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA,
OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO**

ANALISI DELL'AZIENDA SANITARIA


OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA


Ru

PDP
f. Ley

ALIFAX s.r.l.
Procuratore Speciale
FRANCESCA RIZZONATO

Instrumentation Laboratory SpA
Viale Monza 339 - 20128 Milano - Italia
Jordi Lopez Sole
Direttore Generale






Instrumentation
Laboratory

Foglio di dettaglio della composizione del sistema offerto, con codici, descrizione dettagliata e quantità delle componenti (rif. Pag 7 Capitolato Speciale)

Strumentazione offerta (descrizione e codice):		
A	n. 1 strumento completamente automatico idoneo alle analisi con metodiche non in micropiastra (FEIA o immunofluorescenza / CLIA o immunochemiluminescenza)	BIO-FLASH cod. T3710-0344
B	n. 1 processatore automatico di vetrini, tecnologia IFI o immunofluorescenza indiretta	GEMINI COMBO cod. STR 9162250000 (il sistema "Gemini Combo" include già un PC)
C	n. 1 strumento dotato di software specifico per acquisizione e interpretazione immagini fluoroscopiche collegato a microscopio robotizzato ed a microscopio di backup non robotizzato	AKLIDES INSTRUMENT cod. MP 3842
		MICROSCOPIO NIKON Eclipse E200 Luce LED cod. W21AI013
D	n. 1 sistema automatico per immunoblotting	BLUEDIVER INSTRUMENT cod. DTK BLUEDIVER.xx
E	n. 1 software gestionale di settore (middleware) per gestione automatica e completa del paziente compresa l'archiviazione delle immagini	NEWLAB SOFTWARE GESTIONALE DI SETTORE cod. ES NEWLAB
F	Strumentazione accessoria	Banconi: nella lista degli accessori di seguito riportata
		n. 3 sgabelli per il personale
		n. 1 centrifuga nuova non refrigerata da banco (CENTRIFUGA VWR MEGA STAR 3.0 PACKAGE cod. VW 521-1751 + ADAPTER SET 27X5/7 ML VACUTAINER cod. VW 521-1437)

leggi per

Q



Instrumentation
Laboratory

A Werfen Company

Accessori forniti in dotazione alla strumentazione:

	codice	descrizione	quantità
A dedicati allo strumento BIOFLASH	W21USF200	GRUPPO CONTINUITA' USF 200	1
	00051009970	STAMPANTE LASER LEXMARK MS410dn	1
	W21TLB160P	TAVOLO CON RUOTE A DUE PIANI (160 x 78 x 85)	1
B dedicati allo strumento GEMINI COMBO	SITAVIMM	TAVOLO (200x70 cm) CON RUOTE	1
	SIC11CC70011	STAMPANTE LASER EPSON AL-M200DN	1
	VI 1000	GRUPPO DI CONTINUITA' 1000VA	1
	MO 1100	LETTORE DATALOGIC MAGELLAN 1100i CON CAVO E ALIMENTATORE	1
C dedicati allo strumento AKLIDES INSTRUMENT	SI1055001	TAVOLO CON RUOTE A DUE RIPIANI (100x70cm)	1
	CE956A	STAMPANTE LASERJET PRO 400 COLOR M451NW	1
	VI 1000	GRUPPO DI CONTINUITA' 1000VA	1
	MP 3716	AKLIDES SYSTEM ANA SCREENING SW LICENSE	1
	MP 4220	AKLIDES TITER DETERMINATION SOFTWARE	1
	MP 4076	AKLIDES SYSTEM ANA BASIS EVALUATION SW LICENSE	1
	MP 4077	AKLIDES SYSTEM CRITHIDIA EVALUATION SW LICENSE	1
	MP 4079	AKLIDES SYSTEM ANCA EVALUATION SW LICENSE	1
	MP 4081	AKLIDES SYSTEM TISSUES DOCUMENTATION LICENSE	1
	MP 4078	AKLIDES SYSTEM SW LICENSE	1
	MP 4080	AKLIDES DATA BASE LICENSE	1
D dedicati allo strumento BLUEDIVER INSTRUMENT	DTK DrDOTxx.xx	Dr DOT Software	1
	DTK BLUESCAN	Dr DOT SCANNER	1
	PC 66/100	PERSONALE COMPUTER	1
	VI MONIT-LCD	MONITOR A COLORI LCD	1
	SIC11CC70011	STAMPANTE LASER EPSON AL-M200DN	1
E dedicati al software NEW LAB dedicati all'interfacciamento con il LIS del Laboratorio Siemens TD Synergy	PC 66/100	PERSONALE COMPUTER (SERVER)	1
	VI MONIT-LCD	MONITOR A COLORI LCD	1
	PC 66/100	PERSONALE COMPUTER	1
	VI MONIT-LCD	MONITOR A COLORI LCD	1
	SIC11CC70011	STAMPANTE LASER EPSON AL-M200DN	1
	MO 1100	LETTORE DATALOGIC MAGELLAN 1100i CON CAVO E ALIMENTATORE	1

f. Seg. PDI

Rm



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 - www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asolessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. - P.I. 01640560064

**VERBALE N.2 DI VALUTAZIONE QUALITATIVA RELATIVA ALLA
PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ANALITICO MISTO
PER TEST DI DIAGNOSTICA AUTOIMMUNE,
COMPRESIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA,
OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA SANITARIA
OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA.
GARA N. 6077143**

Si premette che:

- ✓ con deliberazione del Direttore generale n.692 del 07/10/2015, veniva nominata la commissione giudicatrice per la gara in oggetto, nella composizione sotto indicata:

▪ dott. Paolo DELLA PIETRA	Dirigente Direzione Medica dei Presidi ASO AL	Presidente
▪ dott.ssa Lorenza GIARGIA	Dirigente S.C. Laboratorio Analisi ASO AL	Componente
▪ Ing. Gianluca MAROCCO	Dirigente S.S. Ingegneria Clinica ASO AL	Componente
- ✓ la commissione, nella composizione sopra indicata, ha proceduto, dapprima, in data 23/10/2015 all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica in seduta pubblica e, in seduta riservata sempre in data 23/10/2015 alla prima riunione per l'esame della documentazione tecnica, così come risulta nei verbali redatti per l'occasione;
- ✓ la dr.ssa Lorenza Giargia, componente della commissione giudicatrice inviava dichiarazione in data 30/11/2015, resa ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la possibile sussistenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, in quanto coniuge di un dipendente di una delle due ditte in gara, come da documento conservato agli atti presso la S.C. Acquisti e Gestione Servizi economici;
- ✓ con deliberazione del Direttore generale n.1001 del 23/12/2015 veniva ridefinita la composizione della commissione giudicatrice, sostituendo la dott.ssa Lorenza Giargia con la dr.ssa Matilde Ciriello - Dirigente S.C. Laboratorio Analisi ASO AL.

Il giorno venti gennaio duemilasedici alle ore 14.00 ca, presso la Sala Riunioni dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con deliberazione del Direttore generale n.1001 del 23/12/2015, nelle seguenti persone:

Handwritten signatures and initials



C.F. – P.I. 01640560064

- dott. Paolo DELLA PIETRA Dirigente Direzione Medica dei Presidente
 Presidi ASO AL
- dott.ssa Matilde CIRIELLO Dirigente S.C. Laboratorio Analisi Componente
 ASO AL
- Ing. Gianluca MAROCCO Dirigente S.S. Ingegneria Clinica Componente
 ASO AL

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Stefania FERRANDO – Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Scopo dell’incontro è la valutazione qualitativa delle proposte formulate.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell’adunanza, essendo presenti tutti i Componenti nelle persone sopra citate, dichiara aperta la seduta.

Viene constatata l’integrità della documentazione tecnica contenuta nei plichi pervenuti.

La dr.ssa Ciriello prende atto dei criteri di valutazione qualitativa previsti all’art.9 del Capitolato Speciale di gara, e dettagliati nella Scheda tecnica.

Si decide di non suddividere ulteriormente i punteggi previsti per la valutazione qualitativa.

Si prosegue quindi con l’esame della documentazione tecnica allegata alle offerte formulate dalle ditte partecipanti e ammesse alla gara, sotto indicate:

Fornitore	R.T.I PHADIA S.R.L. (azienda mandataria) - EUROIMMUN ITALIA S.R.L (azienda mandante)
Produttore	PHADIA AB - EUROIMMUN AG
Modello	Phadia 250 System, IF SPRINTER IFA, EUROPATTERN SUITE 1,5, EUROSTAR III PLUS, FOTOCAMERA LUMENERA, EUROBLOTMASTER 30, SOFTWARE EUROLINESCAN, SOFTWARE GESTIONALE EUROLABOFFICE

Fornitore	R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante)
Produttore	si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto
Modello	si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto

Il Presidente, sentiti i componenti ed il segretario, decide quindi di sospendere i lavori e concorda che i lavori proseguiranno in data 11/02/2016 alle ore 9.00.

Il Presidente si assicura che la custodia dei plichi contenenti la documentazione e le offerte di tutti i concorrenti avvenga all’interno di un armadio chiuso a chiave in locale ritenuto idoneo presso gli uffici dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.










C.F. - P.I. 01640560064

Terminati così i lavori odierni, si scioglie la seduta alle ore 15.30.

Del che viene redatto il presente verbale composto da n. 2 fasciate e mezza ca., comprese le sottoscrizioni, che, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto:

Presidente	dott. Paolo DELLA PIETRA	
Componente	dott.ssa Matilde CIRIELLO	
Componente	ing. Gianluca MAROCCO	
Segretario verbalizzante	Stefania FERRANDO	



**VERBALE N.3 DI VALUTAZIONE QUALITATIVA RELATIVA ALLA
PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ANALITICO MISTO
PER TEST DI DIAGNOSTICA AUTOIMMUNE,
COMPRESIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA,
OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA SANITARIA
OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA.
GARA N. 6077143**

Il giorno undici febbraio duemilasedici alle ore 9.00 ca, presso la Sala Riunioni dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con deliberazione del Direttore generale n.1001 del 23/12/2015, nelle seguenti persone:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| ▪ dott. Paolo DELLA PIETRA | Dirigente Direzione Medica dei Presidi ASO AL | Presidente |
| ▪ dott.ssa Matilde CIRIELLO | Dirigente S.C. Laboratorio Analisi ASO AL | Componente |
| ▪ Ing. Gianluca MAROCCO | Dirigente S.S. Ingegneria Clinica ASO AL | Componente |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Stefania FERRANDO – Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Scopo dell'incontro è la prosecuzione della valutazione qualitativa delle proposte formulate.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i Componenti nelle persone sopra citate, dichiara aperta la seduta.

Viene constatata l'integrità della documentazione tecnica contenuta nei plichi pervenuti.

Si prosegue quindi con l'esame della documentazione tecnica allegata alle offerte formulate dalle ditte partecipanti e ammesse alla gara, sotto indicate:

Si procede quindi alla definizione del giudizio, all'assegnazione dei punteggi qualità previsti e alla normalizzazione dei punteggi tecnici assegnati, secondo la formula prevista nel Capitolato Speciale di gara.

Le operazioni sopra indicate sono riportate nella scheda allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale e di seguito riepilogate.



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 - www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asolessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. - P.I. 01640560064

Fornitore	R.T.I PHADIA S.R.L. (azienda mandataria) - EUROIMMUN ITALIA S.R.L (azienda mandante)
Produttore	PHADIA AB - EUROIMMUN AG
Modello	Phadia 250 System, IF SPRINTER IFA, EUROPATTERN SUITE 1,5, EUROSTAR III PLUS, FOTOCAMERA LUMENERA, EUROBLOTMASTER 30, SOFTWARE EUROLINESCAN, SOFTWARE GESTIONALE EUROLABOFFICE
Punteggio qualità	29,000
Punteggio qualità normalizzato	30,000

Fornitore	R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante)
Produttore	si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto
Modello	si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto
Punteggio qualità	9,000
Punteggio qualità normalizzato	9,310

La Commissione evidenzia al Responsabile del procedimento, che durante l'esame del "Foglio di dettaglio" dei test offerti, è stata rilevata nell'offerta del R.T.I. Alifax S.r.l. - Instrumentation Laboratory S.p.A., l'inversione delle quantità offerte per due test, rispetto alle quantità richieste, come sotto riportato; la commissione ritiene che trattasi di mero errore materiale, non sussistendo ragioni tecniche nella proposta menzionata, che determinino la necessità di tale variazione.

Richiesta "Tabella fabbisogni"


Voce	Descrizione parametri	Quantità annua di test previsti	Quantità test quinquennali previsti
21	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofili) substrato granulociti fissati in etanolo	1500	7500
21 bis	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofili) substrato granulociti fissati in formalina	500	2500

Offerta Alifax S.r.l. - Instrumentation Laboratory S.p.A.

Voce	Descrizione parametri	Confezionamento	n. conf. annue	n. conf quinquennali	Tot test annui	Tot test quinquennali
21	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofili) substrato granulociti fissati in etanolo	60	8,34	42	500,40	2502
21 bis	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofili) substrato granulociti fissati in formalina	60	25	125	1500	7500



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 - www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asofalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. - P.I. 01640560064

Offerta conforme alla richiesta

Voce	Descrizione parametri	Confezionamento	n. conf. annue	n. conf quinquennali	Tot test annui	Tot test quinquennali
21	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofili) substrato granulociti fissati in etanolo	60	25	125	1500	7500
21 bis	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofili) substrato granulociti fissati in formalina	60	8,34	42	500,40	2502

Terminati così i lavori odierni, si scioglie la seduta alle ore 10.45.

Del che viene redatto il presente verbale composto da n. 2 facciate e mezza ca., comprese le sottoscrizioni, che, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto:

Presidente dott. Paolo DELLA PIETRA

Componente dott.ssa Matilde CIRIELLO

Componente ing. Gianluca MAROCCO

Segretario verbalizzante Stefania FERRANDO

Sistema analitico misto per tests diagnostici automatici composto da: A) 1 o più strumenti completamente automatici (cones) alla analisi con metodiche non immunofluorescenti/CLIA o immuno-nanoluminescenza); B) 1 o più processatori automatici di vetrini, tecnologie IFT (immunofluorescenza indiretta) C) n. 1 strumento dotato di software specifici per acquisizione e interpretazione immagini fluoroscopiche collegate a microscopio robotizzato ed a microscopio di backup non robotizzato, entrambi oggetto della presente fornitura D) n. 1 sistema automatico per dosaggi immunoblotting E) n. 1 software gestionale di settore (middleware) per gestione automatica e completa dei pazienti compresa l'archiviazione delle immagini fluoroscopiche F) Strumentazione accessori Analiti (come da tabella allegata)		R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante) si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto (progetto tecnico globale)		R.T.I. PHADIA S.R.L. - EUROIMMUNITALIA S.R.L. PHADIA AB - EUROIMMUNAG	
Fornitore		R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante) si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto (progetto tecnico globale)		R.T.I. PHADIA S.R.L. - EUROIMMUNITALIA S.R.L. PHADIA AB - EUROIMMUNAG	
Produttore		R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante) si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto (progetto tecnico globale)		R.T.I. PHADIA S.R.L. - EUROIMMUNITALIA S.R.L. PHADIA AB - EUROIMMUNAG	
Modello		R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante) si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto (progetto tecnico globale)		R.T.I. PHADIA S.R.L. - EUROIMMUNITALIA S.R.L. PHADIA AB - EUROIMMUNAG	
Caratteristiche tecnico-funzionali - P. II-30		R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante) si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto (progetto tecnico globale)		R.T.I. PHADIA S.R.L. - EUROIMMUNITALIA S.R.L. PHADIA AB - EUROIMMUNAG	
STRUMENTO A		R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante) si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto (progetto tecnico globale)		R.T.I. PHADIA S.R.L. - EUROIMMUNITALIA S.R.L. PHADIA AB - EUROIMMUNAG	
durata calibrazione reagenti (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)		R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante) si veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto (progetto tecnico globale)		R.T.I. PHADIA S.R.L. - EUROIMMUNITALIA S.R.L. PHADIA AB - EUROIMMUNAG	
B-1	durata calibrazione reagenti (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	4	Maggiore di 28 giorni. La stabilità della calibrazione in uso per la cartuccia del BIO-FLASH risulta essere ampiamente superiore ad un mese, in quanto la calibrazione deve essere eseguita solamente al cambio del lotto del reagente analita specifico (cartuccia).	4	Il sistema Phadia® 250 utilizza curve di calibrazione memorizzate e riutilizzabili per almeno 4 settimane. Le curve sono comunicate e mantenute in memoria nel sistema e in condizioni ottimali, sono rinnovabili fino a 6 mesi. Rif. Documentazione Tecnica allegata (p.4) pagg. 9 e 11
B-2	calibrazione unica per metodo e non per singolo test; (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	5	BIO-FLASH® adotta il sistema di calibrazione con working curve dedicata per ogni singolo test che garantisce maggior accuratezza, precisione e riproducibilità del dato analitico. La calibrazione avviene mediante disegno di 2 punti in triplicato che vengono pilotati sulla working curve. La validazione delle curve è possibile se vengono rispettati i criteri di riproducibilità dei replicati, la forma della curva e la differenza percentuale verso la curva master. La curva master è calcolata su un minimo di 8 fino a 10 punti ed è riferita a standard internazionale ove presenti. Ogni working curve è stabile fino alla scadenza del lotto, quindi al cambio di cartuccia con una del medesimo lotto non è necessario eseguire nuovamente la calibrazione, con un risparmio tangibile sui test utilizzati per calibrazioni. BIO-FLASH® memorizza tutte le curve di calibrazione dei vari lotti di reattivi caricati a bordo macchina. Per tale sistema è possibile utilizzare anche curve di calibrazioni passate.	0	Il sistema Phadia® 250 lavora con curve uniche per metodo (i.e. Iga, Igm) calibrate contro lo standard internazionale WHO International Reference Preparation IRP 67/86 per IgG/IgM/IgA su cui è possibile eseguire tutti gli analiti (coniesi senza la necessità di eseguire curve analita-specifiche. Rif. Documentazione Tecnica allegata (p.4) pag. 9 e 19
B-3	Test ANCA ultrasensibili calibrati su standard internazionali CDC ad espressione dei risultati in IU/ml (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	3	Si riferisce al test dotato di tale caratteristica; 0 punti agli altri test.	3	I nuovi test EIA™ PR35 ed EIA™ MFOS, utilizzano antigeni umani altamente purificati collegati alla fase solida attraverso una molecola detta "anchore" e non direttamente legati alla fase di supporto, ciò permette all'antigene di essere esposto in maniera
B-4	controllo di qualità multiparametrico per metodo e non per singolo test (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	4	5 p.t il test dotato di tale caratteristica; 0 punti agli altri test	0	Il sistema Phadia® 250 si avvale di controlli di qualità multiparametrici per Automunita utili a verificare le performance di più analiti all'interno di un metodo o di un gruppo antigenico. Non è pertanto necessario inserire controlli specifici

MMF


Allegato 3. alla deliberazione n. del pag. 13

677 N° 7 010, 2018

Fornitore		R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandataria)		R.T.I. PHADIA S.R.L. - EUROIMMUN ITALIA S.R.L.	
Produttore		al veda il "foglio di dettaglio" della composizione del Sistema offerto (progetto tecnico globale)		PHADIA AB - EUROIMMUN AG	
Modello		BIOFLASH, GEMIONI COMBO, AQUDES INSTRUMENTS, MICROSCOPIO NIKON EQUIPSE E200 LUCE LED, BLUDIVER INSTRUMENTS, NEWLAB SOFTWARE		PHADIA 230 System, IFSPRINTERS IFA, EUROPATTERN SUITE 1.5, EUROSTAR II PLUS, FOTOCAMERA LUMENERA, EUROBLTOMASTER 30, SOFTWARE EUROLINESCAN, SOFTWARE GESTIONALE EUROLABOFFICE	
B-5	ENA screening complessivo degli antigeni utili per la diagnosi delle corneitiropatie (PCNA, Florilina, RMA-polimerasi III, PM-Sol-MI-2) (breve descrizione + eventuali chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	2	2 p.li ai test dotati di tale caratteristica; 0 punti agli altri test;	0	caratteristica non presente
STRUMENTO B				Rit. Documentazione, Tecnica allegata (b-4) pag. 22	
B-6	vetrini con barcode serigrafato all'origine del produttore (breve descrizione + eventuali chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	2	2 p.li al prodotto dotato di tale caratteristica; 0 punti agli altri prodotti;	2	caratteristica presente
STRUMENTO C				Rit. Documentazione, Tecnica allegata (b-4) pag. 28-29	
B-7	possibilità di vedere immagine sia a video che agli oculari su stesso microscopio a possibilità di messa a fuoco manuale (breve descrizione + eventuali chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	3	3 p.li allo strumento dotato di tale caratteristica; 0 punti agli altri strumenti	0	caratteristica presente
B-8	possibilità di screening automatico positivo/negativo per cellule Hep2, anticorpi anti-dsDNA (Citrifida, Lucifera), ANCA (breve descrizione + eventuali chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	2	2 p.li allo strumento dotato di tale caratteristica; 0 punti agli altri strumenti	2	caratteristica presente
B-9	numero di vetrini caricabili contemporaneamente (breve descrizione + eventuali chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	2	2 p.li allo strumento che carica il maggior numero vetrini; 0 agli altri strumenti	0	caratteristica non presente
B-10	velocità di lettura del pozzetto di immunofluorescenza (breve descrizione + eventuali chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	2	2 p.li allo strumento che legge con maggior velocità; 0 agli altri strumenti	0	caratteristica non presente
STRUMENTO D				Rit. Documentazione, Tecnica allegata (b-4) pag. 30	
B-11	predisposizione al caricamento di reagenti contenuti in cartucce e strip monodose barcode (breve descrizione + eventuali chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	1	1 p.li allo strumento dotato di tale caratteristica; 0 punti agli altri strumenti	1	caratteristica non presente
PUNTEGGI				29.000	
PUNTEGGI NORMALIZZATI				30.000	

dot. Paolo DELLAPIETRA
 dr.ssa Matilde CIRIELLO
 Ing. Gianluca MAROCCO
 sig.ra Stefania FERRANDO
 (segretario verbalizzante)

senza
Monica Di Nello
Stefano Ferrando

A.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" – ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 – 15121 ALESSANDRIA

C.F. – P.IVA 01640560064

Verbale di apertura delle buste contenenti le offerte economiche per la fornitura di n.1 sistema analitico misto per test di diagnostica autoimmune, comprensivo del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica, occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria.

Gara n. 6077143.

L'anno duemilasedici, addì quindici, del mese di marzo, alle ore 11.30 ca., presso la sala riunioni dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunito il seggio di gara costituito ai sensi del regolamento generale per l'attività contrattuale di questa Azienda Ospedaliera, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.300 del 05.12.2013, nelle seguenti persone:

Presidente:

Dott.ssa CRISTINA CABIATI, nata a Alessandria (AL), il 01.06.1964 domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, la quale interviene nella sua qualità di Direttore della S.C. Acquisti e Gestione Servizi economici.

Testimoni noti, richiesti ed idonei:

- Sig.ra: MICHELA FERRANDO, nata ad Alessandria il 18.03.1970, Collaboratore Amministrativo, cat. D dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria,
 - Sig.ra: GERARDA MONTRONE, nata a Cerignola (FG) il 25.10.1965, Assistente Amministrativo, cat. C dell'Azienda
- Gara n. 6077143 - Verbale di apertura buste economiche

Ospedaliera di Alessandria.

Segretario verbalizzante:

- Sig.ra: STEFANIA FERRANDO, nata a Alessandria (AL) il 16.05.1975, Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Sono altresì presenti:


Sig. Marco VIOLATO, nato a Zurigo (Svizzera) il 08/07/1962, identificato mediante l'esibizione della Carta di Identità n.AU0957257, rilasciata dal Comune di Bagnoli di Sopra (PD), il quale dichiara di presenziare per la Ditta Phadia s.r.l. ed esibisce procura speciale;

Dr.ssa Enrica VATTUONE, nata a Sestri Levante (GE) il 29/09/1975, identificata mediante l'esibizione della Carta di Identità n.AS0228136, rilasciato dal Comune di Chiavari, la quale dichiara di presenziare per la Ditta Euroimmun Italia s.r.l., ed esibisce delega;

Sig. Mattia GARBUSI nato a La Spezia il 03/01/1979, identificato mediante l'esibizione della Patente di guida n.SP5019620W, rilasciata dalla M.C.T.C. il 26/07/1995, il quale dichiara di presenziare per la Ditta Phadia s.r.l.;

Sig. Marco CERRATO, nato a Asti il 15/08/1968, identificato mediante l'esibizione della Carta di Identità n.4097926AA, rilasciata dal Comune di Asti, il quale dichiara di presenziare per la Instrumentation Laboratory SpA, ed esibisce procura speciale;

Sig. Loris D'AGOSTINO, nato a Merano (BZ) il 27/11/1954, identificato mediante l'esibizione della Carta di Identità



n.AV8372401, rilasciata dal Comune di Milano, il quale dichiara di presenziare per la Ditta Alifax SpA, ed esibisce procura speciale; Sig. Enzo FINATI, nato a Vercelli (VC) il 26/08/1964, identificato mediante l'esibizione della Patente di guida n.U1B474590X, rilasciata dal U.C.O. il 05/11/2012, il quale dichiara di presenziare per la Ditta Alifax SpA;

IL PRESIDENTE

premette e dichiara

- in data 23 ottobre 2015 si sono svolte, in seduta pubblica, le operazioni di apertura dei plichi presentati dalle imprese partecipanti:

- 1) R.T.I.: Alifax srl (Mandataria) - Instrumentation Laboratory SpA (Mandante) - prot. n.18779 del 29/09/2015;
- 2) R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante) - prot. n.18836 del 29/09/2015;

contenenti la documentazione di gara, e si è proceduto all'esame dei documenti amministrativi al fine della verifica di ammissibilità delle offerte alle fasi successive della procedura;

- la Commissione Giudicatrice della presente gara nominata con deliberazione del Direttore generale n.692 del 07/10/2015 e ridefinita con deliberazione del Direttore generale n.1001 del 23/12/2015, ha provveduto in data 23/10/2015 all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e in data 23/10/2015, 20/01/2016 e 11/02/2016 a formulare i propri giudizi, come risulta dai relativi verbali;

- con nota prot. 4249 del 08/03/2016 inviata a mezzo mail, è stata comunicata alle ditte concorrenti ammesse al prosieguo della gara, la data di apertura in seduta pubblica, delle buste contenenti le offerte economiche;

Preliminarmente viene data lettura dei verbali della Commissione giudicatrice, sopra citati.

Il Presidente procede, quindi, all'apertura ed alla lettura del contenuto delle offerte economiche delle ditte ammesse, come di seguito riportato:


DITTA	COSTO TOTALE FORNITURA (IVA ESCLUSA)
R.T.I.: Alifax srl (Mandataria) - Instrumentation Laboratory SpA (Mandante)	€ 732.564,70
R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante)	€ 1.009.463,32

Si da atto che la Commissione giudicatrice nel verbale del 11/02/2016 ha evidenziato quanto di seguito riportato:

La Commissione evidenzia al Responsabile del procedimento, che durante l'esame del "Foglio di dettaglio" dei test offerti, è stato rilevata nell'offerta del R.T.I. Alifax S.r.l. - Instrumentation Laboratory S.p.A., l'inversione delle quantità offerte per due test, rispetto alle quantità richieste, come sotto riportato; la commissione ritiene che trattasi di mero errore materiale, non sussistendo ragioni tecniche nella proposta menzionata, che determinino la necessità di tale variazione.

Richiesta "Tabella fabbisogni"

Gara n. 6077143 - Verbale di apertura buste economiche



Voce	Descrizione parametri	Quantità annua di test previsti	Quantità test quinquennali previsti
21	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofilii) substrato granulociti fissati in etanolo	1500	7500
21 bis	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofilii) substrato granulociti fissati in formalina	500	2500

Offerta Alifax S.r.l. - Instrumentation Laboratory S.p.A.

Voce	Descrizione parametri	Confez.	n. conf. annue	n. conf quinq.	Tot test annui	Tot test quinq.
21	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofilii) substrato granulociti fissati in etanolo	60	8,34	42	500,40	2502
21 bis	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofilii) substrato granulociti fissati in formalina	60	25	125	1500	7500

Offerta conforme alla richiesta

Voce	Descrizione parametri	Confez.	n. conf. annue	n. conf quinq.	Tot test annui	Tot test quinq.
21	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofilii) substrato granulociti fissati in etanolo	60	25	125	1500	7500
21 bis	ANCA (anticorpi anti-citopl. Neutrofilii) substrato granulociti fissati in formalina	60	8,34	42	500,40	2502

Sulla base di quanto evidenziato dalla Commissione giudicatrice, si procede a ricalcolare l'importo corretto dei punti 21 e 21 bis della Tabella reagenti e quindi dell'importo totale dell'offerta del R.T.I.: Alifax srl (Mandataria) - Instrumentation Laboratory SpA (Mandante), all'assegnazione dei punteggi prezzo e al calcolo del punteggio totale di ciascuna offerta, come di seguito riportato:

DITTA	P.TI QUALITA'	COSTO TOTALE FORNITURA (IVA SCLUSA)	P.TI PREZZO	P.TI TOTALI
R.T.I.: Alifax srl (Mandataria) - Instrumentation Laboratory SpA (Mandante)	9,310	€ 732.731,30	70	79,310

R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante)	30,000	€ 1.009.463,32	50,81	80,810
--	--------	----------------	-------	--------

Al termine delle suddette operazioni, viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D. Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. a favore del R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante).

Il R.T.I.: Alifax srl - Instrumentation Laboratory SpA effettua quindi delle osservazioni in merito alla valutazione qualitativa e redige apposito documento a riguardo, chiedendo che se ne prenda atto nel verbale della seduta odierna.

R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante) contesta invece le operazioni di ricalcolo effettuate sull'offerta economica del R.T.I.: Alifax srl - Instrumentation Laboratory SpA, e redige apposito documento a riguardo, chiedendo che se ne prenda atto nel verbale della seduta odierna.


Il Presidente da atto che le osservazioni espresse dal R.T.I.: Alifax srl - Instrumentation Laboratory SpA, verranno sottoposte alla commissione giudicatrice, e l'esito della valutazione verrà reso noto alle ditte partecipanti.

Il Presidente ricorda infine che l'Azienda Ospedaliera ha la più ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte, riservandosi la possibilità di non procedere all'aggiudicazione, qualora i prezzi proposti fossero ritenuti non convenienti, mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta.


L'Azienda Ospedaliera non assumerà, pertanto, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito efficacia giuridica.


Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 12.30 ca.. Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 6 facciate e mezza ca. comprese le sottoscrizioni, viene letto alla presenza dei testi e così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



I TESTIMONI





IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE







Io sottoscritto MARCO VIOLATO PROCURATORE
DELLA DITTA PHADIA S.r.l. VUOLE METTERE A
VERBALE CHE L'OFFERTA ECONOMICA
PRESENTATA DAL RTI ALIFAX WERFEN
NON ERA FORMULATA SEGUENDO I PUNTI
ESATTI ELENCATI NELLA TABELLA TEST
ALLEGATO 2 BIS e I PUNTI 21 e 21 bis
SONO STATI RICALCOCATI IN SEDUTA
ODIERNA MODIFICANDO IL TOTALE
FORNITURA PRESENTATO DALLA RTI ALIFAX
WERFEN

Marco Violato

ALESSANDRIA 15/3/16

Allegato n. 4. alla deliberazione n. 677 del 17 GIU. 2016 pag. 8

M. Violato

pag 1/2

Alessandria 15/03/2016

Oggetto: contestazione assegnazione punteggi.

Riferimento: Procedura aperta per la fornitura di n 1 sistema analitico mirto per test di diagnostica autoimmune... etc.

1) Con riferimento al punto B-3 contestiamo la mancata assegnazione di 3 punti alle nostre RTI in quanto sosteniamo che anche il prodotto da noi offerto sia in possesso del requisito richiesto, come si evince dalle relazioni tecniche pag. 28 e Vs allegato al punto B3.

2) Con riferimento al punto B-4 alleghiamo lettere (Allegato A) che fa riferimento ad un precedente chiarimento.

Pertanto sosteniamo che il punteggio riferito al punto B-4 sia 0 (zero) per entrambe le RTI.

Alle luce di quanto sopra esposto richiediamo che la commissione tecnica rivaluti i punteggi attribuiti alle due RTI.

x Alifax sre Louis P. Portina x Weifen Moes leccat

A
L
P
D

1082/2

ALLEGATO A

Alessandria 15/03/2016

Con riferimento alla lettera di chiarimenti numero 2

Al punto 4 controllo di qualità multiparametrico per metodo e non per singolo test si chiede

se per controllo di qualità multiparametrico per metodo si debba intendere un unico tipo di controllo per TUTTI gli esami che vanno a dosare la stessa classe di Immuno globuline Ig G, Ig A, Ig M

risposta:

si questo tipo di controllo permette di risparmiare reagenti ed evita di necessità di eseguire controlli su ogni singolo analita

Vorremmo sottolineare che dalle informazioni in nostro possesso attualmente sul mercato nessuna azienda è in grado di offrire un UNICO tipo di controllo per TUTTI gli esami che vanno a dosare la stessa classe di immunoglobuline .

Alleghiamo tabella con i dati relativi alla nostra azienda e ad alla azienda concorrente da cui si evince che nessuna delle due aziende è in grado di ottemperare a tale richiesta .

PARAMETRI CON CLASSE IMMUNOGLOBULINE IgG

Descrizione parametri	Metodica	IL spa	Phadia
Anticorpi antitranglutaminasi IgG	FEIA/CLIA	1	1
Anticorpi anti gliadina IgG	FEIA/CLIA	1	
Anticorpi anti CCP	FEIA/CLIA	1	1
Ena Screening	FEIA/CLIA	1	
Anti SSA	FEIA/CLIA	1	
Anti SSB	FEIA/CLIA	1	
Anti Sm	FEIA/CLIA	1	1
Anti RNP	FEIA/CLIA	1	
Anti Scl-70	FEIA/CLIA	1	
Anti Jo1	FEIA/CLIA	1	
Anti PR3	FEIA/CLIA	1	
Anti MPO	FEIA/CLIA	1	1
Anti Membrana Glomerurale Basale	FEIA/CLIA	1	
Anti DsDNA	FEIA/CLIA	1	1

NON ESISTE CONTROLLO UNICO

Per questo motivo dal momento che nella vostra risposta è chiaramente esplicitata tale specifica richiesta (unico tipo di controllo per TUTTI gli esami che vanno a dosare la stessa classe di Immuno globuline) riteniamo che non sia possibile assegnare il punteggio relativo a questa richiesta a nessuna azienda in quanto nessuna azienda è in grado di soddisfare il requisito.

In caso contrario riteniamo tale assegnazione non corretta

x Alifax s.p.a. [Signature]


x Weifen Med Lab [Signature]

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asolessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

**PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ANALITICO MISTO
PER TEST DI DIAGNOSTICA AUTOIMMUNE,
COMPRENSIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA,
OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA SANITARIA
OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA.
GARA N. 6077143**

VERBALE N.1 DI ESAME DELLE CONTESTAZIONI IN DATA 15/03/2016

Il giorno ventiquattro marzo duemilasedici alle ore 10.00 ca, presso la Sala Riunioni dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con deliberazione del Direttore generale n.1001 del 23/12/2015, nelle seguenti persone:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| ▪ dott. Paolo DELLA PIETRA | Dirigente Direzione Medica dei Presidi ASO AL | Presidente |
| ▪ dott.ssa Matilde CIRIELLO | Dirigente S.C. Laboratorio Analisi ASO AL | Componente |
| ▪ Ing. Gianluca MAROCCO | Dirigente S.S. Ingegneria Clinica ASO AL | Componente |


Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Stefania FERRANDO – Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Scopo dell'incontro è l'esame delle contestazioni di tipo tecnico formulate dal R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante), durante la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche in data 15/03/2016 e allegata al verbale di tale seduta.

Si prosegue con l'esame delle contestazioni e con la verifica della documentazione tecnica allegata alle offerte formulate dalle ditte partecipanti e ammesse alla gara.

La commissione ritiene di chiedere al RTI ALIFAX S.r.l. - INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. approfondimenti in merito alla richiesta di cui al punto 1) della citata contestazione "con riferimento al punto B-3 contestiamo la mancata assegnazione dei 3 punti alla nostra RTI in quanto sosteniamo che anche il prodotto da noi offerto sia in possesso del requisito richiesto, come si evince dalla relazione tecnica pag.28 e Vs. allegato 2 punto B3", in relazione a quanto riscontrato nei documenti sotto citati allegati all'offerta presentata da Codesto RTI:

- ✓ Documento: Rif.to punto b.6 – schede tecniche dei consumabili seconda parte:
 - rif.14 - pag.10 – QUANTA Flash MPO Calibratori cod.701131: "Riepilogo e principi della procedura"
 - rif.14 - pag.12 – QUANTA Flash MPO Calibratori cod.701131: "Tracciabilità"



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 - www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. - P.I. 01640560064

- ✓ Documento: Rif.to punto b.2 - foglio di dettaglio della composizione del Sistema offerto (relazione tecnica): pagina 28 di 65 - punto 14.MPO

Il Presidente, sentiti i componenti ed il segretario, decide quindi di sospendere i lavori e concorda che i lavori proseguiranno in data in data da destinarsi, a seguito del ricevimento del riscontro alla richiesta suddetta.

Terminati così i lavori odierni, si scioglie la seduta alle ore 11.30.

Del che viene redatto il presente verbale composto da n. 1 facciata e mezza ca., comprese le sottoscrizioni, che, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto:

Presidente dott. Paolo DELLA PIETRA

Componente dott.ssa Matilde CIRIELLO

Componente ing. Gianluca MAROCCO

Segretario verbalizzante Stefania FERRANDO



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 - www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. - P.I. 01640560064

**PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA ANALITICO MISTO
PER TEST DI DIAGNOSTICA AUTOIMMUNE,
COMPRESIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA,
OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DELL'AZIENDA SANITARIA
OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA.
GARA N. 6077143**

VERBALE N.2 DI ESAME DELLE CONTESTAZIONI IN DATA 15/03/2016

Il giorno tredici aprile duemilasedici alle ore 14.00 ca, presso la Sala Riunioni dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con deliberazione del Direttore generale n.1001 del 23/12/2015, nelle seguenti persone:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| ▪ dott. Paolo DELLA PIETRA | Dirigente Direzione Medica dei Presidi ASO AL | Presidente |
| ▪ dott.ssa Matilde CIRIELLO | Dirigente S.C. Laboratorio Analisi ASO AL | Componente |
| ▪ Ing. Gianluca MAROCCO | Dirigente S.S. Ingegneria Clinica ASO AL | Componente |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Stefania FERRANDO - Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Scopo dell'incontro è l'esame delle contestazioni di tipo tecnico formulate dal R.T.I. composto da ALIFAX S.r.l. (azienda mandataria) e INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. (azienda mandante), durante la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche in data 15/03/2016, a seguito del ricevimento degli approfondimenti richiesti durante la seduta della Commissione del 24/03/2016 al RTI ALIFAX S.r.l. - INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A.

Si da atto che:

- con lettera prot. n.5621 in data 29/03/2016 veniva formulata richiesta di approfondimenti tecnici al RTI ALIFAX S.r.l. - INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A.;
- con lettera prot. n.0504B/R/16 in data 05/04/2016, la ditta Alifax srl, in qualità di Mandataria del R.T.I. costituendo con l'Impresa Mandante Instrumentation Laboratory SpA, forniva riscontro alla richiesta suddetta.

Si prosegue con l'esame della comunicazione suddetta pervenuta dal RTI ALIFAX S.r.l. - INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. e della documentazione tecnica allegata alle offerte formulate dalle ditte partecipanti e ammesse alla gara.



(Handwritten signatures)



Azienda Ospedaliera Nazionale
SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo
Alessandria



Via Venezia, 16 - 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 - www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it
asolessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. - P.I. 01640560064

A seguito di ampia ed approfondita discussione in merito, si decide quanto segue:

punto B-3

Il test Anca proposto dal RTI ALIFAX S.r.l. - INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A. non è calibrato su standard internazionali CDC, come richiesto dal Capitolato di gara.

Lo standard internazionale è stato solo utilizzato sullo specifico test per ottenere la conversione delle unità di misura da CU a IU/ml, mediante un fattore di conversione.

Si conferma pertanto il punteggio pari a ZERO, assegnato al RTI ALIFAX S.r.l. - INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A., in riferimento al punto B-3 della scheda di gara.

punto B-4

Il R.T.I PHADIA S.R.L. - EUROIMMUN ITALIA S.R.L, in riferimento al punto B-4, per gli analiti costituiti da parametri multipli, ha offerto un singolo controllo multiparametrico, come richiesto.

Si conferma pertanto l'assegnazione di 4 punti per la R.T.I PHADIA S.R.L. - EUROIMMUN ITALIA S.R.L, in riferimento al punto B-4 della scheda di gara.

Terminati così i lavori, si scioglie la seduta alle ore 16.15.

Del che viene redatto il presente verbale composto da n. 1 facciata e mezza ca., comprese le sottoscrizioni, che, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto:

Presidente dott. Paolo DELLA PIETRA

Componente dott.ssa Matilde CIRIELLO

Componente ing. Gianluca MAROCCO

Segretario verbalizzante Stefania FERRANDO

A.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" – ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 – 15121 ALESSANDRIA

C.F. – P.IVA 01640560064

Fornitura di n.1 sistema analitico misto per test di diagnostica autoimmune, comprensivo del materiale di consumo e dell'assistenza tecnica, occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria

Gara n. 6077143.

Lettura dei verbali della Commissione giudicatrice, relativi all'esame delle contestazioni.

L'anno duemilasedici, addì cinque, del mese di maggio, alle ore 10.40 ca., presso la sala riunioni dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, sita in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunito il seggio di gara costituito ai sensi del regolamento generale per l'attività contrattuale di questa Azienda Ospedaliera, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n.300 del 05.12.2013, nelle seguenti persone:


Presidente:

Dott.ssa CRISTINA CABIATI, nata a Alessandria (AL), il 01.06.1964 domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, la quale interviene nella sua qualità di Direttore della S.C. Acquisti e Gestione Servizi economici.

Testimoni noti, richiesti ed idonei:

- Dr.ssa: ANTONELLA FODDIS, nata ad Novi Ligure il 15.02.1963,

Gara n. 6077143 - Lettura verbali di esame contestazioni.



Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto, cat. DS
dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria,

- Sig.ra: GERARDA MONTRONE, nata a Cerignola (FG) il
25.10.1965, Assistente Amministrativo, cat. C dell'Azienda
Ospedaliera di Alessandria.

Segretario verbalizzante:

- Sig.ra: STEFANIA FERRANDO, nata a Alessandria (AL) il
16.05.1975, Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D
dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.

Sono altresì presenti:

Sig. Marco VIOLATO, nato a Zurigo (Svizzera) il 08/07/1962,
identificato mediante l'esibizione della Carta di Identità
n.AU0957257, rilasciata dal Comune di Bagnoli di Sopra (PD), il
quale dichiara di presenziare per la Ditta Phadia s.r.l. ed esibisce
procura speciale;

Dr.ssa Enrica VATTUONE, nata a Sestri Levante (GE) il 29/09/1975,
identificata mediante l'esibizione della Carta di Identità
n.AS0228136, rilasciato dal Comune di Chiavari, la quale dichiara di
presenziare per la Ditta Euroimmun Italia s.r.l., ed esibisce delega;

Dr.ssa Nicoletta PAGANI, nata a Milano il 29/09/1963, identificata
mediante l'esibizione della Carta di Identità n.AU0565574, rilasciata
dal Comune di Brugherio (MB), la quale dichiara di presenziare per
la Ditta Instrumentation Laboratory SpA, ed esibisce delega;

Sig. Luca PERLASCO, nato a Torino il 24/11/1967, identificato
mediante l'esibizione della Carta di Identità n.AR8469042, rilasciata



dal Comune di Torino, il quale dichiara di presenziare per la Ditta Instrumentation Laboratory SpA, ed esibisce procura speciale;
Sig. Loris D'AGOSTINO, nato a Merano (BZ) il 27/11/1954, identificato mediante l'esibizione della Carta di Identità n.AV8372401, rilasciata dal Comune di Milano, il quale dichiara di presenziare per la Ditta Alifax SpA, ed esibisce procura speciale;
Sig. Enzo FINATI, nato a Vercelli (VC) il 26/08/1964, identificato mediante l'esibizione della Patente di guida n.U1B474590X, rilasciata dal U.C.O. il 05/11/2012, il quale dichiara di presenziare per la Ditta Alifax SpA ed esibisce procura speciale;

IL PRESIDENTE

premette e dichiara

- in data 15 marzo 2016 si sono svolte, in seduta pubblica, le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte partecipanti di seguito riportate, per la fornitura in oggetto;

- 1) R.T.I.: Alifax srl (Mandataria) - Instrumentation Laboratory SpA (Mandante) - prot. n.18779 del 29/09/2015;
- 2) R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante) - prot. n.18836 del 29/09/2015;

- dal verbale redatto per la seduta sopra citata, risulta quanto segue:

- ✓ viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D. Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. a favore del R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante),

- ✓ il R.T.I.: Alifax srl - Instrumentation Laboratory SpA effettua delle osservazioni in merito alla valutazione qualitativa e redige apposito documento a riguardo, chiedendo che se ne prenda atto nel verbale della seduta,
- ✓ il Presidente da atto che le osservazioni esposte dal R.T.I.: Alifax srl - Instrumentation Laboratory SpA, verranno sottoposte alla commissione giudicatrice, e l'esito della valutazione verrà reso noto alle ditte partecipanti.

Il Presidente da quindi lettura dei verbali in data 24/03/2016 e 13/04/2016 relativi all'esame delle contestazioni sopra citate, da parte della Commissione Giudicatrice.

Al termine delle suddette operazioni, sulla base di quanto risulta dai verbali sopra citati, viene confermata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 D. Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. a favore del R.T.I.: Phadia srl (Mandataria) - Euroimmun Italia srl (Mandante), come da verbale in data 15/03/2016.

Il Presidente ricorda infine che l'Azienda Ospedaliera ha la più ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte, riservandosi la possibilità di non procedere all'aggiudicazione, qualora i prezzi proposti fossero ritenuti non convenienti, mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta.


L'Azienda Ospedaliera non assumerà, pertanto, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito efficacia giuridica.


Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 10.55 ca.. Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 6 facciate e mezza ca. comprese le sottoscrizioni, viene letto alla presenza dei testi e così approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




I TESTIMONI





IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE





FFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICA AUTOIMMUNE

COSTO ANNUO DI LOCAZIONE SISTEMA	€ 20.900,00
COSTO ANNUO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA	€ 9.300,00
COSTO ANNUO DI LOCAZIONE, comprensivo di MANUTENZIONE	€ 30.200,00
COSTO ANNUO DEL MATERIALE DI CONSUMO	€ 171.692,66
COSTO ANNUO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA (locazione sistema comprensivo di manutenzione e materiale di consumo)	€ 201.892,66
COSTO TOTALE DI FORNITURA PER 5 ANNI	€ 1.009.463,32

PHADIA S.r.l.
Via L. Temolo, 4 - MILANO
Cod. Fisc./P. IVA 04338170964

EUROIMMUN ITALIA SRL
Cento Strada 1004 - Sc. F
36127 Padova
P. IVA 02650230283

Allegato n. 7, alla deliberazione n. 677 del 17 GIU, 2016 pag. 1.

voce	Q.tà annua di test previsti	Descrizione parametri	Metodica	Nome commerciale	Codice Prodotto	CND	RDM	Confezto	Prezzo di listino	sconto applicato	costo unitario	costo a confezione	Nr. conf. annue	Nr. conf. 5 anni	Totale annuo	Totale 5 anni	aliqu. IVA	
REAGENTI																		
1	6.620	PHADIA S.r.l. Anticorpi anti-transglutaminasi IgG	FEI/CLIA	EIA Calkey IgG Well	14551701	w0102109020	1223448	48	€ 229,00	27,3%	€ 3,45	€ 185,70	137,9	690	€ 22.867,13	€ 114.335,65	22%	
2	500	Anticorpi anti-transglutaminasi IgG	FEI/CLIA	EIA Calkey IgG Well	14551801	w0102109020	1223448	24	€ 114,00	27,3%	€ 3,45	€ 82,85	20,8	105	€ 1.739,89	€ 8.699,45	22%	
3	2.300	Anticorpi anti-gliadina deamidata IgA	FEI/CLIA	EIA Gliadin IgA Well	14553801	w0102109008	1224045	48	€ 240,00	39,0%	€ 3,05	€ 146,48	50,0	251	€ 7.352,15	€ 36.780,75	22%	
4	2.250	Anticorpi anti-gliadina deamidata IgG	FEI/CLIA	EIA Gliadin IgG Well	14553901	w0102109008	1224047	48	€ 240,00	39,0%	€ 3,05	€ 146,48	46,9	235	€ 6.883,49	€ 34.417,43	22%	
5	2.980	Anticorpi anti-CCP	FEI/CLIA	EIA CCP Well	14551501	w010211112	1223443	48	€ 279,00	22,4%	€ 4,49	€ 215,67	83,6	318	€ 13.716,64	€ 68.583,19	22%	
6	4.400	ENA screening (itemo anti-SSA, anti-SSB, anti-Sm, anti-RNP, anti-Scl70, anti-Jo1)	FEI/CLIA	EIA CTD Screen Well	14559601	w0102100101	1224050	48	€ 290,00	52,9%	€ 2,35	€ 112,96	91,7	459	€ 10.389,76	€ 51.848,77	22%	
7	700	Anti-RNP (dos. Quantitativo)	FEI/CLIA	EIA Ro Well	14559301	w0102100112	1223430	48	€ 143,00	21,8%	€ 2,35	€ 112,96	14,6	73	€ 1.649,22	€ 8.246,10	22%	
8	700	Anti-SSB (dos. Quantitativo)	FEI/CLIA	EIA La Well	14550401	w0102100113	1223433	48	€ 144,00	21,8%	€ 2,35	€ 112,96	14,6	73	€ 1.649,22	€ 8.246,10	22%	
9	700	Anti-Sm (dos. Quantitativo)	FEI/CLIA	EIA SmDP Well	14562401	w0102100111	1224125	48	€ 144,00	21,8%	€ 2,35	€ 112,96	14,6	73	€ 1.649,22	€ 8.246,10	22%	
10	700	Anti-RNP (dos. Quantitativo)	FEI/CLIA	EIA URNP Well	14550101	w0102100114	1223426	48	€ 144,00	21,8%	€ 2,35	€ 112,96	14,6	73	€ 1.649,22	€ 8.246,10	22%	
11	700	Anti-Scl70 (dos. Quantitativo)	FEI/CLIA	EIA Scl-70S Well	14563701	w0102100110	1224149	24	€ 72,00	21,8%	€ 2,35	€ 66,48	29,2	146	€ 1.649,22	€ 8.246,10	22%	
12	700	Anti-Jo1 (dos. Quantitativo)	FEI/CLIA	EIA Jo-1 Well	14550701	w0102100108	1223438	24	€ 72,00	21,8%	€ 2,35	€ 66,48	29,2	146	€ 1.649,22	€ 8.246,10	22%	
13	900	Anti-PR3	FEI/CLIA	EIA PR3S Well	14553601	w0102109010	1224041	48	€ 192,00	41,2%	€ 2,35	€ 112,96	20,9	105	€ 2.372,17	€ 11.860,83	22%	
14	900	Anti-MPO	FEI/CLIA	EIA MPOS Well	14553701	w0102109009	1224043	48	€ 192,00	41,2%	€ 2,35	€ 112,96	18,8	94	€ 2.123,65	€ 10.618,27	22%	
14 bis	250	ANCA (antigeni minori)	Non specificato	ANCA PROFILE	EA 1200-1208-1G	w0102109008	Vedasi dich.ne	12	€ 700,00	100,0%	€ 0,00	€ 0,00	21	105	€ 0,00	€ 0,00	22%	
15	2.800	Anti-dsDNA	FEI/CLIA	EIA dsDNA Well	14550001	w0102100105	1223423	48	€ 144,00	21,9%	€ 2,35	€ 112,96	60,5	303	€ 6.845,39	€ 34.226,97	22%	
16	100	Anti-membrana basale glomerulare	FEI/CLIA	EIA GBM Well	14551401	w0102109014	1223441	24	€ 96,00	41,2%	€ 2,35	€ 96,48	4,2	21	€ 237,22	€ 1.186,08	22%	
17	100	Anticorpi anti ASCA IgA	Non specificato	EIA ASCA IgG Well	14563501	w0102109018	1224147	48	€ 240,00	5,0%	€ 4,75	€ 228,00	3,8	11	€ 501,60	€ 2.508,00	22%	
18	180	Anticorpi anti ASCA IgG	Non specificato	EIA ASCA IgA Well	14563301	w0102109018	1224145	48	€ 240,00	5,0%	€ 4,75	€ 228,00	2,1	19	€ 866,40	€ 4.332,00	22%	
19	12.900	ANA (anticorpi anti-nucleo) + titolo	IFI	NUCLEI CELLULARI (ANA) EUROATTERN	FC 1522-0010	w0102100101	Vedasi dich.ne	1.000	€ 3.563,00	60,9%	€ 1,36	€ 1.367,20	13,2	66	€ 17.915,04	€ 89.575,20	22%	
20	3.600	AMA -VAPCA+KM+ASMA	IFI	MOSAIC BASIC PROFILE 2 EUROATTERN	FA 1800-2010-2	w0102100103	Vedasi dich.ne	200	€ 1.672,00	52,0%	€ 4,01	€ 802,56	19,2	96	€ 15.409,15	€ 77.045,76	22%	
21	1.500	ANCA (anticorpi anti-citop. Neutrofil) substrato granuloцитi fissati in etanolo	IFI	MOSAIC GRANULOCITI 13 EUROATTERN	FC 1201-2010-13	w0102109009	Vedasi dich.ne	200	€ 1.675,00	47,0%	€ 4,44	€ 887,75	8,6	43	€ 7.634,65	€ 38.173,25	22%	
21 bis	500	ANCA (anticorpi anti-citop. Neutrofil) substrato granuloцитi fissati in formalina	IFI	MOSAIC GRANULOCITI 13 EUROATTERN	FC 1201-2010-13**	w0102109009	Vedasi dich.ne	200	€ 1.675,00	100,0%	€ 4,44	€ 887,75	8,6	43	€ 7.634,65	€ 38.173,25	22%	
22	1.400	Anti-dsDNA (anticorpi anti-DNA nativo)	IFI	DS-DNA SENSITIVE EUROATTERN	FC 1572-2010-1	w0102100105	Vedasi dich.ne	200	€ 1.140,00	40,0%	€ 3,42	€ 684,00	8,2	41	€ 5.608,80	€ 28.044,00	22%	
23	250	Anticorpi anti-endomisio IgA	IFI	ENDOMISIO (IgA) EUROATTERN	FA 1919-1005 A	w0102109015	Vedasi dich.ne	50	€ 273,00	61,0%	€ 2,13	€ 106,47	7,2	36	€ 766,56	€ 3.832,92	22%	
24	50	Anticorpi anti-endomisio IgG	IFI	ENDOMISIO, RETICOLINA (IgG) EUROATTERN	FA 1911-1005 G	w0102109015	Vedasi dich.ne	50	€ 360,00	61,0%	€ 3,04	€ 152,10	3,2	16	€ 486,72	€ 2.433,60	22%	
25	250	Test di conferma in blotting per la ricerca di anticorpi patologici epatiche (LKM, M2, SLA, LC1, Sp100, gp210)	BLOT	PROFILO EPATOPATIE AUTOIMMUNI	DL 1300-1601-4G	w0102109008	Vedasi dich.ne	16	€ 556,00	40,0%	€ 20,10	€ 321,60	15,8	79	€ 5.081,28	€ 25.406,40	22%	
26	150	Test di conferma in blotting per la ricerca di anticorpi Connettivi (nucleosomi, dsDNA, istoni, RNP, RNP/Sm, Sm, SS-A 60 KD, SS-A 62 KD, SSB, Scl-70, PCNA, dsDNA, istoni, proteine P-ribosomiale, M2, CENP B, Jo 1, PM-Scl, Mi2, Ku)	BLOT	ANTI-ENA PROFILEPLUS MK	DL 1590-1801-31G	w0102100199	Vedasi dich.ne	16	€ 695,00	40,0%	€ 26,08	€ 417,00	9,4	47	€ 3.919,80	€ 19.599,00	22%	
49.050	TOTALE TEST/ANNO																	

** Nota per voce 21 bis: Vi informiamo che la quantità dei test richiesti alla voce 21 bis è già stata considerata nella voce 21, in quanto il test offerto per la stessa voce è comprensivo di entrambi i fissativi richiesti.

PHADIA S.r.l.
 Via L. Temolo, 4 - Milano
 Amministratore delegato
EUROIMMUN ITALIA SRL
 Amministratore delegato
 SERENELLA VALENTI

Q.tà annua di test previsti	Descrizione parametri	Metodica	Nome commerciale	Codice Prodotto	CND	RDM	Confezto	prezzo di listino	sconto applicato	costo unitario	costo a confezione	Nr. conf. annue	Nr. conf. 5 anni	Totale annuo	Totale 5 anni	allq. IVA
-	-	IFA	PER IF SPRINTER IFA - RITTER RIPLATE SW AUS - 2 ml (piastre per diluizione)	43001-0020	W0503010204	n.a.	20 piastre	€ 62,40	15%	€ 2,652	€ 53,04	16	80	€ 848,64	€ 4.243,20	22%
-	-	IFA	PER IF SPRINTER IFA - RITTER 96 PS FONDA U, 300 ml per pozzetto	43001-0117	W0503010204	n.a.	100 piastre	€ 52,16	16,30%	€ 0,437	€ 43,66	25	130	€ 1.135,11	€ 5.675,53	22%
-	-	IFA	PER IF SPRINTER IFA - TONER BROTHER TN2320 NERO SERIE 2200 PER STAMPANTE HL- L2300D	TN.2320	-	n.a.	1 pz.	€ 78,00	0%	€ 78,000	€ 78,00	6	30	€ 488,00	€ 2.340,00	22%
-	-	IFA	PER IF SPRINTER IFA - RISMA DI CARTA	CARTA STAMPANTE	-	n.a.	500 fb.	€ 4,20	0%	€ 0,008	€ 4,20	36	180	€ 151,20	€ 756,00	22%
-	-	IFA	PER IF SPRINTER IFA - SETUP CLEAN	ZG 0009-0505	-	n.a.	1 lenichetta da 1/4 litro	€ 43,750	50%	€ 43,750	€ 43,75	5	25	€ 218,75	€ 1.093,75	22%
-	-	IFA	PER EUROBLOTMASTER 30 - INCUBATION TRAY WHITE, 30 CHANNELS	ZD 9899-0130	W0503010209	n.a.	Incubatore da 30 canali	€ 2,40	0%	€ 2,400	€ 2,40	14	70	€ 33,60	€ 168,00	22%
-	-	IFA	PER EUROBLOTMASTER 30 - SETUP CLEAN	ZG 0009-0505	-	n.a.	1 lenichetta da 1/4 litro	€ 43,750	50%	€ 43,750	€ 43,75	1	5	€ 43,75	€ 218,75	22%
-	-	IFA	PER EUROBLOTMASTER 30 - RISMA DI CARTA	CARTA STAMPANTE	-	n.a.	500 fb.	€ 4,20	0%	€ 0,008	€ 4,20	5	25	€ 21,00	€ 105,00	22%
-	-	IFA	PER EUROBLOTMASTER 30 - TONER BROTHER TN2320 NERO SERIE 2200 PER STAMPANTE HL- L2300D	TN.2320	-	n.a.	1 pz.	€ 78,00	0%	€ 78,000	€ 78,00	1	5	€ 78,00	€ 390,00	22%

Phadia S.r.l.	Euroimmun Italia S.r.l.
€ 110.738,59	€ 60.654,07

COSTO ANNUO DEL MATERIALE DI CONSUMO (reagenti e consumabili) (PCONS)

STRUMENTAZIONE	Nome commerciale	Codice Prodotto	CND	Q.tà	Valore di mercato
HADJA® 250, corredato da: PERSONAL COMPUTER TAMPANTE LASER IONITOR GRUPPO DI CONTINUITÀ OLLEGAMENTO AL LIS ENTRIFUGA DA BANCO GABELLI	PHADIA S.r.l.	12390001	W0201020102	1	€ 70.000,00
SPRINTER - IFA ReSe-T1rx6 Processore automatico per immunofluorescenza Indiretta con codice a barre, corredato da: ANCONE UROIMMUN PC PER LINEA SPRINTER IONITOR TAMPANTE IPS POWERVAR (EUROIMMUN AG)	EUROIMMUN ITALIA S.r.l.	YG 0032-0101	W0201020102	1	€ 35.000,00
URO PATTERN SUITE- Sistema per la gestione del paziente e microscopio automatico per l'interpretazione del pattern fluoroscopico, corredato da: ANCONE IONITOR FULL HD 24" I/O-SERVER (EPA-READY) URO PATTERN PC AMERA DOUBLE HEAD ILED URO PATTERN MICROSCOPE UROLAB OFFICE IPS POWERVAR (EUROIMMUN AG) IOUSE 3D	EUROIMMUN ITALIA S.r.l.	YG 0075-0101-1	W0202050380	1	€ 82.000,00
UROSTAR III PLUS - Microscopio a LED a fluorescenza e luce bianca, corredato da: AMERA ADAPTER 60 C 1/2" 0,5 X	EUROIMMUN ITALIA S.r.l.	YG 0306-0101-3	W0202050303	1	€ 9.200,00

EUROIMMUN ITALIA SRL
 Corso Saffi, 4 - St. F.
 20137 Milano
 P. IVA 03652620283

PHADIA S.r.l.
 Via L. Temolo, 4 - MILANO
 Cod. Fisc./P. IVA 04338170964

Luigia Invernizzi
PHADIA S.r.l.
 Luigia Invernizzi
 Amministratore Delegato

EUROIMMUN ITALIA SRL
 Corso Saffi, 4 - St. F.
 20137 Milano
 P. IVA 03652620283

Nome commerciale	Codice Prodotto	CND	Q.tà	Valore di mercato
LUMENERA LU375 - Telecamera per microscopio, contraddita da: EUROPICTURE	LU375 YG 0011-0101	W0201020102	1	€ 1.300,00
EUROBLOTMASTER 30 - processore per le strip di immunoblot, contraddita da: SCANNER CANON	YG 0151-0101	W0201020299	1	€ 9.200,00
PERSONAL COMPUTER	YG 0006-0101	-	1	
PERSONAL COMPUTER	PC	-	1	
MONITOR	MNT	-	1	
STAMPANTE	STAMP	-	1	
INTERFACCIAmento contraddita da: PERSONAL COMPUTER	HOST-SOFTW	-	1	€ 0,00
MONITOR	PC MNT	-	1	

IMPORTO PER GLI ONERI DI SICUREZZA (inclusi nei costi di cui sopra) RTI Phadia S.r.l. e EUROIMMUN ITALIA S.r.l. € 1.984,90

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Importo minimo fatturabile: € 0,00 (zero/00)
 validità dell'offerta: 180 gg. dal termine ultimo della presentazione delle offerte
 consegna reagenti: come da capitolato di gara
 consegna strumentazione: entro 60 gg. dalla data di comunicazione aggiudicazione
 termine periodo di fornitura: 60 mesi a decorrere dalla data del collaudo del Sistema

Nome commerciale	Codice Prodotto	CND	RDM	Confezto	costo a confezione
EIA Sympfony Weil	14550801	W0102100102	1223439	48	€ 112,96
EIA Fibriant Weil	14560501	W0102100199	1224064	24	€ 129,60
EIA PM-Sci Weil	14560201	W0102100109	1224054	24	€ 129,60
EIA PCNA Weil	14560301	W0102100199	1224062	24	€ 129,60
EIA MI-2 Weil	14560401	W0102100199	1224063	24	€ 129,60
EIA RNA Poi III Weil	14559901	W0102100199	1228176	24	€ 129,60

REAGENTI INOLTRE DISPONIBILI

PHADIA S.r.l.
 Via L. Temolo, 4 - MILANO
 Cod. Fisc./P. IVA 04339170964

EUROIMMUN ITALIA SpA
 Corso Sesto San Giovanni, 157 - St. F.
 00187 Roma
 P. IVA 00650290285

COSTO ANNUO DI LOCAZIONE SISTEMA (PL)
COSTO ANNUO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA (PMAN)
COSTO ANNUO DI LOCAZIONE, comprensivo di MANUTENZIONE (PLOC)

Phadia S.r.l.	Euroimmun Italia S.r.l.
€ 1.000,00	€ 19.800,00
€ 2.200,00	€ 7.100,00
€ 3.200,00	€ 27.000,00

[Signature]
PHADIA S.r.l.
 Lucia Ivernizzi
 Amministratore Delegato

[Signature]
EUROIMMUN ITALIA SpA
 Amministratore Delegato

ThermoFisher
SCIENTIFIC
The world leader in serving science

Thermo Fisher Scientific
ImmunoDiagnostics

Phadia S.r.l.
Via Libero Temolo, 4 – 20126 Milano, Italia
Phone +39 02 64163 411
Fax +39 800 324692
www.thermoscientific.com/phadia

Thermo
SCIENTIFIC

Milano, 25 maggio 2016

Ns. Rif. G/ES

SPETTABILE
AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO" E "C. ARRIGO"
AZIENDA OSPEDALIERA "SS. ANTONIO E BIAGIO" E "C. ARRIGO"
VIA S. CATERINA DA SIENA, 30
15121 ALESSANDRIA (AL)
S.C. ACQUISTI E GESTIONE SERVIZI ECONOMICI
C.A. SIG.RA FERRANDO STEFANIA
E-mail: sferrando@ospedale.al.it

Oggetto: **Phadia S.r.l. e Brahms Italia S.r.l. diventano Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.**

Gentile Cliente,

desideriamo metterLa a conoscenza dei cambiamenti organizzativi che Thermo Fisher Scientific attuerà nel corso dell'anno, in un'ottica di continuo miglioramento dei propri standard di efficienza ed efficacia, finalizzati alla soddisfazione dei suoi clienti.

A partire da lunedì 4 luglio 2016, le società Phadia S.r.l. e Brahms Italia S.r.l. verranno incorporate per fusione nella società "Thermo Fisher Diagnostics S.p.A.", entità precedentemente nota con il nome di Oxoid S.p.A., armonizzando in un'unica ragione sociale le tre Divisioni del gruppo Thermo Fisher Scientific che operano nel mercato IVD italiano.

All'interno della nuova Società, le tre Divisioni opereranno come tre *business unit* indipendenti e non vi sarà alcun tipo di ricaduta sull'operatività commerciale; tutti i contratti in essere non subiranno modifiche; gli obblighi e i diritti ivi contenuti saranno trasferiti alla Società "Thermo Fisher Diagnostics S.p.A."

Contestualmente a questo cambiamento, varieranno il Codice Fiscale, la Partita IVA, le coordinate bancarie e la sede legale delle due società incorporate, come riassunto nelle tabelle sottostanti.

ImmunoDiagnostics Division, Phadia S.r.l.	
Fino al 3 luglio 2016 Indirizzare e intestare tutti i documenti a:	Dal 4 luglio 2016 Indirizzare e intestare tutti i documenti a:
Phadia S.r.l. Via Libero Temolo, 4 20126 Milano (MI) C.F. e P.IVA 04338170964 IBAN: IT30 C031 0401 6200 0000 0770 012 SWIFT: DEUTITM1474 Deutsche Bank, Milano	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Strada Rivoltana 20090 Rodano (MI) C.F. e P.IVA 00889160156 IBAN: IT65 0031 0433 4000 0000 0770 009 SWIFT: DEUTITM1066 Deutsche Bank, Melzo

Clinical Diagnostics Division, Brahms Italia S.r.l.	
Fino al 3 luglio 2016 Indirizzare ed intestare tutti i documenti a:	Dal 4 luglio 2016 Indirizzare ed intestare tutti i documenti a:
Brahms Italia S.r.l. Via Libero Temolo, 4 20126 Milano (MI) C.F. e P.IVA 06057300961 IBAN: IT13 G031 0401 6070 0000 0821 017 SWIFT: DEUTITM1467 Deutsche Bank, Milano	Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. Strada Rivoltana 20090 Rodano (MI) C.F. e P.IVA 00889160156 IBAN: IT65 0031 0433 4000 0000 0770 009 SWIFT: DEUTITM1066 Deutsche Bank, Melzo

Rimangono invariati tutti i contatti telefonici cellulari, i numeri verdi e le E-mail del nostro personale, compreso il Suo riferimento commerciale di zona.

Società unipersonale. Soggetta a direzione e coordinamento di Phadia AB (Svezia). Sede legale Milano. Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.
R.E.A. n. 1740048 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese Tribunale di Milano n. 04338170964

ThermoFisher
SCIENTIFIC

The world leader in serving science

Thermo Fisher Scientific
ImmunoDiagnostics

Phadia S.r.l.
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano, Italia
Phone +39 02 64163 411
Fax +39 800 324692
www.thermoscientific.com/phadia


Thermo
SCIENTIFIC

Desideriamo garantirLe che questo passaggio a "Thermo Fisher Diagnostics S.p.A." non comporterà alcuna interruzione delle attività lavorative e che ci sarà, da parte nostra, il massimo impegno affinché il tutto avvenga con il minor disagio possibile.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione, non esiti a contattarci utilizzando i Suoi abituali riferimenti.

La ringraziamo per la Sua cortese attenzione.

Cordiali Saluti,



Dott.ssa Luigia Invernizzi
Country Manager
ImmunoDiagnostics Division
Phadia S.r.l.



Dott. Fabio Villanova
Director Commercial Operations Southern Europe
Clinical Diagnostics Division
Brahms Italia S.r.l.



Regione Piemonte
Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"
Alessandria


Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n. **677** del **17/06/2016** (ai sensi della D.G.R. n.42-1370 del 27/04/2015)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal

Alessandria, li **21 GIU. 2016**

21 GIU. 2016



Il Funzionario Incaricato
(dr.ssa Patrizia Negri)

-
- Esecutiva dal: 17/06/2016
-

Trasmessa:

- Al Presidente Collegio Sindacale in data: 20/06/2016
Ai sensi art.14 L.R. n.10 del 24.1.1995
- Alla Giunta Regionale in data:
- Richiesta chiarimenti in data:
- Ricevuti chiarimenti in data: