

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001298 del 23/10/2024

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36, PER LA FORNITURA DI DUE LETTI DA RIANIMAZIONE PER ADULTI PER LA S.S. TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA – (SPESA € 13.888,58 IVA INCLUSA).

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

*L'Estensore: **Ferrando Michela***

Data 22/10/2024

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

*Il Responsabile del Procedimento: **Ferrando Michela***

Data 22/10/2024

*Il Direttore Contabilità e Patrimonio: **Legora Delfina***

Data 23/10/2024

Proposta: 0001379 del 22/10/2024

Hash proposta: b89f32bfc08b498a93bba3f8a0f08a1c2bc8af640c53be1f712ac31fe9d15172

STRUTTURA: Processi amministrativi generali e di approvvigionamento

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36, PER LA FORNITURA DI DUE LETTI DA RIANIMAZIONE PER ADULTI PER LA S.S. TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA – (spesa € 13.888,58 IVA inclusa).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Ferrando Michela

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 31/03/2023 n.36 "*Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

RICHIAMATO il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n.36 approvato con determinazione n. 526 del 24/11/2023 e modificato con determinazione n. 109 del 06/03/2024.

PRESO ATTO della richiesta formulata dalla S.S. Terapia Intensiva Pediatrica della sostituzione di due letti da rianimazione obsoleti e non funzionanti.

PREMESSO CHE il Piano Investimenti 2024-2026, approvato con la deliberazione DG n. 608 del 29/12/2023, ad oggetto "Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico anno 2024.", prevede, per l'anno 2024, l'acquisto di n.2 letti da rianimazione per adulti per la S.C. Terapia Intensiva Pediatrica mediante l'utilizzo dei fondi del Legato dell'Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria.

RILEVATO che in ragione del valore della fornitura in oggetto, inferiore all'importo di € 140.000,00, è possibile procedere mediante degli affidamenti diretti di fornitura, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, in base alle caratteristiche del prodotto da acquisire.

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che stabilisce che "*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*".

RITENUTO di procedere con la richiesta di offerta nei confronti di due fornitori, per addivenire alla scelta del contraente valutando le caratteristiche tecnico-funzionali indicate nella richiesta ed il prezzo proposto, salvo verifica di completezza dell'offerta e conformità della stessa alle esigenze del reparto.

DATO ATTO CHE:

- in data 04/07/2024, tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria è stata inoltrata richiesta di offerta a due ditte del settore, Favero Health Projects spa e Linet Italia srl;
- entro il termine di scadenza del 17/07/2024, pervenivano le offerte di entrambe le ditte.

PRESO ATTO del documento di valutazione delle offerte, redatto dall'Ingegneria Clinica in data 18/10/2024 sulla base della relazione tecnica del Coordinatore Infermieristico della S.S. Terapia Intensiva Pediatrica, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nel quale viene proposto l'affidamento della fornitura alla ditta Favero Health Projects spa, risultante per le ragioni tecniche ed economiche la più congrua.

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto nei confronti della ditta Favero Health Projects spa come sopra indicato, per l'importo di Euro 11.384,08 IVA esclusa.

CONSIDERATO CHE risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto trattasi di fornitore diverso da quello che ha conseguito l'ultima aggiudicazione di letti da rianimazione.

RITENUTO in ottemperanza ai principi di tempestività, proporzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa, in ragione dell'importo dell'affidamento, di procedere all'affidamento in oggetto nei confronti della ditta Favero Health Projects spa.

DATO ATTO CHE:

- questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt'oggi convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per il prodotto oggetto della fornitura e per tali motivi non è stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base d'asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191.
- non risultano presenti contratti di fornitura attivi derivanti dall'effettuazione di gare da parte di centrali regionali di riferimento, da utilizzare per il relativo approvvigionamento così come prescritto dall'art. 7, comma 1 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito con modificazioni nella Legge 06.07.2012 n. 94.
- per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, si precisa non sussistono al momento prezzi di riferimento elaborati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) relativi ai beni oggetto del presente provvedimento.

DATO INOLTRE ATTO CHE

- alla presente procedura è stato assegnato il CIG B3E95C9A0E da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
- l'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula e perfezionamento del relativo contratto con l'aggiudicatario coincidente con l'emissione dell'ordine;
- trattandosi di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, questa stazione appaltante effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione, autocertificati dall'operatore economico, sulla base di quanto previsto dall'art.8 del Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'rt.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

RITENUTO di rinunciare alla richiesta della garanzia definitiva, trattandosi di prestazione di immediata esecuzione, sulla base di quanto previsto dall'art.10 del Regolamento aziendale per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

DATO ATTO CHE l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 11.384,08 I.V.A 22%, per complessivi € 13.888,58 IVA 22% inclusa, per l'anno 2024, ricompreso nel Piano Investimenti 2024-2026, approvato con la deliberazione DG n. 608 del 29/12/2023, ad oggetto "Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico anno 2024." rientra nella disponibilità dei fondi del Legato dell'Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria ed è riconducibile al conto 1.12.04.11 "Attrezzature sanitarie".

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett b) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di due letti da rianimazione per la S.S.Terapia Intensiva Pediatrica alla ditta e alle condizioni economiche sotto riportate:

FAVERO HEALTH PROJECTS SPA – Via Schiavonesca Priula, 20 – 31044 MONTEBELLUNA (TV) - P.IVA 00175410265

Offerta n. 1148/2024 del 10/07/2024

n. 2 cod. 9LI70LTS – Letto con basculamento laterale e con sistema di pesatura Inspire Next Precision, nella configurazione indicata in offerta, ciascuno completo di:

- n. 1 cod. 9LI9504R Asta flebo 4 ganci inox regolabile
 - n. 1 cod. 9LI9110 Coppia barra porta sacche
 - n. 1 cod. 9LI9030 Portabombola richiudibile D.150 Inspire Next
- al prezzo unitario di € 5.612,04 + IVA 22%
oneri per la sicurezza da interferenze: € 160,00 + IVA 22%
Totale offerta € 11.384,08 + IVA 22%

Condizioni di fornitura:

- Consegna: circa 45/60 gg.
- Garanzia: 24 mesi

2. di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 11.384,08 I.V.A 22%, per complessivi € 13.888,58 IVA 22% inclusa, per l'anno 2024, ricompreso nel Piano Investimenti 2024-2026, approvato con la deliberazione DG n. 608 del 29/12/2023, ad oggetto "Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico anno 2024." rientra nella disponibilità dei fondi del Legato dell'Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria ed è riconducibile al conto 1.12.04.11 "Attrezzature sanitarie".;
3. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG B3E95C9A0E da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
4. di nominare ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'ing. Gianluca Marocco – Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, in considerazione della specificità dell'appalto per il quale è richiesta competenza per l'attività di collaudo della fornitura e di verifica dell'assistenza tecnica.

Stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità dei disporre del bene in oggetto in tempi brevi

DETERMINA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000

**IL DIRETTORE
Ferrando Fabrizio**

**RELAZIONE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE PER LA FORNITURA DI N.2
LETTI DEGENZA DA DESTINARE ALLA S.S. TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA**

Sono stati esaminati, in prova pratica nell'ambito della procedura di affidamento in corso, i letti degenza di seguito elencati:

Fornitore	Favero Health Projects S.p.a.	Linet Italia S.r.l.
Produttore	Favero Health Projects S.p.a.	Linet Italia S.r.l.
Modello	Inspire Next Precision	Multicare

A fronte delle prove, effettuate presso l'Ospedale Infantile, dall'attenta analisi delle specifiche tecniche definite in fase di interpello e oggetto di valutazione, si riportano le seguenti considerazioni:

Favero Health Projects S.p.a. - mod. Inspire Next Precision

Caratteristiche generali del letto offerto (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: accessibilità al paziente, facilità di movimentazione, ergonomia, completezza dei comandi, facilità di posizionamento di apparecchio RX, compatibilità con gli ascensori, sistemi di sicurezza presenti....):

il letto dispone di caratteristiche soddisfacenti per quanto riguarda tutti gli aspetti sopracitati. Si rileva soltanto l'assenza di un blocco che impedisca l'attivazione del basculamento laterale nel caso in cui le sponde fossero abbassate.

Grado di precisione della bilancia:

la bilancia in dotazione presenta, nel range di interesse per l'utilizzo specifico su pazienti pediatrici (da 0 a 150 Kg), un grado di risoluzione ottimale pari a 50 g.

Materiali costitutivi la struttura e il piano paziente (verranno valorizzate le strutture e i materiali in grado di agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione):

il letto è costituito da materiali di ottima qualità. Apprezzabile la presenza di particelle antibatteriche all'interno della miscela costituente le plastiche principali facenti parte la struttura.

Facilmente rimovibili tutte le parti più contaminabili della struttura e del piano rete, aspetto importante per quanto riguarda le operazioni di pulizia e sanificazione. Anche la restante parte della struttura risulta concepita per meglio agevolare le operazioni di pulizia.

Linet Italia S.r.l. – mod. Multicare

Caratteristiche generali del letto offerto (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: accessibilità al paziente, facilità di movimentazione, ergonomia, completezza dei comandi,

facilità di posizionamento di apparecchio RX, compatibilità con gli ascensori, sistemi di sicurezza presenti...):

molto apprezzata e clinicamente utile la terapia rotazionale presente su questo letto che permette di realizzare un basculamento laterale iperesteso, anche programmabile, del piano paziente fino a raggiungere un'inclinazione massima di 30°. Per il resto, il modello proposto dispone di caratteristiche soddisfacenti per quanto riguarda tutti gli aspetti sopracitati; si segnala, inoltre, la presenza di un blocco che impedisce l'attivazione del basculamento laterale nel caso in cui le sponde fossero abbassate.

Grado di precisione della bilancia:

la bilancia in dotazione presenta, su tutto il range di portata del letto (fino a 250 Kg), un grado di risoluzione buono pari a 100 g.


Materiali costitutivi la struttura e il piano paziente (verranno valorizzate le strutture e i materiali in grado di agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione):

il letto è costituito da materiali di ottima qualità. Facilmente rimovibili tutte le parti più contaminabili della struttura e del piano rete, aspetto importante per quanto riguarda le operazioni di pulizia e sanificazione. Anche la restante parte della struttura risulta concepita per meglio agevolare le operazioni di pulizia.

Tale relazione viene allegata alla scheda di valutazione complessiva, contenente i tempi di consegna e la quotazione economica.

Alessandria, 18/10/2024

Dott.ssa Federica Orecchia
Coordinatore Infermieristico
S.S. Terapia Intensiva Pediatrica



**N.2 LETTI DEGENZA PER LA S.S. TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA
RISPONDENZA DELLE OFFERTE**

FORNITORE	Favero Health Projects S.p.a.	Linet Italia S.r.l.
PRODUTTORE	Favero Health Projects S.p.a.	Linet Italia S.r.l.
MODELLO	Inspire Next Precision	Multicare
REQUISITI OBBLIGATORI		
letto a movimentazioni elettriche dotato di n.4 ruote antistatiche, direzionabili e sistema di frenatura	sì	sì
struttura dotata di 3 snodi e 4 sezioni	sì	sì
sezione toraco-addominale radiotrasparente	sì	sì
comandi elettrici per tutte le movimentazioni azionabili da doppia pulsantiera	sì	sì
movimentazioni per altezza, sezione schiena, femore, piedi, trendelemburg, antitrendelemburg e tilt laterale	sì	sì
movimento di traslazione in contemporanea della sezione schienale e della sezione femorale per prevenire lo schiacciamento addominale e lo scivolamento del paziente verso il fondo del letto	sì	sì
comando bilaterale per manovre di RCP facilmente accessibile e azionabile	sì	sì
festiera e pediera asportabili e dotate di sistema di blocco di sicurezza in sede	sì	sì
semisponde laterali a scomparsa solidali con il movimento di mobilitazione dello schienale e che escludano rischi di intrappolamento e caduta del paziente	sì	sì
sistema di allarme sonoro di sicurezza in caso di freno non inserito con letto collegato all'alimentazione elettrica	sì	il letto dispone di un sistema di inserimento automatico del freno se il letto è collegato alla rete elettrica e non viene movimentato per almeno un minuto
presenza di batteria tampone per consentire la movimentazione del letto anche durante il trasporto o in assenza di alimentazione	sì	sì
alloggiamenti per aste porta flebo e drenaggi bilaterali comprensivi di eventuali ganci	sì	sì
completo di: - bilancia per pesatura - n.1 asta porta flebo - n.1 supporto per bombola	sì	sì
Prezzo (IVA esclusa)	11.384,08 €	26.984,00 €
Tempi di consegna	45/60 gg	6/8 settimane dall'ordine

VALUTAZIONE

A fronte dell'analisi della documentazione tecnica fornita dalle due ditte partecipanti e sintetizzata nella tabella sopra riportata si evince che entrambi i letti risultano rispondenti alle specifiche richieste (nel caso particolare del letto Multicare proposto dalla ditta Linet, si precisa che l'assenza del sistema di allarme sonoro in caso di mancato inserimento del freno è conseguente al fatto che tale letto adotta un sistema di inserimento automatico dello stesso che rende l'allarme non necessario).

Dalla relazione redatta dalla dott.ssa Orecchia in qualità di caposala della Struttura destinataria, quale parte integrante di tale valutazione, si può evincere che, in prima analisi entrambi i letti presentati rispondono alle necessità cliniche di reparto. Più in dettaglio, per quanto riguarda il letto proposto dalla ditta Favero, si apprezzano la risoluzione della bilancia, ottimale considerata la tipologia di paziente cui il letto è destinato e i materiali costitutivi la struttura, trattati con particelle antibatteriche. Per quanto concerne, invece, il letto proposto dalla ditta Linet si apprezza particolarmente la disponibilità della funzione di "terapia rotazionale", molto importante per sollecitare l'espettorato delle secrezioni bronchiali nei pazienti "intensivi".

Preso, da ultimo, visione dell'offerta economica pervenuta dalle due ditte interpellate si rileva che quella presentata da Favero Health Projects S.p.a. risulta essere estremamente più vantaggiosa rispetto a quella formulata dalla ditta concorrente Linet Italia S.r.l. e che la presenza della funzione di "terapia rotazionale" sul letto Multicare da questa proposto, pur associata ad altre utili funzionalità tecniche disponibili e visionate in sede di prova pratica, si ritiene non sia tale da controbilanciare la differenza di costo rilevata.

Pertanto, quale sintesi delle ragioni tecniche e di quelle economiche su esposte, si ritiene maggiormente congruo acquisire il letto di marca Favero denominato Inspire Next Precision affidando, pertanto, la presente fornitura alla ditta Favero Health Projects S.p.a. secondo quanto da quest'ultima offerto.

NOME COGNOME FIRMA
ing. Giovanni Robino

Visto di copertura finanziaria per acquisti cespiti

Si autorizza con copertura derivante da legato per Ospedale Infantile.

Il Direttore SC Contabilità e Patrimonio
(dr.ssa Delfina Legora)