



Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it - asoalelessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

DETERMINAZIONE N. 1216 DEL 10/08/2023

OGGETTO: ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA EUROPEA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA (GARA ANAC N. 8578884) AGGIUDICATA DALL'ASL AT CON DETERMINA N. 880 DEL 30.06.2023. CIG VARI. SPESA € 5.043.189,00 IVA ESCLUSA.

Responsabile Struttura **Ferrando Fabrizio**

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO: ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA EUROPEA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA (GARA ANAC N. 8578884) AGGIUDICATA DALL'ASL AT CON DETERMINA N. 880 DEL 30.06.2023. CIG VARI. SPESA € 5.043.189,00 IVA ESCLUSA.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Braschi Francesca

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016 nr. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*" e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*";

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, con Legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO nello specifico l’art. 226 *“Abrogazioni e disposizioni finali”* del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che al comma 2 stabilisce: *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’[articolo 229, comma 2](#), le disposizioni di cui al [decreto legislativo n. 50 del 2016](#) continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso”*;

RICHIAMATE la D.G.R. 43-6861 del 09.12/2013 con la quale sono state individuate cinque Aree Interaziendali di Coordinamento a livello sanitario della Regione Piemonte, tra cui la n.5 comprendente le aziende sanitarie regionali A.S.L. AL, A.S.L. AT e l’Azienda Ospedaliera “SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria (di seguito, per brevità, AIC 5), con l’obiettivo, tra l’altro, di espletare gare in forma aggregata e la D.G.R. 26-6945 del 23.12.2014 con la quale la Regione Piemonte, nel dettare disposizioni transitorie alle AA.SS.RR. per la continuità della funzione acquisti, ha disposto di continuare a perseguire l’obiettivo della programmazione degli acquisti a livello aggregato di A.I.C. 5;

DATO ATTO che in ottemperanza alle richiamate disposizioni regionali, l’Azienda Sanitaria Locale AT di Asti, in qualità di Stazione Appaltante, con Determina n. 991/TPLA del 29/06/2022, ha indetto una gara europea a livello aggregato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura, suddivisa in n. 51 lotti funzionali, di dispositivi medici per Emodinamica diagnostica e interventistica occorrente all’ASL AT e all’AO AL, comprensiva anche dei presidi di cui ai Lotti deserti della precedente gara Anac n. 7218533;

PRESO ATTO che l’ASL AT, con successiva Determinazione n. 880 del 29.06.2023, ad oggetto *GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL’ASL AT DI ASTI E ALL’AO AL DI ALESSANDRIA. ID SINTEL 156102322 - GARA ANAC N. 8578884. AGGIUDICAZIONE*, allegata al presene atto ha approvato le risultanze della procedura di gara;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto in adesione alla gara sovrazonale è prevista dal Programma biennale 2023/2024 degli acquisti di beni e servizi di competenza della S.C. Area Appalti innovativi e

procedure di acquisto sovrazionali ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Deliberazione n. 151 del 22/03/2023 ed identificata da CUI F01640560064202200009 ;

PRESO ATTO degli esiti complessivi della gara sovrazionale per la fornitura di dispositivi medici per emodinamica diagnostica e interventistica occorrente all'ASL AT di Asti e all'AO di Alessandria, aggiudicata con determina dell'ASL AT n. 880 del 30/06/2023 il cui quadro di aggiudicazione risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che:

- Per i lotti 1-3-4-6-8-10-11-12-13-16-20-21-23--25-26-27-28-30-32-33-34-39-40-41-42-43-45-46-47-48 e 49 è stata prevista e disposta l'aggiudicazione ad un solo operatore economico;
- Per i lotti 2-5-14-15-17-18-19--29-37-38-44-50-51 è stata prevista e disposta l'aggiudicazione in regime di accordo quadro senza successivo confronto competitivo, ex articolo 54 del D. Lgs. 50/2016, in favore di più fornitori, in numero massimo di tre, secondo il seguente criterio di ripartizione percentuale definito nel Disciplinare di gara

Primo 60%

Secondo 20%

Terzo 20%

PRESO ATTO altresì che i Lotti 7-9-22-24-31-35-36 non sono stati aggiudicati in quanto revocati o deserti;

ATTESO che sulla base dell'elenco dettagliato degli operatori aggiudicatari e delle tipologie di dispositivi di interesse di questa Azienda ospedaliera nonché sulla base dei fabbisogni indicati in fase istruttoria per ciascuno dei Lotti, è stato definito il valore dei singoli contratti e sono stati attribuiti i relativi CIG derivati come risultante nel dettaglio dal Prospetto di adesione allegato a costituire parte integrante e sostanziale che si approva con il presente provvedimento;

DATO ATTO che i Lotti 20-32-33-41-42-43-45 e 46 dettagliati nel Prospetto allegato al presente atto, comprendono, oltre alla fornitura dei dispositivi, la fornitura di attrezzature in noleggio od in comodato d'uso gratuito per le quali sarà effettuato il collaudo dalla competente S.S. Ingegneria clinica, ai fini della successiva attivazione del relativo contratto di locazione;

EVIDENZIATO che poiché la procedura di gara in oggetto è stata indetta dall'ASL AT prima della data in cui il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha acquistato efficacia, ovvero il 1 luglio 2023, nonché interamente espletata ai sensi della previgente normativa, i contratti esecutivi, in adesione agli accordi quadro, che si approvano con il presente atto, sono retti dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

PRECISATO che:

- i contratti con gli operatori economici aggiudicatari saranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere tramite posta elettronica certificata o scrittura privata in relazione all'importo contrattuale;
- le verifiche sul possesso dei requisiti generali prescritti dall'art.80 del D.Lgs 50/2016 si intendono assolute per effetto dell'aggiudicazione disposta dall'ASL AT, in qualità di Stazione appaltante capofila ed in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti successivi alla stipula, si procederà alla risoluzione del contratto;
- alla presente procedura, così come prescritto dall' art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati attribuiti i CIG derivati indicati nel Prospetto di adesione;

DATA EVIDENZA inoltre che, i rapporti contrattuali con gli operatori economici affidatari sono disciplinati, anche per quanto attiene agli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dalle condizioni contrattuali definite negli atti di gara e nel Capitolato tecnico predisposti dalla ASL AT in qualità di stazione appaltante e depositati agli atti della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento;

INDIVIDUATI i seguenti Direttori dell'Esecuzione del Contratto:

- per le attrezzature e l'assistenza tecnica: l'ing. Gianluca Marocco – Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, o suo delegato;
- per i dispositivi il Dott. Gianfranco Pistis Direttore della S.C. Cardiologia

DATO ATTO che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 5.043.189,00 oltre IVA al 4%, 5% e 22%, per complessivi € 6.152.690,58 IVA inclusa, viene così suddiviso:

- € 7.393,20 con IVA al 22 % inclusa per l'anno in corso 2023 rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con Delibera n. 255 del 17.05.2023 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2023" ed è riconducibile al conto economico "*Canoni per beni strumentali sanitari*" della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento;
- € 676.239,08 con IVA al 4% al 5% ed al 22 % inclusa per l'anno in corso 2023 rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con Delibera n. 255 del 17.05.2023 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2023" ed è riconducibile al conto economico 03.10.01.64 "*Acquisto dispositivi medici*" della S.C. Farmacia Ospedaliera;
- € 59.145,60 con IVA al 22 % inclusa per gli anni successivi (periodo 01/01/2024 –31/08/2026) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese è riconducibile al conto economico "*Canoni per beni strumentali sanitari*" della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento come segue:

- Anno 2024 € 22.179,60
 - Anno 2025 € 22.179,60
 - Anno 2026 € 14.786,40
- € 5.409.912,69 con IVA al 22 % inclusa per gli anni successivi (periodo 01/01/2024 –31/08/2026) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese è riconducibile al conto economico 03.10.01.64 “*Acquisto dispositivi medici*” della S.C. Farmacia Ospedaliera, come segue:
- Anno 2024 € 2.028.717,26
 - Anno 2025 € 2.028.717,26
 - Anno 2026 € 1.352.478,17

RICHIAMATO il Regolamento aziendale recante *Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016*, sottoscritto tra le parti in data 31 marzo 2022 ed approvato con Deliberazione n. 397 del 20.09.2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9 del citato Regolamento aziendale recante la *Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016*, la determinazione delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività definite dall’art. 3 del Regolamento stesso, avviene attraverso la costituzione di specifico fondo e che gli importi da imputare alla alimentazione del fondo sono quantificati nella Determinazione a contrarre e nell’atto di aggiudicazione;

ATTESO che si rende pertanto necessario determinare gli importi riferiti alla presente procedura da destinare alla alimentazione del fondo, calcolati sulla base dell’importo dell’adesione al netto dell’I.V.A.;

DATA EVIDENZA che, in applicazione dei criteri e delle percentuali, stabiliti dall’art. 9 del Regolamento, l’importo oggetto di accantonamento per la presente procedura è costituito come segue:

IMPORTO A BASE D’ASTA	PERCENTUALE DA APPLICARE	COEFFICIENTE DI COMPLESSITA’	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FONDO	QUOTA EROGABILE AL PERSONALE (80%)	ACCANTONAMENTO EX ART. 113, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 (20%)
€ 5.043.189,00	Da 5.000.000 fino a 10.000.000 0,20%	MEDIA 0,4	€ 4.034,55	€ 3.227,64	€ 806,91

PRECISATO inoltre che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le funzioni svolte dai soggetti di cui all’art. 2 del richiamato Regolamento ed il 20% delle risorse finanziate del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato alle azioni migliorative di cui all’art. 7 del Regolamento ai sensi dell’art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, Responsabile unico del procedimento - RUP della presente procedura è la Dott.ssa Francesca Braschi, Collaboratore Amministrativo Professionale assegnata alla S.C. Area Appalti innovativi e procedure d'acquisto sovrazionali;

INDIVIDUATI fin d'ora la Sig.ra Monica Soliani e la Dott.ssa Vanessa Lo Chiano ed il personale addetto alla registrazione dei contratti ed emissione degli ordinativi per lo svolgimento delle funzioni di supporto e collaborazione nella fase di esecuzione;

RITENUTO, mediante l'adozione del presente provvedimento, di aderire agli esiti della procedura di gara espletata dall'ASL AT per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per emodinamica diagnostica e interventistica occorrente all'Asl At di Asti e all'Azienda ospedaliera di Alessandria. Id Sintel 156102322 - gara anac n. 8578884 per n. 36 mesi oltre opzione di rinnovo contrattuale per 24 mesi alle condizioni economiche di cui al richiamato provvedimento n. 880 del 29/06/2023 dell'ASL AT, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine garantire l'approvvigionamento dei prodotti in esame occorrenti al corretto svolgimento di questa Azienda ospedaliera;

RILEVATA la correttezza e la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di aderire agli esiti della procedura di gara espletata dall'ASL AT per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per emodinamica diagnostica e interventistica occorrente all'Asl At di Asti e all'Azienda ospedaliera di Alessandria. Id Sintel 156102322 - gara anac n. 8578884 per n. 36 mesi oltre opzione di rinnovo contrattuale per 24 mesi, alle condizioni economiche di cui al richiamato provvedimento n. 880 del 29/06/2023 dell'ASL AT, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i prospetti allegati a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto in cui sono dettagliatamente indicati i dispositivi occorrenti a questa Azienda Ospedaliera per tutta la durata di vigenza dei relativi accordi quadro ovvero fino al 31.08.2026, il valore dei contratti con gli operatori economici aggiudicatari ed i CIG derivati attribuiti;
3. di dare atto che il perfezionamento dei contratti avverrà mediante scambio di lettera commerciale per posta elettronica certificata o scrittura privata in relazione all'importo contrattuale;
4. di dare atto che i rapporti contrattuali con gli operatori economici affidatari sono disciplinati anche per quanto attiene agli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., dalle condizioni

contrattuali definite negli atti di gara e nel Capitolato tecnico predisposti dalla ASL AT in qualità di stazione appaltante e depositati agli atti della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento;

5. di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti generali prescritti dall'art.80 del D.Lgs 50/2016 si intendono assolte per effetto dell'aggiudicazione disposta dall'ASL AT, in qualità di Stazione appaltante capofila ed in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti successivi alla stipula, si procederà alla risoluzione del contratto;
6. di dare atto che alla presente procedura sono stati attribuiti i CIG derivati indicati nel prospetto di adesione allegato da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
7. di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a 5.043.189,00 oltre IVA al 4%, 5% e 22%, per complessivi € 6.152.690,58 IVA inclusa, viene così suddiviso:
 - € 7.393,20 con IVA al 22 % inclusa per l'anno in corso 2023 rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con Delibera n. 255 del 17.05.2023 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2023" ed è riconducibile al conto economico "*Canoni per beni strumentali sanitari*" della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento;
 - € 676.239,08 con IVA al 4% al 5% ed al 22 % inclusa per l'anno in corso 2023 rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con Delibera n. 255 del 17.05.2023 ad oggetto: "Budget Provvisorio di Spesa per l'anno 2023" ed è riconducibile al conto economico 03.10.01.64 "*Acquisto dispositivi medici*" della S.C. Farmacia Ospedaliera;
 - € 59.145,60 con IVA al 22 % inclusa per gli anni successivi (periodo 01/01/2024 –31/08/2026) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese è riconducibile al conto economico "*Canoni per beni strumentali sanitari*" della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento come segue:
 - Anno 2024 € 22.179,60
 - Anno 2025 € 22.179,60
 - Anno 2026 € 14.786,40
 - € 5.409.912,69 con IVA al 22 % inclusa per gli anni successivi (periodo 01/01/2024 –31/08/2026) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese è riconducibile al conto economico 03.10.01.64 "*Acquisto dispositivi medici*" della S.C. Farmacia Ospedaliera, come segue:
 - Anno 2024 € 2.028.717,26
 - Anno 2025 € 2.028.717,26
 - Anno 2026 € 1.352.478,17

8. di nominare i seguenti Direttori dell'Esecuzione del Contratto per l'Azienda Ospedaliera di Alessandria:
 - Per le attrezzature e l'assistenza tecnica: l'ing. Gianluca Marocco – Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, o suo delegato;
 - Per i dispositivi il Dott. Gianfranco Pistis Direttore della S.C. Cardiologia
9. di determinare come segue, e come dettagliatamente riportato in preambolo, gli importi riferiti alla presente procedura di adesione da destinare alla alimentazione del fondo ai sensi dell'art. 9 del Regolamento aziendale recante la Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, adottato con Delibera n. 397 del 20.09.2022:
10. € 3.227,64 (80%) Quota percentuale erogabile al personale per la fase di esecuzione
11. € 806,91 (20%) Accantonamento ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016
12. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento sul sito web aziendale www.ospedale.al.it alla sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
13. stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di garantire l'approvvigionamento dei prodotti occorrenti a questa Azienda Ospedaliera, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24/01/1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ferrando Fabrizio

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte
ASL AT

DETERMINAZIONE DELLA STRUTTURA
Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Determina n. 880 del 29/06/2023

Oggetto: GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA. ID SINTEL 156102322 - GARA ANAC N. 8578884. AGGIUDICAZIONE.

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. TECNICO PATRIMONIALE E ACQUISTI

Oggetto: **GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL’ASL AT DI ASTI E ALL’AO AL DI ALESSANDRIA. ID SINTEL 156102322 - GARA ANAC N. 8578884. AGGIUDICAZIONE.**

SCHEMA DI SINTESI	
Contenuto del provvedimento: Conclusione del procedimento relativo alla procedura, ID Sintel 156102322 del 30/06/2022, denominata “Gara Europea mediante procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per emodinamica diagnostica e interventistica occorrente all’ASL AT di Asti e all’AO AL di Alessandria per un periodo di 36 mesi. CUI: F01120620057202200123	
Documentazione istruttoria: Agli atti della S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti.	
Allegati - Verbali del Seggio di gara n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 delle attività di esame delle offerte ricevute; - Verbali della Commissione giudicatrice n.1, 2, 3, 4, 5 e 6 con di tabelle di “Valutazioni lotti” da 1 a 51 e “Riepilogo punteggi tecnici”. Tabelle incentivi	
Spesa prevista (spuntare la voce d’interesse e specificare): Totale Euro 2.569.893,00 IVA 4-5-22% esclusa pari a Euro 3.135.269,46 IVA inclusa da imputare ai rispettivi esercizi di bilancio come segue: Anno 2023 – sub 6/416 - Euro 511.455,111 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici” - Euro 11.089,80 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari” Anno 2024 - Euro 1.022.910,22 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici” - Euro 22.179,60 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari” Anno 2025 - Euro 1.022.910,22 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici” - Euro 22.179,60 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari” Anno 2026 - Euro 511.455,111 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici” - Euro 11.089,80 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”	
L’atto contiene le analisi dei costi cessanti e dei costi emergenti	☐
Sussistenza disponibilità economica in quanto si fa riferimento alla spesa storica	☐
Il costo è pari al costo storico per lo stesso periodo, l’atto non comporta oneri aggiuntivi.	☐

Il costo è **minore** dello storico per lo stesso periodo: (specificare la copertura):

x

VISTO il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

VISTA la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

VISTO il D.P.G.R. n. 92 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AT.

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 24-5836 del 21 ottobre 2022 ad oggetto: "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AT di Asti - Atto n. 49 del 22.04.2022 "Aggiornamento Atto Aziendale". Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par.5.1.;

-la deliberazione n. 171 del 14/12/2022 ad oggetto: "D.G.R. 24-5836 del 21 ottobre 2022 procedimento regionale di verifica Atti Aziendali: recepimento prescrizioni", in particolare l'art.29 rubricato -"Separazione dei Poteri", l'art 30 rubricato "Adozione dei provvedimenti amministrativi e degli atti di diritto privato" nonché le linee guida per l'adozione degli atti dell'Azienda;

- la deliberazione n. 32 del 21/02/2023 ad oggetto: "Atto Aziendale e Piano di Organizzazione: cronoprogramma e primo provvedimento attuativo" e i relativi effetti conseguenti;

- la deliberazione n. 40 del 14/03/2023 ad oggetto: "Atto Aziendale e Piano di Organizzazione: secondo provvedimento attuativo" e i relativi effetti conseguenti.

- la deliberazione n. 67 del 27/04/2023 ad oggetto: "Atto Aziendale e Piano di Organizzazione : terzo provvedimento attuativo" e i relativi effetti conseguenti.

VISTA la deliberazione n. 81 del 18/05/2023 che conferisce l'incarico di Direttore facente funzioni ex art. 73 c. 4 del CCNL Area Dirigenza PTA del 17/12/2020 della S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti al Dott. Paolo DE GIOVANNI, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il conferimento dell'incarico di direzione della S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti.

PRESA VISIONE della proposta del titolare della PO Beni sanitari afferente alla S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti, Responsabile del procedimento, di seguito riportata.

PREMESSO che:

- l'Azienda Sanitaria Locale AT di Asti, in qualità di Stazione Appaltante, con Determina n. 991/TPLA del 29/06/2022, ha indetto gara europea a livello aggregato di Area Interaziendale di Coordinamento n. 5, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura, suddivisa in n. 51 lotti funzionali, di **DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA** occorrente all'ASL AT e all'AO AL per un importo complessivo come da prospetto che segue:

IMPORTO A BASE DI GARA PER 36 MESI		OPZIONE RINNOVO 24 MESI		VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO
ASL AT	AO AL	ASL AT	AO AL	€ 18.837.679,10
€ 3.606.705,60	€ 7.695.901,80	€ 2.404.470,40	€ 5.130.601,20	

TOTALE Euro 11.302.607,50	TOTALE Euro 7.535.071,60	
---------------------------	--------------------------	--

- la succitata fornitura è costituita da dispositivi ricompresi nei lotti andati deserti con precedente gara identificata in nr. Gara ANAC 7218533 e ulteriori nuovi lotti ricompresi in provvedimenti di affidamento in prossimità di scadenza;

DATO ATTO che:

- la procedura di gara, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016, è stata espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma messa a disposizione dall'agenzia Aria S.p.A. di Regione Lombardia denominata Sintel all'indirizzo internet www.ariaspa.it;

- la gara, suddivisa in 51 lotti funzionali, è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel con ID n. 156102322 in data 30/06/2022, con termine di presentazione delle offerte previsto per le ore 12:00 del giorno 10/08/2022;

- il bando di gara è stato pubblicato nei modi e nei termini previsti dall'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La gara ID Sintel 156102322 è stata processata con le seguenti modalità:

- Nome iniziativa: GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA - ID SINTEL N. 156102322, GARA ANAC N. 85878884.

- Responsabile del procedimento: Ermanno Cosenza, titolare della PO Beni Sanitari, nominato con Determinazione della Struttura Tecnico Patrimoniale e Acquisti n. 539 del 21/04/2023.

- Tipologia di procedura: aperta ex articolo 60 D.Lgs. 50/2016

- Soglia di rilevanza comunitaria: Sopra soglia.

- Modalità di svolgimento della procedura: Telematica (on line).

- Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per tutti i lotti.

- Modalità d'affidamento:

- per ogni lotto a un singolo operatore economico (per i lotti: 1-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-16-20-21-23-24-25-26-27-28-30-31-32-33-34-35-36-39-40-41-42-43-45-46-47-48-49)

- sotto forma di accordo quadro senza successivo confronto competitivo ex articolo 54 del D.Lgs. 50/2016 a una pluralità di fornitori in numero massimo di tre, secondo il criterio di ripartizione definito nel Disciplinare di gara e come di seguito esposto (per i lotti 2-5-14-15-17-18-19-22-29-37-38-44-50-51):

Graduatoria	Ripartizione percentuale
Primo	60%
Secondo	20%
Terzo	20%

- Inizio presentazione offerte: 30/06/2022 – h: 16:36
- Termine ultimo richieste di chiarimenti: 25/07/2022 – h: 12:00
- Termine ultimo presentazione offerte: 10/08/2022 – h: 12:00
- Suddivisione della fornitura in numero 51 lotto funzionali.
- Valore complessivo dell'appalto Euro 18.837.697,10 IVA (Euro 11.302.607,50 per un periodo di 36 mesi ed Euro 7.535.071,60 per l'eventuale opzione di proroga di 24 mesi) per 51 lotti di cui di seguito vengono riportati i relativi CIG acquisiti come accordo quadro:

Lotto 1: CIG 9246355D84	Lotto 27: CIG 9247031B5F
Lotto 2: CIG 924636776D	Lotto 28: CIG 92470413A2
Lotto 3: CIG 9246379156	Lotto 29: CIG 92470467C1
Lotto 4: CIG 9246394DB3	Lotto 30: CIG 92470581AA
Lotto 5: CIG 92464224D1	Lotto 31: CIG 924707822B
Lotto 6: CIG 9246436060	Lotto 32: CIG 9247095033
Lotto 7: CIG 9246443625	Lotto 33: CIG 9247107A17
Lotto 8: CIG 9246468AC5	Lotto 34: CIG 92471204D3
Lotto 9: CIG 9246487A73	Lotto 35: CIG 9247136208
Lotto 10: CIG 924650594E	Lotto 36: CIG 924715842F
Lotto 11: CIG 9246515191	Lotto 37: CIG 9247189DC1
Lotto 12: CIG 9246527B75	Lotto 38: CIG 9247203950
Lotto 13: CIG 9246570EF0	Lotto 39: CIG 9247232141
Lotto 14: CIG 9246580733	Lotto 40: CIG 924725543B
Lotto 15: CIG 9246621908	Lotto 41: CIG 9247296610
Lotto 16: CIG 9246817AC6	Lotto 42: CIG 9247312345
Lotto 17: CIG 9246824090	Lotto 43: CIG 92473312F3
Lotto 18: CIG 9246836A74	Lotto 44: CIG 92474759C6
Lotto 19: CIG 9246844111	Lotto 45: CIG 92474916FB
Lotto 20: CIG 9246860E41	Lotto 46: CIG 924755187E
Lotto 21: CIG 9246897CCA	Lotto 47: CIG 9247574B78
Lotto 22: CIG 9246914AD2	Lotto 48: CIG 9247586561
Lotto 23: CIG 9246930807	Lotto 49: CIG 9247595CCC
Lotto 24: CIG 9246969836	Lotto 50: CIG 92476065E2.
Lotto 25: CIG 924699098A	Lotto 51: CIG 9247625590
Lotto 26: CIG 924702024E	

- Numero fornitori invitati: Gara aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara;

- Numero di offerte ricevute entro i termini di scadenza: venticinque operatori economici come segue:

N.	Numero di protocollo informatico	Denominazione concorrente	Lotti offerti	Modalità di partecipazione	Data presentazione offerta
1	1658308498122	MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A.	19	forma singola	mercoledì 20 luglio 2022 11.14.58
2	1658908673307	ITC Srl	25	forma singola	mercoledì 27 luglio 2022 9.57.53
3	1658908916580	VIGLIA S.R.L.	7-8-19-25-37-51	forma singola	mercoledì 27 luglio 2022 10.01.56
4	1658923619978	AB MEDICA SPA	1-8-21-25-26-29-30	forma singola	mercoledì 27 luglio 2022 14.06.59
5	1658930948138	UMBRA MEDICAL ITALY SRL	8.-17	forma singola	mercoledì 27 luglio 2022 16.09.08
6	1659009182512	BIOTRONIK ITALIA	17-30-38-51	forma singola	giovedì 28 luglio 2022 13.53.02
7	1659081793384	Merit Medical Italy S.r.l.	1-2-4-8-9-19-21-29	forma singola	venerdì 29 luglio 2022 10.03.13
8	1659085263393	MICROPORT CRM S.r.l.	17-51	forma singola	venerdì 29 luglio 2022 11.01.03
9	1659112221258	Acrostak International Distribution Sarl	44	forma singola	venerdì 29 luglio 2022 18.30.21
10	1659427889152	B.BRAUN MILANO SPA	6-10-17-30-37-38-44	forma singola	martedì 2 agosto 2022 10.11.29
11	1659428396996	GADA ITALIA Spa	22-25-40-49	forma singola	martedì 2 agosto 2022 10.19.56
12	1659448440942	C.S. MEDICAL 7 SRL	2-6-10-15-17-18-26-30-37-38-41-44-51	forma singola	martedì 2 agosto 2022 15.54.00
13	1659448683432	CROSSMED SPA	36	forma singola	martedì 2 agosto 2022 15.58.03
14	1659450634762	CLABER SRL	21	forma singola	martedì 2 agosto 2022 16.30.34
15	1659516866035	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	1-6-9-10-17-18-19-29-30-38-51	forma singola	mercoledì 3 agosto 2022 10.54.26
16	1659531065568	SELEFAR S.R.L.	2-3-19	forma singola	mercoledì 3 agosto 2022 14.51.05
17	1659535025907	EMOPASS SRL	5-12-13-14-16-23-47-48	forma singola	mercoledì 3 agosto 2022 15.57.05
18	1659596363838	SANITEX	14-15-17-25-30-32-39-48	forma singola	giovedì 4 agosto 2022 8.59.23

19	1659619531241	INNOVA HTS	5-15-17-19-28-29-37-43-44-50-51	forma singola	giovedì 4 agosto 2022 15.25.31
20	1659684488792	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-27-30-33-34-38-42-44-46-47-48-50-51	forma singola	venerdì 5 agosto 2022 9.28.08
21	1659686571680	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	4-8-11-13-18-28-34-45-46	forma singola	venerdì 5 agosto 2022 10.02.51
22	1659695398698	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	1-2-6-10-51	forma singola	venerdì 5 agosto 2022 12.29.58
23	1659705779479	TECNOSTIM	2-3-8-9-15-19-30-38-39-46-49	forma singola	venerdì 5 agosto 2022 15.22.59
24	1659946670228	EUKON SRL	19-51	forma singola	lunedì 8 agosto 2022 10.17.50
25	1660038041815	COOK ITALIA S.R.L.	5	forma singola	martedì 9 agosto 2022 11.40.41

DATO ATTO che in data 01/08/2022 con prot. n. 45867 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel comunicazione di revoca del lotto 22 (CIG 9246914AD2) formalizzata con Determina Dirigenziale n. 1410 del 21/09/2022.

DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte cronologicamente come segue:

- nella seduta del 11/08/2022 il Seggio di gara, dopo aver verificato la non sussistenza di cause ostative o d'incompatibilità per i componenti del seggio stesso, ha provveduto mediante la piattaforma Sintel ad effettuare le seguenti operazioni:

- verifica dell'avvenuta ricezione delle offerte entro i termini di scadenza; verifica della conformità della firma digitale dei soggetti offerenti;
- verifica delle domande di partecipazione e requisiti;
- apertura delle "Buste telematiche documentazione amministrativa" e salvataggio copia sulla memoria del sistema informatico aziendale, il tutto come emerge dal verbale n.1 del Seggio di gara di pari data, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- nella seduta del 12/10/2022 il Seggio di gara, ha provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa dando atto che la medesima è risultata conforme alle prescrizioni del Disciplinare di Gare, per tutti i soggetti concorrenti, con la sola eccezione di Medical Instruments SpA e Sanitex SpA nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9) del D.Lgs. 50/2016 e smi, il tutto come emerge dal verbale n. 2 del Seggio di Gara di pari data;

- in data 21/10/2022 il Seggio di gara ha preso atto della regolarizzazione della propria posizione dei soggetti concorrenti Medical Instruments SpA e Sanitex SpA mediante produzione della documentazione integrativa come risulta da verbale n. 3 di pari data;

- preso atto dei succitati verbali, con Determinazione del Direttore della S.C. Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti n. 1679 del 11/11/2022, sono state ammesse alla gara tutti i soggetti concorrenti che hanno presentato offerta per i rispettivi lotti offerti come di seguito indicato:

N.	Denominazione concorrente	Lotti offerti
1	AB Medica SpA	1-8-21-25-26-29-30
2	Abbott Medical Italia Srl	4-8-11-13-18-28-34-45-46
3	Acrostak International Distribution Sarl	44
4	BBraun Milano SpA	6-10-17-30-37-38-44
5	Biotronik Italia	17-30-38-51
6	Boston Scientific SpA	1-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-27-30-33-34-38-42-44-46-47-48-50-51
7	Cardinal Health Italy 509 Srl	1-2-6-10-51
8	Claber Srl	21
9	Cook Italia Srl	5
10	Crossmed SpA	36
11	CS Medical 7 Srl	2-6-10-15-17-18-26-30-37-38-41-44-51
12	Emopass Srl	5-12-13-14-16-23-47-48
13	EuKon Srl	19-51
14	Gada Italia SpA	25-40-49
15	Innova HTS Srl	5-15-17-19-28-29-37-43-44-50-51
16	ITC Srl	25
17	Medical Instruments SpA	19
18	Medronic Italia SpA	1-6-9-10-17-18-19-29-30-38-51
19	Merit Medical Italy Srl	1-2-4-8-9-19-21-29
20	Microport CRM Srl	17-51
21	Sanitex SpA	14-15-17-25-30-32-39-48

22	Selefar Srl	2-3-19
23	Tecnostim Srl	2-3-8-9-15-19-30-38-39-46-49
24	Umbra Medical Italy Srl	8-17
25	Viglia Srl	7-8-19-25-37-51

- nelle sedute del 09/11/2022, 14/11/2022, 15/11/2022, 16/11/2022, 17/11/2022, 21/11/2022 e 22/11/2022 il Seggio di gara ha provveduto attraverso la piattaforma Sintel ad effettuare le seguenti operazioni:

- apertura delle “Buste telematiche documentazione tecnica” di ogni operatore economico concorrente;
- verifica della presenza e della completezza della documentazione tecnica rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di Gara;
- trasferimento e salvataggio della documentazione tecnica su memoria del sistema informatico aziendale e verifica della leggibilità della stessa, il tutto come emerge dai verbali n. 4 del 09/11/2022 e n. 5 del 22/11/2022 del Seggio di gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- la Commissione Giudicatrice, costituita con Determina n. 1585/TPLA del 02/11/2022 per le valutazioni di competenza, nelle sedute riservate del 01/12/2022, 19/12/2022, 31/01/2023, 27/02/2023, 07/03/2023 e 21/04/2023 ha preso atto della documentazione tecnica, estratta integralmente dalla piattaforma Sintel, messa a disposizione dal Responsabile del procedimento, unitamente alla campionatura pervenuta al magazzino generale, e ha provveduto ad espletare le proprie competenze, come risulta dai verbali n. 1 del 01/12/2022, n. 2 del 19/12/2022, n. 3 del del 31/01/2023, n. 4 del 27/02/2023, n. 5 del 07/03/2023 e n. 6 del 21/04/2023, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che si concludono con l'attribuzione dei seguenti punteggi tecnici:

Lotto	Concorrente	Punteggio Tecnico (PT)	Ammissione o Esclusione
1	AB MEDICA	22,55	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MERIT	40,43	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	47,66	AMMESSO
	MEDTRONIC	52,77	AMMESSO
	CARDINAL HEALTH	70,00	AMMESSO
2	MERIT	38,75	AMMESSO
	SELEFAR	70,00	AMMESSO
	CS MEDICAL 7	38,75	AMMESSO
	CARDINAL HEALTH	38,75	AMMESSO
	TECNOSTIM	38,75	AMMESSO

Lotto	Concorrente	Punteggio Tecnico (PT)	Ammissione o Esclusione
3	SELEFAR	70,00	AMMESSO
	TECNOSTIM	38,75	AMMESSO
4	MERIT	37,50	AMMESSO
	ABBOTT	70,00	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	37,50	AMMESSO
5	EMOPASS	37,50	AMMESSO
	INNOVA HTS	37,50	AMMESSO
	BOSTON	70,00	AMMESSO
	COOK	37,50	AMMESSO
6	BBRAUN	26,25	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	26,25	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MEDTRONIC	43,75	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	26,25	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CARDINAL HEALTH	70,00	AMMESSO
7	VIGLIA	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
8	VIGLIA	28,75	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	AB MEDICA	28,75	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	UMBRA	28,75	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MERIT	70,00	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	28,75	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	ABBOTT	28,75	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	TECNOSTIM	28,75	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
9	MERIT	.-	ESCLUSO per mancanza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato di Gara
	MEDTRONIC	.-	ESCLUSO per mancanza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato di Gara
	BOSTON SCIENTIFIC	.-	ESCLUSO per mancanza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato di Gara
	TECNOSTIM	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
10	BBRAUN	35,76	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento

Lotto	Concorrente	Punteggio Tecnico (PT)	Ammissione o Esclusione
	MEDTRONIC	70,00	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	40,35	AMMESSO
	CARDINAL HELATH	27,02	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
11	BOSTON SCIENTIFIC	38,75	AMMESSO
	ABBOTT	70,00	AMMESSO
12	EMOPASS	70,00	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	43,75	AMMESSO
13	EMOPASS	70,00	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	43,75	AMMESSO
	ABBOTT	43,75	AMMESSO
14	EMOPASS	70,00	AMMESSO
	SANITEX	70,00	AMMESSO
15	SANITEX	70,00	AMMESSO
	CS MEDICAL 7	70,00	AMMESSO
	BOSTON	70,00	AMMESSO
	TECNOSTIM	37,50	AMMESSO
	INNOVA HTS	37,50	AMMESSO
16	EMOPASS	70,00	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	37,50	AMMESSO
17	UMBRA	29,30	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MICROPORT	24,20	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	BBRAUN	33,73	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	SANITEX	35,36	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	BIOTRONIK	66,57	AMMESSO
	CS MEDICAL 7	67,58	AMMESSO
	MEDTRONIC	59,51	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	70,00	AMMESSO
18	CS MEDICAL 7	70,00	AMMESSO
	MEDTRONIC	43,75	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	70,00	AMMESSO
	ABBOTT	70,00	AMMESSO
19	MEDICAL INSTRUMENTS	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	VIGLIA	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MERIT	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MEDTRONIC	70,00	AMMESSO
	SELEFAR	70,00	AMMESSO

Lotto	Concorrente	Punteggio Tecnico (PT)	Ammissione o Esclusione
	INNOVA HTS	70,00	AMMESSO
	TECNOSTIM	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	EUKON	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
20	BOSTON SCIENTIFIC	52,50	AMMESSO
21	AB MEDICA	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MERIT	70,00	AMMESSO
	CLABER	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	BOSTON SCIENTIFIC	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
22	REVOCATO		
23	EMOPASS	52,50	AMMESSO
24	DESERTO		
25	ITC	32,22	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	VIGLIA	34,64	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	AB MEDICA	70,00	AMMESSO
	GADA	34,75	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	SANITEX	37,86	AMMESSO
26	AB MEDICA	41,92	AMMESSO
	CS MEDICAL 7	70,00	AMMESSO
27	BOSTON SCIENTIFIC	57,50	AMMESSO
28	INNOVA HTS	70,00	AMMESSO
	ABBOTT	37,78	AMMESSO
29	AB MEDICA	53,50	AMMESSO
	MERIT	67,50	AMMESSO
	MEDTRONIC	70,00	AMMESSO
	INNOVA HTS	58,50	AMMESSO
30	AB MEDICA	57,07	AMMESSO
	BBRAUN	35,55	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	SANITEX	70,00	AMMESSO
	BIOTRONIK	22,42	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MEDTRONIC	26,80	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento

Lotto	Concorrente	Punteggio Tecnico (PT)	Ammissione o Esclusione
	BOSTON SCIENTIFIC	24,06	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	TECNOSTIM	24,06	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
31	DESERTO		
32	SANITEX	52,50	AMMESSO
33	BOSTON SCIENTIFIC	52,50	AMMESSO
34	BOSTON SCIENTIFIC	40,00	AMMESSO
	ABBOTT	70,00	AMMESSO
35	DESERTO		
36	CROSSMED	52,50	AMMESSO
37	VIGLIA	50,95	AMMESSO
	BBRAUN	35,83	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	70,00	AMMESSO
	INNOVA HTS	66,67	AMMESSO
38	BBRAUN	67,66	AMMESSO
	BIOTRONIK	33,91	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	70,00	AMMESSO
	MEDTRONIC	65,16	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	34,38	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	TECNOSTIM	34,38	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
39	SANITEX	70,00	AMMESSO
	TECNOSTIM	25,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
40	GADA	57,50	AMMESSO
41	CS MEDICAL 7	57,50	AMMESSO
42	BOSTON SCIENTIFIC	57,50	AMMESSO
43	INNOVA HTS	70,00	AMMESSO
44	ACROSTAK	43,75	AMMESSO
	BBRAUN	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	70,00	AMMESSO
	INNOVA HTS	70,00	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	61,25	AMMESSO
45	ABBOTT	52,50	AMMESSO
46	BOSTON SCIENTIFIC	17,50	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	ABBOTT	70,00	AMMESSO
	TECNOSTIM	17,50	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento

Lotto	Concorrente	Punteggio Tecnico (PT)	Ammissione o Esclusione
47	EMOPASS	-	ESCLUSO per mancanza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato di Gara
	BOSTON SCIENTIFIC	70,00	AMMESSO
48	EMOPASS	70,00	AMMESSO
	SANITEX	29,75	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	BOSTON SCIENTIFIC	35,00	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
49	GADA	70,00	AMMESSO
	TECNOSTIM	-	ESCLUSO per mancata presentazione campionatura in visione nei tempi stabiliti
50	INNOVA HTS	70,00	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	70,00	AMMESSO
51	VIGLIA	61,67	AMMESSO
	BIOTRONIK	16,55	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MICROPORT	13,57	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	17,14	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MEDTRONIC	64,01	AMMESSO
	INNOVA HTS	70,00	AMMESSO
	BOSTON SCIENTIFIC	18,57	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CARDINAL HEALTH	16,19	ESCLUSO per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	EUKON	60,94	AMMESSO

- acquisiti i verbali della Commissione Giudicatrice, relativi alle sedute citate al punto precedente il Presidente del Seggio di gara nelle sedute del 27/04/2023 e del 28/04/2023, come da verbali n. 6 e n. 7, allegati quale parte integrante e sostanziale, ha proceduto ad eseguire sulla piattaforma Sintel la registrazione a sistema del punteggio tecnico in esito alle succitate valutazioni per singolo lotto, ed esclusione dei concorrenti, per mancanza dei requisiti minimi di idoneità dell'offerta tecnica o per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di Gara.

- nella seduta del 09/05/2023 il Seggio di gara (verbale n. 8 di pari data, allegato), ha proceduto ad eseguire sulla piattaforma Sintel le seguenti operazioni:

- apertura delle “Buste telematiche documentazione economica” presentate da ciascun soggetto concorrente;
- a dare atto della regolarità formale delle offerte di tutti i soggetti concorrenti;
- a dare atto dei prezzi offerti e dell'eventuale superamento della base di gara;

- a prendere atto dei risultati calcolati automaticamente dalla piattaforma telematica in ordine al punteggio prezzo, alla sommatoria di quest'ultimo con il punteggio tecnico e alla formulazione della graduatoria di gara;
- ad individuare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- a dare atto della sospensione momentanea dalla proposta di aggiudicazione del lotto 15 in attesa dell'offerta migliorativa sul prezzo in quanto i due soggetti concorrenti hanno ottenuto lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica;

- nella seduta del 15/05/2023 il Seggio di gara ha preso atto delle offerte migliorative pervenute tramite la piattaforma Sintel da parte dei soggetti concorrenti che hanno ottenuto lo stesso punteggio relativamente al lotto 15 e ha dato atto del calcolo automatico, il tutto come da verbale n. 9 di pari data, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

La conclusione delle operazioni svolte dal seggio di gara nelle sedute del 09/05/2023 e del 15/05/2023 vengono riepilogate nella seguente tabella:

LOTT.o	CONCORRENTE	PT Punt. Tecnico	IMPORTO A BASE DI GARA (60 MESI)	IMPORTO OFFERTO	PE PUNT. ECONOM	PC PUNT. COMPL. (PT+PE)	GRA- DUATO- RIA	MODALITA' AFFIDAM.	ANOMALIA OFFERTE
1	MERIT	40,43	93.500,00	91.800,00	12,21	52,64	4°	SINGOLO FORNITORE	
	BOSTON SCIENTIFIC	47,66		68.000,00	27,52	75,18	3°		
	MEDTRONIC	52,77		59.500,00	30,00	82,77	2°		
	CARDINAL HEALTH	70,00		72.750,00	26,05	96,05	1°		
2	MERIT	38,75	430.000,00	275.000,00	30,00	68,75	2°	ACCORDO QUADRO	
	SELEFAR	70,00		425.000,00	10,71	80,71	1°		
	CS MEDICAL 7	38,75		300.000,00	28,46	67,21	4°		
	CARDINAL HEALTH	38,75		400.000,00	18,33	57,08	5°		
	TECNOSTIM	38,75		280.000,00	29,71	68,46	3°		
3	SELEFAR	70,00	80.000,00	79.200,00	9,64	79,64	1°	SINGOLO FORNITORE	
	TECNOSTIM	38,75		44.800,00	30,00	68,75	2°		
4	MERIT	37,50	154.000,00	143.412,50	25,07	62,57	2°	SINGOLO FORNITORE	
	ABBOTT	70,00		134.750,00	30,00	100,00	1°		ANOMALA
	BOSTON SCIENTIFIC	37,50		152.075,00	15,04	52,54	3°		

5	EMOPASS	37,50	27.500,00	16.500,00	30,00	67,50	1°	ACCORDO QUADRO	
	INNOVA HTS	37,50		24.750,00	19,79	57,29	2°		
	BOSTON SCIENTIFIC	70,00		33.000,00	ESCLUSA: PREZZO OFFERTO SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA				
	COOK	37,50		27.500,00	0,00	37,50	3°		
6	MEDTRONIC	43,75	330.000,00	270.000,00	28,06	71,81	2°	SINGOLO FORNITORE	
	CARDINAL HEALTH	70,00		255.000,00	30,00	100,00	1°		
7	NESSUNA OFFERTA IDONEA								
8	MERIT	70,00	176.000,00	121.000,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
9	NESSUNA OFFERTA IDONEA								
10	MEDTRONIC	70,00	440.000,00	363.000,00	26,20	96,20	1°	SINGOLO FORNITORE	
	BOSTON SCIENTIFIC	40,35		319.000,00	30,00	70,35	2°		
11	BOSTON SCIENTIFIC	38,75	150.000,00	117.000,00	30,00	68,75	2°	SINGOLO FORNITORE	
	ABBOTT	70,00		148.500,00	11,87	81,87	1°		
12	EMOPASS	70,00	75.000,00	75.000,00	0,00	70,00	2°	SINGOLO FORNITORE	
	BOSTON SCIENTIFIC	43,75		45.000,00	30,00	73,75	1°		
13	EMOPASS	70,00	90.000,00	87.500,00	17,53	87,53	1°	SINGOLO FORNITORE	
	BOSTON SCIENTIFIC	43,75		75.000,00	28,74	72,49	3°		
	ABBOTT	43,75		77.000,00	30,00	73,75	2°		
14	EMOPASS	70,00	95.000,00	95.000,00	0,00	70,00	2°	ACCORDO QUADRO	
	SANITEX	70,00		92.500,00	30,00	100,00	1°		
15	SANITEX	70,00	200.000,00	174.000,00	19,57	89,57	1°	ACCORDO QUADRO	
	CS MEDICAL 7	70,00		176.000,00	19,11	89,11	2°		
	BOSTON SCIENTIFIC	70,00		216.000,00	ESCLUSA: PREZZO OFFERTO SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA				
	TECNOSTIM	37,50		156.000,00	22,92	60,42	4°		
	INNOVA HTS	37,50		92.000,00	30,00	67,50	3°		
16	EMOPASS	70,00	225.000,00	195.000,00	24,01	94,01	1°	SINGOLO	

	BOSTON SCIENTIFIC	37,50		162.000,00	30,00	67,50	2°	FORNITORE	
17	BIOTRONIK	66,57	595.000,00	578.000,00	13,90	80,47	4°	ACCORDO QUADRO	
	CS MEDICAL 7	67,58		450.000,00	26,44	94,02	2°		ANOMALA
	MEDTRONIC	59,51		374.000,00	30,00	89,51	3°		ANOMALA
	BOSTON SCIENTIFIC	70,00		382.075,00	29,67	99,67	1°		ANOMALA
18	CS MEDICAL 7	70,00	147.375,00	108.000,00	30,00	100,00	1°	ACCORDO QUADRO	ANOMALA
	MEDTRONIC	43,75		144.000,00	14,36	58,11	4°		
	BOSTON SCIENTIFIC	70,00		119.250,00	27,12	97,12	2°		ANOMALA
	ABBOTT	70,00		141.750,00	16,73	86,73	3°		
19	MEDTRONIC	70,00	443.750,00	363.875,00	21,34	91,34	2°	SINGOLO FORNITORE	
	SELEFAR	70,00		426.000,00	13,59	83,59	3°		
	INNOVA	70,00		195.250,00	30,00	100,00	1°		ANOMALA
20	BOSTON SCIENTIFIC	52,50	375.000,00	349.800,00	30,00	82,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
21	MERIT	70,00	70.000,00	33.500,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
22	REVOCATO								
23	EMOPASS	52,50	297.500,00	297.500,00	0,00	52,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
24	DESERTO								
25	AB MEDICA	70,00	200.000,00	143.750,00	26,28	96,28	1°	SINGOLO FORNITORE	
	SANITEX	37,86		112.500,00	30,00	67,86	2°		
26	AB MEDICA	41,92	181.250,00	131.000,00	24,40	66,32	2°	SINGOLO FORNITORE	
	CS MEDICAL 7	70,00		81.250,00	30,00	100,00	1°		
27	BOSTON SCIENTIFIC	57,50	250.000,00	249.950,00	30,00	87,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
28	INNOVA HTS	70,00	500.000,00	350.000,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
	ABBOTT	37,78		480.000,00	16,39	54,17	2°		
29	AB MEDICA	53,50	48.000,0	47.700,00	12,21	65,71	4°	ACCORDO QUADRO	
	MERIT	67,50		46.500,00	19,79	87,29	2°		
	MEDTRONIC	70,00		42.000,00	30,00	100,00	1°		ANOMALA
	INNOVA HTS	58,50		45.000,00	24,37	58,50	3°		ANOMALA

30	AB MEDICA	57,07	21.000,00	15.750,00	30,00	87,07	1°	SINGOLO FORNITORE	
	SANITEX	70,00		20.650,00	13,31	83,31	2°		
31	DESERTO								
32	SANITEX	52,50	1.678.750,00	1.678.750,00	0,00	52,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
33	BOSTON SCIENTIFIC	52,50	63.750,00	63.375,00	30,00	82,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
34	BOSTON SCIENTIFIC	40,00	520.000,00	400.000,00	30,00	70,00	2°	SINGOLO FORNITORE	
	ABBOTT	70,00		496.000,00	18,51	88,51	1°		
35	DESERTO								
36	CROSSMED	52,50	270.000,00	1.012.500,00	ESCLUSA: PREZZO OFFERTO SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA			SINGOLO FORNITORE	
37	VIGLIA	50,95	330.000,00	318.000,00	15,79	66,74	3°	ACCORDO QUADRO	
	CS MEDICAL 7	70,00		312.000,00	17,83	87,83	2°		
	INNOVA HTS	66,67		228.000,00	30,00	96,67	1°		ANOMALA
38	BBRAUN	67,66	270.000,00	238.800,00	26,36	94,02	3°	ACCORDO QUADRO	ANOMALA
	CS MEDICAL 7	70,00		240.000,00	26,05	96,05	1°		ANOMALA
	MEDTRONIC	65,16		222.000,00	30,00	95,16	2°		ANOMALA
39	SANITEX	70,00	225.000,00	225.000,00	0,00	70,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
40	GADA	57,50	720.000,00	720.000,00	0,00	57,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
41	CS MEDICAL 7	57,50	1.378.002,50	1.375.000,00	30,00	57,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
42	BOSTON SCIENTIFIC	57,50	352.500,00	344.500,00	30,00	87,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
43	INNOVA HTS	70,00	508.750,00	508.750,00	0,00	70,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
44	ACROSTAK	43,75	332.000,00	188.000,00	27,52	71,27	4°	ACCORDO QUADRO	
	CS MEDICAL 7	70,00		191.200,00	27,33	97,33	2°		ANOMALA
	INNOVA HTS	70,00		140.000,00	30,00	100,00	1°		ANOMALA
	BOSTON SCIENTIFIC	61,25		300.000,00	17,53	78,78	3°		
45	ABBOTT	52,50	437.500,00	437.150,00	30,00	82,50	1°	SINGOLO FORNITORE	

46	ABBOTT	70,00	264.001,50	263.750,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
47	BOSTON SCIENTIFIC	70,00	65.000,00	50.050,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
48	EMOPASS	70,00	65.000,00	63.375,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
49	GADA	70,00	637.500,00	637.500,00	0,00	70,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
50	INNOVA HTS	70,00	660.000,00	600.000,00	30,00	100,00	1°	ACCORDO QUADRO	
	BOSTON SCIENTIFIC	70,00		630.000,00	24,37	94,37	2°		
51	VIGLIA	61,67	262.500,00	150.000,00	30,00	91,67	3°	ACCORDO QUADRO	ANOMALA
	MEDTRONIC	64,01		165.000,00	28,74	92,75	2°		ANOMALA
	INNOVA HTSHTS	70,00		206.250,00	24,37	94,37	1°		ANOMALA
	EUKON	60,94		206.250,00	24,37	85,31	4°		ANOMALA

Dato atto che:

- in relazione ai lotti per i quali sono state individuate le offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs.vo 50/2016, il RUP su mandato del Presidente del seggio di gara ha avviato i sub procedimento di verifica delle stesse e in data 18/05/2023 con prot. n. 28083 del 18/05/2023, per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura" presente sulla piattaforma Sintel, ha richiesto le giustificazioni relativamente alle offerte individuate anomale dei seguenti soggetti concorrenti e per i lotti indicati:

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL: lotto 4;
 BOSTON SCIENTIFIC SPA: lotti 17-18;
 BBRAUN MILANO SPA: lotto 38;
 CS MEDICAL 7 SRL: lotti 17-18-38-44;
 EUKON SRL: lotto 51;
 INNOVA HTS SRL: lotti 19-29-37-44-51;
 MEDTRONIC ITALIA SPA: lotti 17-29-38-51;
 VIGLIA SRL: lotto 51

- le ditte sopra indicate entro il termine del 05/06/2023 hanno fatto pervenire le giustificazioni delle offerte sulla base delle quali il Responsabile del Procedimento ha ritenute congrue le offerte formulate.

CONSIDERATO quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze della gara sopra riportata, si propone di concludere il procedimento aggiudicando la fornitura per un periodo di trentasei mesi come di seguito:

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTE OFFERENTI	GRADUATORIA
-------	-------------	--------------------	-------------

1	Introduttori arteriosi di diverso calibro, (French) monouso sterili, con valvola emostatica in silicone, anello di ancoraggio, compatibili con guida 0,038 in J, con catetere laterale e rubinetto a tre vie, di lunghezza variabile.	CARDINAL HEALTH	1°
2	Kit per puntura arteriosa radiale, composto da introduttore in teflon, rivestito in materiale idrofilo, di lunghezza di almeno 16 cm, da agocannula o ago metallico di 21 G, che accetti filo guida da 0.018 oppure da 0.021 oppure da 0.038, di diverso calibro (French) monouso sterile.	SELEFAR	1°
		MERIT	2°
		TECNOSTIM	3°
3	Kit per puntura arteria radiale, composto da introduttore in ETFE, con punta tapered e rivestimento idrofilico, con lunghezza anche di 16 cm, di calibro 7 Fr con agocannula o ago metallico di 21 G, monouso sterile.	SELEFAR	1°
4	Guide monouso sterili da 0,025" a 0,038" in teflon, rette ed in J, con lunghezza fino a 300 cm.	ABBOTT	1°
5	Guida metallica del diametro esterno di 0,35" rivestita in PTFE ad elevato supporto di lunghezza non inferiore a 260 cm, caratterizzata da doppia curva pre-formata di diverse ampiezze terminali al fine di agevolare posizionamento di dispositivi all'interno delle camere cardiache (nell'ambito della valvuloplastica aortica e dell'impianto di protesi aortiche percutanee) minimizzando traumi sulla valvola mitrale.	EMOPASS	1°
		INNOVA HTS	2°
		COOK	3°
6	Cateteri diagnostici per coronaro-ventricolografia, monouso sterili, di differente calibro (French) e differenti lunghezze, in differenti curve, ad alto flusso, soft-tip che accettino guide .038"	CARDINAL HEALTH	1°
7	Sistemi per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, di differenti diametri, monouso sterili.	NESSUNA OFFERTA IDONEA	
8	Kit per angioplastica composta da: 1 adattatore per angioplastica coronarica ad Y: dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità, preferibilmente apribile a molla e regolabile nonché bloccabile a vite. Il lume interno dev'essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misure della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso; 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronarica; adatti ad essere posizionati su guide da angioplastica coronarica del calibro di 0.014"; dotati di sistema di serraggio a vite; 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica; lunghezza compresa tra 9 e 12 cm., calibro del lume non inferiore a 0.014 inches	MERIT	1°

9	Connettore a Y con doppia valvola di controllo del reflusso ematico (push/pull ed a vite) con rotatore nella parte distale, diametro interno di 10 F e pressione max fino a 700 PSI. *la valvola richiesta è quella con doppia valvola di controllo che permette la sua apertura/chiusura sia con meccanismo a vite sia con meccanismo push/pull	NESSUNA OFFERTA IDONEA	
10	Cateteri guida di diverso calibro (French) ad ampio lume, soft-tip, monouso sterile, con configurazione speciale per garantire un maggior supporto per coronaria sx per coronaria dx, bypass e mammaria, in differenti curve	MEDTRONIC	1°
11	Guida diritta .014", modellabile, con punta flessibile di 3 cm in diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze, monouso, sterile	ABBOTT	1°
12	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche croniche. Disponibilità sia di punta rastremata ($\geq 0.009"$) per trattamento di occlusioni coronariche croniche, sia 0.014" per lesioni complesse non occlusive. Gramatura di punta a partire da 0.6 gr. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in occlusioni coronariche croniche, per la navigabilità nelle procedure per via retrograda. Richiesto rivestimento polimerico idrofilico. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	BOSTON SCIENTIFIC	1°
13	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di occlusioni coronariche croniche. Gramatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata ($\geq 0.009"$) che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm.. Coil con rivestimento idrofilico eccetto TIP distale. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	EMOPASS	1°
14	Filo guida 0.010" dedicato a esternalizzazione dopo disostruzione di coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza di almeno 330 cm. Struttura in acciaio con rivestimento in PTFE, coil con rivestimento idrofilo. Porzione radiopaca di almeno 3 cm.	SANITEX	1°
15	Microcatetere per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. Deve avere rivestimento idrofilico nella parte distale e particolare flessibilità per l'attraversamento di tortuosità prossimali. Disponibile in varie lunghezze dello shaft fino a 150 cm., diametro max della punta ≤ 1.8 Fr.	EMOPASS	2°
		SANITEX	1°
		CS MEDICAL 7	2°
		INNOVA HTS	3°
16	Microcatetere coronarico da supporto per guide da disostruzione coronarica di lunghezza 135 cm. Diametro esterno variabile, rastremato nella parte distale fino a 1,4 Fr. Richiesto diametro interno da 0.015" fino a 0.025".	EMOPASS	1°

17	Catetere per angioplastica a rapido scambio (di tipo mono-rail) a basso profilo in materiale non compliant in grado di tollerare elevate pressioni di gonfiaggio, in differenti lunghezze e diametro, in grado di eseguire trattamento di lesioni in vasi coronarici di grande diametro.	BOSTON SCIENTIFIC	1°
		CS MEDICAL 7	2°
		MEDTRONIC	3°
18	Sistemi di protezione embolica distale, non occludente, con guida mobile rispetto al filtro, durante angioplastica coronarica, monouso sterile. Compatibilità con cateteri guida di 6 french	CS MEDICAL 7	1°
		BOSTON SCIENTIFIC	2°
		ABBOTT	3°
19	Catetere per tromboaspirazione coronarica in formati 6 Fr, con rivestimento idrofilico e stiletto removibile di supporto interno al fine di garantire supporto e raggiungimento di tratti coronarici distali.	INNOVA	1°
		MEDTRONIC	2°
		SELEFAR	3°
20	Sistema di tromboaspirazione coronarica di tipo meccanico composto da catetere (monouso sterile) e consolle in grado di ripristinare flusso coronarico in presenza di voluminosi trombi occlusivi presenti in coronarie di grande diametro ed in graft venosi (diametro > 3 mm) prima degli interventi di angioplastica con catetere a palloncino o dell'impianto di stent.	BOSTON SCIENTIFIC	1°
21	Set per pericardiocentesi a drenaggio pericardico completo di aghi, guida, dilatatore, catetere di drenaggio, rubinetto a tre vie e sacca di raccolta, monouso, sterile.	MERIT	1°
22	Dispositivo percutaneo di chiusura di forame ovale pervio, difetto del setto interatriale e difetto del setto interventricolare in grado di garantire la chiusura di difetti anche molto ampi; recuperabile e riposizionabile; con architettura in nitinol. Dotato di tutti gli accessori necessari per una corretta scelta della protesi e per un corretto posizionamento monouso sterile	REVOCATO	
23	Sistema percutaneo per chiusura di forame ovale pervio mediante sutura con monofilamenti di polipropilene non riassorbibile radiopaco, monouso, sterile	EMOPASS	1°
24	Pallone non compliant per valvuloplastica aortica caratterizzato da basso profilo richiedente introduttore femorale di piccolo diametro (max 9 Fr) al fine di poter eseguire la procedura in pazienti con importante vasculopatia periferica e/o calibri arteriosi femorali ridotti, con vasta gamma di diametri, sterili, monouso. * palloni per valvuloplastica aortica fino a 26 mm. di diametro compatibili con introduttori 9Fr.	DESERTO	

25	Pallone non compliant per valvuloplastica aortica e/o polmonare, caratterizzato da elevata resistenza al gonfiaggio ad alte pressioni e buona performance nel trattamento delle stenosi aortiche altamente calcifiche, con rapidi tempi di gonfiaggio-sgonfiaggio e buona capacità di essere sottoposto a ripetuti cicli di riutilizzo, con ampia gamma di misure, monouso, sterile.	AB MEDICA	1°
26	Pallone semi-compliant per valvuloplastica aortica, caratterizzato da basso profilo e buona resistenza ad elevate pressioni di gonfiaggio, con rapidi tempi di gonfiaggio/sgonfiaggio e vasta gamma di diametri del pallone al fine di garantire anche un ottimale trattamento nell'impianto di protesi aortiche percutanee.	CS MEDICAL 7	1°
27	Sistema per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra in nitinolo autoespandibile con membrana porosa sul lato prossimale e dotato di ancoraggi di fissaggio nella parete dell'appendice atriale sinistra, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	BOSTON SCIENTIFIC	1°
28	Sistema per la chiusura dell'auricola sinistra autoespandibile, a doppio disco di maglia metallica in nitinol, autocentrante, ricatturabile e riposizionabile, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	INNOVA HTS	1°
29	Cateteri tipo "goose neck" per recupero corpi estranei, con corpo catetere da 4 e 6 Fr. e diametro del laccio da 4 a 35 mm.	MEDTRONIC	1°
		MERIT	2°
		INNOVA HTS	3°
30	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone medicato con Paclitaxel, a rapido rilascio di farmaco (basso tempo di gonfiaggio del pallone), da utilizzare nel trattamento delle ristenosi intrastent e dei piccoli vasi (non elegibili al trattamento con stent), monouso, sterili	AB MEDICA	1°
31	Sistema di assistenza ventricolare sx completamente percutaneo che comporti il solo accesso arterioso e sia in grado di garantire fino a 2.5 l/min di portata cardiaca, dotato di tutti gli accessori necessari per un corretto impianto e un corretto funzionamento, monouso, sterile	DESERTO	
32	(IVUS-iFR manuale): Sistema integrato per l'esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni ed emodinamiche del profilo pressorio intra-coronarico, consistente in: sistema IVUS+pressure wire FFR-iFR e materiale monouso dedicato: catetere IVUS misure varie e catetere Pressure Wire misure varie	SANITEX	1°
33	(IVUS meccanico): Sistema carrellato per esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni caratterizzato da pull back di tipo meccanico ad alta risoluzione compatibile con cateteri 5 e 6 Fr consistente in: - comando operativo carrellato; - fornitura di materiale monouso, sterile, dedicato	BOSTON SCIENTIFIC	1°
34	Guida dritta 0,14", modellabile, in nitinolo, con punta radiopaca, flessibile di 3 cm, con peso in punta fino ad un gr (tip load) di diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze monouso sterile.	ABBOTT	1°

35	Sistema per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, per procedure strutturali cardiache e vascolari periferiche con diametro di accesso fino a 25 Fr, monouso sterili.	DESERTO	
36	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico caratterizzato da macchina che eroghi pressioni di aspirazione circa -29 inHg, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile.	NESSUNA OFFERTA IDONEA	
37	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Sirolimus per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	INNOVA HTS	1°
		CS MEDICAL 7	2°
		VIGLIA	3°
38	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Paclitaxel per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	CS MEDICAL 7	1°
		MEDTRONIC	2°
		BBRAUN	3°
39	Microcatetere di supporto al filo guida con doppio lume Over The Wire (OTW) destinato a supportare i fili guida e consentire lo scambio dei medesimi nel sistema vascolare coronarico e/o periferico durante procedure complesse. Si richiede la presenza della doppia porta OTW al fine di consentire lo scambio del filo guida in entrambi i lumi senza dover retrarre il catetere all'esterno del catetere guida	SANITEX	1°
40	Sistema intraluminare vascolare, impiantabile, che permetta una riduzione di flusso a livello del seno coronarico che determini un incremento di perfusione a livello dell'albero coronarico al fine di trattare le forme di angina miocardica in pazienti non ulteriormente rivascolarizzabili. Si richiede compatibilità con filo guida 0,035"	GADA	1°
41	Sistema di aterectomia rotazionale meccanico caratterizzato da movimento della fresa diamantata secondo una modalità orbitale al fine di garantire un'adeguata rimozione di calcio disposto in modo asimmetrico e discontinuo lungo la circonferenza interna del vaso coronarico	CS MEDICAL 7	1°
42	Sistema di aterectomia coronarica rotazionale ad alta velocità caratterizzato da fresa ellittica diamantata, di vari diametri, posta all'estremità di un catetere flessibile. Tale Device garantisce una adeguata rimozione del calcio collocato in modo simmetrico e continuo lungo le pareti del vaso non trattabili con solo palloncino al fine di posizionare in modo ottimale lo stent. Il sistema consta di materiale consumabile (fili guida di diverse tipologie, frese singole di diversi diametri e sistema di avanzamento comprensive di fresa) e non consumabile quale il sistema di controllo.	BOSTON SCIENTIFIC	1°
43	Sistema di litotrixxia intravascolare coronarico/periferico indicato in pazienti che presentano stenosi coronariche non trattabili con sistemi di aterectomia rotazionale/orbitale caratterizzato da rilascio di energia meccanica pulsatile attraverso un catetere a palloncino di diverse misure	INNOVA HTS	1°

44	Catetere per angioplastica a palloncino indicato in lesioni coronariche calcifiche con elevato grado di stenosi caratterizzato da elevate pressioni di gonfiaggio e sistema di trattamento della placca di tipo "scoring balloon"	INNOVA HTS	1°
		CS MEDICAL 7	2°
		BOSTON SCIENTIFIC	3°
45	Sistema integrato per esecuzione di indagini intravascolari OCT ed emodinamiche del profilo pressorio intracoronarico consistente in: 1 sistema OCT ILUMIEN OPTIS + FFR wireless	ABBOTT	1°
46	Sistema atto a valutare e misurare i parametri fisiologici della circolazione coronarica mediante l'analisi della Fractional Flow Reserve (FFR) e la Resting Full-Cycle ratio (RFR) per lo studio fisiologico dei vasi epicardici e la Coronary Flow Reserve (CFR) e l'Index of Microvascular Resistance (IMR) per valutare la microcircolazione cardiaca. Questo sistema trova indicazione nella valutazione e diagnosi di pazienti affetti da malattia del microcircolo vascolare coronarico	ABBOTT	1°
47	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con diametro della punta inferiore 0,009" ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	BOSTON SCIENTIFIC	1°
48	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con lunghezza superiore ai 195 cm.ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	EMOPASS	1°
49	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico con sistema di aspirazione manuale, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile	GADA	1°
50	Sistema di protezione embolico in nitinol o similare ad elevata flessibilità, per circolazione cerebrale extracranica da posizionare a livello dell'arco aortico durante procedura di impianto percutaneo di valvola aortica	INNOVA HTS	1°
		BOSTON SCIENTIFIC	2°
51	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone in materiale non compliant con un "profilo di attraversamento" (crossing profile) conformato al fine di rendere ottimale la post-dilatazione dello stent (POT Technique) monouso, sterile	INNOVA HTS	1°
		MEDTRONIC	2°
		VIGLIA	3°

DATO ATTO altresì, che:

- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti a carico della stazione appaltante;
- la durata contrattuale, ai sensi dell'art. 3.1 del Disciplinare di Gara, è prevista in 36 mesi, oltre l'opzione di rinnovo contrattuale per 24 mesi;
- l'importo triennale aggiudicato è determinato in Euro 7.613.082,00 + IVA (4%-5% e 22%) pari a Euro 9.287.960,04 IVA compresa;
- il predetto importo è ripartito, a livello interaziendale come segue:
ASL AT – Importo triennale di fornitura Euro 2.569.893,00 + IVA (4%-5% e 22%) pari a Euro 3.135.269,46 IVA compresa;
AO AL – Importo triennale di fornitura Euro 5.043.189,00 + IVA (4%-5% e 22%) pari a Euro 6.152.690,58 IVA compresa

- le condizioni economiche sono dettagliatamente indicate nel prospetto allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale, con la suddivisione degli importi di spesa triennali per singola Azienda (ASL AT e AO AL) – ALLEGATO 1 – Aggiudicazione Gara Europea per l'affidamento della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA occorrente all'ASL AT di Asti e all'AO AL di Alessandria:

Dato atto che in data 14/03/2023, è pervenuta una nota congiunta da parte delle ditte Cardinal Health Italy 509 Srl e Cordis Italy Srl con la quale le stesse hanno comunicato la cessione del ramo d'azienda della linea dei prodotti "Cordis" da parte di Cardinal Health a favore di Cordis Italy Srl relativamente alla gara in corso, a far data dal 01/05/2023;

Considerato quanto sopra questa Stazione Appaltante dispone l'aggiudicazione dei lotti 1 e 6 a favore della Cardinal Health Italy 509 Srl ora Cordis Italy Srl;

Tutto ciò premesso si propone di aggiudicare la fornitura sulla base delle risultanze della gara come segue:

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL (LOTTI 4-11-18-34-45-46)

Rif. offerta n. PRAP-1364/2022-0834 del 04/08/2022

C.F./P.IVA: 011264670156

Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02/359611 – pec: avmiltender@pec.av.abbott.com

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98722641FA

Spesa presunta complessiva – Euro 905.100,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 1.104.222,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 360.660,00 + IVA pari a Euro 440.005,20 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 544.440,00 + IVA pari a Euro 664.216,80 IVA inclusa

AB MEDICA SPA (LOTTI 25-30)

Rif. offerta n. PI202200963/2022

C.F./P.IVA: 08862820969

Via J.F. Kennedy, 10/12 – 20023 Cerro Maggiore (MI) tel. 02/933051 – fax 02/93305400 – pec: abmedica.gare@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9872204077

Spesa presunta complessiva - Euro 95.700,00 + IVA 22% pari a Euro 116.754,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 26.700,00 + IVA pari a Euro 32.574,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL – Euro 69.000,00 + IVA pari a Euro 84.180,00 IVA inclusa

B.BRAUN MILANO SPA (LOTTO 38)

Rif. offerta n.gara 8578884-ID Sintel 156102322/2022

C.F./P.IVA: 00674840152

Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 Milano - tel. 02/662181 – fax 02/66218369 – pec: bbraun-mi@registerpec.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98725226E1

Spesa presunta complessiva - Euro 28.656,00 + IVA 22% pari a Euro 34.960,32 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 9.552,00 + IVA pari a Euro 11.653,44 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 19.104,00 + IVA pari a Euro 23.306,88 IVA inclusa

BOSTON SCIENTIFIC SPA (LOTTI 12-17-18-20-27-33-42-44-47-50)

Rif. offerta n. APER-1377/2022-1356/IC-SH-PI/aa-mm

C.F./P.IVA: 11206730159

Viale Forlanini, 23 – 20134 Milano – tel. 02/274394200 – fax 02/274394300 – pec:
bostonscientific.tender@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9872674451

Spesa presunta complessiva - Euro 925.062,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 31.128.575,64 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 346.857,00 + IVA pari a Euro 423.165,54 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 578.205,00 + IVA pari a Euro 705.410,10 IVA inclusa

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL ora CORDIS ITALY SRL (LOTTI 1-6)

Rif.offerta n. ITTC-0350/2022-0865 (ex offerta Cardinal Health)

C.F./P.IVA: 11819500965

Via Pietro Paleocapa, 1 – 20121 Milano – tel. 06/83361889 pec: cordisitalysrl@pec.it;
ufficiogare.cordis@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9870484512

Spesa presunta complessiva - Euro 196.350,00 + IVA 22% pari a Euro 239.547,00 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 68.850,00 + IVA pari a Euro 83.997,00 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 127.500,00 + IVA pari a Euro 155.550,00 IVA inclusa

COOK ITALIA SRL (LOTTO 5)

Rif. offerta n. 231711/2022

C.F./P.IVA: 00847380961

Via Galileo Galilei, 32 – 20834 Nova Milanese (MB) - tel. 02/69682853 – pec:
gare@pec.cook.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9870427608

Spesa presunta complessiva - Euro 3.300,00 + IVA 22% pari a Euro 4.026,00 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 900,00 + IVA pari a Euro 1.098,00 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 2.400,00 + IVA pari a Euro 2.928,00 IVA inclusa

C.S. MEDICAL 7 SRL (LOTTI 15-17-18-26-37-38-41-44)

Rif. offerta n. gara 8578884-ID Sintel 156102322/2022

C.F.: 02947560120

Via Maurizio Gonzaga, 2 -20123 Milano – pec: csmedical7srl@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98726321A9

Spesa presunta complessiva - Euro 1.134.594,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 1.384.204,68 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 238.524,00 + IVA pari a Euro 290.999,28 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 896.070,00 + IVA pari a Euro 1.093.205,40 IVA inclusa

EMOPASS SRL (LOTTI 5-13-14-16-23-48)

Rif. offerta n. 18/22 del 25/07/2022

C.F./P.IVA: 06590180011

Corso Unione Sovietica, 612/15A – 10135 Torino - tel. 011/7410916 – fax 011/7770978 – pec: emopass@pec.emopass.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98727746D6

Spesa presunta complessiva - Euro 403.365,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 492.105,30 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 118.695,00 + IVA 22% pari a Euro 144.807,90 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL – Euro 284.670,00 + IVA pari a Euro 347.297,40 IVA inclusa

GADA ITALIA SPA (LOTTI 40-49)

Rif. offerta n. 765 del 01/08/2022

C.F./P.IVA: 08230471008

Via Giulio Vincenzo Bona, 133 – 00156 Roma - tel. 085/4921937 – fax 085/4911823 – pec: gadaitalia@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98725730F9

Spesa presunta complessiva - Euro 814.500,00 + IVA 4% pari a Euro 993.690,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 319.500,00 + IVA pari a Euro 389.790,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 495.000,00 + IVA pari a Euro 603.900,00 IVA inclusa

INNOVA HTS SRL (LOTTI 5-15-19-28-29-37-43-44-50-51)

Rif. offerta n. 102/2022

C.F./P.IVA: 03544600137

Via Roma, 60 – 22070 Senna Comasco (CO) - tel. 031/282055 – fax 031/555921 – pec: innovahts@postacertificata.eu

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9872704D10

Spesa presunta complessiva - Euro 1.027.680,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 1.253.769,60 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 253.050,00 + IVA pari a Euro 308.721,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 774.630,00 + IVA pari a Euro 945.048,60 IVA inclusa

MEDTRONIC ITALIA SPA (LOTTI 10-17-19-29-38-51)

Rif. offerta n. 202221412/op

C.F./P.IVA: 09238800156

Via Varesina, 162 – 20156 Milano – tel. 02/241371 - fax 02/241381 – pec: medtronicitalia.gare@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9870638428

Spesa presunta complessiva - Euro 367.905,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 448.844,10 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 127.485,00 + IVA pari a Euro 155.531,70 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 240.420,00 + IVA pari a Euro 293.312,40 IVA inclusa

MERIT MEDICAL ITALY SRL (LOTTI 2-8-21-29)

Rif. offerta n. MMIT 125-2022-NC-LB

C.F./P.IVA: 07609020966

Via Cascina Venina, 7 – 20090 Assago (MI) – tel. 02/48842648 – pec: merit.medical.italy@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 987061947A

Spesa presunta complessiva - Euro 131.280,00 + IVA 22% pari a Euro 160.161,60 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 47.130,00 + IVA pari a Euro 57.498,60 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 84.150,00 + IVA pari a Euro 102.663,00 IVA inclusa

SANITEX SPA (LOTTI 14-15-32-39)

Rif. offerta n. 2477 AG/as del 04/07/2022 e integrazione del 11/05/2023

C.F./P.IVA: 02883250017

Corso Unione Sovietica 612/15 – 10135 Torino – tel. 011/3470677 – fax 011/3473561 – pec: sanitex@pecsecurity.eu

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98722251CB

Spesa presunta complessiva - Euro 1.238.190,00 + IVA 22% pari a Euro 1.510.591,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 532.890,00 + IVA pari a Euro 650.125,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 703.300,00 + IVA pari a Euro 860.466,00 IVA inclusa

SELEFAR SRL (LOTTI 2-3-19)

Rif. offerta n. 113/2022

C.F./P.IVA: 01749330047

Via Maestri del Lavoro, 16 – 12100 Madonna dell'Olmo, 16 – tel. 0171/412760 – fax 0171/412743 – pec: selefar@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9869807664

Spesa presunta complessiva - Euro 251.640,00 + IVA 5% e 22% pari a Euro 307.000,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 86.940,00 + IVA pari a Euro 106.066,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 164.700,00 + IVA pari a Euro 200.934,00 IVA inclusa

TECNOSTIM SRL (LOTTO 2)

Rif. offerta n. 48/AM/22 del 04/08/2022

C.F./P.IVA: 05856601009

Via di Santa Cornelia, 5/A – 00060 Formello (RM) – tel. 061646162469-36290853 – fax 06/45476313 – pec: ufficio.gare@tecnostim.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9869855DFE

Spesa presunta complessiva - Euro 33.600,00 + IVA 22% pari a Euro 40.992,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 13.440,00 + IVA pari a Euro 16.396,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 20.160,00 + IVA pari a Euro 24.595,20 IVA inclusa

VIGLIA SRL (LOTTI 37-51)

Rif. offerta n. C.2022.000.187

C.F.: 00562490011

Corso Galileo Ferraris, 105 – 10128 Torino – tel. 011/5805202 – fax 011/5805210 – pec: gareviglia@pec.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9872414DBF

Spesa presunta complessiva - Euro 56.160,00 + IVA 22% pari a Euro 68.515,20 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 18.720,00 + IVA pari a Euro 22.838,40 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 37.440,00 + IVA pari a Euro 45.676,80 IVA inclusa

DATO ATTO che l'onere complessivo derivante dall'esecuzione dei contratti, pari ad Euro 2.569.893,00 che unitamente all'Iva ammonta a un complessivo di Euro 3.135.269,46 da imputare ai rispettivi esercizi di bilancio come segue:

Anno 2023 -sub 6/416

- Euro 511.455,111 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici”

- Euro 11.089,80 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”

Anno 2024

- Euro 1.022.910,22 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici”

- Euro 22.179,60 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”

Anno 2025

- Euro 1.022.910,22 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici”

- Euro 22.179,60 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”

Anno 2026

- Euro 511.455,11 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici”

- Euro 11.089,80 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”

DATO ATTO che l'importo di competenza dell'anno 2023 trova copertura, nei limiti del budget attualmente assegnato alla SC Tecnico Patrimoniale e Acquisti, il restante importo dovrà essere tenuto in considerazione in sede di predisposizione del rispettivo bilancio di previsione riferito agli anni 2023/2026.

DATO ATTO che

- ai sensi del “Regolamento recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.” recepito con deliberazione del Direttore Generale n.14 del 09/02/2023, l’importo da accantonare al fondo incentivante (ex art.6) al netto delle economie è pari a Euro 46.896,11 di cui Euro 9.379,22 da destinarsi per innovazione tecnologica e formazione;

- l’importo da accantonare al netto delle economie per la parte relativa alla fase di programmazione e affidamento pari a € 31.293,20 è stato calcolato sul valore complessivo dell’appalto a base di gara per l’intera area interaziendale (€ 18.837.679,10 netto iva), mentre l’importo da accantonare al netto delle economie per la parte relativa alla fase di esecuzione pari a € 15.602,91 è stato calcolato sull’importo aggiudicato per la sola parte di fornitura relativa all’ASL AT (€ 4.283.155 netto iva) inclusa l’opzione di rinnovo;

- ai sensi dell’articolo 9 del citato regolamento, oltre al Rup e al Dec, il gruppo di lavoro dell’intervento viene specificato in note allegate;

- viene rinviato a successivo atto la definizione del personale incaricato della parte relativa alla fase di esecuzione individuato in via provvisoria in note allegate;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3.1 del Disciplinare di Gara, le singole aziende sanitarie contraenti, al termine della durata contrattuale fissata in 36 mesi hanno la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi;

DATO ATTO che gli esiti della presente gara saranno comunicati all’Azienda Ospedaliera di Alessandria per il seguito di competenza;

VERIFICATA la regolarità tecnico-amministrativa, la correttezza e completezza dell'istruttoria.

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta.

D E T E R M I N A

1) Di approvare i seguenti verbali, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per emodinamica diagnostica e interventistica occorrente all’ASL AT di Asti e all’AO AL di Alessandria – ID Sintel 156102322 – Gara ANAC n. 8578884:

- Verbali del Seggio di gara n. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 rispettivamente del 11/08/2022-12/10/2022-21/10/2022-09/11/2022-22/11/2022-27/04/2023-28/04/2023-09/05/2023 e 15/05/2023;
- Verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 01/12/2022; n. 2 del 19/12/2022; n. 3 del 31/01/2023; n. 4 del 27/02/2023; n. 5 del 07/03/2023 e n. 6 del 21/04/2023;
- Allegato 1 – Aggiudicazione Gara Europea per l'affidamento della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA occorrente all'ASL AT e all'AO AL;

2) Di dare atto che l'importo complessivo triennale aggiudicato è determinato in Euro 7.613.082,00 + IVA (4%-5% e 22%) pari a Euro 9.287.960,04 IVA compresa;

- il predetto importo è ripartito, a livello interaziendale come segue:

ASL AT – Importo triennale di fornitura Euro 2.569.893,00 + IVA (4%-5% e 22%) pari a Euro 3.135.269,46 IVA compresa;

AO AL – Importo triennale di fornitura Euro 5.043.189,00 + IVA (4%-5% e 22%) pari a Euro 6.152.690,58 IVA compresa

per una durata contrattuale di 36 mesi, oltre l'opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi;

3) Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica sul possesso dei prescritti requisiti a carico della stazione appaltante;

4) Di aggiudicare alle condizioni economiche dettagliatamente indicate nel prospetto allegato al presenta provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con la suddivisione degli importi di spesa triennali per singola Azienda Sanitaria (Allegato 1 – Aggiudicazione Gara Europea per l'affidamento della fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA occorrente all'ASL AT e all'AO AL),

5) Di dare atto che in data 14/03/2023, è pervenuta una nota congiunta da parte delle ditte Cardinal Health Italy 509 Srl e Cordis Italy Srl con la quale le stesse hanno comunicato la cessione del ramo d'azienda della linea dei prodotti "Cordis" da parte di Cardinal Health a favore di Cordis Italy Srl relativamente alla gara in corso, a far data dal 01/05/2023;

6) Di precisare che, alla luce di quanto sopra, questa Stazione Appaltante dispone l'aggiudicazione dei lotti 1 e 6 a favore della Cardinal Health Italy 509 Srl ora Cordis Italy Srl;

7) Di affidare la fornitura in oggetto, sulla base delle risultanze della gara, come segue:

ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL (LOTTI 4-11-18-34-45-46)

Rif. offerta n. PRAP-1364/2022-0834 del 04/08/2022

C.F./P.IVA: 011264670156

Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02/359611 – pec: avmiltender@pec.av.abbott.com

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98722641FA

Spesa presunta complessiva – Euro 905.100,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 1.104.222,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 360.660,00 + IVA pari a Euro 440.005,20 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 544.440,00 + IVA pari a Euro 664.216,80 IVA inclusa

AB MEDICA SPA (LOTTI 25-30)

Rif. offerta n. PI202200963/2022

C.F./P.IVA: 08862820969

Via J.F. Kennedy, 10/12 – 20023 Cerro Maggiore (MI) tel. 02/933051 – fax 02/93305400 – pec: abmedica.gare@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9872204077

Spesa presunta complessiva - Euro 95.700,00 + IVA 22% pari a Euro 116.754,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 26.700,00 + IVA pari a Euro 32.574,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL – Euro 69.000,00 + IVA pari a Euro 84.180,00 IVA inclusa

B.BRAUN MILANO SPA (LOTTO 38)

Rif. offerta n.gara 8578884-ID Sintel 156102322/2022

C.F./P.IVA: 00674840152

Via Vincenzo da Seregno, 14 – 20161 Milano - tel. 02/662181 – fax 02/66218369 – pec: bbraun-mi@registerpec.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98725226E1

Spesa presunta complessiva - Euro 28.656,00 + IVA 22% pari a Euro 34.960,32 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 9.552,00 + IVA pari a Euro 11.653,44 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 19.104,00 + IVA pari a Euro 23.306,88 IVA inclusa

BOSTON SCIENTIFIC SPA (LOTTI 12-17-18-20-27-33-42-44-47-50)

Rif. offerta n. APER-1377/2022-1356/IC-SH-PI/aa-mm

C.F./P.IVA: 11206730159

Viale Forlanini, 23 – 20134 Milano – tel. 02/274394200 – fax 02/274394300 – pec: bostonscientific.tender@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9872674451

Spesa presunta complessiva - Euro 925.062,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 31.128.575,64 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 346.857,00 + IVA pari a Euro 423.165,54 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 578.205,00 + IVA pari a Euro 705.410,10 IVA inclusa

CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL ora CORDIS ITALY SRL (LOTTI 1-6)

Rif.offerta n. ITTC-0350/2022-0865 (ex offerta Cardinal Health)

C.F./P.IVA: 11819500965

Via Pietro Paleocapa, 1 – 20121 Milano – tel. 06/83361889 pec: cordisitalysrl@pec.it;
ufficiogare.cordis@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9870484512

Spesa presunta complessiva - Euro 196.350,00 + IVA 22% pari a Euro 239.547,00 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 68.850,00 + IVA pari a Euro 83.997,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 127.500,00 + IVA pari a Euro 155.550,00 IVA inclusa

COOK ITALIA SRL (LOTTO 5)

Rif. offerta n. 231711/2022

C.F./P.IVA: 00847380961

Via Galileo Galilei, 32 – 20834 Nova Milanese (MB) - tel. 02/69682853 – pec:
gare@pec.cook.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9870427608

Spesa presunta complessiva - Euro 3.300,00 + IVA 22% pari a Euro 4.026,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 900,00 + IVA pari a Euro 1.098,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 2.400,00 + IVA pari a Euro 2.928,00 IVA inclusa

C.S. MEDICAL 7 SRL (LOTTI 15-17-18-26-37-38-41-44)

Rif. offerta n. gara 8578884-ID Sintel 156102322/2022

C.F.: 02947560120

Via Maurizio Gonzaga, 2 -20123 Milano – pec: csmedical7srl@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98726321A9

Spesa presunta complessiva - Euro 1.134.594,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 1.384.204,68 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 238.524,00 + IVA pari a Euro 290.999,28 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 896.070,00 + IVA pari a Euro 1.093.205,40 IVA inclusa

EMOPASS SRL (LOTTI 5-13-14-16-23-48)

Rif. offerta n. 18/22 del 25/07/2022

C.F./P.IVA: 06590180011

Corso Unione Sovietica, 612/15A – 10135 Torino - tel. 011/7410916 – fax 011/7770978 – pec:
emopass@pec.emopass.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98727746D6

Spesa presunta complessiva - Euro 403.365,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 492.105,30 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 118.695,00 + IVA 22% pari a Euro 144.807,90 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL – Euro 284.670,00 + IVA pari a Euro 347.297,40 IVA inclusa

GADA ITALIA SPA (LOTTI 40-49)

Rif. offerta n. 765 del 01/08/2022

C.F./P.IVA: 08230471008

Via Giulio Vincenzo Bona, 133 – 00156 Roma - tel. 085/4921937 – fax 085/4911823 – pec: gadaitalia@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98725730F9

Spesa presunta complessiva - Euro 814.500,00 + IVA 4% pari a Euro 993.690,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 319.500,00 + IVA pari a Euro 389.790,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 495.000,00 + IVA pari a Euro 603.900,00 IVA inclusa

INNOVA HTS SRL (LOTTI 5-15-19-28-29-37-43-44-50-51)

Rif. offerta n. 102/2022

C.F./P.IVA: 03544600137

Via Roma, 60 – 22070 Senna Comasco (CO) - tel. 031/282055 – fax 031/555921 – pec: innovahts@postacertificata.eu

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9872704D10

Spesa presunta complessiva - Euro 1.027.680,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 1.253.769,60 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 253.050,00 + IVA pari a Euro 308.721,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 774.630,00 + IVA pari a Euro 945.048,60 IVA inclusa

MEDTRONIC ITALIA SPA (LOTTI 10-17-19-29-38-51)

Rif. offerta n. 202221412/op

C.F./P.IVA: 09238800156

Via Varesina, 162 – 20156 Milano – tel. 02/241371 - fax 02/241381 – pec: medtronicitalia.gare@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9870638428

Spesa presunta complessiva - Euro 367.905,00 + IVA 4% e 22% pari a Euro 448.844,10 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 127.485,00 + IVA pari a Euro 155.531,70 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 240.420,00 + IVA pari a Euro 293.312,40 IVA inclusa

MERIT MEDICAL ITALY SRL (LOTTI 2-8-21-29)

Rif. offerta n. MMIT 125-2022-NC-LB

C.F./P.IVA: 07609020966

Via Cascina Venina, 7 – 20090 Assago (MI) – tel. 02/48842648 – pec:
merit.medical.italy@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 987061947A

Spesa presunta complessiva - Euro 131.280,00 + IVA 22% pari a Euro 160.161,60 IVA inclusa
Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 47.130,00 + IVA pari a Euro 57.498,60 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 84.150,00 + IVA pari a Euro 102.663,00 IVA inclusa

SANITEX SPA (LOTTI 14-15-32-39)

Rif. offerta n. 2477 AG/as del 04/07/2022 e integrazione del 11/05/2023

C.F./P.IVA: 02883250017

Corso Unione Sovietica 612/15 – 10135 Torino – tel. 011/3470677 – fax 011/3473561 – pec:
sanitex@pecsecurity.eu

CIG TRACCIANTE ASL AT: 98722251CB

Spesa presunta complessiva - Euro 1.238.190,00 + IVA 22% pari a Euro 1.510.591,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 532.890,00 + IVA pari a Euro 650.125,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 703.300,00 + IVA pari a Euro 860.466,00 IVA inclusa

SELEFAR SRL (LOTTI 2-3-19)

Rif. offerta n. 113/2022

C.F./P.IVA: 01749330047

Via Maestri del Lavoro, 16 – 12100 Madonna dell'Olmo, 16 – tel. 0171/412760 – fax 0171/412743 – pec: selefar@legalmail.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9869807664

Spesa presunta complessiva - Euro 251.640,00 + IVA 5% e 22% pari a Euro 307.000,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 86.940,00 + IVA pari a Euro 106.066,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 164.700,00 + IVA pari a Euro 200.934,00 IVA inclusa

TECNOSTIM SRL (LOTTO 2)

Rif. offerta n. 48/AM/22 del 04/08/2022

C.F./P.IVA: 05856601009

Via di Santa Cornelia, 5/A – 00060 Formello (RM) – tel. 061646162469-36290853 – fax 06/45476313 – pec: ufficio.gare@tecnostim.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9869855DFE

Spesa presunta complessiva - Euro 33.600,00 + IVA 22% pari a Euro 40.992,00 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 13.440,00 + IVA pari a Euro 16.396,80 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 20.160,00 + IVA pari a Euro 24.595,20 IVA inclusa

VIGLIA SRL (LOTTI 37-51)

Rif. offerta n. C.2022.000.187

C.F.: 00562490011

Corso Galileo Ferraris, 105 – 10128 Torino – tel. 011/5805202 – fax 011/5805210 – pec: gareviglia@pec.it

CIG TRACCIANTE ASL AT: 9872414DBF

Spesa presunta complessiva - Euro 56.160,00 + IVA 22% pari a Euro 68.515,20 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'ASL AT - Euro 18.720,00 + IVA pari a Euro 22.838,40 IVA inclusa

Spesa presunta triennale per l'AO AL - Euro 37.440,00 + IVA pari a Euro 45.676,80 IVA inclusa

8) Di dare atto che l'onere complessivo derivante dall'esecuzione dei contratti, per l'Azienda Sanitaria Locale di Asti risulta essere pari ad Euro 2.569.893,00 che unitamente all'Iva ammonta a un complessivo di Euro 3.135.269,46 da imputare ai rispettivi esercizi di bilancio come segue:

Anno 2023 – sub 6/416

- Euro 511.455,111 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici”

- Euro 11.089,80 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”

Anno 2024

- Euro 1.022.910,22 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici”

- Euro 22.179,60 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”

Anno 2025

- Euro 1.022.910,22 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici”

- Euro 22.179,60 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”

Anno 2026

- Euro 511.455,111 conto 03.10.01.64 “Dispositivi Medici”

- Euro 11.089,80 conto 03.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari”

9) Di dare atto che l'importo di competenza dell'anno 2023 pari a Euro 522.544,91 IVA compresa, trova copertura, nei limiti del budget attualmente assegnato alla SC Tecnico Patrimoniale e Acquisti, il restante importo dovrà essere tenuto in considerazione in sede di predisposizione del rispettivo bilancio di previsione riferito agli anni 2024/2026.

10) Di dare atto che,

a) ai sensi del “Regolamento recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.” recepito con deliberazione del Direttore Generale n.14 del 09/02/2023, l'importo da accantonare al fondo incentivante (ex art.6) al netto delle economie è pari a Euro 46.896,11 di cui Euro 9.379,22 da destinarsi per innovazione tecnologica e formazione;

b) l'importo da accantonare al netto delle economie per la parte relativa alla fase di programmazione e affidamento pari a € 31.293,20 è stato calcolato sul valore complessivo dell'appalto a base di gara per l'intera area interaziendale (€ 18.837.679,10 netto iva), mentre l'importo da accantonare al netto delle economie per la parte relativa alla fase di esecuzione pari a € 15.602,91 è stato calcolato sull'importo aggiudicato per la sola parte di fornitura relativa all'ASL AT (€ 4.283.155 netto iva) inclusa l'opzione di rinnovo;

c) ai sensi dell'articolo 9 del citato regolamento, oltre al Rup e al Dec, il gruppo di lavoro dell'intervento viene specificato in note allegate;

d) viene rinviato a successivo atto la definizione del personale incaricato della parte relativa alla fase di esecuzione individuato in via provvisoria in note allegate;

11) Di dare atto che ai sensi dell'art. 3.1 del Disciplinare di Gara, le singole aziende sanitarie contraenti, al termine della durata contrattuale fissata in 36 mesi hanno la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi;

12) Di dare atto che gli esiti della presente gara saranno comunicati all'Azienda Ospedaliera di Alessandria per il seguito di competenza;

S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Il Direttore F.F.

Dott. Paolo DE GIOVANNI

Proposta AR/EC/AB n. 947 del 26/05/2023



VERBALE N. 1
COMMISSIONE GIUDICATRICE
ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA**

Il giorno, **uno del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue**, presso la sala riunione della S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti della sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice costituita con Determina 1585/TPLA del 02/11/2022 della gara di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Dott. Dario Casolati, Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Dott. Emanuele Sagazio, Componente;
- Dott. Andrea Demarchi, Componente;

Sono inoltre presenti il sig. Ermanno Cosenza e la sig.a Albertina Broccardo con funzioni di segretari verbalizzanti.

Alle **ore quattordici e trenta minuti**, il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata.

La Commissione Giudicatrice prende atto che il Responsabile del procedimento ha comunicato che entro il termine di presentazione sono pervenute telematicamente, mediante la piattaforma Sintel, le seguenti offerte:

N.	Denominazione concorrente	Forma di partecipazione	Lotti offerti
1	AB Medica SpA	Forma singola	1-8-21-25-26-29-30
2	Abbott Medical Italia Srl	Forma singola	4-8-11-13-18-28-34-45-46
3	Acrostak International Distribution Sarl	Forma singola	44
4	BBraun Milano SpA	Forma singola	6-10-17-30-37-38-44
5	Biotronik Italia	Forma singola	17-30-38-51
6	Boston Scientific SpA	Forma singola	1-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-27-30-33-34-38-42-44-46-47-48-50-51
7	Cardinal Health Italy 509 Srl	Forma singola	1-2-6-10-51
8	Claber Srl	Forma singola	21
9	Cook Italia Srl	Forma singola	5
10	Crossmed SpA	Forma singola	36

1



11	CS Medical 7 Srl	Forma singola	2-6-10-15-17-18-26-30-37-38-41-44-51
12	Emopass Srl	Forma singola	5-12-13-14-16-23-47-48
13	EuKon Srl	Forma singola	19-51
14	Gada Italia SpA	Forma singola	25-40-49
15	Innova HTS Srl	Forma singola	5-15-17-19-28-29-37-43-44-50-51
16	ITC Srl	Forma singola	25
17	Medical Instruments SpA	Forma singola	19
18	Medronic Italia SpA	Forma singola	1-6-9-10-17-18-19-29-30-38-51
19	Merit Medical Italy Srl	Forma singola	1-2-4-8-9-19-21-29
20	Microport CRM Srl	Forma singola	17-51
21	Sanitex SpA	Forma singola	14-15-17-25-30-32-39-48
22	Selefar Srl	Forma singola	2-3-19
23	Tecnostim Srl	Forma singola	2-3-8-9-15-19-30-38-39-46-49
24	Umbra Medical Italy Srl	Forma singola	8-17
25	Viglia Srl	Forma singola	7-8-19-25-37-51

La Commissione prende atto della documentazione di gara e in particolare dell'art. 17 del Disciplinare che dispone,

- l'aggiudicazione per singolo lotto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con la seguente ponderazione:

Offerta tecnica, 70 punti su 100 complessivi;

Offerta economica, 30 punti su 100 complessivi.

- che il punteggio dell'offerta tecnica dovrà essere attribuito sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nel capitolato tecnico per i rispettivi punteggi massimi attribuibili.

- che i criteri di valutazione sono ripartiti nelle seguenti tre tipologie identificati dalle lettere "D", "Q" e "T":

"D", criteri discrezionali;

"Q", criteri quantitativi;

"T", criteri tabellari;

- che l'aggiudicazione della fornitura dovrà essere disposta per i lotti: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, al **singolo operatore economico** risultante primo in graduatoria di gara, mentre per i lotti 2, 5, 14, 17, 18, 19, 22, 29, 37, 38, 44, 50, 51 dovrà essere affidata **sotto forma di accordo quadro** senza successivo confronto



competitivo a una pluralità di operatori economici in numero massimo di tre secondo il seguente criterio di ripartizione:

Posizione in graduatoria	Criterio percentuale di ripartizione
Primo	60%
Secondo	20%
Terzo	20%

La Commissione analizza altresì le risposte ai chiarimenti, pubblicate dalla Stazione appaltante nelle seguenti date:

- 11/07/2022 - Chiarimento 1 – Prot. n. 42032
- 12/07/2022 – Chiarimento 2 – Prot. n. 42237
- 15/07/2022 – Chiarimento 3 – Prot. n. 43070
- 19/07/2022 – Chiarimento 4 – Prot. n. 43605
- 29/07/2022 – Chiarimento 5 – Prot. n. 45469

e prende atto delle specificazioni ivi contenute.

La Commissione giudicatrice stabilisce che, nel caso di richieste di chiarimenti, in ordine alla documentazione tecnica o campionatura presentata, il Responsabile del Procedimento sarà delegato alla firma delle comunicazioni ai concorrenti.

Preso atto di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice decide di avviare la valutazione delle offerte pervenute, verificando allo stesso tempo, per ogni lotto, in via preliminare la rispondenza dei dispositivi offerti alle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico e, pertanto, la sussistenza dei requisiti minimi di idoneità, attraverso l'analisi della documentazione tecnica presentata, messa a disposizione dal Responsabile del procedimento attraverso la piattaforma Sintel.

La Commissione per le proprie valutazioni si avvarrà anche delle campionature trasmesse dai soggetti offerenti.

La Commissione decide di riportare la sussistenza o meno dei requisiti minimi e le valutazioni attribuite su dei **fogli di calcolo di Excel**, con formule preimpostate, predisposti dai segretari.

La Commissione procede alle valutazioni dei lotti sottoelencati, attribuendo, per ciascuna offerta, l'idoneità o meno rispetto ai requisiti minimi, i giudizi e i coefficienti provvisori in relazione al criterio esaminato e, attraverso le formule preimpostate, ad attribuire: i coefficienti provvisori medi, i punteggi provvisori, il punteggio complessivo provvisorio su quale verificare il raggiungimento o meno della soglia di sbarramento prevista nel Disciplinare di gara, pari ad almeno 36 punti.

Attraverso il foglio di calcolo la Commissione infine procederà a calcolare i coefficienti definitivi e i punteggi definitivi per ciascun criterio, il punteggio complessivo ante riparametrazione e post riparametrazione, il tutto come riportato in dettaglio nell'allegata tabella "1 CG valutazioni 01-12-2022", riferito ai seguenti lotti:

- Lotti nr.: 3 – 4 – 7 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 23 – 27 – 32 – 33 – 36 – 40 – 41 – 42 – 43 – 45



Alle ore sedici e trenta il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata al 19 dicembre 2022 alle ore quattordici e trenta per proseguire l'esame delle offerte.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero di quarantaquattro pagine, comprensivo dell'allegata tabella "1 CG valutazioni 01-12-2022" che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Dario Casolati

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Emanuele Sagazio

Dott. Andrea Demarchi

I segretari verbalizzanti:

Sig. Ermanno Cosenza

Sig.a Albertina Broccardo

LOTTO 3

LOTTO 3 - Kit per puntura arteria radiale, composto da introduttore in ETFE, con punta tapered e rivestimento idrofilico, con lunghezza anche di 16 cm, di calibro 7 Fr con agocannula o ago metallico di 21 G, monouso sterile. - IMPORTO DI GARA: 80.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Flessibilità ed at	D	0	20	Eccellente	1,00	1	SELEFAR
Criterio 2	Capacità di sciv	D	0	25	Ottimo	0,75	2	TECNOSTIM
Criterio 3	Resistenza al kir	D	0	25	Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
totale punti max=>					70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
SELEFAR	si	
TECNOSTIM	si	

CRITERIO 1 (tipo D) FLESSIBILITÀ ED ATRAUMATICITÀ DELLA MINIGUIDA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
SELEFAR	Eccellente	
TECNOSTIM	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Flessibilità ed atraumaticità della miniguia

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SELEFAR	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
TECNOSTIM	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) CAPACITÀ DI SCIVOLAMENTO ALL'INTERNO DELLA VIA ARTERIOSA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
SELEFAR	Eccellente	
TECNOSTIM	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Capacità di scivolamento all'interno della via arteriosa

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SELEFAR	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
TECNOSTIM	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo D) RESISTENZA AL KINGKING

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
SELEFAR	Eccellente	
TECNOSTIM	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Resistenza al kingking

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SELEFAR	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
TECNOSTIM	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Flessibilità ed atraumaticità della miniguia	Criterio 2 Capacità di scivolamen to all'interno della via arteriosa	Criterio 3 Resistenz a al kingking			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
SELEFAR	20,00	25,00	25,00			70,00	soglia di sbarramento superata
TECNOSTIM	20,00	6,25	12,50			38,75	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Flessibilità ed atraumaticità della miniguia	Criterio 2 Capacità di scivolamen to all'interno della via arteriosa	Criterio 3 Resistenz a al kingking			totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
SELEFAR	20,00	25,00	25,00			70,00	70,00
TECNOSTIM	20,00	6,25	12,50			38,75	38,75
max punti=>						70,00	

LOTTO 4

LOTTO 4 - Guide monouso sterili da 0,025" a 0,038" in teflon, rette ed in J, con lunghezza fino a 300 cm. - IMPORTO DI GARA: 154.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Flessibilità	D	0	20	Eccellente	1,00	1	MERIT
Criterio 2	Supporto	D	0	20	Ottimo	0,75	2	ABBOTT
Criterio 3	Scorrevolezza	D	0	30	Buono	0,50	3	BOSTON
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70			
							6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
MERIT	si	
ABBOTT	si	
BOSTON	si	

CRITERIO 1 (tipo D) FLESSIBILITÀ

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
MERIT	Sufficiente	
ABBOTT	Eccellente	
BOSTON	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Flessibilità

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
MERIT	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
ABBOTT	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BOSTON	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) SUPPORTO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
MERIT	Buono	
ABBOTT	Eccellente	
BOSTON	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Supporto

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
MERIT	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
ABBOTT	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BOSTON	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00

media max=> 1,00

CRITERIO 3 (tipo D) SCORREVOLEZZA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
MERIT	Ottimo	
ABBOTT	Eccellente	
BOSTON	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Scorrevolezza

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
MERIT	30	0,75	0,75	0,75	0,75	22,50	0,75	22,50
ABBOTT	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
BOSTON	30	0,75	0,75	0,75	0,75	22,50	0,75	22,50
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Flessibilità	Criterio 2 Supporto	Criterio 3 Scorrevolezza			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
MERIT	5,00	10,00	22,50			37,50	soglia di sbarramento superata
ABBOTT	20,00	20,00	30,00			70,00	soglia di sbarramento superata
BOSTON	5,00	10,00	22,50			37,50	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Flessibilità	Criterio 2 Supporto	Criterio 3 Scorrevolezza			totale punti ante riparametrazione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrazione
MERIT	5,00	10,00	22,50			37,50	37,50
ABBOTT	20,00	20,00	30,00			70,00	70,00
BOSTON	5,00	10,00	22,50			37,50	37,50
max punti=>						70,00	

LOTTO 7

LOTTO 7 - Sistemi per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, di differenti diametri, monouso sterili. - IMPORTO DI GARA: 341.250,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criteri	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Facilità d'uso	D	0	35	Eccellente	1,00	1	VIGLIA
					Ottimo	0,75	2	-----
					Buono	0,50	3	-----
Criterio 2	Ampiezza gamma	Q	0	35	Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
							6	-----
							7	-----
							8	-----
totale punti max=>					70		9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
VIGLIA	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) FACILITÀ D'USO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
VIGLIA	Insufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Facilità d'uso

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
VIGLIA	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
media max=>					0,00			

CRITERIO 2 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE

Soggetti Offerenti		Eventuali note
VIGLIA		

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Ampiezza gamma diametri e lunghezze


Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
VIGLIA	35				2,00		1,00	35,00
valore max=>					2,00			

LOTTO 7

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Facilità d'uso		Criterio 2 Ampiezza gamma diametri e lunghezze			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
VIGLIA	0,00		35,00			35,00

mancato sup.to soglia, ESCLUSA



LOTTO 11 -Guida diritta .014", modellabile, con punta flessibile di 3 cm in diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze, monouso, sterile. - IMPORTO DI GARA: 150.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crite	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Manovrabilità e c	D	0	25	Eccellente	1,00	1	BOSTON S.
Criterio 2	Flessibilità e supp	D	0	25	Ottimo	0,75	2	ABBOTT
Criterio 3	Ampiezza gamma	Q	0	20	Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
BOSTON S.	SI	
ABBOTT	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) MANOVRABILITÀ E CONTROLLO DI TORSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Buono	
ABBOTT	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Manovrabilità e controllo di torsione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
ABBOTT	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) FLESSIBILITÀ E SUPPORTO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Sufficiente	
ABBOTT	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Flessibilità e supporto

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
ABBOTT	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA LUNGHEZZE

Soggetti Offerenti		Eventuali note
BOSTON S.		
ABBOTT		

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo Q) Ampiezza gamma lunghezze

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	20				2,00		1,00	20,00
ABBOTT	20				2,00		1,00	20,00
valore max=>					2,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Manovrabilità e controllo di torsione	Criterio 2 Flessibilità e supporto	Criterio 3 Ampiezza gamma lunghezze			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
BOSTON S.	12,50	6,25	20,00			38,75	soglia di sbarramento superata
ABBOTT	25,00	25,00	20,00			70,00	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Manovrabilità e controllo di torsione	Criterio 2 Flessibilità e supporto	Criterio 3 Ampiezza gamma lunghezze			totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
BOSTON S.	12,50	6,25	20,00			38,75	38,75
ABBOTT	25,00	25,00	20,00			70,00	70,00
max punti=>						70,00	

LOTTO 12

LOTTO 12 - Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche croniche. Disponibilità sia di punta rastremata ($\geq 0.009"$) per trattamento di occlusioni coronariche croniche, sia 0.014" per lesioni complesse non occlusive. Grammatatura di punta a partire da 0.6 gr. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in occlusioni coronariche croniche, per la navigabilità nelle procedure per via retrograda. Richiesto rivestimento polimerico idrofilico. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile. - IMPORTO DI GARA: 75.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Conformabilità	D	0	35	Eccellente	1,00	1	EMOPASS
Criterio 2	Capacità di supe	D	0	35	Ottimo	0,75	2	BOSTON S.
					Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
EMOPASS	si	
BOSTON S.	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CONFORMABILITÀ DELLA PUNTA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Eccellente	
BOSTON S.	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Conformabilità della punta

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
BOSTON S.	35	0,50	0,50	0,50	0,50	17,50	0,50	17,50
					media max=>	1,00		

CRITERIO 2 (tipo D) CAPACITÀ DI SUPERARE L'OCCLUSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Eccellente	
BOSTON S.	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Capacità di superare l'occlusione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
BOSTON S.	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	0,75	26,25
					media max=>	1,00		

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Conformabilità della punta	Criterio 2 Capacità di superare l'occlusion e				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
EMOPASS	35,00	35,00				70,00	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	17,50	26,25				43,75	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Conformabilità della punta	Criterio 2 Capacità di superare l'occlusion e				totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
EMOPASS	35,00	35,00				70,00	70,00
BOSTON S.	17,50	26,25				43,75	43,75
max punti=>						70,00	

LOTTO 13

LOTTO 13 -Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di occlusioni coronariche croniche. Grammatatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata ($\geq 0.009"$) che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm.. Coil con rivestimento idrofilico eccetto TIP distale. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile. -
IMPORTO DI GARA: 90.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Conformabilità	D	0	35	Eccellente	1,00	1	EMOPASS
Criterio 2	Capacità di supe	D	0	35	Ottimo	0,75	2	BOSTON S.
					Buono	0,50	3	ABBOTT
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
totale punti max=>					70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
EMOPASS	si	
BOSTON S.	si	
ABBOTT	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CONFORMABILITÀ DELLA PUNTA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Eccellente	
BOSTON S.	Ottimo	
ABBOTT	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Conformabilità della punta

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
BOSTON S.	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	0,75	26,25
ABBOTT	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	0,75	26,25
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) CAPACITÀ DI SUPERARE L'OCCLUSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Eccellente	
BOSTON S.	Buono	
ABBOTT	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Capacità di superare l'occlusione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
--------------------	-----------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------

LOTTO 13

EMOPASS	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
BOSTON S.	35	0,50	0,50	0,50	0,50	17,50	0,50	17,50
ABBOTT	35	0,50	0,50	0,50	0,50	17,50	0,50	17,50
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Conformabilità della punta	Criterio 2 Capacità di superare l'occlusion e				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
EMOPASS	35,00	35,00				70,00	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	26,25	17,50				43,75	soglia di sbarramento superata
ABBOTT	26,25	17,50				43,75	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Conformabilità della punta	Criterio 2 Capacità di superare l'occlusion e				totale punti ante riparametrizi one (min 36 p.ti)	totale punti post riparametriza zione
EMOPASS	35,00	35,00				70,00	70,00
BOSTON S.	26,25	17,50				43,75	43,75
ABBOTT	26,25	17,50				43,75	43,75
max punti=>						70,00	

LOTTO 14

LOTTO 14 -Filo guida 0.010" dedicato a esternalizzazione dopo disostruzione di coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza di almeno 330 cm. Struttura in acciaio con rivestimento in PTFE, coil con rivestimento idrofilo. Porzione radiopaca di almeno 3 cm. - IMPORTO DI GARA: 95.000,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Atraumaticità	D	0	35	Eccellente	1,00	1	EMOPASS
Criterio 2	Capacità scorri	D	0	35	Ottimo	0,75	2	SANITEX
					Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
totale punti max=>							6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
EMOPASS	si	
SANITEX	si	

CRITERIO 1 (tipo D) ATRAUMATICITÀ

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Ottimo	
SANITEX	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Atraumaticità

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	1,00	35,00
SANITEX	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	1,00	35,00
media max=>					0,75			

CRITERIO 2 (tipo D) CAPACITÀ SCORRIMENTO NEL CATETERE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Ottimo	
SANITEX	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Capacità scorrimento nel catetere

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	1,00	35,00
SANITEX	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	1,00	35,00
media max=>					0,75			

LOTTO 14

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Atraumaticità	Criterio 2 Capacità scorrimen o nel catetere				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
EMOPASS	26,25	26,25				52,50
SANITEX	26,25	26,25				52,50

soglia di sbarramento superata

soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Atraumaticità	Criterio 2 Capacità scorrimen o nel catetere				totale punti ante riparametrazi one (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrazi one
EMOPASS	35,00	35,00				70,00	70,00
SANITEX	35,00	35,00				70,00	70,00

max punti=>

70,00

LOTTO 16

LOTTO 16 - Microcatetere coronarico da supporto per guide da disostruzione coronarica di lunghezza 135 cm. Diametro esterno variabile, rastremato nella parte distale fino a 1,4 Fr. Richiesto diametro interno da 0.015" fino a 0.025". - IMPORTO DI GARA: 225.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Supporto di guida	D	0	20	Eccellente	1,00	1	EMOPASS
Criterio 2	Capacità di superare l'occlusione	D	0	20	Ottimo	0,75	2	BOSTON S.
Criterio 3	Precisione contatore	D	0	30	Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
EMOPASS	si	
BOSTON S.	si	

CRITERIO 1 (tipo D) SUPPORTO DI GUIDA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Eccellente	
BOSTON S.	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Supporto di guida

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BOSTON S.	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) CAPACITÀ DI SUPERARE L'OCCLUSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Eccellente	
BOSTON S.	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Capacità di superare l'occlusione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BOSTON S.	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo D) PRECISIONE CONTROLLO GUIDA ALL'INTERNO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Eccellente	
BOSTON S.	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Precisione controllo guida all'interno

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
BOSTON S.	30	0,75	0,75	0,75	0,75	22,50	0,75	22,50
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Supporto di guida	Criterio 2 Capacità di superare l'occlusion e	Criterio 3 Precision e controllo guida all'interno			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
EMOPASS	20,00	20,00	30,00			70,00	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	5,00	10,00	22,50			37,50	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Supporto di guida	Criterio 2 Capacità di superare l'occlusion e	Criterio 3 Precision e controllo guida all'interno			totale punti ante riparametrazione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrazione
EMOPASS	20,00	20,00	30,00			70,00	70,00
BOSTON S.	5,00	10,00	22,50			37,50	37,50
max punti=>						70,00	

LOTTO 18

LOTTO 18 - Sistemi di protezione embolica distale, non occludente, con guida mobile rispetto al filtro, durante angioplastica coronarica, monouso sterile. Compatibilità con cateteri guida di 6 french - IMPORTO DI GARA: 147.375,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Facilità d'uso	D	0	35	Eccellente	1,00	1	CS MEDICAL 7
Criterio 2	Flessibilità	D	0	35	Ottimo	0,75	2	MEDTRONIC
					Buono	0,50	3	BOSTON S.
					Sufficiente	0,25	4	ABBOTT
					Insufficiente	0,00	5	-----
totale punti max=>					70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
CS MEDICAL 7	si	
MEDTRONIC	si	
BOSTON S.	si	
ABBOTT	si	

CRITERIO 1 (tipo D) FACILITÀ D'USO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
CS MEDICAL 7	Eccellente	
MEDTRONIC	Buono	
BOSTON S.	Eccellente	
ABBOTT	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Facilità d'uso

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
CS MEDICAL 7	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
MEDTRONIC	35	0,50	0,50	0,50	0,50	17,50	0,50	17,50
BOSTON S.	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
ABBOTT	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) FLESSIBILITÀ

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
CS MEDICAL 7	Eccellente	
MEDTRONIC	Ottimo	
BOSTON S.	Eccellente	
ABBOTT	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Flessibilità

LOTTO 18

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
CS MEDICAL 7	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
MEDTRONIC	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	0,75	26,25
BOSTON S.	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
ABBOTT	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Facilità d'uso	Criterio 2 Flessibilità				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
CS MEDICAL 7	35,00	35,00				70,00	soglia di sbarramento superata
MEDTRONIC	17,50	26,25				43,75	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	35,00	35,00				70,00	soglia di sbarramento superata
ABBOTT	35,00	35,00				70,00	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Facilità d'uso	Criterio 2 Flessibilità				totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
CS MEDICAL 7	35,00	35,00				70,00	70,00
MEDTRONIC	17,50	26,25				43,75	43,75
BOSTON S.	35,00	35,00				70,00	70,00
ABBOTT	35,00	35,00				70,00	70,00
max punti=>						70,00	

LOTTO 20

LOTTO 20 - Sistema di tromboaspirazione coronarica di tipo meccanico composto da catetere (monouso sterile) e consolle in grado di ripristinare flusso coronarico in presenza di voluminosi trombi occlusivi presenti in coronarie di grande diametro ed in graft venosi (diametro > 3 mm) prima degli interventi di angioplastica con catetere a palloncino o dell'impianto di stent. - IMPORTO DI GARA: 375.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di aspi	D	0	35	Eccellente	1,00	1	BOSTON S.
Criterio 2	Profilo ed atrau	D	0	35	Ottimo	0,75	2	-----
					Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
					totale punti max=>		70	6

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di aspirazione	Criterio 2 Profilo ed atraumatic ità				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
BOSTON S.	26,25	26,25				52,50

soglia di sbarramento superata



LOTTO 23

LOTTO 23 - Sistema percutaneo per chiusura di forame ovale pervio mediante sutura con monofilamenti di polipropilene non riassorbibile radiopaco, monouso, sterile. - IMPORTO DI GARA: 297.500,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Facilità e sicure	D	0	35	Eccellente	1,00	1	EMOPASS
Criterio 2	Possibilità di ut	D	0	35	Ottimo	0,75	2	-----
					Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
totale punti max=>					70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
EMOPASS	si	

CRITERIO 1 (tipo D) FACILITÀ E SICUREZZA D'IMPIANTO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Facilità e sicurezza d'impianto

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	*****	*****
media max=>					0,75			

CRITERIO 2 (tipo D) POSSIBILITÀ DI UTILIZZO IN DIVERSE ANATOMIE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Possibilità di utilizzo in diverse anatomie

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	*****	*****
media max=>					0,75			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Facilità e sicurezza d'impianto	Criterio 2 Possibilità di utilizzo in diverse anatomie				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
EMOPASS	26,25	26,25				52,50

soglia di sbarramento superata



LOTTO 27

LOTTO 27 - Sistema per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra in nitinolo autoespandibile con membrana porosa sul lato prossimale e dotato di ancoraggi di fissaggio nella parete dell'appendice atriale sinistra, disponibile in diverse misure, monouso, sterile. - IMPORTO DI GARA: 250.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criter	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Facilità e sicurez	D	0	20	Eccellente	1,00	1	BOSTON S.
Criterio 2	Possibilità di util	D	0	30	Ottimo	0,75	2	-----
Criterio 3	Ampiezza gamma	Q	0	20	Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70			
							6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
BOSTON S.	si	

CRITERIO 1 (tipo D) FACILITÀ E SICUREZZA D'IMPIANTO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Facilità e sicurezza d'impianto

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	20	0,75	0,75	0,75	0,75	15,00	*****	*****
media max=>					0,75			

CRITERIO 2 (tipo D) POSSIBILITÀ DI UTILIZZO IN DIVERSE ANATOMIE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Possibilità di utilizzo in diverse anatomie

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	30	0,75	0,75	0,75	0,75	22,50	*****	*****
media max=>					0,75			

CRITERIO 3 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA MISURE

Soggetti Offerenti		Eventuali note
BOSTON S.		

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo Q) Ampiezza gamma misure

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	20				8,00		1,00	20,00
valore max=>					8,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Facilità e sicurezza d'impianto	Criterio 2 Possibilità di utilizzo in diverse anatomie	Criterio 3 Ampiezza gamma misure			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
BOSTON S.	15,00	22,50	20,00			57,50

soglia di sbarramento superata

LOTTO 32

LOTTO 32 - (IVUS-iFR manuale): Sistema integrato per l'esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni ed emodinamiche del profilo pressorio intra-coronarico, consistente in: sistema IVUS+pressure wire FFR-iFR e materiale monouso dedicato: catetere IVUS misure varie e catetere Pressure Wire misure varie - IMPORTO DI GARA: 1.678.750,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criti	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Qualità e defini	D	0	50	Eccellente	1,00	1	SANITEX
Criterio 2	Crossing profile	D	0	20	Ottimo	0,75	2	-----
					Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70			
							6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
SANITEX	si	

CRITERIO 1 (tipo D) QUALITÀ E DEFINIZIONE DELLE IMMAGINI

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
SANITEX	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Qualità e definizione delle immagini

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SANITEX	50	0,75	0,75	0,75	0,75	37,50	*****	*****
				media max=>	0,75			

CRITERIO 2 (tipo D) CROSSING PROFILE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
SANITEX	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Crossing profile

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SANITEX	20	0,75	0,75	0,75	0,75	15,00	*****	*****
				media max=>	0,75			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Qualità e definizione delle immagini	Criterio 2 Crossing profile				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
SANITEX	37,50	15,00				52,50

soglia di sbarramento superata



LOTTO 33

LOTTO 33 - (IVUS meccanico): Sistema carrellato per esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni caratterizzato da pull back di tipo meccanico ad alta risoluzione compatibile con cateteri 5 e 6 Fr consistente in: - comando operativo carrellato; - fornitura di materiale monouso, sterile, dedicato - IMPORTO DI GARA: 63.750,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criti	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Qualità e defini	D	0	50	Eccellente	1,00	1	BOSTON S.
Criterio 2	Crossing profile	D	0	20	Ottimo	0,75	2	-----
					Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
totale punti max=>					70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
BOSTON S.	si	

CRITERIO 1 (tipo D) QUALITÀ E DEFINIZIONE DELLE IMMAGINI

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Qualità e definizione delle immagini

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	50	0,75	0,75	0,75	0,75	37,50		
media max=>					0,75			

CRITERIO 2 (tipo D) CROSSING PROFILE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Ottimo	


Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Crossing profile

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	20	0,75	0,75	0,75	0,75	15,00		
media max=>					0,75			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Qualità e definizione delle immagini	Criterio 2 Crossing profile				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
BOSTON S.	37,50	15,00				52,50

soglia di sbarramento superata



LOTTO 36

LOTTO 36 - Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico caratterizzato da macchina che eroghi pressioni di aspirazione circa -29 inHg, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile.
IMPORTO LOTTO: 270.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di aspi	D	0	15	Eccellente	1,00	1	CROSSMED
Criterio 2	Facilità di prog	D	0	40	Ottimo	0,75	2	-----
Criterio 3	Atraumaticità di	D	0	15	Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
CROSSMED	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
CROSSMED	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di aspirazione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
CROSSMED	15	0,75	0,75	0,75	0,75	11,25	*****	*****
					media max=>	0,75		

CRITERIO 2 (tipo D) FACILITÀ DI PROGRESSIONE ENDO-VASCOLARE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
CROSSMED	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Facilità di progressione endo-vascolare

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
CROSSMED	40	0,75	0,75	0,75	0,75	30,00	*****	*****
					media max=>	0,75		

CRITERIO 3 (tipo D) ATRAUMATICITÀ DELLA PORZIONE DISTALE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
CROSSMED	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Atraumaticità della porzione distale

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
CROSSMED	15	0,75	0,75	0,75	0,75	11,25	*****	*****
media max=>					0,75			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di aspirazione	Criterio 2 Facilità di progressione endovascolare	Criterio 3 Atraumaticità della porzione distale			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
CROSSMED	11,25	30,00	11,25			52,50

soglia di sbarramento superata

LOTTO 40

LOTTO 40 - Sistema intraluminare vascolare, impiantabile, che permetta una riduzione di flusso a livello del seno coronarico che determini un incremento di perfusione a livello dell'albero coronarico al fine di trattare le forme di angina miocardica in pazienti non ulteriormente rivascolarizzabili. Si richiede compatibilità con filo guida 0,035" - IMPORTO DI GARA: 720.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criteri	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di naviga	D	0	50	Eccellente	1,00	1	GADA
Criterio 2	Ampiezza gamma	Q	0	20	Ottimo	0,75	2	-----
					Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70			
							6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
GADA	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEL SENO VENOSO CORONARICO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
GADA	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di navigazione all'interno del seno venoso coronarico

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
GADA	50	0,75	0,75	0,75	0,75	37,50		
					media max=>	0,75		

CRITERIO 2 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA MISURE

Soggetti Offerenti		Eventuali note
GADA		

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Ampiezza gamma misure

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
GADA	20				1,00		1,00	20,00
					valore max=>	1,00		

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di navigazione all'interno del seno venoso coronarico	Criterio 2 Ampiezza gamma misure				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
GADA	37,50	20,00				57,50

soglia di sbarramento superata



LOTTO 41

LOTTO 41 - Sistema di aterectomia rotazionale meccanico caratterizzato da movimento della fresa diamantata secondo una modalità orbitale al fine di garantire un'adeguata rimozione di calcio disposto in modo asimmetrico e discontinuo lungo la circonferenza interna del vaso coronarico. - IMPORTO DI GARA: 1.378.002,50 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criterio	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di ridurre	D	0	50	Eccellente	1,00	1	CS MEDICAL 7
Criterio 2	Ampiezza gamma	Q	0	20	Ottimo	0,75	2	-----
					Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70			
							6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
CS MEDICAL 7	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI RIDURRE EFFICACIEMENTE IL QUANTITATIVO DI CALCIO INTRALUMINALE CORONARICO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
CS MEDICAL 7	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di ridurre efficacemente il quantitativo di calcio intraluminale coronarico distribuito in

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
CS MEDICAL 7	50	0,75	0,75	0,75	0,75	37,50	-----	-----
					media max=>	0,75		

CRITERIO 2 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA MISURE DELL'ATEROTOMO

Soggetti Offerenti		Eventuali note
CS MEDICAL 7		

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Ampiezza gamma misure dell'aterotomo

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
CS MEDICAL 7	20				1,00		1,00	20,00
					valore max=>	1,00		



SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di ridurre efficacemente il quantitativo di calcio intraluminale coronarico distribuito in modo asimmetrico	Criterio 2 Ampiezza gamma misure dell'aterotomo				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
CS MEDICAL 7	37,50	20,00				57,50

soglia di sbarramento superata

LOTTO 42

LOTTO 42 - Sistema di aterectomia coronarica rotazionale ad alta velocità caratterizzato da fresa ellittica diamantata, di vari diametri, posta all'estremità di un catetere flessibile. Tale Device garantisce una adeguata rimozione del calcio collocato in modo simmetrico e continuo lungo le pareti del vaso non trattabili con solo palloncino al fine di posizionare in modo ottimale lo stent. Il sistema consta di materiale consumabile (fili guida di diverse tipologie, frese singole di diversi diametri e sistema di avanzamento comprensive di fresa) e non consumabile quale il sistema di controllo. - IMPORTO DI GARA: 352.500,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criteri	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di ridurr	D	0	50	Eccellente	1,00	1	BOSTON
					Ottimo	0,75	2	-----
Criterio 2	Ampiezza gamma	Q	0	20	Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
				totale punti max=>	70		6	-----
							7	-----
							8	-----
							9	-----
							10	-----
							11	-----

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
BOSTON	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI RIDURRE EFFICACIEMENTE IL QUANTITATIVO DI CALCIO INTRALUMINALE CORONARICO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di ridurre efficacemente il quantitativo di calcio intraluminale coronarico distribuito in

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON	50	0,75	0,75	0,75	0,75	37,50	-----	-----
					media max=>	0,75		

CRITERIO 2 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA MISURE DELL'ATEROTOMO

Soggetti Offerenti		Eventuali note
BOSTON		

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Ampiezza gamma misure dell'aterotomo

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON	20				8,00		1,00	20,00
					valore max=>	8,00		

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di ridurre efficacemente il quantitativo di calcio intraluminale coronarico distribuito in modo diffuso ed agli osti delle coronarie		Criterio 2 Ampiezza gamma misure dell'atero tomo			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
BOSTON	37,50		20,00			57,50

soglia di sbarramento superata



LOTTO 43

LOTTO 43 - Sistema di litotrixxia intravascolare coronarico/periferico indicato in pazienti che presentano stenosi coronariche non trattabili con sistemi di aterectomia rotazionale/orbitale caratterizzato da rilascio di energia meccanica pulsatile attraverso un catetere a palloncino di diverse misure. - IMPORTO DI GARA: 508.750,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criterio	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Gamma di diametri	Q	0	70	Eccellente	1,00	1	INNOVA HTS
					Ottimo	0,75	2	-----
					Buono	0,50	3	-----
					Sufficiente	0,25	4	-----
					Insufficiente	0,00	5	-----
					totale punti max=>			
						7	-----	
						8	-----	
						9	-----	
						10	-----	
						11	-----	

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà - cap.to (si-no)	Eventuali note
INNOVA HTS	SI	

CRITERIO 1 (tipo Q) GAMMA DI DIAMETRI DEI PALLONI PER TRASMISSIONE DELL'IMPULSO

Soggetti Offerenti		Eventuali note
INNOVA HTS		

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo Q) Gamma di diametri dei palloni per trasmissione dell'impulso

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
INNOVA HTS	70				4,00		1,00	70,00
					valore max=>	4,00		

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Gamma di diametri dei palloni per trasmissione dell'impulso					totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
INNOVA HTS	70,00					70,00

soglia di sbarramento superata



LOTTO 45

LOTTO 45 - Sistema integrato per esecuzione di indagini intravascolari OCT ed emodinamiche del profilo pressorio intracoronarico consistente in: 1 sistema OCT ILUMIEN OPTIS + FFR wireless. - IMPORTO DI GARA: 437.500,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti	
Criterio 1	Capacità del sist	D	0	70	Eccellente	1,00	1	ABBOTT	
					Ottimo	0,75	2	-----	
					Buono	0,50	3	-----	
					Sufficiente	0,25	4	-----	
					Insufficiente	0,00	5	-----	
							6	-----	
totale punti max=>				70				7	-----
							8	-----	
							9	-----	
							10	-----	
							11	-----	

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
ABBOTT	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DEL SISTEMA DI ESEGUIRE UN'ADEGUATA VALUTAZIONE STRUTTURALE DEL VASO E FUNZIONA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
ABBOTT	Ottimo	


Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità del sistema di eseguire un'adeguata valutazione strutturale del vaso e funzionale del cir

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
ABBOTT	70	0,75	0,75	0,75	0,75	52,50		
					media max=>	0,75		

LOTTO 45

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI						
Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità del sistema di eseguire un'adeguata valutazione strutturale del vaso e funzionale del circolo coronarico					totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
ABBOTT	52,50					52,50

soglia di sbarramento superata





VERBALE N. 2
COMMISSIONE GIUDICATRICE
ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA**

Il giorno, **diciannove del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue**, presso la sala riunione della S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti della sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice costituita con Determina 1585/TPLA del 02/11/2022 della gara di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Dott. Dario Casolati, Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Dott. Emanuele Sagazio, Componente;
- Dott. Andrea Demarchi, Componente;

Sono inoltre presenti il sig. Ermanno Cosenza e la sig.a Albertina Broccardo con funzioni di segretari verbalizzanti.

Alle **ore quattordici e trenta minuti**, il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata.

Preso atto di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice prosegue con la valutazione delle offerte pervenute, verificando allo stesso tempo, per ogni lotto, in via preliminare la rispondenza dei dispositivi offerti alle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico e, pertanto, la sussistenza dei requisiti minimi di idoneità, attraverso l'analisi della documentazione tecnica presentata, messa a disposizione dal Responsabile del procedimento attraverso la piattaforma Sintel.

La Commissione per le proprie valutazioni si avvarrà anche delle campionature trasmesse dai soggetti offerenti.

La Commissione decide di riportare la sussistenza o meno dei requisiti minimi e le valutazioni attribuite su dei **fogli di calcolo di Excel**, con formule preimpostate, predisposti dai segretari.

La Commissione procede alle valutazioni dei lotti sottoelencati, attribuendo, per ciascuna offerta, l'idoneità o meno rispetto ai requisiti minimi, i giudizi e i coefficienti provvisori in relazione al criterio esaminato e, attraverso le formule preimpostate, ad attribuire: i coefficienti provvisori medi, i punteggi provvisori, il punteggio complessivo provvisorio su quale verificare il raggiungimento o meno della soglia di sbarramento prevista nel Disciplinare di gara, pari ad almeno 36 punti.

Attraverso il foglio di calcolo la Commissione infine procederà a calcolare i coefficienti definitivi e i punteggi definitivi per ciascun criterio, il punteggio complessivo ante riparametrazione e post riparametrazione, il tutto come riportato in dettaglio nell'allegata tabella "2 CG valutazioni 19-12-2022", riferito ai seguenti lotti:

- Lotti nr.: 2 – 5 – 10 – 15 – 26

Alle ore sedici e quaranta il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata a data e orario da definire successivamente per proseguire l'esame delle offerte.



Alle ore sedici e quaranta il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata a data e orario da definire successivamente per proseguire l'esame delle offerte.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero quindici pagine, comprensivo dell'allegata tabella "2 CG valutazioni 19-12-2022" che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Dario Casolati

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Emanuele Sagazio

Dott. Andrea Demarchi

I segretari verbalizzanti:

Sig. Ermanno Cosenza

Sig.a Albertina Broccardo

LOTTO 2

LOTTO 2 - Kit per puntura arteriosa radiale, composto da introduttore in teflon, rivestito in materiale idrofilo, di lunghezza di almeno 16 cm, da agocannula o ago metallico di 21 G, che accetti filo guida da 0.018 oppure da 0.021 oppure da 0.038, di diverso calibro (French) monouso sterile. - IMPORTO DI GARA: 430.000,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Flessibilità ed at	D	0	20	Eccellente	1,00	1	MERIT
Criterio 2	Capacità di sciv	D	0	25	Ottimo	0,75	2	SELEFAR
Criterio 3	Resistenza al kir	D	0	25	Buono	0,50	3	CS MEDICAL 7
					Sufficiente	0,25	4	CARDINAL HEALTH
					Insufficiente	0,00	5	TECNOSTIM

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
MERIT	si	
SELEFAR	si	
CS MEDICAL 7	si	
CARDINAL HEALTH	si	
TECNOSTIM	si	

CRITERIO 1 (tipo D) FLESSIBILITÀ ED ATRAUMATICITÀ DELLA MINIGUIDA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
MERIT	Eccellente	
SELEFAR	Eccellente	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
CARDINAL HEALTH	Eccellente	
TECNOSTIM	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Flessibilità ed atraumaticità della miniguia

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
MERIT	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
SELEFAR	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
CS MEDICAL 7	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
CARDINAL HEALTH	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
TECNOSTIM	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) CAPACITÀ DI SCIVOLAMENTO ALL'INTERNO DELLA VIA ARTERIOSA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
MERIT	Sufficiente	
SELEFAR	Eccellente	
CS MEDICAL 7	Sufficiente	
CARDINAL HEALTH	Sufficiente	
TECNOSTIM	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Capacità di scivolamento all'interno della via arteriosa

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provvisorio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
MERIT	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
SELEFAR	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
CS MEDICAL 7	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
CARDINAL HEALTH	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
TECNOSTIM	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo D) RESISTENZA AL KINKING (RESISTENZA ALLA TORSIONE)

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
MERIT	Buono	
SELEFAR	Eccellente	
CS MEDICAL 7	Buono	
CARDINAL HEALTH	Buono	
TECNOSTIM	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Resistenza al kinking (resistenza alla torsione)

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provvisorio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
MERIT	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
SELEFAR	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
CS MEDICAL 7	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
CARDINAL HEALTH	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
TECNOSTIM	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Flessibilità ed atraumaticità della miniguia	Criterio 2 Capacità di scivolamento all'interno della via arteriosa	Criterio 3 Resistenza al kinking (resistenza alla torsione)			totale punti provvisori (min 36 p.ti)	
MERIT	20,00	6,25	12,50			38,75	soglia di sbarramento superata
SELEFAR	20,00	25,00	25,00			70,00	soglia di sbarramento superata
CS MEDICAL 7	20,00	6,25	12,50			38,75	soglia di sbarramento superata
CARDINAL HEALTH	20,00	6,25	12,50			38,75	soglia di sbarramento superata
TECNOSTIM	20,00	6,25	12,50			38,75	soglia di sbarramento superata

LOTTO 2

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Flessibilità ed atraumaticità della miniguida	Criterio 2 Capacità di scivolamen to all'interno della via arteriosa	Criterio 3 Resistenz a al kinking (resistenz a alla torsione)			totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
MERIT	20,00	6,25	12,50			38,75	38,75
SELEFAR	20,00	25,00	25,00			70,00	70,00
CS MEDICAL 7	20,00	6,25	12,50			38,75	38,75
CARDINAL HEALTH	20,00	6,25	12,50			38,75	38,75
TECNOSTIM	20,00	6,25	12,50			38,75	38,75
max punti=>						70,00	

LOTTO 5

LOTTO 5 - Guida metallica del diametro esterno di 0,35" rivestita in PTFE ad elevato supporto di lunghezza non inferiore a 260 cm, caratterizzata da doppia curva pre-formata di diverse ampiezze terminali al fine di agevolare posizionamento di dispositivi all'interno delle camere cardiache (nell'ambito della valvuloplastica aortica e dell'impianto di protesi aortiche percutanee) minimizzando traumi sulla valvola mitrale. - IMPORTO DI GARA: 27.500,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Supporto	D	0	40	Eccellente	1,00	1	EMOPASS
Criterio 2	Atraumaticità	D	0	20	Ottimo	0,75	2	INNOVA HTS
Criterio 3	Manovrabilità	D	0	10	Buono	0,50	3	BOSTON
					Sufficiente	0,25	4	COOK
					Insufficiente	0,00		
				totale punti max=>	70			

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
EMOPASS	si	
INNOVA HTS	si	
BOSTON	si	
COOK	si	

CRITERIO 1 (tipo D) SUPPORTO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Buono	
INNOVA HTS	Buono	
BOSTON	Eccellente	
COOK	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Supporto

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	40	0,50	0,50	0,50	0,50	20,00	0,50	20,00
INNOVA HTS	40	0,50	0,50	0,50	0,50	20,00	0,50	20,00
BOSTON	40	1,00	1,00	1,00	1,00	40,00	1,00	40,00
COOK	40	0,50	0,50	0,50	0,50	20,00	0,50	20,00
					media max=>	1,00		

CRITERIO 2 (tipo D) ATRAUMATICITÀ

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Buono	
INNOVA HTS	Buono	
BOSTON	Eccellente	
COOK	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Atraumaticità

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
INNOVA HTS	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
BOSTON	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
COOK	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo D) MANOVRABILITÀ

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Ottimo	
INNOVA HTS	Ottimo	
BOSTON	Eccellente	
COOK	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Manovrabilità

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	10	0,75	0,75	0,75	0,75	7,50	0,75	7,50
INNOVA HTS	10	0,75	0,75	0,75	0,75	7,50	0,75	7,50
BOSTON	10	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	10,00
COOK	10	0,75	0,75	0,75	0,75	7,50	0,75	7,50
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Supporto	Criterio 2 Atraumaticità	Criterio 3 Manovrabilità			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
EMOPASS	20,00	10,00	7,50			37,50	soglia di sbarramento superata
INNOVA HTS	20,00	10,00	7,50			37,50	soglia di sbarramento superata
BOSTON	40,00	20,00	10,00			70,00	soglia di sbarramento superata
COOK	20,00	10,00	7,50			37,50	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Supporto	Criterio 2 Atraumaticità	Criterio 3 Manovrabilità			totale punti ante riparametrazione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrazione
EMOPASS	20,00	10,00	7,50			37,50	37,50
INNOVA HTS	20,00	10,00	7,50			37,50	37,50
BOSTON	40,00	20,00	10,00			70,00	70,00
COOK	20,00	10,00	7,50			37,50	37,50
max punti=>						70,00	

LOTTO 10

LOTTO 10 - Cateteri guida di diverso calibro (French) ad ampio lume , soft-tip , monouso sterile, con configurazione speciale per garantire un maggior supporto per coronaria sx per coronaria dx, bypass e mammaria, in differenti curve - IMPORTO DI GARA: 440.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Manovrabilità e	D	0	30	Eccellente	1,00	1	BBRAUN
Criterio 2	Ampiezza lume	D	0	20	Ottimo	0,75	2	CS MEDICAL 7
Criterio 3	Capacità di proç	D	0	10	Buono	0,50	3	MEDTRONIC
Criterio 4	Ampiezza gamn	Q	0	10	Sufficiente	0,25	4	BOSTON S.
					Insufficiente	0,00	5	CARDINAL HEALTH

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
BBRAUN	si	
CS MEDICAL 7	si	
MEDTRONIC	si	
BOSTON S.	si	
CARDINAL HEALTH	si	

CRITERIO 1 (tipo D) MANOVRABILITÀ E CONTROLLO DI TORSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BBRAUN	Sufficiente	
CS MEDICAL 7	Sufficiente	
MEDTRONIC	Eccellente	
BOSTON S.	Sufficiente	
CARDINAL HEALTH	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Manovrabilità e controllo di torsione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BBRAUN	30	0,25	0,25	0,25	0,25	7,50	0,25	7,50
CS MEDICAL 7	30	0,25	0,25	0,25	0,25	7,50	0,25	7,50
MEDTRONIC	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
BOSTON S.	30	0,25	0,25	0,25	0,25	7,50	0,25	7,50
CARDINAL HEALTH	30	0,25	0,25	0,25	0,25	7,50	0,25	7,50
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) AMPIEZZA LUME INTERNO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BBRAUN	Eccellente	
CS MEDICAL 7	Buono	
MEDTRONIC	Eccellente	
BOSTON S.	Eccellente	
CARDINAL HEALTH	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Ampiezza lume interno

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provvisorio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BBRAUN	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
CS MEDICAL 7	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
MEDTRONIC	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BOSTON S.	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
CARDINAL HEALTH	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo D) CAPACITÀ DI PROGRESSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BBRAUN	Ottimo	
CS MEDICAL 7	Ottimo	
MEDTRONIC	Eccellente	
BOSTON S.	Buono	
CARDINAL HEALTH	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Capacità di progressione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provvisorio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BBRAUN	10	0,75	0,75	0,75	0,75	7,50	0,75	7,50
CS MEDICAL 7	10	0,75	0,75	0,75	0,75	7,50	0,75	7,50
MEDTRONIC	10	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	10,00
BOSTON S.	10	0,50	0,50	0,50	0,50	5,00	0,50	5,00
CARDINAL HEALTH	10	0,75	0,75	0,75	0,75	7,50	0,75	7,50
media max=>					1,00			

CRITERIO 4 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA DIAMETRI E CURVE

Soggetti Offerenti		Eventuali note
BBRAUN		
CS MEDICAL 7		
MEDTRONIC		
BOSTON S.		
CARDINAL HEALTH		

Attribuzione Coefficienti Criterio 4 (tipo Q) Ampiezza gamma diametri e curve

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BBRAUN	10				82		0,08	0,76
CS MEDICAL 7	10				1073		1,00	10,00
MEDTRONIC	10				396		0,37	3,69
BOSTON S.	10				452		0,42	4,21
CARDINAL HEALTH	10				217		0,20	2,02
valore max=>					1073			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Manovrabilità e controllo di torsione	Criterio 2 Ampiezza lume interno	Criterio 3 Capacità di progressi one	Criterio 4 Ampiezza gamma diametri e curve		totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
BBRAUN	7,50	20,00	7,50	0,76		35,76	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
CS MEDICAL 7	7,50	10,00	7,50	10,00		35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MEDTRONIC	30,00	20,00	10,00	3,69		63,69	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	7,50	20,00	5,00	4,21		36,71	soglia di sbarramento superata
CARDINAL HEALTH	7,50	10,00	7,50	2,02		27,02	mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Manovrabilità e controllo di torsione	Criterio 2 Ampiezza lume interno	Criterio 3 Capacità di progressi one	Criterio 4 Ampiezza gamma diametri e curve		totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
MEDTRONIC	30,00	20,00	10,00	3,69		63,69	70,00
BOSTON S.	7,50	20,00	5,00	4,21		36,71	40,35
max punti=>						63,69	

LOTTO 15

LOTTO 15 - Microcatetere per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. Deve avere rivestimento idrofilico nella parte distale e particolare flessibilità per l'attraversamento di tortuosità prossimali. Disponibile in varie lunghezze dello shaft fino a 150 cm. diametro max della punta ≤ 1.8 Fr. - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Supporto di guida	D	0	20	Eccellente	1,00	1	SANITEX
Criterio 2	Capacità di superare l'occlusione	D	0	20	Ottimo	0,75	2	CS MEDICAL 7
Criterio 3	Precisione controcatheterizzazione	D	0	30	Buono	0,50	3	BOSTON S.
					Sufficiente	0,25	4	TECNOSTIM
					Insufficiente	0,00	5	INNOVA HTS
				totale punti max=>	70			

Soggetti Offerenti	Verifica conf. capacità (si-no)	Eventuali note
SANITEX	si	
CS MEDICAL 7	si	
BOSTON S.	si	
TECNOSTIM	si	
INNOVA HTS	si	

CRITERIO 1 (tipo D) SUPPORTO DI GUIDA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
SANITEX	Eccellente	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
BOSTON S.	Eccellente	
TECNOSTIM	Sufficiente	
INNOVA HTS	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Supporto di guida

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SANITEX	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
CS MEDICAL 7	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BOSTON S.	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
TECNOSTIM	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
INNOVA HTS	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
					media max=>	1,00		

CRITERIO 2 (tipo D) CAPACITÀ DI SUPERARE L'OCCLUSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
SANITEX	Eccellente	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
BOSTON S.	Eccellente	
TECNOSTIM	Buono	
INNOVA HTS	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Capacità di superare l'occlusione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SANITEX	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
CS MEDICAL 7	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BOSTON S.	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
TECNOSTIM	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
INNOVA HTS	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo D) PRECISIONE CONTROLLO GUIDA ALL'INTERNO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
SANITEX	Eccellente	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
BOSTON S.	Eccellente	
TECNOSTIM	Ottimo	
INNOVA HTS	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Precisione controllo guida all'interno

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SANITEX	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
CS MEDICAL 7	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
BOSTON S.	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
TECNOSTIM	30	0,75	0,75	0,75	0,75	22,50	0,75	22,50
INNOVA HTS	30	0,75	0,75	0,75	0,75	22,50	0,75	22,50
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Supporto di guida	Criterio 2 Capacità di superare l'occlusione	Criterio 3 Precisione e controllo guida all'interno			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
SANITEX	20,00	20,00	30,00			70,00	soglia di sbarramento superata
CS MEDICAL 7	20,00	20,00	30,00			70,00	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	20,00	20,00	30,00			70,00	soglia di sbarramento superata
TECNOSTIM	5,00	10,00	22,50			37,50	soglia di sbarramento superata
INNOVA HTS	5,00	10,00	22,50			37,50	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Supporto di guida	Criterio 2 Capacità di superare l'occlusion e	Criterio 3 Precision e controllo guida all'intern o			totale punti ante riparametrazi one (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
SANITEX	20,00	20,00	30,00			70,00	70,00
CS MEDICAL 7	20,00	20,00	30,00			70,00	70,00
BOSTON S.	20,00	20,00	30,00			70,00	70,00
TECNOSTIM	5,00	10,00	22,50			37,50	37,50
INNOVA HTS	5,00	10,00	22,50			37,50	37,50
max punti=>						70,00	

LOTTO 26 - Pallone semi-compiante per valvuloplastica aortica, caratterizzato da basso profilo e buona resistenza ad elevate pressioni di gonfiaggio, con rapidi tempi di gonfiaggio/sgonfiaggio e vasta gamma di diametri del pallone al fine di garantire anche un ottimale trattamento nell'impianto di protesi aortiche percutanee. - IMPORTO DI GARA: 181.250,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Stabilità del	D	0	45	Eccellente	1,00	1	AB MEDICA
Criterio 2	Ampiezza	Q	0	25	Ottimo	0,75	2	CS MEDICAL 7
					Buono	0,50		
					Sufficiente	0,25		
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
AB MEDICA	si	
CS MEDICAL 7	si	

CRITERIO 1 (tipo D) STABILITÀ DEL DEVICE DURANTE IL GONFIAGGIO

Soggetti Offerenti	Valutazioni	Eventuali note
AB MEDICA	Ottimo	
CS MEDICAL 7	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Stabilità del device durante il gonfiaggio

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT	ASL AT	AO AL DE	media	punteggio	coefficienti	punteggio definitivo
AB MEDICA	45	0,75	0,75	0,75	0,75	33,75	0,75	33,75
CS MEDICAL 7	45	1,00	1,00	1,00	1,00	45,00	1,00	45,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE

Soggetti Offerenti	Eventuali note
AB MEDICA	
CS MEDICAL 7	

Attribuzione Coefficienti

Soggetti Offerenti	Punti max	Numero	coefficienti	punteggio definitivo
AB MEDICA	25	17,00	0,33	8,17
CS MEDICAL 7	25	52,00	1,00	25,00
valore max=>		52,00		

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Stabilità del device durante il gonfiaggio	Criterio 2 Ampiezza gamma diametri e lunghezze	totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
AB MEDICA	33,75	8,17	41,92	soglia di sbarramento superata
CS MEDICAL 7	45,00	25,00	70,00	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA
PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Stabilità del device durante il gonfiaggio	Criterio 2 Ampiezza gamma diametri e lunghezze				totale punti ante riparametrizza- zione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrizza- zione
AB MEDICA	33,75	8,17				41,92	41,92
CS MEDICAL 7	45,00	25,00				70,00	70,00
max punti=>						70,00	



VERBALE N. 3
COMMISSIONE GIUDICATRICE
ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA**

Il giorno, **trentuno del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre**, presso la sala riunione della S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti della sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice costituita con Determina 1585/TPLA del 02/11/2022 della gara di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Dott. Dario Casolati, Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Dott. Emanuele Sagazio, Componente;
- Dott. Andrea Demarchi, Componente;

Sono inoltre presenti il sig. Riccardo Aschiero e la sig.a Albertina Broccardo con funzioni di segretari verbalizzanti.

Alle ore **quattordici e trenta minuti**, il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata.

Preso atto di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice prosegue con la valutazione delle offerte pervenute, verificando allo stesso tempo, per ogni lotto, in via preliminare la rispondenza dei dispositivi offerti alle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico e, pertanto, la sussistenza dei requisiti minimi di idoneità, attraverso l'analisi della documentazione tecnica presentata, messa a disposizione dal Responsabile del procedimento attraverso la piattaforma Sintel.

La Commissione per le proprie valutazioni si avvarrà anche delle campionature trasmesse dai soggetti offerenti.

La Commissione decide di riportare la sussistenza o meno dei requisiti minimi e le valutazioni attribuite su **dei fogli di calcolo di Excel**, con formule preimpostate, predisposti dai segretari.

La Commissione procede alle valutazioni dei lotti sottoelencati, attribuendo, per ciascuna offerta, l'idoneità o meno rispetto ai requisiti minimi, i giudizi e i coefficienti provvisori in relazione al criterio esaminato e, attraverso le formule preimpostate, ad attribuire: i coefficienti provvisori medi, i punteggi provvisori, il punteggio complessivo provvisorio su quale verificare il raggiungimento o meno della soglia di sbarramento prevista nel Disciplinare di gara, pari ad almeno 36 punti.

Attraverso il foglio di calcolo la Commissione infine procederà a calcolare i coefficienti definitivi e i punteggi definitivi per ciascun criterio, il punteggio complessivo ante riparametrazione e post riparametrazione, il tutto come riportato in dettaglio nell'allegata tabella "3 CG valutazioni 31-01-2023", riferito ai seguenti lotti:

- Lotti nr.: 1 – 6 – 17 – 29 – 30 – 34 – 37 – 38 – 39 – 44

Alle ore diciassette il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata al 27 febbraio 2023 alle ore 14:30 per proseguire l'esame delle offerte.



Alle ore diciassette il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata al 27 febbraio 2023 alle ore 14:30 per proseguire l'esame delle offerte.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero ventiquattro pagine, comprensivo dell'allegata tabella "3 CG valutazioni 31-01-2023" che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Dario Casolati

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Emanuele Sagazio

Dott. Andrea Demarchi

I segretari verbalizzanti:

Sig. Riccardo Aschiero

Sig.a Albertina Broccardo

LOTTO 1

LOTTO 1 - Introduuttori arteriosi di diverso calibro, (French) monouso sterili, con valvola emostatica in silicone, anello di ancoraggio, compatibili con guida 0,038 in J, con catetere laterale e rubinetto a tre vie, di lunghezza variabile. - IMPORTO DI GARA: 93.500,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criteri	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Caratteristiche di	D	0	20	Eccellente	1,00	1	AB MEDICA
Criterio 2	Resistenza all'ingi	D	0	20	Ottimo	0,75	2	MERIT
Criterio 3	Ampiezza gamma	Q	0	30	Buono	0,50	3	BOSTON S.
					Sufficiente	0,25	4	MEDTRONIC
					Insufficiente	0,00	5	CARDINAL HEALTH
				totale punti max=>	70			

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
AB MEDICA	si	
MERIT	si	
BOSTON S.	si	
MEDTRONIC	si	
CARDINAL HEALTH	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CARATTERISTICHE DI CONTINENZA ED ELASTICITÀ DELLA VALVOLA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
AB MEDICA	Buono	
MERIT	Buono	
BOSTON S.	Eccellente	
MEDTRONIC	Eccellente	
CARDINAL HEALTH	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Caratteristiche di continenza ed elasticità della valvola

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
AB MEDICA	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
MERIT	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
BOSTON S.	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
MEDTRONIC	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
CARDINAL HEALTH	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
					media max=>	1,00		

CRITERIO 2 (tipo D) RESISTENZA ALL'INGINOCCHIAMENTO DA TORTUOSITÀ

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
AB MEDICA	Buono	
MERIT	Buono	
BOSTON S.	Eccellente	
MEDTRONIC	Eccellente	
CARDINAL HEALTH	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Resistenza all'inginocchiamento da tortuosità

LOTTO 1

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
AB MEDICA	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
MERIT	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
BOSTON S.	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
MEDTRONIC	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
CARDINAL HEALTH	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE

Soggetti Offerenti	Eventuali note
AB MEDICA	
MERIT	
BOSTON S.	
MEDTRONIC	
CARDINAL HEALTH	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo Q) Ampiezza gamma diametri e lunghezze

Soggetti Offerenti	Punti max	Numero misure offerte	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
AB MEDICA	30	4,00	0,09	2,55
MERIT	30	32,00	0,68	20,43
BOSTON S.	30	12,00	0,26	7,66
MEDTRONIC	30	20,00	0,43	12,77
CARDINAL HEALTH	30	47,00	1,00	30,00
valore max=>		47,00		

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Caratteristiche di continenza ed elasticità della valvola	Criterio 2 Resistenza all'inginocchiamento da tortuosità	Criterio 3 Ampiezza gamma diametri e lunghezze	totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
AB MEDICA	10,00	10,00	2,55	22,55	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MERIT	10,00	10,00	20,43	40,43	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	20,00	20,00	7,66	47,66	soglia di sbarramento superata
MEDTRONIC	20,00	20,00	12,77	52,77	soglia di sbarramento superata
CARDINAL HEALTH	20,00	20,00	30,00	70,00	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Caratteristiche di continenza ed elasticità della valvola	Criterio 2 Resistenza all'inginocchiamento da tortuosità	Criterio 3 Ampiezza gamma diametri e lunghezze	totale punti ante riparametrazione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrazione
MERIT	10,00	10,00	20,43	40,43	40,43

LOTTO 1

BOSTON S.	20,00	20,00	7,66			47,66	47,66
MEDTRONIC	20,00	20,00	12,77			52,77	52,77
CARDINAL HEALTH	20,00	20,00	30,00			70,00	70,00
max punti=>						70,00	



LOTTO 6

LOTTO 6 - Cateteri diagnostici per coronaro-ventricolografia, monouso sterili, di differente calibro (French) e differenti lunghezze, in differenti curve, ad alto flusso, soft-tip che accettino guide .038" - IMPORTO DI GARA: 330.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Manovrabilità e	D	0	35	Eccellente	1,00	1	BBRAUN
Criterio 2	Flusso accettatc	D	0	10	Ottimo	0,75	2	CS MEDICAL 7
Criterio 3	Capacità di proç	D	0	25	Buono	0,50	3	MEDTRONIC
					Sufficiente	0,25	4	BOSTON S.
					Insufficiente	0,00	5	CARDINAL HEALTH

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
BBRAUN	si	
CS MEDICAL 7	si	
MEDTRONIC	si	
BOSTON S.	si	
CARDINAL HEALTH	si	

CRITERIO 1 (tipo D) MANOVRABILITÀ E CONTROLLO TORSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BBRAUN	Sufficiente	
CS MEDICAL 7	Sufficiente	
MEDTRONIC	Sufficiente	
BOSTON S.	Sufficiente	
CARDINAL HEALTH	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Manovrabilità e controllo torsione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BBRAUN	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
CS MEDICAL 7	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
MEDTRONIC	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
BOSTON S.	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
CARDINAL HEALTH	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) FLUSSO ACCETTATO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BBRAUN	Buono	
CS MEDICAL 7	Buono	
MEDTRONIC	Eccellente	
BOSTON S.	Buono	
CARDINAL HEALTH	Eccellente	

LOTTO 6

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Flusso accettato

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BBRAUN	10	0,50	0,50	0,50	0,50	5,00	0,50	5,00
CS MEDICAL 7	10	0,50	0,50	0,50	0,50	5,00	0,50	5,00
MEDTRONIC	10	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	10,00
BOSTON S.	10	0,50	0,50	0,50	0,50	5,00	0,50	5,00
CARDINAL HEALTH	10	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00	10,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo D) CAPACITÀ DI PROGRESSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BBRAUN	Buono	
CS MEDICAL 7	Buono	
MEDTRONIC	Eccellente	
BOSTON S.	Buono	
CARDINAL HEALTH	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Capacità di progressione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BBRAUN	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
CS MEDICAL 7	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
MEDTRONIC	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
BOSTON S.	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
CARDINAL HEALTH	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Manovrabilità e controllo torsione	Criterio 2 Flusso accettato	Criterio 3 Capacità di progressi one			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
BBRAUN	8,75	5,00	12,50			26,25	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
CS MEDICAL 7	8,75	5,00	12,50			26,25	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MEDTRONIC	8,75	10,00	25,00			43,75	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	8,75	5,00	12,50			26,25	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
CARDINAL HEALTH	35,00	10,00	25,00			70,00	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Manovrabilità e controllo torsione	Criterio 2 Flusso accettato	Criterio 3 Capacità di progressi one			totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
MEDTRONIC	8,75	10,00	25,00			43,75	43,75
CARDINAL HEALTH	35,00	10,00	25,00			70,00	70,00
max punti=>						70,00	

LOTTO 17

LOTTO 17 - Catetere per angioplastica a rapido scambio (di tipo mono-rail) a basso profilo in materiale non conforme in grado di tollerare elevate pressioni di gonfiaggio, in differenti lunghezze e diametro, in grado di eseguire trattamento di lesioni in vasi coronarici di grande diametro. - IMPORTO DI GARA: 595.000,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crite	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Tolleranza alle pr	D	0	25	Eccellente	1,00	1	UMBRA
Criterio 2	Profilo	D	0	25	Ottimo	0,75	2	MICROPORT
Criterio 3	Ampiezza gamma	Q	0	20	Buono	0,50	3	BBRAUN
					Sufficiente	0,25	4	SANITEX
					Insufficiente	0,00	5	BIOTRONIK
totale punti max=> 70							6	CS MEDICAL 7
							7	MEDTRONIC
							8	BOSTON S.
							9	INNOVA HTS

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
UMBRA	SI	
MICROPORT	SI	
BBRAUN	SI	
SANITEX	SI	
BIOTRONIK	SI	
CS MEDICAL 7	SI	
MEDTRONIC	SI	
BOSTON S.	SI	
INNOVA HTS	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) TOLLERANZA ALLE PRESSIONI DI GONFIAGGIO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
UMBRA	Buono	
MICROPORT	Buono	
BBRAUN	Buono	
SANITEX	Buono	
BIOTRONIK	Eccellente	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
MEDTRONIC	Eccellente	
BOSTON S.	Eccellente	
INNOVA HTS	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Tolleranza alle pressioni di gonfiaggio

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
UMBRA	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
MICROPORT	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
BBRAUN	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
SANITEX	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
BIOTRONIK	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
CS MEDICAL 7	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
MEDTRONIC	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
BOSTON S.	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
INNOVA HTS	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) PROFILO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
UMBRA	Sufficiente	
MICROPORT	Sufficiente	
BBRAUN	Buono	
SANITEX	Buono	
BIOTRONIK	Eccellente	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
MEDTRONIC	Eccellente	
BOSTON S.	Eccellente	
INNOVA HTS	Insufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Profilo

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
UMBRA	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
MICROPORT	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
BBRAUN	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
SANITEX	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
BIOTRONIK	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
CS MEDICAL 7	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
MEDTRONIC	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
BOSTON S.	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
INNOVA HTS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE

Soggetti Offerenti		Eventuali note
UMBRA		
MICROPORT		
BBRAUN		
SANITEX		
BIOTRONIK		
CS MEDICAL 7		
MEDTRONIC		
BOSTON S.		
INNOVA HTS		

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo Q) Ampiezza gamma diametri e lunghezze

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
UMBRA	20				58,00		0,53	10,55
MICROPORT	20				30,00		0,27	5,45
BBRAUN	20				48,00		0,44	8,73
SANITEX	20				57,00		0,52	10,36
BIOTRONIK	20				55,00		0,50	10,00
CS MEDICAL 7	20				60,00		0,55	10,91
MEDTRONIC	20				20,00		0,18	3,64
BOSTON S.	20				72,00		0,65	13,09
INNOVA HTS	20				110,00		1,00	20,00
valore max=>					110,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Tolleranza alle pressioni di gonfiaggio	Criterio 2 Profilo	Criterio 3 Ampiezza gamma diametri e lunghezze			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
UMBRA	12,50	6,25	10,55			29,30	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MICROPORT	12,50	6,25	5,45			24,20	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
BBRAUN	12,50	12,50	8,73			33,73	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
SANITEX	12,50	12,50	10,36			35,36	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
BIOTRONIK	25,00	25,00	10,00			60,00	soglia di sbarramento superata
CS MEDICAL 7	25,00	25,00	10,91			60,91	soglia di sbarramento superata
MEDTRONIC	25,00	25,00	3,64			53,64	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	25,00	25,00	13,09			63,09	soglia di sbarramento superata
INNOVA HTS	12,50	0,00	20,00			32,50	mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Tolleranza alle pressioni di gonfiaggio	Criterio 2 Profilo	Criterio 3 Ampiezza gamma diametri e lunghezze			totale punti ante riparametrizi one (min 36 p.ti)	totale punti post riparametriza zione
BIOTRONIK	25,00	25,00	10,00			60,00	66,57
CS MEDICAL 7	25,00	25,00	10,91			60,91	67,58
MEDTRONIC	25,00	25,00	3,64			53,64	59,51
BOSTON S.	25,00	25,00	13,09			63,09	70,00
max punti=>						63,09	

LOTTO 29

LOTTO 29 - Cateteri tipo "goose neck" per recupero corpi estranei, con corpo catetere da 4 e 6 Fr. e diametro del laccio da 4 a 35 mm. -
 IMPORTO DI GARA: 48.000,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crite	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Ampiezza gamm:	Q	0	25	Eccellente	1,00	1	AB MEDICA
Criterio 2	Ampiezza gamm:	Q	0	45	Ottimo	0,75	2	MERIT
					Buono	0,50	3	MEDTRONIC
					Sufficiente	0,25	4	INNOVA HTS
					Insufficiente	0,00		
totale punti max=>					70			

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
AB MEDICA	si	
MERIT	si	
MEDTRONIC	si	
INNOVA HTS	si	

CRITERIO 1 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA LACCIO

Soggetti Offerenti	Eventuali note
AB MEDICA	
MERIT	
MEDTRONIC	
INNOVA HTS	

Soggetti Offerenti	Punti max	Numero misure offerte	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
AB MEDICA	25	7,00	0,70	17,50
MERIT	25	9,00	0,90	22,50
MEDTRONIC	25	10,00	1,00	25,00
INNOVA HTS	25	9,00	0,90	22,50
media max=>		10,00		

CRITERIO 2 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE

Soggetti Offerenti	Eventuali note
AB MEDICA	
MERIT	
MEDTRONIC	
INNOVA HTS	

Soggetti Offerenti	Punti max	Numero misure offerte	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
AB MEDICA	45	12,00	0,80	36,00
MERIT	45	15,00	1,00	45,00
MEDTRONIC	45	15,00	1,00	45,00

LOTTO 29

INNOVA HTS	45				12,00		0,80	36,00
media max=>					15,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Ampiezza gamma laccio	Criterio 2 Ampiezza gamma diametri e lunghezze				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
AB MEDICA	17,50	36,00				53,50	soglia di sbarramento superata
MERIT	22,50	45,00				67,50	soglia di sbarramento superata
MEDTRONIC	25,00	45,00				70,00	soglia di sbarramento superata
INNOVA HTS	22,50	36,00				58,50	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Ampiezza gamma laccio	Criterio 2 Ampiezza gamma diametri e lunghezze				totale punti ante riparametrizi one (min 36 p.ti)	totale punti post riparametriza zione
AB MEDICA	17,50	36,00				53,50	53,50
MERIT	22,50	45,00				67,50	67,50
MEDTRONIC	25,00	45,00				70,00	70,00
INNOVA HTS	22,50	36,00				58,50	58,50
max punti=>						70,00	

LOTTO 30

LOTTO 30 - Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone medicato con Paclitaxel, a rapido rilascio di farmaco (basso tempo di gonfiaggio del pallone), da utilizzare nel trattamento delle ristenosi intrastent e dei piccoli vasi (non elegibili al trattamento con stent), monouso, sterili - IMPORTO DI GARA: 21.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crite	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Rapidità del tem	D	0	35	Eccellente	1,00	1	AB MEDICA
Criterio 2	Ampiezza gamm	Q	0	35	Ottimo	0,75	2	BBRAUN
					Buono	0,50	3	SANITEX
					Sufficiente	0,25	4	BIOTRONIK
					Insufficiente	0,00	5	CS MEDICAL 7
							6	MEDTRONIC
							7	BOSTON S.
							8	TECNOSTIM

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
AB MEDICA	si	
BBRAUN	si	
SANITEX	si	
BIOTRONIK	si	
CS MEDICAL 7	si	
MEDTRONIC	si	
BOSTON S.	si	
TECNOSTIM	si	

CRITERIO 1 (tipo D) RAPIDITÀ DEL TEMPO DI RILASCIO DEL FARMACO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
AB MEDICA	Sufficiente	
BBRAUN	Sufficiente	
SANITEX	Eccellente	
BIOTRONIK	Sufficiente	
CS MEDICAL 7	Insufficiente	
MEDTRONIC	Sufficiente	
BOSTON S.	Sufficiente	
TECNOSTIM	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Rapidità del tempo di rilascio del farmaco

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
AB MEDICA	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
BBRAUN	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
SANITEX	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
BIOTRONIK	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
CS MEDICAL 7	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDTRONIC	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
BOSTON S.	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
TECNOSTIM	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75

media max=> 1,00

CRITERIO 2 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE

LOTTO 30

Soggetti Offerenti		Eventuali note
AB MEDICA		
BBRAUN		
SANITEX		
BIOTRONIK		
CS MEDICAL 7		
MEDTRONIC		
BOSTON S.		
TECNOSTIM		

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Ampiezza gamma diametri e lunghezze

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
AB MEDICA	35				59,00		0,92	32,27
BBRAUN	35				49,00		0,77	26,80
SANITEX	35				28,00		0,44	15,31
BIOTRONIK	35				25,00		0,39	13,67
CS MEDICAL 7	35				64,00		1,00	35,00
MEDTRONIC	35				33,00		0,52	18,05
BOSTON S.	35				28,00		0,44	15,31
TECNOSTIM	35				28,00		0,44	15,31
valore max=>					64,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Rapidità del tempo di rilascio del farmaco	Criterio 2 Ampiezza gamma diametri e lunghezze				totale punti provvisori (min 36 p.ti)	
AB MEDICA	8,75	32,27				41,02	soglia di sbarramento superata
BBRAUN	8,75	26,80				35,55	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
SANITEX	35,00	15,31				50,31	soglia di sbarramento superata
BIOTRONIK	8,75	13,67				22,42	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
CS MEDICAL 7	0,00	35,00				35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MEDTRONIC	8,75	18,05				26,80	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
BOSTON S.	8,75	15,31				24,06	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
TECNOSTIM	8,75	15,31				24,06	mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Rapidità del tempo di rilascio del farmaco	Criterio 2 Ampiezza gamma diametri e lunghezze				totale punti ante riparametrizza- zione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrizza- zione
AB MEDICA	8,75	32,27				41,02	57,07
SANITEX	35,00	15,31				50,31	70,00
max punti=>						50,31	

LOTTO 34

LOTTO 34 - Guida dritta 0,14", modellabile, in nitinolo, con punta radiopaca, flessibile di 3 cm, con peso in punta fino ad un gr (tip load) di diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze monouso sterile. - IMPORTO DI GARA: 520.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crite	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Manovrabilità e	D	0	30	Eccellente	1,00	1	BOSTON S.
Criterio 2	Flessibilità e sup	D	0	20	Ottimo	0,75	2	ABBOTT
Criterio 3	Ampiezza gammi	Q	0	20	Buono	0,50		
					Sufficiente	0,25		
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
BOSTON S.	si	
ABBOTT	si	

CRITERIO 1 (tipo D) MANOVRABILITÀ E CONTROLLO DI TORSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Buono	
ABBOTT	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Manovrabilità e controllo di torsione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	30	0,50	0,50	0,50	0,50	15,00	0,50	15,00
ABBOTT	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) FLESSIBILITÀ E SUPPORTO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Sufficiente	
ABBOTT	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Flessibilità e supporto

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
ABBOTT	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA LUNGHEZZE PROPOSTE

Soggetti Offerenti	Eventuali note
BOSTON S.	
ABBOTT	

LOTTO 34

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo Q) Ampiezza gamma lunghezze proposte

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	20				2,00		1,00	20,00
ABBOTT	20				2,00		1,00	20,00
valore max=>					2,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Manovrabilità e controllo di torsione	Criterio 2 Flessibilità e supporto	Criterio 3 Ampiezza gamma lunghezze proposte			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
BOSTON S.	15,00	5,00	20,00			40,00	soglia di sbarramento superata
ABBOTT	30,00	20,00	20,00			70,00	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Manovrabilità e controllo di torsione	Criterio 2 Flessibilità e supporto	Criterio 3 Ampiezza gamma lunghezze proposte			totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
BOSTON	15,00	5,00	20,00			40,00	40,00
ABBOTT	30,00	20,00	20,00			70,00	70,00
max punti=>						70,00	

LOTTO 37

LOTTO 37 - Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Sirolimus per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile. - IMPORTO DI GARA: 330.000,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crite	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Durata di perma	D	0	60	Eccellente	1,00	1	VIGLIA
Criterio 2	Gamma di misur	Q	0	10	Ottimo	0,75	2	BBRAUN
					Buono	0,50	3	CS MEDICAL 7
					Sufficiente	0,25	4	INNOVA HTS
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
VIGLIA	si	
BBRAUN	si	
CS MEDICAL 7	si	
INNOVA HTS	si	

CRITERIO 1 (tipo D) DURATA DI PERMANENZA DEL FARMACO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
VIGLIA	Ottimo	
BBRAUN	Buono	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
INNOVA HTS	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Durata di permanenza del farmaco

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
VIGLIA	60	0,75	0,75	0,75	0,75	45,00	0,75	45,00
BBRAUN	60	0,50	0,50	0,50	0,50	30,00	0,50	30,00
CS MEDICAL 7	60	1,00	1,00	1,00	1,00	60,00	1,00	60,00
INNOVA HTS	60	1,00	1,00	1,00	1,00	60,00	1,00	60,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo Q) GAMMA DI MISURE

Soggetti Offerenti	Eventuali note
VIGLIA	
BBRAUN	
CS MEDICAL 7	
INNOVA HTS	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Gamma di misure

Soggetti Offerenti	Punti max	Numero misure offerte	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
VIGLIA	10	50,00	0,60	5,95
BBRAUN	10	49,00	0,58	5,83
CS MEDICAL 7	10	84,00	1,00	10,00
INNOVA HTS	10	56,00	0,67	6,67
valore max=>		84,00		

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Durata di permanenza del farmaco	Criterio 2 Gamma di misure				totale punti provvisori (min 36 p.ti)
VIGLIA	45,00	5,95				50,95
BBRAUN	30,00	5,83				35,83
CS MEDICAL 7	60,00	10,00				70,00
INNOVA HTS	60,00	6,67				66,67

soglia di sbarramento superata
mancato sup.to soglia, ESCLUSA
soglia di sbarramento superata
soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Durata di permanenza del farmaco	Criterio 2 Gamma di misure				totale punti ante riparametrizza- zione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrizza- zione
VIGLIA	45,00	5,95				50,95	50,95
CS MEDICAL 7	60,00	10,00				70,00	70,00
INNOVA HTS	60,00	6,67				66,67	66,67

max punti=> 70,00



LOTTO 38

LOTTO 38 - Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Paclitaxel per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile. - IMPORTO DI GARA: 270.000,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crite	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Durata di permar	D	0	60	Eccellente	1,00	1	BBRAUN
Criterio 2	Gamma di misuri	Q	0	10	Ottimo	0,75	2	BIOTRONIK
					Buono	0,50	3	CS MEDICAL 7
					Sufficiente	0,25	4	MEDTRONIC
					Insufficiente	0,00	5	BOSTON S.
							6	TECNOSTIM
				totale punti max=>	70			

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
BBRAUN	si	
BIOTRONIK	si	
CS MEDICAL 7	si	
MEDTRONIC	si	
BOSTON S.	si	
TECNOSTIM	si	

CRITERIO 1 (tipo D) DURATA DI PERMANENZA DEL FARMACO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BBRAUN	Eccellente	
BIOTRONIK	Buono	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
MEDTRONIC	Eccellente	
BOSTON S.	Buono	
TECNOSTIM	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Durata di permanenza del farmaco

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BBRAUN	60	1,00	1,00	1,00	1,00	60,00	1,00	60,00
BIOTRONIK	60	0,50	0,50	0,50	0,50	30,00	0,50	30,00
CS MEDICAL 7	60	1,00	1,00	1,00	1,00	60,00	1,00	60,00
MEDTRONIC	60	1,00	1,00	1,00	1,00	60,00	1,00	60,00
BOSTON S.	60	0,50	0,50	0,50	0,50	30,00	0,50	30,00
TECNOSTIM	60	0,50	0,50	0,50	0,50	30,00	0,50	30,00
					media max=>	1,00		

CRITERIO 2 (tipo Q) GAMMA DI MISURE

Soggetti Offerenti	Eventuali note
BBRAUN	
BIOTRONIK	
CS MEDICAL 7	
MEDTRONIC	
BOSTON S.	
TECNOSTIM	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Gamma di misure

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BBRAUN	10				49,00		0,77	7,66
BIOTRONIK	10				25,00		0,39	3,91
CS MEDICAL 7	10				64,00		1,00	10,00
MEDTRONIC	10				33,00		0,52	5,16
BOSTON S.	10				28,00		0,44	4,38
TECNOSTIM	10				28,00		0,44	4,38
valore max=>					64,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Durata di permanenza del farmaco	Criterio 2 Gamma di misure				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
BBRAUN	60,00	7,66				67,66	soglia di sbarramento superata
BIOTRONIK	30,00	3,91				33,91	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
CS MEDICAL 7	60,00	10,00				70,00	soglia di sbarramento superata
MEDTRONIC	60,00	5,16				65,16	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	30,00	4,38				34,38	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
TECNOSTIM	30,00	4,38				34,38	mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Durata di permanenza del farmaco	Criterio 2 Gamma di misure				totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
BBRAUN	60,00	7,66				67,66	67,66
CS MEDICAL 7	60,00	10,00				70,00	70,00
MEDTRONIC	60,00	5,16				65,16	65,16
max punti=>						70,00	



LOTTO 39

LOTTO 39 - Microcatetere di supporto al filo guida con doppio lume Over The Wire (OTW) destinato a supportare i fili guida e consentire lo scambio dei medesimi nel sistema vascolare coronarico e/o periferico durante procedure complesse. Si richiede la presenza della doppia porta OTW al fine di consentire lo scambio del filo guida in entrambi i lumi senza dover retrarre il catetere all'esterno del catetere guida. - IMPORTO DI GARA: 225.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crite	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di navig	D	0	50	Eccellente	1,00	1	SANITEX
					Ottimo	0,75	2	TECNOSTIM
					Buono	0,50		
Criterio 2	Possibilità di inie	T	0	20	Sufficiente	0,25		
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
SANITEX	SI	
TECNOSTIM	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI NAVIGARE LUNGO VASI TORTUOSI CARATTERIZZATI DA ELEVATA TORTUOSITÀ

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
SANITEX	Eccellente	
TECNOSTIM	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di navigare lungo vasi tortuosi caratterizzati da elevata tortuosità

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SANITEX	50	1,00	1,00	1,00	1,00	50,00	1,00	50,00
TECNOSTIM	50	0,50	0,50	0,50	0,50	25,00	0,50	25,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo T) POSSIBILITÀ DI INIETTARE MEZZO DI CONTRASTO DA ENTRAMBE LE PORTE DISTALI

Soggetti Offerenti	Eventuali note
SANITEX	
TECNOSTIM	Il dispositivo offerto non possiede la caratteristica di iniettare mezzo di contrasto da entrambe le porte distali

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo T) Possibilità di iniettare mezzo di contrasto da entrambe le porte distali

Soggetti Offerenti	Punti max	Numero misure offerte	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
SANITEX	20	20,00	1,00	20,00
TECNOSTIM	20	0,00	0,00	0,00
valore max=>		20,00		

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di navigare lungo vasi tortuosi caratterizzati da elevata tortuosità		Criterio 2 Possibilit à di iniettare mezzo di contrasto da entrambe le porte distali			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
SANITEX	50,00		20,00			70,00
TECNOSTIM	25,00		0,00			25,00

soglia di sbarramento superata
mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di navigare lungo vasi tortuosi caratterizzati da elevata tortuosità		Criterio 2 Possibilit à di iniettare mezzo di contrasto da entrambe le porte distali			totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
SANITEX	50,00		20,00			70,00	70,00
max punti=>						70,00	

LOTTO 44

LOTTO 44 - Catetere per angioplastica a palloncino indicato in lesioni coronariche calcifiche con elevato grado di stenosi caratterizzato da elevate pressioni di gonfiaggio e sistema di trattamento della placca di tipo "scoring balloon". - IMPORTO DI GARA: 332.000,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Profilo del pallo	D	0	35	Eccellente	1,00	1	ACROSTAK
Criterio 2	Elevate pressior	D	0	35	Ottimo	0,75	2	BBRAUN
					Buono	0,50	3	CS MEDICAL 7
					Sufficiente	0,25	4	INNOVA HTS
					Insufficiente	0,00	5	BOSTON S.

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
ACROSTAK	si	
BBRAUN	si	
CS MEDICAL 7	si	
INNOVA HTS	si	
BOSTON S.	si	

CRITERIO 1 (tipo D) PROFILO DEL PALLONE IN TERMINI DI ATTRAVERSAMENTO DI LESIONI CALCIFICHE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
ACROSTAK	Sufficiente	
BBRAUN	Sufficiente	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
INNOVA HTS	Eccellente	
BOSTON S.	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Profilo del pallone in termini di attraversamento di lesioni calcifiche

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
ACROSTAK	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
BBRAUN	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
CS MEDICAL 7	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
INNOVA HTS	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
BOSTON S.	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) ELEVATE PRESSIONI DI GONFIAGGIO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
ACROSTAK	Eccellente	
BBRAUN	Ottimo	
CS MEDICAL 7	Eccellente	
INNOVA HTS	Eccellente	
BOSTON S.	Ottimo	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Elevate pressioni di gonfiaggio

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
ACROSTAK	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
BBRAUN	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	0,75	26,25
CS MEDICAL 7	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
INNOVA HTS	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
BOSTON S.	35	0,75	0,75	0,75	0,75	26,25	0,75	26,25
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Profilo del pallone in termini di attraversamen to di lesioni calcifiche	Criterio 2 Elevate pressioni di gonfiaggio				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
ACROSTAK	8,75	35,00				43,75	soglia di sbarramento superata
BBRAUN	8,75	26,25				35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
CS MEDICAL 7	35,00	35,00				70,00	soglia di sbarramento superata
INNOVA HTS	35,00	35,00				70,00	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	35,00	26,25				61,25	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Profilo del pallone in termini di attraversamen to di lesioni calcifiche	Criterio 2 Elevate pressioni di gonfiaggio				totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
ACROSTAK	8,75	35,00				43,75	43,75
CS MEDICAL 7	35,00	35,00				70,00	70,00
INNOVA HTS	35,00	35,00				70,00	70,00
BOSTON S.	35,00	26,25				61,25	61,25
max punti=>						70,00	



VERBALE N. 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE
ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA**

Il giorno, **ventisette del mese di febbraio dell'anno duemilaventitre**, presso la sala riunione della S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti della sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice costituita con Determina 1585/TPLA del 02/11/2022 della gara di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Dott. Dario Casolati, Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Dott. Emanuele Sagazio, Componente;
- Dott. Andrea Demarchi, Componente;

Sono inoltre presenti il sig. Riccardo Aschiero e la sig.a Albertina Broccardo con funzioni di segretari verbalizzanti.

Alle **ore quattordici e trenta minuti**, il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata.

Preso atto di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice prosegue con la valutazione delle offerte pervenute, verificando allo stesso tempo, per ogni lotto, in via preliminare la rispondenza dei dispositivi offerti alle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico e, pertanto, la sussistenza dei requisiti minimi di idoneità, attraverso l'analisi della documentazione tecnica presentata, messa a disposizione dal Responsabile del procedimento attraverso la piattaforma Sintel.

La Commissione per le proprie valutazioni si avvale anche delle campionature trasmesse dai soggetti offerenti.

La Commissione decide di riportare la sussistenza o meno dei requisiti minimi e le valutazioni attribuite su dei fogli di calcolo elettronici tipo excel, le cui bozze sono state, predisposte dai segretari.

La Commissione procede alle valutazioni dei lotti sottoelencati, attribuendo, per ciascuna offerta, l'idoneità o meno rispetto ai requisiti minimi, i giudizi e i coefficienti provvisori in relazione al criterio esaminato e, mediante l'ausilio dei fogli di calcolo elettronici e l'applicazione delle formule previste dal Disciplinare di gara, a calcolare: i coefficienti provvisori medi, i punteggi provvisori, il punteggio complessivo provvisorio su quale verificare il raggiungimento o meno della soglia di sbarramento, pari ad almeno 36 punti.

La Commissione, infine, mediante l'ausilio dei fogli di calcolo elettronici e l'applicazione delle formule previste dal Disciplinare di gara, procede a calcolare: i coefficienti definitivi e i punteggi definitivi per ciascun criterio, il punteggio complessivo ante riparametrazione e post riparametrazione, il tutto come riportato in dettaglio nell'allegata tabella "4 CG valutazioni 27-02-2023", riferito ai seguenti lotti:

Lotti nr.: 8 – 19 – 21 – 28 – 46 – 47 – 48 – 50 – 51



In relazione al lotto 9 "Connettore a Y con doppi valvola di controllo del reflusso ematico (push/pull e a vite) con rotatore nella parte distale, diametro interno di 10 F e pressione max fino a 700 PSI", la Commissione dispone di chiedere, attraverso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che venga prodotta specifica dichiarazione da parte della ditta Medtronic Italia SpA di Milano, attestante la misura del diametro interno del dispositivo.

Alle ore diciassette il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata al 7 marzo 2023 alle ore 14:30 per proseguire l'esame delle offerte.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero ventidue pagine, comprensivo dell'allegata tabella "4 CG valutazioni 27-02-2023" che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Dario Casolati

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Emanuele Sagazio

Dott. Andrea Demarchi

I segretari verbalizzanti:

Sig. Riccardo Aschiero

Sig.a Albertina Broccardo

LOTTO 8

LOTTO 8 - Kit per angioplastica composta da: 1 adattatore per angioplastica coronarica ad Y: dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità, preferibilmente apribile a molla e regolabile nonchè bloccabile a vite. Il lume interno dev'essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misure della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso; 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronarica; adatti ad essere posizionati su guide da angioplastica coronarica del calibro di 0.014"; dotati di sistema di serraggio a vite; 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica; lunghezza compresa tra 9 e 12 cm., calibro del lume non inferiore a 0.014 inches - IMPORTO DI GARA: 176.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Continenza dell:	D	0	45	Eccellente	1,00	1	VIGLIA
Criterio 2	Caratteristiche :	D	0	25	Ottimo	0,75	2	AB MEDICA
					Buono	0,50	3	UMBRA
					Sufficiente	0,25	4	MERIT
					Insufficiente	0,00	5	BOSTON S.
							6	ABBOTT
							7	TECNOSTIM
totale punti max=>					70			

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
VIGLIA	si	
AB MEDICA	si	
UMBRA	si	
MERIT	si	
BOSTON S.	si	
ABBOTT	si	
TECNOSTIM	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CONTINENZA DELLA VALVOLA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
VIGLIA	Buono	
AB MEDICA	Buono	
UMBRA	Buono	
MERIT	Eccellente	
BOSTON S.	Buono	
ABBOTT	Buono	
TECNOSTIM	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Continenza della valvola

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
VIGLIA	45	0,50	0,50	0,50	0,50	22,50	0,50	22,50
AB MEDICA	45	0,50	0,50	0,50	0,50	22,50	0,50	22,50
UMBRA	45	0,50	0,50	0,50	0,50	22,50	0,50	22,50
MERIT	45	1,00	1,00	1,00	1,00	45,00	1,00	45,00
BOSTON S.	45	0,50	0,50	0,50	0,50	22,50	0,50	22,50
ABBOTT	45	0,50	0,50	0,50	0,50	22,50	0,50	22,50
TECNOSTIM	45	0,50	0,50	0,50	0,50	22,50	0,50	22,50
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) CARATTERISTICHE ERGONOMICHE APERTURA-CHIUSURA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
VIGLIA	Sufficiente	
AB MEDICA	Sufficiente	
UMBRA	Sufficiente	
MERIT	Eccellente	
BOSTON S.	Sufficiente	
ABBOTT	Sufficiente	
TECNOSTIM	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Caratteristiche ergonomiche apertura-chiusura

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
VIGLIA	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
AB MEDICA	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
UMBRA	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
MERIT	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
BOSTON S.	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
ABBOTT	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
TECNOSTIM	25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,25	0,25	6,25
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Continenza della valvola	Criterio 2 Caratteristiche ergonomiche apertura-chiusura				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
VIGLIA	22,50	6,25				28,75	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
AB MEDICA	22,50	6,25				28,75	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
UMBRA	22,50	6,25				28,75	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MERIT	45,00	25,00				70,00	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	22,50	6,25				28,75	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
ABBOTT	22,50	6,25				28,75	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
TECNOSTIM	22,50	6,25				28,75	mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Continenza della valvola	Criterio 2 Caratteristiche ergonomiche apertura-chiusura				totale punti ante riparametrazione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrazione
MERIT	45,00	25,00				70,00	70,00
max punti=>						70,00	

LOTTO 19

LOTTO 19 - Catetere per tromboaspirazione coronarica in formati 6 Fr, con rivestimento idrofilico e stiletto removibile di supporto interno al fine di garantire supporto e raggiungimento di tratti coronarici distali. - IMPORTO DI GARA: 443.750,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di aspi	D	0	20	Eccellente	1,00	1	MEDICAL INSTRUME
Criterio 2	Capacità di prog	D	0	30	Ottimo	0,75	2	VIGLIA
Criterio 3	Atraumaticità d	D	0	20	Buono	0,50	3	MERIT
					Sufficiente	0,25	4	MEDTRONIC
					Insufficiente	0,00	5	SELEFAR
totale punti max=>					70		6	INNOVA HTS
							7	TECNOSTIM
							8	EUKON

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
MEDICAL INSTRUMENTS	si	
VIGLIA	si	
MERIT	si	
MEDTRONIC	si	
SELEFAR	si	
INNOVA HTS	si	
TECNOSTIM	si	
EUKON	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
MEDICAL INSTRUMENTS	Buono	
VIGLIA	Buono	
MERIT	Buono	
MEDTRONIC	Eccellente	
SELEFAR	Eccellente	
INNOVA HTS	Eccellente	
TECNOSTIM	Buono	
EUKON	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di aspirazione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
MEDICAL INSTRUMENTS	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
VIGLIA	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
MERIT	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
MEDTRONIC	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
SELEFAR	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
INNOVA HTS	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
TECNOSTIM	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
EUKON	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) CAPACITÀ DI PROGRESSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
MEDICAL INSTRUMENTS	Buono	
VIGLIA	Buono	
MERIT	Buono	
MEDTRONIC	Eccellente	
SELEFAR	Eccellente	
INNOVA HTS	Eccellente	
TECNOSTIM	Buono	
EUKON	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Capacità di progressione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
MEDICAL INSTRUMENTS	30	0,50	0,50	0,50	0,50	15,00	0,50	15,00
VIGLIA	30	0,50	0,50	0,50	0,50	15,00	0,50	15,00
MERIT	30	0,50	0,50	0,50	0,50	15,00	0,50	15,00
MEDTRONIC	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
SELEFAR	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
INNOVA HTS	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
TECNOSTIM	30	0,50	0,50	0,50	0,50	15,00	0,50	15,00
EUKON	30	0,50	0,50	0,50	0,50	15,00	0,50	15,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo D) ATRAUMATICITÀ DELLA PORZIONE DISTALE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
MEDICAL INSTRUMENTS	Buono	
VIGLIA	Buono	
MERIT	Buono	
MEDTRONIC	Eccellente	
SELEFAR	Eccellente	
INNOVA HTS	Eccellente	
TECNOSTIM	Buono	
EUKON	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Atraumaticità della porzione distale

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
MEDICAL INSTRUMENTS	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
VIGLIA	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
MERIT	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
MEDTRONIC	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
SELEFAR	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
INNOVA HTS	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
TECNOSTIM	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
EUKON	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di aspirazione	Criterio 2 Capacità di progressio ne	Criterio 3 Atraumat icità della porzione distale			totale punti provvisori (min 36 p.ti)	
MEDICAL INSTRUMENTS	10,00	15,00	10,00			35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
VIGLIA	10,00	15,00	10,00			35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MERIT	10,00	15,00	10,00			35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MEDTRONIC	20,00	30,00	20,00			70,00	soglia di sbarramento superata
SELEFAR	20,00	30,00	20,00			70,00	soglia di sbarramento superata
INNOVA HTS	20,00	30,00	20,00			70,00	soglia di sbarramento superata
TECNOSTIM	10,00	15,00	10,00			35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
EUKON	10,00	15,00	10,00			35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di aspirazione	Criterio 2 Capacità di progressio ne	Criterio 3 Atraumat icità della porzione distale			totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
MEDTRONIC	20,00	30,00	20,00			70,00	70,00
SELEFAR	20,00	30,00	20,00			70,00	70,00
INNOVA HTS	20,00	30,00	20,00			70,00	70,00
max punti=>						70,00	

LOTTO 21

LOTTO 21 - Set per pericardiocentesi a drenaggio pericardico completo di aghi, guida, dilatatore, catetere di drenaggio, rubinetto a tre vie e sacca di raccolta, monouso, sterile. - IMPORTO DI GARA: 70.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criteri	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di penet	D	0	25	Eccellente	1,00	1	AB MEDICA
Criterio 2	Facilità di avanza	D	0	45	Ottimo	0,75	2	MERIT
					Buono	0,50	3	CLABER
					Sufficiente	0,25	4	BOSTON S
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
AB MEDICA	si	
MERIT	si	
CLABER	si	
BOSTON S	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI PENETRAZIONE E SUPPORTO DELL'AGO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
AB MEDICA	Buono	
MERIT	Eccellente	
CLABER	Buono	
BOSTON S	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di penetrazione e supporto dell'ago

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
AB MEDICA	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
MERIT	25	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00	1,00	25,00
CLABER	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
BOSTON S	25	0,50	0,50	0,50	0,50	12,50	0,50	12,50
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) FACILITÀ DI AVANZAMENTO DEL CATETERE DEL DRENAGGIO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
AB MEDICA	Buono	
MERIT	Eccellente	
CLABER	Buono	
BOSTON S	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Facilità di avanzamento del catetere del drenaggio

LOTTO 21

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
AB MEDICA	45	0,50	0,50	0,50	0,50	22,50	0,50	22,50
MERIT	45	1,00	1,00	1,00	1,00	45,00	1,00	45,00
CLABER	45	0,50	0,50	0,50	0,50	22,50	0,50	22,50
BOSTON S	45	0,50	0,50	0,50	0,50	22,50	0,50	22,50
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di penetrazione e supporto dell'ago	Criterio 2 Facilità di avanzame nto del catetere del drenaggio				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
AB MEDICA	12,50	22,50				35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MERIT	25,00	45,00				70,00	soglia di sbarramento superata
CLABER	12,50	22,50				35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
BOSTON S	12,50	22,50				35,00	mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI


Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di penetrazione e supporto dell'ago	Criterio 2 Facilità di avanzame nto del catetere del drenaggio				totale punti ante riparametraz ione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
MERIT	25,00	45,00				70,00	70,00
max punti=>						70,00	

LOTTO 28

LOTTO 28 - Sistema per la chiusura dell'auricola sinistra autoespandibile, a doppio disco di maglia metallica in nitinol, autocentrante, ricatturabile e riposizionabile, disponibile in diverse misure, monouso, sterile. - IMPORTO DI GARA: 500.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criterio	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Facilità e sicurezza	D	0	20	Eccellente	1,00	1	INNOVA HTS
Criterio 2	Possibilità di utilizzo	D	0	30	Ottimo	0,75	2	ABBOTT
Criterio 3	Ampiezza gamma	Q	0	20	Buono	0,50		
					Sufficiente	0,25		
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70



Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
INNOVA HTS	si	
ABBOTT	si	

CRITERIO 1 (tipo D) FACILITÀ E SICUREZZA D'IMPIANTO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
INNOVA HTS	Eccellente	
ABBOTT	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Facilità e sicurezza d'impianto

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
INNOVA HTS	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
ABBOTT	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00

media max=> 1,00

CRITERIO 2 (tipo D) POSSIBILITÀ DI UTILIZZO IN DIVERSE ANATOMIE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
INNOVA HTS	Eccellente	
ABBOTT	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Possibilità di utilizzo in diverse anatomie

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
INNOVA HTS	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00
ABBOTT	30	0,50	0,50	0,50	0,50	15,00	0,50	15,00

media max=> 1,00

CRITERIO 3 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA MISURE

LOTTO 28

Soggetti Offerenti		Eventuali note
INNOVA HTS		
ABBOTT		

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo Q) Ampiezza gamma misure


Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
INNOVA HTS	20				9,00		1,00	20,00
ABBOTT	20				8,00		0,89	17,78
valore max=>					9,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Facilità e sicurezza d'impianto	Criterio 2 Possibilità di utilizzo in diverse anatomie	Criterio 3 Ampiezza gamma misure			totale punti provvisori (min 36 p.ti)	
INNOVA HTS	20,00	30,00	20,00			70,00	soglia di sbarramento superata
ABBOTT	5,00	15,00	17,78			37,78	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Facilità e sicurezza d'impianto	Criterio 2 Possibilità di utilizzo in diverse anatomie	Criterio 3 Ampiezza gamma misure			totale punti ante riparametrizza- zione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrizza- zione
INNOVA HTS	20,00	30,00	20,00			70,00	70,00
ABBOTT	5,00	15,00	17,78			37,78	37,78
max punti=>						70,00	



LOTTO 46

LOTTO 46 - Sistema atto a valutare e misurare i parametri fisiologici della circolazione coronarica mediante l'analisi della Fractional Flow Reserve (FFR) e la Resting Full-Cycle ratio (RFR) per lo studio fisiologico dei vasi epicardici e la Coronary Flow Reserve (CFR) e l'Index of Microvascular Resistance (IMR) per valutare la microcircolazione cardiaca. Questo sistema trova indicazione nella valutazione e diagnosi di pazienti affetti da malattia del microcircolo vascolare coronarico. - IMPORTO DI GARA: 264.001,50 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità del sist	D	0	70	Eccellente	1,00	1	BOSTON S.
					Ottimo	0,75	2	ABBOTT
					Buono	0,50	3	TECNOSTIM
					Sufficiente	0,25		
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
BOSTON S.	si	
ABBOTT	si	
TECNOSTIM	si	


CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DEL SISTEMA DI ANALIZZARE IL MICROCIRCOLO CORONARICO E VALUTARE IL SUO COINVOLGIMENTO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Sufficiente	
ABBOTT	Eccellente	
TECNOSTIM	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità del sistema di analizzare il microcircolo coronarico e valutare il suo coinvolgimento ne

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	70	0,25	0,25	0,25	0,25	17,50	0,25	17,50
ABBOTT	70	1,00	1,00	1,00	1,00	70,00	1,00	70,00
TECNOSTIM	70	0,25	0,25	0,25	0,25	17,50	0,25	17,50
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI



LOTTO 46

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità del sistema di analizzare il microcircolo coronarico e valutare il suo coinvolgiment o nella patologia ischemica miocardica					totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
BOSTON S.	17,50					17,50	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
ABBOTT	70,00					70,00	soglia di sbarramento superata
TECNOSTIM	17,50					17,50	mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI							
Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità del sistema di analizzare il microcircolo coronarico e valutare il suo coinvolgiment o nella patologia ischemica miocardica					totale punti ante riparametrizi one (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrizz ione
ABBOTT	70,00					70,00	70,00
max punti=>						70,00	



LOTTO 47

LOTTO 47 - Filo guida coronarico per angioplastica complessa con diametro della punta inferiore 0,009" ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. - IMPORTO DI GARA: 65.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Critei	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di attrav	D	0	35	Eccellente	1,00	1	EMOPASS
					Ottimo	0,75	2	BOSTON S.
Criterio 2	Disponibilità di di	Q	0	35	Buono	0,50		
					Sufficiente	0,25		
					Insufficiente	0,00		
				totale punti max=>	70			

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
EMOPASS	no	Punta rastremata superiore 0,009
BOSTON S.	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI ATTRAVERSAMENTO DELLE LESIONI

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
BOSTON S.	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di attraversamento delle lesioni

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	*****	*****
					media max=>	1,00		

CRITERIO 2 (tipo Q) DISPONIBILITÀ DI DIFFERENTI TIP-LOAD

Soggetti Offerenti		Eventuali note
BOSTON S.		

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Disponibilità di differenti tip-load

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
BOSTON S.	35				5,00		1,00	35,00
					valore max=>	5,00		



SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di attraversamento delle lesioni		Criterio 2 Disponibil ità di differenti tip-load			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
BOSTON S.	35,00		35,00			70,00

soglia di sbarramento superata



LOTTO 48

LOTTO 48 - Filo guida coronarico per angioplastica complessa con lunghezza superiore ai 195 cm.ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. - IMPORTO DI GARA: 65.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criterio	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di attraversamento delle lesioni	D	0	35	Eccellente	1,00	1	EMOPASS
					Ottimo	0,75	2	SANITEX
Criterio 2	Disponibilità di differenti tip-load	Q	0	35	Buono	0,50	3	BOSTON S.
					Sufficiente	0,25		
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
EMOPASS	SI	
SANITEX	SI	
BOSTON S.	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI ATTRAVERSAMENTO DELLE LESIONI

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
EMOPASS	Eccellente	
SANITEX	Sufficiente	
BOSTON S.	Insufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di attraversamento delle lesioni

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
SANITEX	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
BOSTON S.	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

media max=> 1,00

CRITERIO 2 (tipo Q) DISPONIBILITÀ DI DIFFERENTI TIP-LOAD

Soggetti Offerenti	Eventuali note
EMOPASS	
SANITEX	
BOSTON S.	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Disponibilità di differenti tip-load

Soggetti Offerenti	Punti max	Numero misure offerte	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
EMOPASS	35	4,00	0,80	28,0
SANITEX	35	3,00	0,60	21,0

LOTTO 48

BOSTON S.	35			5,00		1,00	35,00
valore max=>				5,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI


Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di attraversamento delle lesioni		Criterio 2 Disponibilità di differenti tip-load			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
EMOPASS	35,00		28,00			63,00
SANITEX	8,75		21,00			29,75
BOSTON S.	0,00		35,00			35,00

soglia di sbarramento superata
mancato sup.to soglia, ESCLUSA
mancato sup.to soglia, ESCLUSA

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di attraversamento delle lesioni		Criterio 2 Disponibilità di differenti tip-load			totale punti ante riparametrazione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrazione
EMOPASS	35,00		28,00			63,00	70,00

max punti=> 63,00



LOTTO 50

LOTTO 50 - Sistema di protezione embolico in nitinol o similare ad elevata flessibilità, per circolazione cerebrale extracranica da posizionare a livello dell'arco aortico durante procedura di impianto percutaneo di valvola aortica. - IMPORTO DI GARA: 660.000,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Criteri	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Facilità di posizio	D	0	35	Eccellente	1,00	1	INNOVA HTS
					Ottimo	0,75	2	BOSTON S.
Criterio 2	Gamma misure d	Q	0	35	Buono	0,50		
					Sufficiente	0,25		
					Insufficiente	0,00		
totale punti max=>				70				

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
INNOVA HTS	SI	
BOSTON S.	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) FACILITÀ DI POSIZIONAMENTO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
INNOVA HTS	Eccellente	
BOSTON S.	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Facilità di posizionamento

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
INNOVA HTS	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
BOSTON S.	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
					media max=>	1,00		

CRITERIO 2 (tipo Q) GAMMA MISURE DI MINIMO INGOMBRO A LIVELLO DELL'ARCO AORTICO

Soggetti Offerenti		Eventuali note
INNOVA HTS		
BOSTON S.		

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo Q) Gamma misure di minimo ingombro a livello dell'arco aortico

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
INNOVA HTS	35				1,00		1,00	35,00
BOSTON S.	35				1,00		1,00	35,00
					valore max=>	1,00		

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Facilità di posizionamento		Criterio 2 Gamma misure di minimo ingombro a livello dell'arco aortico			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
INNOVA HTS	35,00		35,00			70,00	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	35,00		35,00			70,00	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Facilità di posizionamento		Criterio 2 Gamma misure di minimo ingombro a livello dell'arco aortico			totale punti ante riparametrizi one (min 36 p.ti)	totale punti post riparametraz ione
INNOVA HTS	35,00		35,00			70,00	70,00
BOSTON S.	35,00		35,00			70,00	70,00
max punti=>						70,00	



LOTTO 51

LOTTO 51 - Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone in materiale non conforme con un "profilo di attraversamento" (crossing profile) conformato al fine di rendere ottimale la post-dilatazione dello stent (POT Technique) monouso, sterile. - IMPORTO DI GARA: 262.500,00 - ACCORDO QUADRO

Criterio	Descrizione Criterio	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Profilo e flessibilità	D	0	20	Eccellente	1,00	1	VIGLIA
Criterio 2	Capacità di progressione	D	0	20	Ottimo	0,75	2	BIOTRONIK
Criterio 3	Disponibilità di archi	Q	0	30	Buono	0,50	3	MICROPORT
					Sufficiente	0,25	4	CS MEDICAL 7
					Insufficiente	0,00	5	MEDTRONIC
							6	INNOVA HTS
							7	BOSTON S.
							8	CARDINAL HEALTH
							9	EUKON
totale punti max=>					70			

Soggetti Offerenti	Verifica conformità cap.to (si-no)	Eventuali note
VIGLIA	SI	
BIOTRONIK	SI	
MICROPORT	SI	
CS MEDICAL 7	SI	
MEDTRONIC	SI	
INNOVA HTS	SI	
BOSTON S.	SI	
CARDINAL HEALTH	SI	
EUKON	SI	

CRITERIO 1 (tipo D) PROFILO E FLESSIBILITÀ

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
VIGLIA	Buono	
BIOTRONIK	Sufficiente	
MICROPORT	Sufficiente	
CS MEDICAL 7	Sufficiente	
MEDTRONIC	Ottimo	
INNOVA HTS	Eccellente	
BOSTON S.	Sufficiente	
CARDINAL HEALTH	Sufficiente	
EUKON	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Profilo e flessibilità

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
VIGLIA	20	0,50	0,50	0,50	0,50	10,00	0,50	10,00
BIOTRONIK	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
MICROPORT	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
CS MEDICAL 7	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
MEDTRONIC	20	0,75	0,75	0,75	0,75	15,00	0,75	15,00
INNOVA HTS	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BOSTON S.	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
CARDINAL HEALTH	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
EUKON	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) CAPACITÀ DI PROGRESSIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
VIGLIA	Eccellente	
BIOTRONIK	Sufficiente	
MICROPORT	Sufficiente	
CS MEDICAL 7	Sufficiente	
MEDTRONIC	Eccellente	
INNOVA HTS	Eccellente	
BOSTON S.	Sufficiente	
CARDINAL HEALTH	Sufficiente	
EUKON	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Capacità di progressione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
VIGLIA	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BIOTRONIK	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
MICROPORT	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
CS MEDICAL 7	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
MEDTRONIC	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
INNOVA HTS	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00	1,00	20,00
BOSTON S.	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
CARDINAL HEALTH	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
EUKON	20	0,25	0,25	0,25	0,25	5,00	0,25	5,00
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo Q) DISPONIBILITÀ DI AMPIA GAMMA DI MISURE

Soggetti Offerenti		Eventuali note
VIGLIA		
BIOTRONIK		
MICROPORT		
CS MEDICAL 7		
MEDTRONIC		
INNOVA HTS		
BOSTON S.		
CARDINAL HEALTH		
EUKON		

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo Q) Disponibilità di ampia gamma di misure

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
VIGLIA	30				88,00		0,35	10,48
BIOTRONIK	30				55,00		0,22	6,55
MICROPORT	30				30,00		0,12	3,57
CS MEDICAL 7	30				60,00		0,24	7,14
MEDTRONIC	30				59,00		0,23	7,02
INNOVA HTS	30				50,00		0,20	5,95
BOSTON S.	30				72,00		0,29	8,57
CARDINAL HEALTH	30				52,00		0,21	6,19
EUKON	30				252,00		1,00	30,00

valore max=> 252,00

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Profilo e flessibilità	Criterio 2 Capacità di progressione	Criterio 3 Disponibilità di ampia gamma di misure			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
VIGLIA	10,00	20,00	10,48			40,48	soglia di sbarramento superata
BIOTRONIK	5,00	5,00	6,55			16,55	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MICROPORT	5,00	5,00	3,57			13,57	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
CS MEDICAL 7	5,00	5,00	7,14			17,14	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
MEDTRONIC	15,00	20,00	7,02			42,02	soglia di sbarramento superata
INNOVA HTS	20,00	20,00	5,95			45,95	soglia di sbarramento superata
BOSTON S.	5,00	5,00	8,57			18,57	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
CARDINAL HEALTH	5,00	5,00	6,19			16,19	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
EUKON	5,00	5,00	30,00			40,00	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Profilo e flessibilità	Criterio 2 Capacità di progressione	Criterio 3 Disponibilità di ampia gamma di misure			totale punti ante riparametrazione (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrazione
VIGLIA	10,00	20,00	10,48			40,48	61,67
MEDTRONIC	15,00	20,00	7,02			42,02	64,01
INNOVA HTS	20,00	20,00	5,95			45,95	70,00
EUKON	5,00	5,00	30,00			40,00	60,94

max punti=> 45,95



**VERBALE N. 5
COMMISSIONE GIUDICATRICE
ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022**

**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA**

Il giorno, **sette del mese di marzo dell'anno duemilaventitre**, presso la sala riunione della S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti della sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice costituita con Determina 1585/TPA del 02/11/2022 della gara di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Dott. Dario Casolati, Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Dott. Emanuele Sagazio, Componente;
- Dott. Andrea Demarchi, Componente;

Sono inoltre presenti il sig. Riccardo Aschiero e la sig.a Albertina Broccardo con funzioni di segretari verbalizzanti.

Alle **ore quattordici**, il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata.

Preso atto di quanto sopra, la Commissione Giudicatrice prosegue con la valutazione e l'attribuzione del punteggio relativamente al lotto 9, verificando allo stesso tempo, in via preliminare, la rispondenza dei dispositivi offerti alle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico e, pertanto, la sussistenza dei requisiti minimi di idoneità, attraverso l'analisi della documentazione tecnica presentata, messa a disposizione dal Responsabile del procedimento attraverso la piattaforma Sintel.

La Commissione prende atto dei chiarimenti in relazione al lotto in esame, richiesti attraverso l'ufficio del RUP con Prot. n. 11546 del 28/02/2023 come da precedente verbale n. 4 in data 27/02/2023 e trasmessi dalla ditta Medtronic Italia SpA con Prot. n. 12693 in data 06/03/2023, e procede con il loro esame.

La Commissione procede alle valutazioni del citato lotto, attribuendo, per ciascuna offerta, l'idoneità o meno rispetto ai requisiti minimi, i giudizi e i coefficienti provvisori in relazione al criterio esaminato e, mediante l'ausilio dei fogli di calcolo elettronici e l'applicazione delle formule previste dal Disciplinare di gara, a calcolare: i coefficienti provvisori medi, i punteggi provvisori, il punteggio complessivo provvisorio su quale verificare il raggiungimento o meno della soglia di sbarramento, pari ad almeno 36 punti.

Al termine di dette valutazioni la Commissione dà atto che le offerte delle seguenti ditte: Merit Medical Italy Srl – Medtronic Italia SpA – Boston Scientific SpA non sono idonee in quanto il diametro interno del dispositivo offerto è inferiore a 10 French in difformità a quanto previsto da capitolato tecnico.

L'unica offerta conforme ai requisiti del capitolato risulta essere quella della ditta Tecnostim Srl che però non raggiunge la soglia minima di sbarramento di almeno 36 punti ante-riparametrazione, il tutto come riportato in dettaglio nell'allegata tabella "5 CG valutazioni 07-03-2023".



In relazione ai seguenti lotti:

lotto 25: *"Pallone non conforme per valvuloplastica aortica e/o polmonare, caratterizzato da elevata resistenza al gonfiaggio ad alte pressioni e buona performance nel trattamento delle stenosi aortiche altamente calcifiche, con rapidi tempi di gonfiaggio-sgonfiaggio e buona capacità di essere sottoposto a ripetuti cicli di riutilizzo, con ampia gamma di misure, monouso, sterile"*

lotto 49: *"Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico con sistema di aspirazione manuale, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile"*

la Commissione dispone di chiedere, attraverso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che venga prodotta una campionatura in visione (restituibile) dei dispositivi offerti, così come previsto dall'art. 6.3, lett. a) del Disciplinare di gara.

Alle ore quindici e trenta il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata ad un successivo incontro.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero quattro pagine, comprensivo dell'allegata tabella "5 CG valutazioni 07-03-2023" che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Dario Casolati

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Emanuele Sagazio

Dott. Andrea Demarchi

I segretari verbalizzanti:

Sig. Riccardo Aschiero

Sig.a Albertina Broccardo

LOTTO 9

LOTTO 9 - Connettore a Y con doppia valvola di controllo del reflusso ematico (push/pull ed a vite) con rotatore nella parte distale, diametro interno di 10 F e pressione max fino a 700 PSI. *la valvola richiesta è quella con doppia valvola di controllo che permette la sua apertura/chiusura sia con meccanismo a vite sia con meccanismo push/pull - IMPORTO DI GARA: 15.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Continenza dell:	D	0	35	Eccellente	1,00	1	MERIT
Criterio 2	Caratteristiche e	D	0	35	Ottimo	0,75	2	MEDTRONIC
					Buono	0,50	3	BOSTON S.
					Sufficiente	0,25	4	TECNOSTIM
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
MERIT	no	Diametro interno inferiore a 10 Fr.
MEDTRONIC	no	Diametro interno inferiore a 10 Fr.
BOSTON S.	no	Diametro interno inferiore a 10 Fr.
TECNOSTIM	si	

CRITERIO 1 (tipo D) CONTINENZA DELLA VALVOLA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
TECNOSTIM	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Continenza della valvola

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
TECNOSTIM	35	0,50	0,50	0,50	0,50	17,50	-----	-----
media max=>					0,50			

CRITERIO 2 (tipo D) CARATTERISTICHE ERGONOMICHE APERTURA-CHIUSURA

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
TECNOSTIM	Buono	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Caratteristiche ergonomiche apertura-chiusura

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
TECNOSTIM	35	0,50	0,50	0,50	0,50	17,50	-----	-----
media max=>					0,50			

LOTTO 9

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Continenza della valvola	Criterio 2 Caratteristi che ergonomic he apertura- chiusura				totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
TECNOSTIM	17,50	17,50				35,00

mancato sup.to soglia, ESCLUSA





**VERBALE N. 6
COMMISSIONE GIUDICATRICE
ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022**

**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA**

Il giorno, **ventuno del mese di aprile dell'anno duemilaventitre**, presso la sala riunione della S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti della sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice costituita con Determina 1585/TPLA del 02/11/2022 della gara di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Dott. Dario Casolati, Presidente della Commissione Giudicatrice;
- Dott. Emanuele Sagazio, Componente;
- Dott. Andrea Demarchi, Componente;

Sono inoltre presenti il sig. Ermanno Cosenza e la sig.a Albertina Broccardo con funzioni di segretari verbalizzanti.

Alle **ore quindici e trenta** il Presidente, preso atto della regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta di gara in forma riservata.

Richiamato il verbale n. 5 del 07/03/2023 in cui la Commissione Giudicatrice ha disposto di chiedere, attraverso l'ufficio del RUP una campionatura in visione (restituibile) dei dispositivi offerti per i lotti 25 e 49 ai seguenti soggetti concorrenti:

lotto 25: ITC Srl / Viglia Srl / AB Medica SpA / Gada Srl / Sanitex Srl

lotto 49: Gada Srl / Tecnostim Srl

Preso atto della richiesta della campionatura sopracitata da parte del RUP attraverso la piattaforma Sintel prot. n. 13545 del 08/03/2023, la Commissione Giudicatrice dichiara che la stessa è regolarmente pervenuta da parte di tutti i soggetti concorrenti con la sola eccezione della ditta Tecnostim Srl che non ha provveduto alla consegna nei tempi stabiliti.

La Commissione procede alle valutazioni dei citati lotti, attribuendo, per ciascuna offerta, l'idoneità o meno rispetto ai requisiti minimi, i giudizi e i coefficienti provvisori in relazione al criterio esaminato e, mediante l'ausilio dei fogli di calcolo elettronici e l'applicazione delle formule previste dal Disciplinare di gara, a calcolare: i coefficienti provvisori medi, i punteggi provvisori, il punteggio complessivo provvisorio su quale verificare il raggiungimento o meno della soglia di sbarramento, pari ad almeno 36 punti.

La Commissione, infine, mediante l'ausilio di fogli di calcolo elettronici e l'applicazione delle formule previste dal Disciplinare di gara, procede a calcolare: i coefficienti definitivi e i punteggi definitivi per ciascun criterio, il punteggio complessivo ante riparametrazione e post riparametrazione, il tutto come riportato in dettaglio nell'allegata tabella "6 CG valutazioni 21-04-2023", riferita ai lotti 25 e 49.



La Commissione Giudicatrice, concluse le valutazioni succitate e preso atto di aver terminato le valutazioni tecniche di tutti i lotti di gara, dà atto dei punteggi tecnici definitivi riassunti nella tabella "Riepilogo punteggi tecnici del 21/04/2023" allegata al presente verbale.

Alle ore sedici e trentuno il Presidente dichiara chiusa la seduta e dà atto di trasmettere le valutazioni di tutti i verbali e delle relative tabelle di valutazione al Responsabile del Procedimento.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero dodici pagine, comprensivo dell'allegata tabella "6 CG valutazioni 21-04-2023" e "Riepilogo punteggi tecnici del 21_04_2023 che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Dario Casolati

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dott. Emanuele Sagazio

Dott. Andrea Demarchi

I segretari verbalizzanti:

Sig. Ermanno Cosenza

Sig.a Albertina Broccardo

LOTTO 25

LOTTO 25 - Pallone non conforme per valvuloplastica aortica e/o polmonare, caratterizzato da elevata resistenza al gonfiaggio ad alte pressioni e buona performance nel trattamento delle stenosi aortiche altamente calcifiche, con rapidi tempi di gonfiaggio-sgonfiaggio e buona capacità di essere sottoposto a ripetuti cicli di riutilizzo, con ampia gamma di misure, monouso, sterile. - IMPORTO DI GARA: 200.000,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Criterio	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Tolleranza alle pressioni	D	0	35	Eccellente	1,00	1	ITC
Criterio 2	Possibilità (si/no)	T	0	25	Ottimo	0,75	2	VIGLIA
Criterio 3	Ampiezza gamma	Q	0	10	Buono	0,50	3	AB MEDICA
					Sufficiente	0,25	4	GADA
					Insufficiente	0,00	5	SANITEX
totale punti max=> 70								

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
ITC	si	
VIGLIA	si	
AB MEDICA	si	
GADA	si	
SANITEX	si	

CRITERIO 1 (tipo D) TOLLERANZA ALLE PRESSIONI DI GONFIAGGIO

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
ITC	Insufficiente	
VIGLIA	Sufficiente	
AB MEDICA	Eccellente	
GADA	Sufficiente	
SANITEX	Sufficiente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Tolleranza alle pressioni di gonfiaggio

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
ITC	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGLIA	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
AB MEDICA	35	1,00	1,00	1,00	1,00	35,00	1,00	35,00
GADA	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
SANITEX	35	0,25	0,25	0,25	0,25	8,75	0,25	8,75
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo T) POSSIBILITÀ (SI/NO) DI UTILIZZO IN RIPETUTI GONFIAGGI

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
ITC		
VIGLIA		
AB MEDICA		
GADA		
SANITEX		

LOTTO 25

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo T) Possibilità (si/no) di utilizzo in ripetuti gonfiaggi; (1 = SI; 0 = NO)

Soggetti Offerenti	Punti max				coefficiente attribuito (1=si; 0=no)			punteggio definitivo
ITC	25				1,00			25,00
VIGLIA	25				1,00			25,00
AB MEDICA	25				1,00			25,00
GADA	25				1,00			25,00
SANITEX	25				1,00			25,00

CRITERIO 3 (tipo Q) AMPIEZZA GAMMA DIAMETRI E LUNGHEZZE

Soggetti Offerenti		Eventuali note
ITC		
VIGLIA		
AB MEDICA		
GADA		
SANITEX		

Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo Q) Ampiezza gamma diametri e lunghezze

Soggetti Offerenti	Punti max				Numero misure offerte		coefficienti definitivi	punteggio definitivo
ITC	10				65,00		0,72	7,22
VIGLIA	10				8,00		0,09	0,89
AB MEDICA	10				90,00		1,00	10,00
GADA	10				9,00		0,10	1,00
SANITEX	10				37,00		0,41	4,11
valore max=>					90,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Tolleranza alle pressioni di gonfiaggio	Criterio 2 Possibilità (si/no) di utilizzo in ripetuti gonfiaggi	Criterio 3 Ampiezza gamma diametri e lunghezze			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)	
ITC	0,00	25,00	7,22			32,22	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
VIGLIA	8,75	25,00	0,89			34,64	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
AB MEDICA	35,00	25,00	10,00			70,00	soglia di sbarramento superata
GADA	8,75	25,00	1,00			34,75	mancato sup.to soglia, ESCLUSA
SANITEX	8,75	25,00	4,11			37,86	soglia di sbarramento superata

SOMMATORIA PUNTEGGI DEFINITIVI

LOTTO 25

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Tolleranza alle pressioni di gonfiaggio	Criterio 2 Possibilità (si/no) di utilizzo in ripetuti gonfiaggi	Criterio 3 Ampiezza gamma diametri e lunghezze			totale punti ante riparametrazi one (min 36 p.ti)	totale punti post riparametrazi one
AB MEDICA	35,00	25,00	10,00			70,00	70,00
SANITEX	8,75	25,00	4,11			37,86	37,86
max punti=>						70,00	

LOTTO 49

LOTTO 49 - Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico con sistema di aspirazione manuale, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile. IMPORTO LOTTO: 637.500,00 - SINGOLO FORNITORE

Criterio	Descrizione Crit	Tipo	Punti Min	Punti Max	Valutazioni	Coefficiente	N.	Soggetti Offerenti
Criterio 1	Capacità di aspi	D	0	20	Eccellente	1,00	1	GADA
Criterio 2	Facilità di prog	D	0	30	Ottimo	0,75	2	TECNOSTIM
Criterio 3	Atraumaticità di	D	0	20	Buono	0,50		
					Sufficiente	0,25		
					Insufficiente	0,00		

totale punti max=> 70

Soggetti Offerenti	Verifica conf.tà cap.to (si-no)	Eventuali note
GADA	SI	
TECNOSTIM	SI	Esclusa per mancata presentazione campionatura in visione nei tempi stabiliti

CRITERIO 1 (tipo D) CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
GADA	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 1 (tipo D) Capacità di aspirazione

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
GADA	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00		
media max=>					1,00			

CRITERIO 2 (tipo D) FACILITÀ DI PROGRESSIONE ENDO-VASCOLARE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
GADA	Eccellente	

Attribuzione Coefficienti Criterio 2 (tipo D) Facilità di progressione endo-vascolare

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
GADA	30	1,00	1,00	1,00	1,00	30,00		
media max=>					1,00			

CRITERIO 3 (tipo D) ATRAUMATICITÀ DELLA PORZIONE DISTALE

Soggetti Offerenti	Valutazioni testuali	Eventuali note
GADA	Eccellente	


Attribuzione Coefficienti Criterio 3 (tipo D) Atraumaticità della porzione distale

Soggetti Offerenti	Punti max	ASL AT CASOLATI	ASL AT SAGAZIO	AO AL DE MARCHI	media coefficienti provvisori	punteggio provv.rio	coefficienti definitivi	punteggio definitivo
GADA	20	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00		
media max=>					1,00			

SOMMATORIA PUNTEGGI PROVVISORI

Soggetti Offerenti	Criterio 1 Capacità di aspirazione	Criterio 2 Facilità di progressione endovascolare	Criterio 3 Atraumaticità della porzione distale			totale punti provv.ri (min 36 p.ti)
GADA	20,00	30,00	20,00			70,00

soglia di sbarramento superata



LOTTO	DESCRIZIONE	DITTE OFFERENTI	PRODOTTO OFFERTO	PUNTEGGIO TECNICO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
1	Introduttori arteriosi di diverso calibro, (French) monouso sterili, con valvola emostatica in silicone, anello di ancoraggio, compatibili con guida 0,038 in J, con catetere laterale e rubinetto a tre vie, di lunghezza variabile.	AB MEDICA	Introduttore femorale percutaneo valvolato	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
		MERIT	PRELUDE femorali Psi	40,43	
		BOSTON	Medikit Super Sheath	47,66	
		MEDTRONIC	Introduttore valvolato ADELANTE SIGMA	52,77	
		CARDINAL	AVANTI Plus c/miniguia	70,00	
2	Kit per puntura arteriosa radiale, composto da introduttore in teflon, rivestito in materiale idrofilo, di lunghezza di almeno 16 cm, da agocannula o ago metallico di 21 G, che accetti filo guida da 0.018 oppure da 0.021 oppure da 0.038, di diverso calibro (French) monouso sterile.	MERIT	PRELUDE EASE	38,75	ACCORDO QUADRO
		SELEFAR	RADIFOCUS INTRODUCER	70,00	
		CS MEDICAL 7	Introduttori radiali idrofili Balton	38,75	
		CARDINAL	RAIN SHEATH	38,75	
		TECNOSTIM	BRAIDIN	38,75	
3	Kit per puntura arteria radiale, composto da introduttore in ETFE, con punta tapered e rivestimento idrofilo, con lunghezza anche di 16 cm, di calibro 7 Fr con agocannula o ago metallico	SELEFAR	KIT GLIDESHEAT SLENDER	70,00	SINGOLO FORNITORE
		TECNOSTIM	KIT INTR.ARM. X ACCESSI VASC.RADIALI BRAIDIN	38,75	
4	Guide monouso sterili da 0,025" a 0,038" in teflon, rette ed in J, con lunghezza fino a 300 cm.	MERIT	IQ WIRE - InQWIRE	37,50	SINGOLO FORNITORE
		ABBOTT	GUIDERIGHT GUIDEWIRE	70,00	
		BOSTON	STARTER GUIDEWIRE	37,50	
5	Guida metallica del diametro esterno di 0,35" rivestita in PTFE ad elevato supporto di lunghezza non inferiore a 260 cm, caratterizzata da doppia curva pre-formata di diverse ampiezze terminali al fine di agevolare posizionamento di dispositivi all'interno delle camere cardiache (nell'ambito della	EMOPASS	GUIDA SILVERWAY	37,50	ACCORDO QUADRO
		INNOVA	Guide per procedure TAVI INNOWI SYMEDRIX	37,50	
		BOSTON	SAFARI 2	70,00	
		COOK	LUNDERQUIST DC	37,50	
6	Cateteri diagnostici per coronaro-ventricolografia, monouso sterili, di differente calibro (French) e differenti lunghezze, in differenti curve, ad alto flusso, soft-tip che accettino guide .038"	BBRAUN	ANGIODYN CATETERE	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
		CS MEDICAL 7	ALVISION CARDIOVASCULAR ANGIOGRAPHIC CATHETER JUDKINS	ESCLUSA	
		MEDTRONIC	DxTerity	43,75	
		BOSTON	IMPULSE	ESCLUSA	
		CARDINAL	SUPER TORQUE PLUS	70,00	
7	Sistemi per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, di differenti diametri, monouso sterili.	VIGLIA	OBTURA	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
8	Kit per angioplastica composta da: 1 adattatore per angioplastica coronarica ad Y: dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità, preferibilmente apribile a molla e regolabile nonché bloccabile a vite. Il lume interno dev'essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misure della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso; 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica	VIGLIA	AD VALVE Advanced LifeSciences	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
		AB MEDICA	Kit Valvola Y a scatto 3/K2 AVALVY-05	ESCLUSA	
		UMBRA	Kit valvola emostatica Ypsilon set	ESCLUSA	
		MERIT	HONOR valve	70,00	
		BOSTON	WATCHDOG kit	ESCLUSA	
		ABBOTT	Conn.a Y c/valvola emostatica a scatto per guide Wire accessory kit with COPILOT BLEEDBACK control valve	ESCLUSA	
		TECNOSTIM	Valvola emostatica Y CLICK	ESCLUSA	
9	Connettore a Y con doppia valvola di controllo del riflusso ematico (push/pull ed a vite) con rotatore nella parte distale, diametro interno di 10 F e pressione max fino a 700 PSI. *la valvola richiesta è quella con doppia valvola di controllo che permette la sua apertura/chiusura sia con meccanismo a vite sia con meccanismo push/pull	MERIT	Access PLUS	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
		MEDTRONIC	PITON a Y	ESCLUSA	
		BOSTON	WATCHDOG a Y	ESCLUSA	
		TECNOSTIM	10FR valvola emostatica a Y con sistema chiusura/apertura push-pull c/blocco rotante (push screw type 10 F) & kit	ESCLUSA	
10	Cateteri guida di diverso calibro (French) ad ampio lume, soft-tip, monouso sterile, con configurazione speciale per garantire un maggior supporto per coronaria sx per coronaria dx, bypass e mammaria, in differenti curve	BBRAUN	SERPIA	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
		CS MEDICAL 7	ALVIGUIDE TM BLUE +	ESCLUSA	
		MEDTRONIC	LAUNCHER	70,00	
		BOSTON	CONVEY	40,35	
		CARDINAL	CORDIS VISTA BRITE TIP	ESCLUSA	
11	Guida diritta .014", modellabile, con punta flessibile di 3 cm in diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze,	BOSTON	ChoICE + ADDWIRE	38,75	SINGOLO FORNITORE
		ABBOTT	Hi-TORQUE POWERTURN	70,00	
12	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche croniche. Disponibilità sia di punta rastremata (>= 0.009") per trattamento di occlusioni coronariche croniche, sia 0.014" per lesioni complesse non occlusive. Grammatatura di punta a partire da 0.6 gr. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in occlusioni coronariche croniche, per la navigabilità nelle procedure per via retrograda. Richiesto rivestimento polimerico idrofilo. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	EMOPASS	Guida polimerica FIELDER	70,00	SINGOLO FORNITORE
		BOSTON	SENTAI SAMURAI/RC/FIGHTER	43,75	

13	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di occlusioni coronariche croniche. Grammatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata ($\geq 0.009"$) che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm.. Coil con rivestimento idrofilo eccetto TIP distale. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	EMOPASS	Guida per CTO e lesioni complesse CONQUEST PRO	70,00	SINGOLO FORNITORE
		BOSTON	SENTAI JUDO e HORNET	43,75	
		ABBOTT	HI-TORQUE PROGRESS/INFILTRAC	43,75	
14	Filo guida 0.010" dedicato a esternalizzazione dopo disostruzione di coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza di almeno 330 cm. Struttura in acciaio con rivestimento in PTFE, coil con rivestimento idrofilo. Porzione radiopaca di almeno 3 cm.	EMOPASS	Guida per esternalizzazione RG3	70,00	ACCORDO QUADRO
		SANITEX	R350	70,00	
15	Microcatetere per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. Deve avere rivestimento idrofilo nella parte distale e particolare flessibilità per l'attraversamento di tortuosità prossimali. Disponibile in varie lunghezze dello shaft fino a 150 cm., diametro max della punta ≤ 1.8 Fr.	SANITEX	SUPERCROSS FT	70,00	ACCORDO QUADRO
		CS MEDICAL 7	NAVITIAN	70,00	
		BOSTON	MAMBA/MAMBA FLEX	70,00	
		TECNOSTIM	ELONG	37,50	
		INNOVA	PRONAVI	37,50	
16	Microcatetere coronarico da supporto per guide da disostruzione coronarica di lunghezza 135 cm. Diametro	EMOPASS	CARAVEL	70,00	SINGOLO FORNITORE
		BOSTON	MAMBA-MAMBA FLEX	37,50	
17	Catetere per angioplastica a rapido scambio (di tipo mono-rail) a basso profilo in materiale non compliant in grado di tollerare elevate pressioni di gonfiaggio, in differenti lunghezze e diametro, in grado di eseguire trattamento di lesioni in vasi coronarici di grande diametro.	UMBRA	GUSTA NC	ESCLUSA	ACCORDO QUADRO
		MICROPORT	FIREFIGHTER NC	ESCLUSA	
		BBRAUN	SEQUENT NEO NC	ESCLUSA	
		SANITEX	RISE NC	ESCLUSA	
		BIOTRONIK	PANTERA LEO	66,57	
		CS MEDICAL 7	SAPPHIRE II NC	67,58	
		MEDTRONIC	EUPHORA NC	59,51	
		BOSTON	NC EMERGE	70,00	
		INNOVA	APOLLO NC	ESCLUSA	
18	Sistemi di protezione embolica distale, non occludente, con guida mobile rispetto al filtro, durante angioplastica coronarica, monouso sterile. Compatibilità con cateteri guida di 6 french	CS MEDICAL 7	ROBIN	70,00	ACCORDO QUADRO
		MEDTRONIC	SPIDER FX	43,75	
		BOSTON	FILTER WIRE EZ	70,00	
		ABBOTT	EMBOSHIELD NAV6	70,00	
19	Catetere per tromboaspirazione coronarica in formati 6 Fr, con rivestimento idrofilo e stiletto removibile di supporto interno al fine di garantire supporto e raggiungimento di tratti coronarici distali.	MEDICAL INSTRUMENTS	Xtrac EC	ESCLUSA	ACCORDO QUADRO
		VIGLIA	ASPIRON	ESCLUSA	
		MERIT	ASAP-ASAPLP	ESCLUSA	
		MEDTRONIC	EXPORT-ADVANCE	70,00	
		SELEFAR	ELIMINATE	70,00	
		INNOVA	TRANSPORT AC	70,00	
		TECNOSTIM	TROMBI SNIFFER	ESCLUSA	
		EUKON	IDENTITY	ESCLUSA	
20	Sistema di tromboaspirazione coronarica di tipo meccanico composto da catetere (monouso sterile) e consolle in grado di ripristinare flusso coronarico in presenza di voluminosi trombi occlusivi presenti in coronarie di grande diametro ed in graft venosi (diametro > 3 mm) prima degli interventi di angioplastica con catetere a palloncino o dell'impianto di stent.	BOSTON	Set per trombectomia SPIROFLEX, catere ZELANTE console ANGIOJET ULTRA	52,50	SINGOLO FORNITORE
21	Set per pericardiocentesi a drenaggio pericardico completo di aghi, guida, dilatatore, catetere di drenaggio, rubinetto a tre vie e sacca di raccolta, monouso, sterile.	AB MEDICA	EASYKITBASE pericardiocentesi	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
		MERIT	KIT pericardiocentesi	70,00	
		CLABER	SET pericardiocentesi	ESCLUSA	
		BOSTON	PERIVAC KIT	ESCLUSA	
22	Dispositivo percutaneo di chiusura di forame ovale pervio, difetto del setto interatriale e difetto del setto interventricolare in grado di garantire la chiusura di difetti anche molto ampi; recuperabile e riposizionabile; con architettura in nitinol. Dotato di tutti gli accessori necessari per una corretta scelta della protesi e per un corretto posizionamento monouso sterile	REVOCATO			ACCORDO QUADRO
23	Sistema percutaneo per chiusura di forame ovale pervio mediante sutura con monofilamenti di polipropilene non riassorbibile radiopaco, monouso, sterile	EMOPASS	NOBLESTICH EL2	52,50	SINGOLO FORNITORE
24	Pallone non compliant per valvuloplastica aortica caratterizzato da basso profilo richiedente introduttore femorale di piccolo diametro (max 9 Fr) al fine di poter eseguire la procedura in pazienti con importante vasculopatia periferica e/o calibri arteriosi femorali ridotti, con vasta gamma di diametri, sterili, monouso. * palloni per valvuloplastica aortica fino a 26 mm. di diametro compatibili con introduttori 9Fr.	DESERTO			SINGOLO FORNITORE

25	Pallone non conforme per valvuloplastica aortica e/o polmonare, caratterizzato da elevata resistenza al gonfiaggio ad alte pressioni e buona performance nel trattamento delle stenosi aortiche altamente calcifiche, con rapidi tempi di gonfiaggio-sgonfiaggio e buona capacità di essere sottoposto a ripetuti cicli di riutilizzo, con ampia gamma di misure, monouso,	ITC	SimValve Force PTV	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
		VIGLIA	MAMMOTH	ESCLUSA	
		AB MEDICA	Catetere VALVULOP MITR. NUCLEUS Z MED II	70,00	
		GADA	TRUE Dilatation	ESCLUSA	
		SANITEX	VACS III	37,86	
26	Pallone semi-conforme per valvuloplastica aortica, caratterizzato da basso profilo e buona resistenza ad elevate pressioni di gonfiaggio, con rapidi tempi di gonfiaggio/sgonfiaggio e vasta gamma di diametri del pallone al fine di garantire anche un ottimale trattamento nell'impianto di protesi aortiche percutanee.	AB MEDICA	CRISTAL BALLOON	41,92	SINGOLO FORNITORE
		CS MEDICAL 7	TAVI Valver	70,00	
27	Sistema per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra in nitinolo autoespandibile con membrana porosa sul lato prossimale e dotato di ancoraggi di fissaggio nella parete dell'appendice atriale sinistra, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	BOSTON	WATCHMAN	57,50	SINGOLO FORNITORE
28	Sistema per la chiusura dell'auricola sinistra autoespandibile, a doppio disco di maglia metallica in nitinol, autocentrante, ricatturabile e riposizionabile, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	INNOVA HTS	OMEGA LLA OCCLUDER/ECLIPSE	70,00	SINGOLO FORNITORE
		ABBOTT	AMULET	37,78	
29	Cateteri tipo "goose neck" per recupero corpi estranei, con corpo catetere da 4 e 6 Fr. e diametro del laccio da 4 a 35 mm.	AB MEDICA	ANDRASNARE	53,50	ACCORDO QUADRO
		MERIT	ONE SNARE	67,50	
		MEDTRONIC	GOOSE NECK e MICROSNARE	70,00	
		INNOVA	EXTER SNARE/Andratec	58,50	
30	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone medicato con Paclitaxel, a rapido rilascio di farmaco (basso tempo di gonfiaggio del pallone), da utilizzare nel trattamento delle ristenosi intrastent e dei piccoli vasi (non elegibili al trattamento con stent), monouso, sterili	AB MEDICA	ELUTAX 3 RX-PTCA	57,07	SINGOLO FORNITORE
		BBRAUN	SEQUENT PLEASE NEO	ESCLUSA	
		SANITEX	BIOSTREAM	70,00	
		BIOTRONIK	PANTERA LUX	ESCLUSA	
		CS MEDICAL 7	ESSENTIAL PRO	ESCLUSA	
		MEDTRONIC	PREVAIL	ESCLUSA	
		BOSTON	AGENT	ESCLUSA	
		TECNOSTIM	RESTORE	ESCLUSA	
31	Sistema di assistenza ventricolare sx completamente percutaneo che comporti il solo accesso arterioso e sia in grado di garantire fino a 2.5 l/min di portata cardiaca, dotato di tutti gli accessori necessari per un corretto impianto e un corretto funzionamento, monouso, sterile		DESERTO		SINGOLO FORNITORE
32	(IVUS-iFR manuale): Sistema integrato per l'esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni ed emodinamiche del profilo pressorio intra-coronarico, consistente in: sistema IVUS+pressure wire FFR-iFR e materiale monouso dedicato: catetere IVUS misure varie e catetere Pressure Wire misure varie	SANITEX	Intrasight Ultrasound Imaging System VOLCANO, catetere EAGLE EYE PLATINUM, guida OMNIWIRE	52,50	SINGOLO FORNITORE
33	(IVUS meccanico): Sistema carrellato per esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni caratterizzato da pull back di tipo meccanico ad alta risoluzione compatibile con cateteri 5 e 6 Fr consistente in: - comando operativo carrellato; - fornitura di materiale monouso, sterile, dedicato	BOSTON	iLab-POLARIS, catetere OPTICROSS	52,50	SINGOLO FORNITORE
34	Guida dritta 0,14", modellabile, in nitinolo, con punta radiopaca, flessibile di 3 cm, con peso in punta fino ad un gr (tip load) di diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze monouso sterile.	BOSTON	SENTAI/Marvel	40,00	SINGOLO FORNITORE
		ABBOTT	Filo guida per PTCA Hi-Torque Balance Middel weight	70,00	
35	Sistema per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, per procedure strutturali cardiache e vascolari periferiche con diametro di accesso fino a 25 Fr, monouso sterili.		DESERTO		SINGOLO FORNITORE
36	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico caratterizzato da macchina che eroghi pressioni di aspirazione circa -29 inHg, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile.	CROSSMED	Pompa di aspirazione INDIGO/PENUMBRA	52,50	SINGOLO FORNITORE
37	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-conforme a rilascio prolungato di Sirolimus per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione	VIGLIA	MOZEC SEB	50,95	ACCORDO QUADRO
		BBRAUN	SEQUENT SCB	ESCLUSA	
		CS MEDICAL 7	SELUCTION SLR 014 PTCA	70,00	
		INNOVA HTS	MAGIC TOUCH CORONARICO	66,67	

38	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Paclitaxel per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	BBRAUN	SEQUENT PLEASE NEO	67,66	ACCORDO QUADRO
		BIOTRONIK	PANTERA LUX	ESCLUSA	
		CS MEDICAL 7	ESSENTIAL PRO	70,00	
		MEDTRONIC	PREVAIL	65,16	
		BOSTON	AGENT	ESCLUSA	
		TECNOSTIM	RESTORE	ESCLUSA	
39	Microcatetere di supporto al filo guida con doppio lume Over The Wire (OTW) destinato a supportare i fili guida e consentire lo scambio dei medesimi nel sistema vascolare coronarico e/o periferico durante procedure complesse. Si richiede la presenza della doppia porta OTW al fine di consentire lo scambio del filo guida in entrambi i lumi senza dover retrarre il catetere all'esterno del catetere guida	SANITEX	RE CROSS	70,00	SINGOLO FORNITORE
		TECNOSTIM	ELONG APT	ESCLUSA	
40	Sistema intraluminare vascolare, impiantabile, che permetta una riduzione di flusso a livello del seno coronarico che determini un incremento di perfusione a livello dell'albero coronarico al fine di trattare le forme di angina miocardica in pazienti non ulteriormente rivascolarizzabili. Si richiede compatibilità con filo guida 0,035"	GADA	Neovasc REDUCER	57,50	SINGOLO FORNITORE
41	Sistema di aterectomia rotazionale meccanico caratterizzato da movimento della fresa diamantata secondo una modalità orbitale al fine di garantire un'adeguata rimozione di calcio disposto in modo asimmetrico e discontinuo lungo la circonferenza interna del vaso coronarico	CS MEDICAL 7	DIAMOND BACK 360	57,50	SINGOLO FORNITORE
42	Sistema di aterectomia coronarica rotazionale ad alta velocità caratterizzato da fresa ellittica diamantata, di vari diametri, posta all'estremità di un catetere flessibile. Tale Device garantisce una adeguata rimozione del calcio collocato in modo simmetrico e continuo lungo le pareti del vaso non trattabili con solo palloncino al fine di posizionare in modo ottimale lo stent. Il sistema consta di materiale consumabile (fili guida di diverse tipologie, frese singole di diversi diametri e sistema di avanzamento comprensive di fresa) e non consumabile quale il sistema di controllo.	BOSTON	ROTAPRO	57,50	SINGOLO FORNITORE
43	Sistema di litotrixxia intravascolare coronarico/periferico indicato in pazienti che presentano stenosi coronariche non trattabili con sistemi di aterectomia rotazionale/orbitale caratterizzato da rilascio di energia meccanica pulsatile attraverso un catetere a palloncino di diverse misure	INNOVA HTS	Generatore ad impulsi per litotrixxia SHOCKWAVE	70,00	SINGOLO FORNITORE
44	Catetere per angioplastica a palloncino indicato in lesioni coronariche calcifiche con elevato grado di stenosi caratterizzato da elevate pressioni di gonfiaggio e sistema di trattamento della placca di tipo "scoring balloon"	ACROSTAK	GRIP TT	43,75	ACCORDO QUADRO
		BBRAUN	NSE ALPHA	ESCLUSA	
		CS MEDICAL 7	SCOREFLEX NC	70,00	
		INNOVA HTS	Catetere a palloncino Brosmed WEDGE	70,00	
		BOSTON	WOLVERINE	61,25	
45	Sistema integrato per esecuzione di indagini intravascolari OCT ed emodinamiche del profilo pressorio intracoronarico consistente in: 1 sistema OCT ILLUMIEN OPTIS + FFR wireless	ABBOTT	OPTIS Mobile System, catetere imaging DRAGONFLY	52,50	SINGOLO FORNITORE
46	Sistema atto a valutare e misurare i parametri fisiologici della circolazione coronarica mediante l'analisi della Fractional Flow Reserve (FFR) e la Resting Full-Cycle ratio (RFR) per lo studio fisiologico dei vasi epicardici e la Coronary Flow Reserve (CFR) e l'Index of Microvascular Resistance (IMR) per valutare la microcircolazione cardiaca. Questo sistema trova indicazione nella valutazione e diagnosi di pazienti affetti da malattia del microcircolo vascolare coronarico	BOSTON	FFR Link modulo di liab POLARIS/Comet	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
		ABBOTT	CORO PC workstation	70,00	
		TECNOSTIM	Sistema OPTOMONITOR 3 + OPTOWIRE III	ESCLUSA	
47	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con diametro della punta inferiore 0,009" ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	EMOPASS	GAIA FIRST	ESCLUSA	SINGOLO FORNITORE
		BOSTON	SENTAI JUDO	70,00	
48	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con lunghezza superiore ai 195 cm.ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	EMOPASS	GAIA FIRST	70,00	SINGOLO FORNITORE
		SANITEX	BANDIT/RAIDER/WARRIOR	ESCLUSA	
		BOSTON	SENTAI JUDO	ESCLUSA	

49	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico con sistema di aspirazione manuale, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile	GADA	Sistema di estrazione/aspirazione FLOWTRIEVER	70,00	SINGOLO FORNITORE
		TECNOSTIM	TROMBI SNIFFER APT	ESCLUSA	
50	Sistema di protezione embolico in nitinol o similare ad elevata flessibilità, per circolazione cerebrale extracranica da posizionare a livello dell'arco aortico durante procedura di impianto percutaneo di valvola aortica	INNOVA HTS	TRIGUARD	70,00	ACCORDO QUADRO
		BOSTON	SENTINEL	70,00	
51	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone in materiale non compliant con un "profilo di attraversamento" (crossing profile) conformato al fine di rendere ottimale la post-dilatazione dello stent (POT Technique) monouso, sterile	VIGLIA	MOZEC	61,67	ACCORDO QUADRO
		BIOTRONIK	PANTERA LEO	ESCLUSA	
		MICROPORT	FIREFIGHTER NC	ESCLUSA	
		CS MEDICAL 7	SAPPHIRE II NC	ESCLUSA	
		MEDTRONIC	EUPHORA NC	64,01	
		INNOVA HTS	POT PTCA NC	70,00	
		BOSTON	NC EMERGE	ESCLUSA	
		CARDINAL HEALTH	RAIDEN 3	ESCLUSA	
		EUKON	PIPT NC	60,94	



VERBALE N. 1

SEGGIO DI GARA

ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA

Il giorno undici del mese di agosto dell'anno duemilaventidue, nell'ufficio del Responsabile del procedimento presso la S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti della sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunito il Seggio di gara relativo alla procedura di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Lidia Beccuti, Presidente del seggio di gara;
- Ermanno Cosenza, testimone;
- Albertina Broccardo, testimone.

Alle ore dodici e trenta ha inizio la seduta.

I componenti dichiarano l'insussistenza di cause ostative o d'incompatibilità per la partecipazione al Seggio.

Il Presidente del seggio di gara, dà atto che,

- con Determinazione Dirigenziale n. 991 del 29/06/2022 è stata indetta la procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per emodinamica diagnostica e interventistica occorrente all'ASL AT di Asti e all'AO AL di Alessandria ed è stata approvata la documentazione di gara;

- in data 30/06/2022 è stata pubblicata la procedura aperta svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato Sintel accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria>, identificata come segue:

Id Sintel n. 156102322 denominata "GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA";

- l'avviso di gara è stato inoltre pubblicato:

- in data 30/06/2022 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- in data 30/06/2022 sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
- in data 30/06/2022 sul profilo internet dell'ASL AT nella sezione "bandi e appalti";
- in data 04/07/2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale – Contratti Pubblici n. 77
- in data 12/07/2022 sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;
- in data 12/07/2022 sul quotidiano Italia Oggi (Mercati e Finanza) Edizione Nazionale
- in data 12/07/2022 su settimanale locale La Nuova Provincia di Asti
- in data 15/07/2022 sul settimanale locale Gazzetta d'Asti;

- le date relative alla pubblicazione su Sintel e i termini di presentazione offerte sono di seguito riepilogate:

- inizio presentazione offerte: 30/06/2022 ore 16:36;
- termine ultimo presentazione offerte: il 10/08/2022 alle ore 12:00.



Il Presidente del Seggio di gara fa presente che in data 01/08/2022 con Prot. n. 45867 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel la comunicazione urgente di revoca del lotto 22 (CIG 9246914AD2) relativa alla gara in oggetto.

Dato atto di quanto sopra il Presidente del Seggio di gara, mediante la piattaforma Sintel, verifica che entro il termine ultimo di presentazione sono pervenute le offerte di numero 25 operatori economici di seguito elencate:

Numero	Numero di protocollo informatico	Denominazione concorrente	Modalità di partecipazione	Data presentazione offerta
1	1658308498122	MEDICAL INSTRUMENTS S.p.A. 00420240376	forma singola	mercoledì 20 luglio 2022 11.14.58 CEST
2	1658908673307	ITC Srl 03941810131	forma singola	mercoledì 27 luglio 2022 9.57.53 CEST
3	1658908916580	VIGLIA S.R.L. 00562490011	forma singola	mercoledì 27 luglio 2022 10.01.56 CEST
4	1658923619978	AB MEDICA SPA 08862820969	forma singola	mercoledì 27 luglio 2022 14.06.59 CEST
5	1658930948138	UMBRA MEDICAL ITALY SRL 14926051005	forma singola	mercoledì 27 luglio 2022 16.09.08 CEST
6	1659009182512	BIOTRONIK ITALIA 09699320017	forma singola	giovedì 28 luglio 2022 13.53.02 CEST
7	1659081793384	Merit Medical Italy S.r.l. 07609020966	forma singola	venerdì 29 luglio 2022 10.03.13 CEST
8	1659085263393	MICROPORT CRM S.r.l. 02654900022	forma singola	venerdì 29 luglio 2022 11.01.03 CEST
9	1659112221258	Acrostak International Distribution Sarl 97705670152	forma singola	venerdì 29 luglio 2022 18.30.21 CEST
10	1659427889152	B.BRAUN MILANO SPA 00674840152	forma singola	martedì 2 agosto 2022 10.11.29 CEST
11	1659428396996	GADA ITALIA Spa 08230471008	forma singola	martedì 2 agosto 2022 10.19.56 CEST
12	1659448440942	C.S. MEDICAL 7 SRL 02947560120	forma singola	martedì 2 agosto 2022 15.54.00 CEST
13	1659448683432	CROSSMED SPA 01736720994	forma singola	martedì 2 agosto 2022 15.58.03 CEST
14	1659450634762	CLABER SRL 02198590248	forma singola	martedì 2 agosto 2022 16.30.34 CEST
15	1659516866035	MEDTRONIC ITALIA S.P.A. 09238800156	forma singola	mercoledì 3 agosto 2022 10.54.26 CEST
16	1659531065568	SELEFAR S.R.L. 01749330047	forma singola	mercoledì 3 agosto 2022 14.51.05 CEST
17	1659535025907	EMOPASS SRL 06590180011	forma singola	mercoledì 3 agosto 2022 15.57.05 CEST
18	1659596363838	SANITEX 02883250017	forma singola	giovedì 4 agosto 2022 8.59.23 CEST



Numero	Numero di protocollo informatico	Denominazione concorrente	Modalità di partecipazione	Data presentazione offerta
19	1659619531241	INNOVA HTS 03544600137	forma singola	giovedì 4 agosto 2022 15.25.31 CEST
20	1659684488792	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 11206730159	forma singola	venerdì 5 agosto 2022 9.28.08 CEST
21	1659686571680	ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 11264670156	forma singola	venerdì 5 agosto 2022 10.02.51 CEST
22	1659695398698	Cardinal Health Italy 509 S.r.l. 09158150962	forma singola	venerdì 5 agosto 2022 12.29.58 CEST
23	1659705779479	TECNOSTIM 05856601009	forma singola	venerdì 5 agosto 2022 15.22.59 CEST
24	1659946670228	EUKON SRL 03043200611	forma singola	lunedì 8 agosto 2022 10.17.50 CEST
25	1660038041815	COOK ITALIA S.R.L. 07123400157	forma singola	martedì 9 agosto 2022 11.40.41 CEST

Il Presidente del Seggio di gara, inoltre, dà atto che entro il succitato termine sono pervenute al Magazzino Generale ASL AT le campionature dei soggetti offerenti.

Preso atto di quanto sopra, il Presidente del Seggio di gara procede tramite la piattaforma Sintel con le seguenti operazioni:

- verifica della conformità della firma digitale dei soggetti offerenti;
- download sul sistema informatico aziendale di tutti i documenti dell'offerta contenuti nelle buste telematiche amministrative.

Ultimate le succitate operazioni, il Presidente del Seggio rimanda a successiva seduta a data da destinarsi le operazioni di controllo della completezza e verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Alle ore quindici e venti il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero tre pagine, che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

Lidia Beccuti, in qualità di Presidente di seggio

I COMPONENTI

Ermanno Cosenza, testimone

Albertina Broccardo, testimone



VERBALE N. 2

SEGGIO DI GARA

ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA

Il giorno dodici del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue nell'ufficio del Responsabile del procedimento presso la S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti della sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunito il Seggio di gara relativo alla procedura di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Lidia Beccuti, Presidente del seggio di gara;
- Ermanno Cosenza, testimone;
- Albertina Broccardo, testimone.

Alle ore nove e trenta minuti ha inizio la seduta.

Il Presidente del seggio di gara, dà atto della precedente seduta, come da verbale n. 1 del Seggio di gara del 11/08/2022, di apertura delle offerte contenute nelle buste telematiche amministrative e procede con le operazioni di controllo della completezza e verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato di fornitura.

Concluse le operazioni di esame della documentazione amministrativa, il Presidente del Seggio di gara, dà atto che le offerte sono risultate, per tutti i soggetti concorrenti, con la sola eccezione delle ditte Medical Instruments SpA e Sanitex SpA, complete e conformi alle prescrizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato di fornitura, come emerge dal seguente quadro riassuntivo della documentazione amministrativa obbligatoria:

Denominazione concorrente	Art. 14.1 Domanda di partecipazione	Art. 14.2 Imposta di Bollo	Art. 14.3 Modello DGUE	Art. 14.4 Dichiarazioni integrative DGUE	Art. 14.6 Garanzia provvisoria e dich. impegno fideiussore	Art. 14.7 Contributo Anac	Art. 14.8 Codice Passoe	Art. 14.9 Riepilogo campioni inviati
AB Medica SpA	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Abbott Medical Italia Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Acrostak International Distribution Sarl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
BBraun Milano SpA	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Biotronik Italia	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Boston Scientific SpA	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme

A.S.L. AT



Azienda Sanitaria Locale
di Asti

Denominazione concorrente	Art. 14.1 Domanda di partecipazione	Art. 14.2 Imposta di Bollo	Art. 14.3 Modello DGUE	Art. 14.4 Dichiarazioni integrative DGUE	Art. 14.6 Garanzia provvisoria e dich. impegno fideiussore	Art. 14.7 Contributo Anac	Art. 14.8 Codice Passoe	Art. 14.9 Riepilogo campioni inviati
Cardinal Health Italy 509 Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Claber Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	non dovuto	presente e conforme	presente e conforme
Cook Italia Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	non dovuto	presente e conforme	presente e conforme
Crossmed SpA	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
CS Medical 7 Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Emopass Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
EuKon Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Gada Italia SpA	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	non previsto
Innova HTS Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
ITC Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	non previsto
Medical Instruments SpA	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	non presente
Medronic Italia SpA	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Merit Medical Italy Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Microport CRM Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Sanitex SpA	presente e conforme	discordanza identificativo marca da bollo	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Selefar Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Tecnostim Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Umbra Medical Italy Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme
Viglia Srl	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme	presente e conforme

Il Presidente del seggio di gara rileva che risulta necessario attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9) del D.Lgs. 50/2016 e smi, nei confronti dei soggetti concorrenti Medical Instruments SpA e Sanitex SpA per le seguenti motivazioni:

- Medical Instruments Srl: ha prodotto solamente il modello riepilogativo dei lotti offerti senza allegare il riepilogo dei campioni inviati, obbligatorio nel caso di partecipazione a lotti in cui è prevista la



campionatura contestualmente alla presentazione dell'offerta (Art. 14.9 Disciplinare di gara: Riepilogo campioni inviati).

Il lotto per il quale la ditta Medical Instruments presenta offerta prevede una campionatura in numero di tre pezzi che dalla documentazione di gara presentata non è chiaro sia stata consegnata.

- Sanitex SpA: nel documento allegato a comprova dell'imposta di bollo, il soggetto concorrente dichiara di assolvere il versamento attraverso l'applicazione di marca da bollo di Euro 16,00 che ha un numero identificativo diverso da quello riportato sulla marca da bollo applicata e annullata.

In base alle disposizioni previste dall'art. 83, c. 9 del D.Lgs.vo 50/2016 e all'art. 13 del Disciplinare di gara in merito al soccorso istruttorio, il Presidente dispone che l'Ufficio del Rup proceda alla richiesta di regolarizzazione e di integrazione documentale per le carenze sopra evidenziate.

Alle ore quindici e venti il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero tre pagine, che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

Lidia Beccuti, in qualità di Presidente di seggio

I COMPONENTI

Ermanno Cosenza, testimone

Albertina Broccardo, testimone



VERBALE N. 3

SEGGIO DI GARA

ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA**

Il giorno ventuno del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue nell'ufficio del Responsabile del procedimento presso la S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti della sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunito il Seggio di gara relativo alla procedura di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Lidia Beccuti, Presidente del seggio di gara;
- Ermanno Cosenza, testimone;
- Albertina Broccardo, testimone.

Alle ore nove e trenta minuti ha inizio la seduta.

In apertura il Presidente fa presente che con Determinazione Dirigenziale n. 1410 del 21/09/2022 si è proceduto alla revoca del lotto 22 della gara in oggetto precisando che la comunicazione relativa alla revoca è stata oggetto di pubblicazione sulla piattaforma Sintel in data 01/08/2022 precedente quindi alla scadenza della presentazione delle offerte.

Il Presidente del seggio di gara, dà atto delle precedenti sedute, come da verbale n. 1 del 11/08/2022 e n. 2 del 17/10/2022 del Seggio di gara, relative all'apertura delle offerte contenute nelle buste telematiche amministrative, al controllo della completezza e verifica della conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato di fornitura.

Il Presidente del seggio di gara rende noto che le ditte Medical Instruments SpA e Sanitex SpA, cui è stata richiesta l'integrazione documentale con Prot. 62949 n. 19/10/2022, hanno regolarizzato la propria posizione mediante produzione della documentazione integrativa.

Preso atto di quanto sopra il Presidente del seggio di gara dichiara l'ammissione alla successiva fase di gara dei seguenti soggetti concorrenti per i rispettivi lotti offerti:

N.	Denominazione concorrente	Lotti offerti
1	AB Medica SpA	1-8-21-25-26-29-30
2	Abbott Medical Italia Srl	4-8-11-13-18-28-34-45-46
3	Acrostak International Distribution Sarl	44
4	BBraun Milano SpA	6-10-17-30-37-38-44
5	Biotronik Italia	17-30-38-51
6	Boston Scientific SpA	1-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-27-30-33-34-38-42-44-46-47-48-50-51
7	Cardinal Health Italy 509 Srl	1-2-6-10-51

A.S.L. AT



Azienda Sanitaria Locale
di Asti

8	Claber Srl	21
9	Cook Italia Srl	5
10	Crossmed SpA	36
11	CS Medical 7 Srl	2-6-10-15-17-18-26-30-37-38-41-44-51
12	Emopass Srl	5-12-13-14-16-23-47-48
13	EuKon Srl	19-51
14	Gada Italia SpA	22-25-40-49
15	Innova HTS Srl	5-15-17-19-28-29-37-43-44-50-51
16	ITC Srl	25
17	Medical Instruments SpA	19
18	Medronic Italia SpA	1-6-9-10-17-18-19-29-30-38-51
19	Merit Medical Italy Srl	1-2-4-8-9-19-21-29
20	Microport CRM Srl	17-51
21	Sanitex SpA	14-15-17-25-30-32-39-48
22	Selefar Srl	2-3-19
23	Tecnostim Srl	2-3-8-9-15-19-30-38-39-46-49
24	Umbra Medical Italy Srl	8-17
25	Viglia Srl	7-8-19-25-37-51

Alle ore undici il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero due pagine, che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

Lidia Beccuti, in qualità di Presidente di seggio

I COMPONENTI

Ermanno Cosenza, testimone

Albertina Broccardo, testimone



VERBALE N. 4

SEGGIO DI GARA

ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA**

Il giorno nove del mese di novembre dell'anno duemilaventidue, nell'ufficio del Responsabile del procedimento presso la S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti sito nella sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunito il Seggio di gara relativo alla procedura di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Lidia Beccuti, Presidente del seggio di gara;
- Ermanno Cosenza, testimone;
- Albertina Broccardo, testimone.

Alle ore quattordici ha inizio la seduta.

Il Presidente del seggio di gara, dà atto della precedente seduta, come da verbale n. 3 del 21/10/2022, di esame della documentazione amministrativa che si è conclusa con l'ammissione alla successiva fase di gara dei seguenti soggetti concorrenti per i rispettivi lotti offerti:

N.	Denominazione concorrente	Forma di partecipazione	Lotti offerti
1	AB Medica SpA	Forma singola	1-8-21-25-26-29-30
2	Abbott Medical Italia Srl	Forma singola	4-8-11-13-18-28-34-45-46
3	Acrostak International Distribution Sarl	Forma singola	44
4	BBraun Milano SpA	Forma singola	6-10-17-30-37-38-44
5	Biotronik Italia	Forma singola	17-30-38-51
6	Boston Scientific SpA	Forma singola	1-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-27-30-33-34-38-42-44-46-47-48-50-51
7	Cardinal Health Italy 509 Srl	Forma singola	1-2-6-10-51
8	Claber Srl	Forma singola	21
9	Cook Italia Srl	Forma singola	5
10	Crossmed SpA	Forma singola	36
11	CS Medical 7 Srl	Forma singola	2-6-10-15-17-18-26-30-37-38-41-44-51
12	Emopass Srl	Forma singola	5-12-13-14-16-23-47-48
13	EuKon Srl	Forma singola	19-51
14	Gada Italia SpA	Forma singola	25-40-49
15	Innova HTS Srl	Forma singola	5-15-17-19-28-29-37-43-44-50-51



16	ITC Srl	Forma singola	25
17	Medical Instruments SpA	Forma singola	19
18	Medronic Italia SpA	Forma singola	1-6-9-10-17-18-19-29-30-38-51
19	Merit Medical Italy Srl	Forma singola	1-2-4-8-9-19-21-29
20	Microport CRM Srl	Forma singola	17-51
21	Sanitex SpA	Forma singola	14-15-17-25-30-32-39-48
22	Selefar Srl	Forma singola	2-3-19
23	Tecnostim Srl	Forma singola	2-3-8-9-15-19-30-38-39-46-49
24	Umbra Medical Italy Srl	Forma singola	8-17
25	Viglia Srl	Forma singola	7-8-19-25-37-51

Preso atto di quanto sopra, il Presidente, attraverso la piattaforma informatica Sintel procede, per il **lotto 1**, con le seguenti operazioni:

- 1) apertura della busta tecnica di ogni operatore economico concorrente;
- 2) verifica della presenza e della completezza della documentazione tecnica rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di Gara;
- 3) trasferimento e salvataggio della documentazione tecnica su memoria del sistema informatico aziendale e verifica della leggibilità della stessa.

Il Presidente del Seggio di Gara dà atto che, a causa della numerosità dei lotti e dei soggetti concorrenti le succitate operazioni dovranno necessariamente protrarsi in successive sedute di cui verrà dato conto nei prossimi verbali.

Alle ore quindici e dieci il Presidente del Seggio di gara i dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero due pagine, che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

Lidia Beccuti, in qualità di Presidente di seggio

I COMPONENTI

- Ermanno Cosenza, in qualità di testimone

- Albertina Broccardo, in qualità di testimone



VERBALE N. 5

SEGGIO DI GARA

ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA

Il giorno **ventidue del mese di novembre dell'anno duemilaventidue**, nell'ufficio del Responsabile del procedimento presso la S.C. Tecnico Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti sito nella sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunito il Seggio di gara relativo alla procedura di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Lidia Beccuti, Presidente del seggio di gara;
- Ermanno Cosenza, testimone;
- Albertina Broccardo, testimone.

Alle ore nove e trentasette minuti ha inizio la seduta.

Il Presidente del seggio di gara, dà atto della precedente seduta, come da verbale n. 4 del 09/11/2022, relativa all'avvio della verifica della documentazione tecnica, che a causa della numerosità dei lotti e dei soggetti concorrenti si è conclusa con il rinvio delle operazioni di competenza a successive sedute di cui viene dato conto in forma riepilogativa nel presente verbale.

In particolare, il Presidente dà atto che il seggio di gara, costituito nelle medesima composizione, ha proseguito, attraverso la piattaforma informatica Sintel con le operazioni già citate nel verbale n. 4 del 09/11/2022 inerenti la verifica della presenza e della completezza della documentazione tecnica, nelle seguenti date:

- il giorno **quattordici del mese di novembre dell'anno duemilaventidue** dalle ore undici e due minuti alle ore dodici e ventinove minuti in relazione ai lotti: 2-3-4-5-7-20-23-32-33-40-41-42-43-45;
- il giorno **quindici del mese di novembre dell'anno duemilaventidue** dalle ore nove e trenta minuti alle ore quindici e nove minuti in relazioni ai lotti: 6-8-9-10;
- il giorno **sedici del mese di novembre dell'anno duemilaventidue** dalle ore nove e quarantacinque minuti alle ore quattordici e trentatre minuti in relazioni ai lotti: 11-12-13-14-24-31-35-15-27;
- il giorno **diciassette del mese di novembre dell'anno duemilaventidue** dalle ore nove e ventuno minuti alle ore dodici e cinquanta minuti in relazione ai lotti: 16-17-18;
- il giorno **ventuno del mese di novembre dell'anno duemilaventidue** dalle ore nove e trentasette minuti alle ore tredici e cinquantaquattro minuti in relazioni ai lotti: 19-21-25-26-28-29-30;

Dato atto di quanto sopra, il Presidente del Seggio di Gara nella seduta odierna prosegue con le operazioni di verifica della presenza e della completezza dei documenti previsti dall'art. 15 del Disciplinare di Gara, in relazione ai lotti: 34-36-37-38-39-46-47-48-49-50-51.

Terminato quanto sopra, il Presidente procede a riassumere gli esiti delle operazioni di verifica nel seguente prospetto:



Denominazione concorrente	Documenti previsti art. 15 del Disciplinare di Gara		
	15.1 Dati identificativi dispositivi offerti modelli a) b)	15.2 Scheda tecnica	15.3 Marcatura CE
AB Medica SpA	presente	presente	presente
Abbott Medical Italia Srl	presente	presente	presente
Acrostak International Distribution Srl	presente	presente	presente
BBraun Milano SpA	presente	presente	presente
Biotronik Italia	presente	presente	presente
Boston Scientific SpA	presente	presente	presente
Cardinal Health Italy 509 Srl	presente	presente	presente
Claber Srl	presente	presente	presente
Cook Italia Srl	presente	presente	presente
Crossmed SpA	presente	presente	presente
CS Medical 7 Srl	presente	presente	presente
Emopass Srl	presente	presente	presente
EuKon Srl	presente	presente	presente
Gada Italia SpA	presente	presente	presente
Innova HTS Srl	presente	presente	presente
ITC Srl	presente	presente	presente
Medical Instruments SpA	presente	presente	presente
Medronic Italia SpA	presente	presente	presente
Merit Medical Italy Srl	presente	presente	presente
Microport CRM Srl	presente	presente	presente
Sanitex SpA	presente	presente	presente
Selefar Srl	presente	presente	presente
Tecnostim Srl	presente	presente	presente
Umbra Medical Italy Srl	presente	presente	presente
Viglia Srl	presente	presente	presente



Rilevato quanto sopra, il Presidente del Seggio di Gara ammette alla successiva fase di valutazione tecnica le seguenti ditte per i rispettivi lotti offerti:

N.	Denominazione concorrente	Forma di partecipazione	Lotti offerti
1	AB Medica SpA	Forma singola	1-8-21-25-26-29-30
2	Abbott Medical Italia Srl	Forma singola	4-8-11-13-18-28-34-45-46
3	Acrostak International Distribution Sarl	Forma singola	44
4	BBraun Milano SpA	Forma singola	6-10-17-30-37-38-44
5	Biotronik Italia	Forma singola	17-30-38-51
6	Boston Scientific SpA	Forma singola	1-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-20-21-27-30-33-34-38-42-44-46-47-48-50-51
7	Cardinal Health Italy 509 Srl	Forma singola	1-2-6-10-51
8	Claber Srl	Forma singola	21
9	Cook Italia Srl	Forma singola	5
10	Crossmed SpA	Forma singola	36
11	CS Medical 7 Srl	Forma singola	2-6-10-15-17-18-26-30-37-38-41-44-51
12	Emopass Srl	Forma singola	5-12-13-14-16-23-47-48
13	EuKon Srl	Forma singola	19-51
14	Gada Italia SpA	Forma singola	25-40-49
15	Innova HTS Srl	Forma singola	5-15-17-19-28-29-37-43-44-50-51
16	ITC Srl	Forma singola	25
17	Medical Instruments SpA	Forma singola	19
18	Medronic Italia SpA	Forma singola	1-6-9-10-17-18-19-29-30-38-51
19	Merit Medical Italy Srl	Forma singola	1-2-4-8-9-19-21-29
20	Microport CRM Srl	Forma singola	17-51
21	Sanitex SpA	Forma singola	14-15-17-25-30-32-39-48
22	Selefara Srl	Forma singola	2-3-19
23	Tecnostim Srl	Forma singola	2-3-8-9-15-19-30-38-39-46-49
24	Umbra Medical Italy Srl	Forma singola	8-17
25	Viglia Srl	Forma singola	7-8-19-25-37-51

Alle ore quindici e sei minuti il Presidente del Seggio di Gara dichiara chiusa la seduta.

A.S.L. AT



Azienda Sanitaria Locale
di Asti

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero quattro pagine, che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

Lidia Beccuti, in qualità di Presidente di seggio

I COMPONENTI

- Ermanno Cosenza, in qualità di testimone

- Albertina Broccardo, in qualità di testimone



VERBALE N. 6

SEGGIO DI GARA

ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventitré, nell'ufficio del Responsabile del procedimento presso la S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti sito nella sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunito il Seggio di gara relativo alla procedura di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Ermanno Cosenza, Presidente del seggio di gara;
- Claudio Ivaldi, testimone;
- Albertina Broccardo, testimone.

Alle ore quindici ha inizio la seduta.

Il Presidente del seggio di gara, dà atto della Determinazione TPA n. 539 del 21/04/2023 relativa alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento e dei verbali di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice n. 1 del 01/12/2022, n. 2 del 19/12/2022, n. 3 del 31/01/2023, n. 4 del 27/02/2023, n. 5 del 07/03/2023 e n. 6 del 21/04/2023, dai quali si rilevano i seguenti esiti delle valutazioni tecniche effettuate:

LOTTO	DITTE OFFERENTI	PUNTEGGIO TECNICO (PT)
1	AB MEDICA	22,55 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MERIT	40,43
	BOSTON	47,66
	MEDTRONIC	52,77
	CARDINAL	70,00
2	MERIT	38,75
	SELEFAR	70,00
	CS MEDICAL 7	38,75
	CARDINAL	38,75
	TECNOSTIM	38,75
3	SELEFAR	70,00
	TECNOSTIM	38,75



4	MERIT	37,50
	ABBOTT	70,00
	BOSTON	37,50

5	EMOPASS	37,50
	INNOVA	37,50
	BOSTON	70,00
	COOK	37,50

6	BBRAUN	26,25 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	26,25 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MEDTRONIC	43,75
	BOSTON	26,25 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CARDINAL	70,00

7	VIGLIA	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
---	--------	--

8	VIGLIA	28,75 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	AB MEDICA	28,75 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	UMBRA	28,75 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MERIT	70,00
	BOSTON	28,75 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	ABBOTT	28,75 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	TECNOSTIM	28,75 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento

9	MERIT	ESCLUSA per mancanza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato di Gara
	MEDTRONIC	ESCLUSA per mancanza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato di Gara
	BOSTON	ESCLUSA per mancanza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato di Gara
	TECNOSTIM	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento



10	BBRAUN	35,76 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MEDTRONIC	70,00
	BOSTON	40,35
	CARDINAL	27,02 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
11	BOSTON	38,75
	ABBOTT	70,00
12	EMOPASS	70,00
	BOSTON	43,75
13	EMOPASS	70,00
	BOSTON	43,75
	ABBOTT	43,75
14	EMOPASS	70,00
	SANITEX	70,00
15	SANITEX	70,00
	CS MEDICAL 7	70,00
	BOSTON	70,00
	TECNOSTIM	37,50
	INNOVA	37,50
16	EMOPASS	70,00
	BOSTON	37,50
17	UMBRA	29,30 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MICROPORT	24,20 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	BBRAUN	33,73 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	SANITEX	35,36 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	BIOTRONIK	66,57
	CS MEDICAL 7	67,58
	MEDTRONIC	59,51
	BOSTON	70,00
	INNOVA	32,50 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento



18	CS MEDICAL 7	70,00
	MEDTRONIC	43,75
	BOSTON	70,00
	ABBOTT	70,00

19	MEDICAL INSTRUMENTS	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	VIGLIA	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MERIT	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MEDTRONIC	70,00
	SELEFAR	70,00
	INNOVA	70,00
	TECNOSTIM	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	EUKON	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento

20	BOSTON	52,50
----	--------	-------

21	AB MEDICA	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MERIT	70,00
	CLABER	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	BOSTON	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento

22	REVOCATO	
----	----------	--

23	EMOPASS	52,50
----	---------	-------

24	DESERTO	
----	---------	--

25	ITC	32,22 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	VIGLIA	34,64 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	AB MEDICA	70,00
	GADA	34,75 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	SANITEX	37,86

26	AB MEDICA	41,92
	CS MEDICAL 7	70,00

27	BOSTON	57,50
----	--------	-------



28	INNOVA HTS	70,00
	ABBOTT	37,78

29	AB MEDICA	53,50
	MERIT	67,50
	MEDTRONIC	70,00
	INNOVA	58,50

30	AB MEDICA	57,07
	BBRAUN	35,55 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	SANITEX	70,00
	BIOTRONIK	22,42 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MEDTRONIC	26,80 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	BOSTON	24,06 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	TECNOSTIM	24,06 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento

31	DESERTO	
----	---------	--

32	SANITEX	52,50
----	---------	-------

33	BOSTON	52,50
----	--------	-------

34	BOSTON	40,00
	ABBOTT	70,00

35	DESERTO	
----	---------	--

36	CROSSMED	52,50
----	----------	-------

37	VIGLIA	50,95
	BBRAUN	35,83 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	70,00
	INNOVA HTS	66,67



38	BBRAUN	67,66
	BIOTRONIK	33,91 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	70,00
	MEDTRONIC	65,16
	BOSTON	34,38 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	TECNOSTIM	34,38 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
39	SANITEX	70,00
	TECNOSTIM	25,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
40	GADA	57,50
41	CS MEDICAL 7	57,50
42	BOSTON	57,50
43	INNOVA HTS	70,00
44	ACROSTAK	43,75
	BBRAUN	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	70,00
	INNOVA HTS	70,00
	BOSTON	61,25
45	ABBOTT	52,50
46	BOSTON	17,50 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	ABBOTT	70,00
	TECNOSTIM	17,50 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
47	EMOPASS	ESCLUSA per mancanza dei requisiti minimi previsti dal Capitolato di Gara
	BOSTON	70,00
48	EMOPASS	70,00
	SANITEX	29,75 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	BOSTON	35,00 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento



49	GADA	70,00
	TECNOSTIM	ESCLUSA per mancata presentazione campionatura in visione nei tempi stabiliti

50	INNOVA HTS	70,00
	BOSTON	70,00

51	VIGLIA	58,28
	BIOTRONIK	16,55 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MICROPORT	13,57 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CS MEDICAL 7	17,14 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	MEDTRONIC	62,56
	INNOVA HTS	70,00
	BOSTON	18,57 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	CARDINAL HEALTH	16,19 ESCLUSA per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento
	EUKON	55,43

Preso atto di quanto sopra, il Presidente del seggio, attraverso la piattaforma Sintel provvede per i lotti dal n. 1 al n. 14 a registrare a sistema il punteggio tecnico in esito alle succitate valutazioni ed esclusioni dei concorrenti per mancanza dei requisiti minimi di idoneità e per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il Presidente del seggio di gara dà atto che vengono ammesse alla fase valutazione delle offerte economiche i seguenti concorrenti:

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTE OFFERENTI	PUNTEGGIO TECNICO
1	Introduttori arteriosi di diverso calibro, (French) monouso sterili, con valvola emostatica in silicone, anello di ancoraggio, compatibili con guida 0,038 in J, con catetere laterale e rubinetto a tre vie, di lunghezza variabile.	MERIT	40,43
		BOSTON	47,66
		MEDTRONIC	52,77
		CARDINAL	70,00
2	Kit per puntura arteriosa radiale, composto da introduttore in teflon, rivestito in materiale idrofilo, di lunghezza di almeno 16 cm, da agocannula o ago metallico di 21 G, che accetti filo guida da 0.018 oppure da 0.021 oppure da 0.038, di diverso calibro (French) monouso sterile.	MERIT	38,75
		SELEFAR	70,00
		CS MEDICAL 7	38,75
		CARDINAL	38,75
		TECNOSTIM	38,75



3	Kit per puntura arteria radiale, composto da introduttore in ETFE, con punta tapered e rivestimento idrofilico, con lunghezza anche di 16 cm, di calibro 7 Fr con agocannula o ago metallico di 21 G, monouso sterile.	SELEFAR	70,00
		TECNOSTIM	38,75
4	Guide monouso sterili da 0,025" a 0,038" in teflon, rette ed in J, con lunghezza fino a 300 cm.	MERIT	37,50
		ABBOTT	70,00
		BOSTON	37,50
5	Guida metallica del diametro esterno di 0,35" rivestita in PTFE ad elevato supporto di lunghezza non inferiore a 260 cm, caratterizzata da doppia curva pre-formata di diverse ampiezze terminali al fine di agevolare posizionamento di dispositivi all'interno delle camere cardiache (nell'ambito della valvuloplastica aortica e dell'impianto di protesi aortiche percutanee) minimizzando traumi sulla valvola mitrale.	EMOPASS	37,50
		INNOVA	37,50
		BOSTON	70,00
		COOK	37,50
6	Cateteri diagnostici per coronaro-ventricolografia, monouso sterili, di differente calibro (French) e differenti lunghezze, in differenti curve, ad alto flusso, soft-tip che accettino guide .038"	MEDTRONIC	43,75
		CARDINAL	70,00
8	Kit per angioplastica composta da: 1 adattatore per angioplastica coronarica ad Y: dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità, preferibilmente apribile a molla e regolabile nonché bloccabile a vite. Il lume interno dev'essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misure della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso; 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronarica; adatti ad essere posizionati su guide da angioplastica coronarica del calibro di 0.014"; dotati di sistema di serraggio a vite; 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica; lunghezza compresa tra 9 e 12 cm., calibro del lume non inferiore a 0.014 inches	MERIT	70,00



10	Cateteri guida di diverso calibro (French) ad ampio lume , soft-tip , monouso sterile, con configurazione speciale per garantire un maggior supporto per coronaria sx per coronaria dx, bypass e mammaria, in differenti curve	MEDTRONIC	70,00
		BOSTON	40,35
11	Guida diritta .014", modellabile, con punta flessibile di 3 cm in diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze, monouso, sterile	BOSTON	38,75
		ABBOTT	70,00
12	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche croniche. Disponibilità sia di punta rastremata ($\geq 0.009"$) per trattamento di occlusioni coronariche croniche, sia 0.014" per lesioni complesse non occlusive. Grammatura di punta a partire da 0.6 gr. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in occlusioni coronariche croniche, per la navigabilità nelle procedure per via retrograda. Richiesto rivestimento polimerico idrofilico. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	EMOPASS	70,00
		BOSTON	43,75
13	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di occlusioni coronariche croniche. Grammatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata ($\geq 0.009"$) che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm.. Coil con rivestimento idrofilico eccetto TIP distale. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	EMOPASS	70,00
		BOSTON	43,75
		ABBOTT	43,75
14	Filo guida 0.010" dedicato a esternalizzazione dopo disostruzione di coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza di almeno 330 cm. Struttura in acciaio con rivestimento in PTFE, coil con rivestimento idrofilo. Porzione radiopaca di almeno 3 cm.	EMOPASS	70,00
		SANITEX	70,00

Il Presidente dà atto che per quanto riguarda i lotti 7 e 9 non risultano esserci offerte giudicate idonee dalla Commissione Giudicatrice.



Il Presidente del seggio dà atto che le operazioni di registrazione a sistema dei punteggi tecnici per i restanti lotti (dal n. 15 al n. 51) vengono rinviate al giorno 28/04/2023.

Alle ore diciotto e otto minuti il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero dieci pagine, che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

Ermanno Cosenza, in qualità di Presidente di seggio

I COMPONENTI

- Claudio Ivaldi, in qualità di testimone

- Albertina Broccardo, in qualità di testimone

VERBALE N. 7

**SEGGIO DI GARA
ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022**

**GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA
OCCORRENTE ALL’ASL AT DI ASTI E ALL’AO AL DI ALESSANDRIA**

Il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilaventitré, nell'ufficio del Responsabile del procedimento presso la S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti sito nella sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunito il Seggio di gara relativo alla procedura di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Ermanno Cosenza, Presidente del seggio di gara;
- Claudio Ivaldi, testimone;
- Albertina Broccardo, testimone.

Alle ore dieci ha inizio la seduta.

Il Presidente del seggio di gara, dà atto della precedente seduta del 27/04/2023 come da verbale n. 6 di pari data, relativa all'avvio dell'inserimento dei punteggi tecnici sulla piattaforma Sintel, che, a causa della numerosità dei lotti e dei soggetti concorrenti si è conclusa con il rinvio delle operazioni di competenza a successiva seduta in data odierna.

Il Presidente dà atto che il seggio di gara, costituito nella medesima composizione ha proseguito attraverso la piattaforma informatica Sintel, con la registrazione del punteggio tecnico in esito alle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice per i lotti dal n. 15 al n. 51.

Al termine delle operazioni di cui sopra, il Presidente del seggio di gara dà atto che vengono ammesse alla fase valutazione delle offerte economiche i seguenti concorrenti:

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTE OFFERENTI	PUNTEGGIO TECNICO
15	Microcatetere per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. Deve avere rivestimento idrofilico nella parte distale e particolare flessibilità per l'attraversamento di tortuosità prossimali. Disponibile in varie lunghezze dello shaft fino a 150 cm., diametro max della punta ≤ 1.8 Fr.	SANITEX	70,00
		CS MEDICAL 7	70,00
		BOSTON	70,00
		TECNOSTIM	37,50
		INNOVA	37,50
16	Microcatetere coronarico da supporto per guide da	EMOPASS	70,00



	disostruzione coronarica di lunghezza 135 cm. Diametro esterno variabile, rastremato nella parte distale fino a 1,4 Fr. Richiesto diametro interno da 0.015" fino a 0.025".	BOSTON	37,50
17	Catetere per angioplastica a rapido scambio (di tipo mono-rail) a basso profilo in materiale non compliant in grado di tollerare elevate pressioni di gonfiaggio, in differenti lunghezze e diametro, in grado di eseguire trattamento di lesioni in vasi coronarici di grande diametro.	BIOTRONIK	66,57
		CS MEDICAL 7	67,58
		MEDTRONIC	59,51
		BOSTON	70,00
18	Sistemi di protezione embolica distale, non occludente, con guida mobile rispetto al filtro, durante angioplastica coronarica, monouso sterile. Compatibilità con cateteri guida di 6 french	CS MEDICAL 7	70,00
		MEDTRONIC	43,75
		BOSTON	70,00
		ABBOTT	70,00
19	Catetere per tromboaspirazione coronarica in formati 6 Fr, con rivestimento idrofilico e stiletto removibile di supporto interno al fine di garantire supporto e raggiungimento di tratti coronarici distali.	MEDTRONIC	70,00
		SELEFAR	70,00
		INNOVA	70,00
20	Sistema di tromboaspirazione coronarica di tipo meccanico composto da catetere (monouso sterile) e consolle in grado di ripristinare flusso coronarico in presenza di voluminosi trombi occlusivi presenti in coronarie di grande diametro ed in graft venosi (diametro > 3 mm) prima degli interventi di angioplastica con catetere a palloncino o dell'impianto di stent.	BOSTON	52,50
21	Set per pericardiocentesi a drenaggio pericardico completo di aghi, guida, dilatatore, catetere di drenaggio, rubinetto a tre vie e sacca di raccolta, monouso, sterile.	MERIT	70,00
23	Sistema percutaneo per chiusura di forame ovale pervio mediante sutura con monofilamenti di polipropilene non riassorbibile radiopaco, monouso, sterile	EMOPASS	52,50
26	Pallone semi-compliant per valvuloplastica aortica, caratterizzato da basso profilo e buona resistenza ad elevate pressioni di gonfiaggio, con rapidi tempi di	AB MEDICA	41,92



	gonfiaggio/sgonfiaggio e vasta gamma di diametri del pallone al fine di garantire anche un ottimale trattamento nell'impianto di protesi aortiche percutanee.	CS MEDICAL 7	70,00
27	Sistema per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra in nitinol autoespandibile con membrana porosa sul lato prossimale e dotato di ancoraggi di fissaggio nella parete dell'appendice atriale sinistra, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	BOSTON	57,50
28	Sistema per la chiusura dell'auricola sinistra autoespandibile, a doppio disco di maglia metallica in nitinol, autocentrante, ricatturabile e riposizionabile, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	INNOVA HTS	70,00
		ABBOTT	37,78
29	Cateteri tipo "goose neck" per recupero corpi estranei, con corpo catetere da 4 e 6 Fr. e diametro del laccio da 4 a 35 mm.	AB MEDICA	53,50
		MERIT	67,50
		MEDTRONIC	70,00
		INNOVA	58,50
30	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone medicato con Paclitaxel, a rapido rilascio di farmaco (basso tempo di gonfiaggio del pallone), da utilizzare nel trattamento delle ristrenosi intrastent e dei piccoli vasi (non elegibili al trattamento con stent), monouso, sterili	AB MEDICA	57,07
		SANITEX	70,00
32	(IVUS-iFR manuale): Sistema integrato per l'esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni ed emodinamiche del profilo pressorio intra-coronarico, consistente in: sistema IVUS+pressure wire FFR-iFR e materiale monouso dedicato: catetere IVUS misure varie e catetere Pressure Wire misure varie	SANITEX	52,50
33	(IVUS meccanico): Sistema carrellato per esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni caratterizzato da pull back di tipo meccanico ad alta risoluzione compatibile con cateteri 5 e 6 Fr consistente in: - comando operativo carrellato; - fornitura di materiale monouso, sterile, dedicato	BOSTON	52,50
34	Guida dritta 0,14", modellabile, in nitinolo, con punta radiopaca, flessibile di 3 cm, con peso in punta fino ad un gr	BOSTON	40,00



	(tip load) di diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze monouso sterile.	ABBOTT	70,00
36	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico caratterizzato da macchina che eroghi pressioni di aspirazione circa -29 inHg, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile.	CROSSMED	52,50
37	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Sirolimus per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	VIGLIA	50,95
		CS MEDICAL 7	70,00
		INNOVA HTS	66,67
38	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Paclitaxel per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	BBRAUN	67,66
		CS MEDICAL 7	70,00
		MEDTRONIC	65,16
39	Microcatetere di supporto al filo guida con doppio lume Over The Wire (OTW) destinato a supportare i fili guida e consentire lo scambio dei medesimi nel sistema vascolare coronarico e/o periferico durante procedure complesse. Si richiede la presenza della doppia porta OTW al fine di consentire lo scambio del filo guida in entrambi i lumi senza dover retrarre il catetere all'esterno del catetere guida	SANITEX	70,00
40	Sistema intraluminare vascolare, impiantabile, che permetta una riduzione di flusso a livello del seno coronarico che determini un incremento di perfusione a livello dell'albero coronarico al fine di trattare le forme di angina miocardica in pazienti non ulteriormente rivascolarizzabili. Si richiede compatibilità con filo guida 0,035"	GADA	57,50



41	Sistema di aterectomia rotazionale meccanico caratterizzato da movimento della fresa diamantata secondo una modalità orbitale al fine di garantire un'adeguata rimozione di calcio disposto in modo asimmetrico e discontinuo lungo la circonferenza interna del vaso coronarico	CS MEDICAL 7	57,50
42	Sistema di aterectomia coronarica rotazionale ad alta velocità caratterizzato da fresa ellittica diamantata, di vari diametri, posta all'estremità di un catetere flessibile. Tale Device garantisce una adeguata rimozione del calcio collocato in modo simmetrico e continuo lungo le pareti del vaso non trattabili con solo palloncino al fine di posizionare in modo ottimale lo stent. Il sistema consta di materiale consumabile (fili guida di diverse tipologie, frese singole di diversi diametri e sistema di avanzamento comprensive di fresa) e non consumabile quale il sistema di controllo.	BOSTON	57,50
43	Sistema di litotrixxia intravascolare coronarico/periferico indicato in pazienti che presentano stenosi coronariche non trattabili con sistemi di aterectomia rotazionale/orbitale caratterizzato da rilascio di energia meccanica pulsatile attraverso un catetere a palloncino di diverse misure	INNOVA HTS	70,00
44	Catetere per angioplastica a palloncino indicato in lesioni coronariche calcifiche con elevato grado di stenosi caratterizzato da elevate pressioni di gonfiaggio e sistema di trattamento della placca di tipo "scoring balloon"	ACROSTAK	43,75
		CS MEDICAL 7	70,00
		INNOVA HTS	70,00
		BOSTON	61,25
45	Sistema integrato per esecuzione di indagini intravascolari OCT ed emodinamiche del profilo pressorio intracoronarico consistente in: 1 sistema OCT ILUMIEN OPTIS + FFR wireless	ABBOTT	52,50
46	Sistema atto a valutare e misurare i parametri fisiologici della circolazione coronarica mediante l'analisi della Fractional Flow Reserve (FFR) e la Resting Full-Cycle ratio (RFR) per lo studio fisiologico dei vasi epicardici e la Coronary Flow Reserve (CFR) e l'Index of Microvascular Resistance (IMR) per valutare la microcircolazione cardiaca. Questo sistema trova indicazione nella valutazione e diagnosi di pazienti affetti da malattia del microcircolo vascolare coronarico	ABBOTT	70,00

Handwritten signature/initials



47	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con diametro della punta inferiore 0,009" ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	BOSTON	70,00
48	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con lunghezza superiore ai 195 cm.ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	EMOPASS	70,00
49	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico con sistema di aspirazione manuale, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile	GADA	70,00
50	Sistema di protezione embolico in nitinol o similare ad elevata flessibilità, per circolazione cerebrale extracranica da posizionare a livello dell'arco aortico durante procedura di impianto percutaneo di valvola aortica	INNOVA HTS	70,00
		BOSTON	70,00
51	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone in materiale non compliant con un "profilo di attraversamento" (crossing profile) conformato al fine di rendere ottimale la post-dilatazione dello stent (POT Technique) monouso, sterile	VIGLIA	61,67
		MEDTRONIC	64,01
		INNOVA HTS	70,00
		EUKON	60,94

Alle ore tredici e trentasei minuti il Presidente del seggio dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale consistente in numero sei pagine, che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

Ermanno Cosenza, in qualità di Presidente di seggio

I COMPONENTI

- Claudio Ivaldi, in qualità di testimone

- Albertina Broccardo, in qualità di testimone



VERBALE N. 8

SEGGIO DI GARA

ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA

Il giorno nove del mese di maggio dell'anno duemilaventitré, nell'ufficio del Responsabile del procedimento presso la S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti sito nella sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunito il Seggio di gara relativo alla procedura di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Ermanno Cosenza, Presidente del seggio di gara;
- Riccardo Aschiero, testimone;
- Albertina Broccardo, testimone.

Alle ore dieci e ventotto minuti ha inizio la seduta.

Il Presidente del seggio di gara dà atto delle operazioni svolte nelle sedute del 27 e 28 aprile 2023 dettagliate nei verbali n. 6 e 7 di pari data concluse con la registrazione sulla piattaforma Sintel dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice ai vari lotti di gara.

Il Presidente del seggio procede quindi, per ciascun lotto, ad espletare le seguenti attività:

- apertura delle buste telematiche "offerta economica" presentata da ciascun soggetto concorrente;
- a dare atto della regolarità formale delle offerte di tutti i soggetti concorrenti;
- a prendere atto dei prezzi offerti e dell'eventuale superamento della base di gara;
- a prendere atto dei risultati calcolati automaticamente dalla piattaforma telematica in ordine al punteggio prezzo, alla sommatoria di quest'ultimo con il punteggio tecnico e alla formulazione della graduatoria di gara;
- ad individuare le offerte anomale ai sensi all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

I risultati delle succitate attività vengono riepilogati nel prospetto allegato (Allegato al verbale del seggio di gara n. 8 del 09/05/2023) dal quale si riscontra quanto segue:

lotto 5: viene esclusa la ditta Boston in quanto il prezzo offerto è superiore alla base di gara;

lotto 15: viene esclusa la ditta Boston in quanto il prezzo offerto è superiore alla base di gara. Il lotto viene momentaneamente sospeso dalla proposta d'aggiudicazione in quanto i due concorrenti risultati entrambi primi in graduatoria (Sanitex Srl e CS Medical 7 Srl) hanno ottenuto lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica. I già menzionati concorrenti, come previsto dall'art. 21 del Disciplinare di gara, su richiesta del Rup saranno invitati a presentare un'offerta migliorativa



sul prezzo entro tre giorni dalla richiesta stessa. Sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che presenterà la migliore offerta; ove permanga l'ex aequo il Seggio di gara procederà in altra seduta, mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria previa comunicazione del giorno e ora del sorteggio;

lotto 36: viene esclusa la ditta Crossmed in quanto il prezzo offerto è superiore alla base di gara e di conseguenza il lotto non viene aggiudicato essendo la ditta Crossmed unica offerente.

Al termine di quanto sopra, il Presidente propone l'aggiudicazione come segue:

- a favore del concorrente risultato primo in graduatoria per i lotti d'aggiudicare a un singolo fornitore;
- a più concorrenti, secondo la graduatoria di gara e in numero massimo di tre, per i lotti il cui affidamento è previsto sotto forma di accordo quadro;

il tutto come da "Allegato al verbale del seggio di gara n. 8 del 09/05/2023".

In relazione ai lotti per i quali sono state individuate le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il Presidente dà mandato al Rup di avviare i sub procedimenti di verifica delle stesse.

Alle ore quindici e trentaquattro minuti il Presidente dichiara chiusa la seduta che viene aggiornata ad altra data per la definizione dell'aggiudicazione del lotto 15.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale di numero 9 (nove) pagine, comprensivo dell' "Allegato al verbale del seggio di gara n. 8 del 09/05/2023" che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Ermanno Cosenza) :

I TESTIMONI

(Riccardo Aschiero) :

(Albertina Broccardo) :

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTE OFFERENTI	PRODOTTO OFFERTO	PUNTEGGIO TECNICO	IMPORTO A BASE D'ASTA (COMPLESSIVO PER 60 MESI)	VALORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	SOMMATORIA	GRADUATORIA	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE		
1	Introduttori arteriosi di diverso calibro, (French) monouso sterili, con valvola emostatica in silicone, anello di ancoraggio, compatibili con guida 0.038 in J, con catetere laterale e rubinetto a tre vie, di lunghezza variabile.	MERIT	PRELUDE femorali Psi	40,43	93.500,00	91.800,00	12,21	52,64	4°	SINGOLO FORNITORE			
		BOSTON	Medikit Super Sheath	47,66		68.000,00	27,52	75,18	3°				
		MEDTRONIC	Introduttore valvolato ADELANTE SIGMA	52,77		59.500,00	30,00	82,77	2°				
		CARDINAL	AVANTI Plus c/miniguia	70,00		72.750,00	26,05	96,05	1°				
2	Kit per puntura arteriosa radiale, composto da introduttore in teflon, rivestito in materiale idrofilo, di lunghezza di almeno 16 cm, da agocannula o ago metallico di 21 G, che accetti filo guida da 0.018 oppure da 0.021 oppure da 0.038, di diverso calibro (French) monouso sterile.	MERIT	PRELUDE EASE	38,75	430.000,00	275.000,00	30,00	68,75	2°	ACCORDO QUADRO			
		SELEFAR	RADIOFOCUS INTRODUCER	70,00		425.000,00	10,71	80,71	1°				
		CS MEDICAL 7	Introduttori radiali idrofili Balton	38,75		300.000,00	28,46	67,21	4°				
		CARDINAL	RAIN SHEATH	38,75		400.000,00	18,33	57,08	5°				
		TECNOSTIM	BRAIDIN	38,75		280.000,00	29,71	68,46	3°				
3	Kit per puntura arteria radiale, composto da introduttore in ETFE, con punta tapered e rivestimento idrofilo, con lunghezza anche di 16 cm, di calibro 7 Fr con agocannula o ago	SELEFAR	KIT GLIDESHEAT SLENDER	70,00	80.000,00	79.200,00	9,64	79,64	1°	SINGOLO FORNITORE			
		TECNOSTIM	KIT INTR.ARM. X ACCESSI VASC.RADIALI BRAIDIN	38,75		44.800,00	30,00	68,75	2°				
4	Guide monouso sterili da 0,025" a 0,038" in teflon, rette ed in J, con lunghezza fino a 300 cm.	MERIT	IQ WIRE - INQWIRE	37,50	154.000,00	143.412,50	25,07	62,57	2°	SINGOLO FORNITORE	ANOMALA		
		ABBOTT	GUIDERIGHT GUIDEWIRE	70,00		134.750,00	30,00	100,00	1°				
		BOSTON	STARTER GUIDEWIRE	37,50		152.075,00	15,04	52,54	3°				
5	Guida metallica del diametro esterno di 0,35" rivestita in PTFE ad elevato supporto di lunghezza non inferiore a 260 cm, caratterizzata da doppia curva pre-formata di diverse ampiezze terminali al fine di agevolare posizionamento di dispositivi all'interno delle camere cardiache (nell'ambito della valvuloplastica aortica e dell'impianto di protesi aortiche percutanee) minimizzando traumi sulla valvola mitrale.	EMOPASS	GUIDA SILVERWAY	37,50	27.500,00	16.500,00	30,00	67,50	1°	ACCORDO QUADRO			
		INNOVA	Guide per procedure TAVI INNOWI SYMEDRIX	37,50		24.750,00	19,79	57,29	2°				
		BOSTON		70,00		33.000,00	ESCLUSA: PREZZO OFFERTO SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA						
		COOK	SAFARI 2 LUNDERQUIST DC	37,50		27.500,00	0,00	37,50	3°				
6	Cateteri diagnostici per coronaro-ventricolografia, monouso sterili, di differente calibro (French) e differenti lunghezze, in differenti curve, ad alto flusso, soft-tip che accettino guide ,038"	MEDTRONIC	DxTerity	43,75	330.000,00	270.000,00	28,06	71,81	2°	SINGOLO FORNITORE			
		CARDINAL	SUPER TORQUE PLUS	70,00		255.000,00	30,00	100,00	1°				
7	NESSUNA OFFERTA IDONEA												

AS
Dino

8	Kit per angioplastica composta da: 1 adattatore per angioplastica coronarica ad Y; dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità, preferibilmente apribile a molla e regolabile nonché bloccabile a vite. Il lume interno dev'essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misure della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso; 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronarica; adatti ad essere posizionati su guide da angioplastica coronarica del calibro di 0.014"; dotati di sistema di serraggio a vite; 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica; lunghezza compresa tra 9 e 12 cm., calibro del lume non inferiore a 0.014 inches	MERIT	HONOR valve	70,00	176.000,00	121.000,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE
9	Connettore a Y con doppia valvola di controllo del riflusso ematico (push/pull e a vite) con rotatore nella parte distale, diametro interno di 10F e pressione max fino a 700 PSI	NESSUNA OFFERTA IDONEA								
10	Cateteri guida di diverso calibro (French) ad ampio lume, soft-tip, monouso sterile, con configurazione speciale per garantire un maggior supporto per coronaria sx per coronaria dx, bypass e mammaria, in differenti curve	MEDTRONIC BOSTON	LAUNCHER CONVEY	70,00 40,35	440.000,00	363.000,00 319.000,00	26,20 30,00	96,20 70,35	1° 2°	
11	Guida dritta 014", modellabile, con punta flessibile di 3 cm in diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze, monouso, sterile	BOSTON ABBOTT	Choice + ADDWIRE HI-TORQUE POWERTURN	38,75 70,00	150.000,00	117.000,00 148.500,00	30,00 11,87	68,75 81,87	2° 1°	SINGOLO FORNITORE
12	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche	EMOPASS BOSTON	Guida polimerica FIELDER SENTAI SAMURAI/RC/FIGHTER	70,00 43,75	75.000,00	75.000,00 45.000,00	0,00 30,00	70,00 73,75	2° 1°	SINGOLO FORNITORE
13	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di occlusioni coronariche croniche. Grammatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata (>= 0.009") che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm.. Coil con rivestimento idrofilico eccetto TIP distale. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	EMOPASS BOSTON ABBOTT	Guida per CTO e lesioni complesse CONQUEST PRO SENTAI JUDO e HORNET HI-TORQUE PROGRESS/INFILTRAC	70,00 43,75 43,75	90.000,00	87.500,00 75.000,00 77.000,00	17,53 28,74 30,00	87,53 72,49 73,75	1° 3° 2°	SINGOLO FORNITORE
14	Filo guida 0.010" dedicato a esternalizzazione dopo distruzione di coronarica con approccio retrorgrado. Lunghezza di almeno 330 cm. Struttura in acciaio con rivestimento in PTFE, coil con rivestimento idrofilo. Porzione radiopaca di almeno 3 cm.	EMOPASS SANITEX	Guida per esternalizzazione RG3 R350	70,00 70,00	95.000,00	95.000,00 92.500,00	0,00 30,00	70,00 100,00	2° 1°	ACCORDO QUADRO
15	Microcatetere per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. Deve avere rivestimento idrofilico nella parte distale e particolare flessibilità per l'attraversamento di tortuosità prossimali. Disponibile in varie lunghezze dello shaft fino a 150 cm., diametro max della punta ≤ 1.8 Fr.	SANITEX CS MEDICAL 7 BOSTON TECNOSTIM INNOVA	SUPERCROSS FT NAVITIAN MAMBA/MAMBA FLEX ELONG PRONAVI	70,00 70,00 70,00 37,50 37,50	200.000,00	180.000,00 180.000,00 216.000,00 156.000,00 92.000,00	18,09 18,09 ESCLUSA: PREZZO OFFERTO SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA 22,92 30,00	88,09 88,09 60,42 67,50		LOTTO SOSPESO DALLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER RICHIESTA MIGLIORIA ACCORDO QUADRO

AB *[Signature]*

16	Microcatetere coronarico da supporto per guide da distruzione coronarica di lunghezza 135 cm. Diametro esterno variabile, rastremato nella parte distale fino a 1,4 Fr. Richiesto diametro interno da 0.015" fino a 0.025".	EMOPASS BOSTON	CARAVEL MAMBA-MAMBA FLEX	70,00 37,50	225.000,00	195.000,00 162.000,00	24,01 30,00	94,01 67,50	1° 2°	SINGOLO FORNITORE
17	Catetere per angioplastica a rapido scambio (di tipo mono-rail) a basso profilo in materiale non compliant in grado di tollerare elevate pressioni di gonfiaggio, in differenti lunghezze e diametro, in grado di eseguire trattamento di lesioni in vasi coronarici di grande diametro.	BIOTRONIK CS MEDICAL 7 MEDTRONIC BOSTON	PANTERA LEO SAPHIRE II NC EUPHORIA NC NC EMERGE	66,57 67,58 59,51 70,00	595.000,00	578.000,00 450.000,00 374.000,00 382.075,00	13,90 26,44 30,00 29,67	80,47 94,02 89,51 99,67	4° 2° 3° 1°	ACCORDO QUADRO ANOMALA ANOMALA ANOMALA
18	Sistemi di protezione embolica distale, non occludente, con guida mobile rispetto al filtro, durante angioplastica coronarica, monouso sterile. Compatibilità con cateteri guida di 6 french	CS MEDICAL 7 MEDTRONIC BOSTON ABBOTT	ROBIN SPIDER FX FILTER WIRE EZ EMBOSHIELD NAV6	70,00 43,75 70,00 70,00	147.375,00	108.000,00 144.000,00 119.250,00 141.750,00	30,00 14,36 27,12 16,73	100,00 58,11 97,12 86,73	1° 4° 2° 3°	ACCORDO QUADRO ANOMALA ANOMALA
19	Catetere per tromboaspirazione coronarica in formati 6 Fr, con rivestimento idrofilo e stiletto removibile di supporto interno al fine di garantire supporto e raggiungimento di tratti coronarici distali.	MEDTRONIC SELEFAR INNOVA	EXPORT-ADVANCE ELUMINATE TRANSPORT AC	70,00 70,00 70,00	443.750,00	363.875,00 426.000,00 195.250,00	21,34 13,59 30,00	91,34 83,59 100,00	2° 3° 1°	SINGOLO FORNITORE ANOMALA
20	Sistema di tromboaspirazione coronarica di tipo meccanico composto da catetere (monouso sterile) e consolle in grado di ripristinare flusso coronarico in presenza di voluminosi trombi occlusivi presenti in coronarie di grande diametro ed in graft venosi (diametro > 3 mm) prima degli interventi di angioplastica con catetere a palloncino o dell'impianto di stent.	BOSTON	Set per trombectomia SPIROFLEX, catere ZELANTE console ANGIOJET ULTRA	52,50	375.000,00	349.800,00	30,00	82,50	1°	SINGOLO FORNITORE
21	Set per pericardiocentesi a drenaggio pericardico completo di aghi, guida, dilatatore, catetere di drenaggio, rubinetto a tre vie e sacca di raccolta, monouso, sterile.	MERIT	KIT pericardiocentesi	70,00	70.000,00	33.500,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE
22	Dispositivo percutaneo di chiusura di forame ovale pervio, difetto del setto interatriale e difetto del setto interventricolare in grado di garantire la chiusura di difetti anche molto ampi; recuperabile e riposizionabile; con architettura in nitinol. Dotato di tutti gli accessori necessari per una corretta scelta della protesi e per un corretto posizionamento monouso sterile	REVOCATO								
23	Sistema percutaneo per chiusura di forame ovale pervio mediante sutura con monofilamenti di polipropilene non riassorbibile radiopaco, monouso, sterile	EMOPASS	NOBLESTICH EL2	52,50	297.500,00	297.500,00	0,00	52,50	1°	SINGOLO FORNITORE

AS
AS

24	Pallone non compliant per valvuloplastica aortica caratterizzato da basso profilo richiedente introduttore femorale di piccolo diametro (max 9 Fr) al fine di poter eseguire la procedura in pazienti con importante vasculopatia periferica e/o calibri arteriosi femorali ridotti, con vasta gamma di diametri, sterili, monouso. * palloni per valvuloplastica aortica fino a 26 mm. di diametro compatibili con introduttori 9Fr.	DESERTO									
25	Pallone non compliant per valvuloplastica aortica e/o polmonare, caratterizzato da elevata resistenza al gonfiaggio ad alte pressioni e buona performance nel trattamento delle stenosi aortiche altamente calcifiche, con rapidi tempi di gonfiaggio-sgonfiaggio e buona capacità di essere sottoposto a ripetuti cicli di riutilizzo, con ampia gamma di misure, monouso, sterile.	AB MEDICA	Catetere VALVULOP MITR. NUCLEUS Z MED II	70,00	200.000,00	143.750,00	26,28	96,28	1°	SINGOLO FORNITORE	
		SANITEX	VACS III	37,86		112.500,00	30,00	67,86	2°		
26	Pallone semi-compliant per valvuloplastica aortica, caratterizzato da basso profilo e buona resistenza ad elevate pressioni di gonfiaggio, con rapidi tempi di gonfiaggio/sgonfiaggio e vasta gamma di diametri del pallone al fine di garantire anche un ottimale trattamento nell'impianto di protesi aortiche percutanee.	AB MEDICA	CRISTAL BALLOON	41,92		131.000,00	24,40	66,32	2°	SINGOLO FORNITORE	
		CS MEDICAL 7	TAVI Valver	70,00	181.250,00	81.250,00	30,00	100,00	1°		
27	Sistema per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra in nitinol autoespandibile con membrana porosa sul lato prossimale e dotato di ancoraggi di fissaggio nella parete dell'appendice atriale sinistra, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	BOSTON	WATCHMAN	57,50	250.000,00	249.950,00	30,00	87,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
28	Sistema per la chiusura dell'auricola sinistra autoespandibile, a doppio disco di maglia metallica in nitinol, autocentrante, ricatturabile e riposizionabile, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	INNOVA HTS	OMEGA ILLA OCCLUDER/ECLIPSE	70,00	500.000,00	350.000,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
		ABBOTT	AMULET	37,78		480.000,00	16,39	54,17	2°		
29	Cateteri tipo "goose neck" per recupero corpi estranei, con corpo catetere da 4 e 6 Fr. e diametro del laccio da 4 a 35 mm.	AB MEDICA	ANDRASNARE	53,50		47.700,00	12,21	65,71	4°	ACCORDO	
		MERIT	ONE SNARE	67,50	48.000,00	46.500,00	19,79	87,29	2°		
		MEDTRONIC	GOOSE NECK e MICROSNARE	70,00		42.000,00	30,00	100,00	1°	QUADRO	
		INNOVA	EXTER SNARE/Andratec	58,50		45.000,00	24,37	58,50	3°		
30	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone medicato con Paclitaxel, a rapido rilascio di farmaco (basso	AB MEDICA	ELUTAX 3 RX-PTCA	57,07	21.000,00	15.750,00	30,00	87,07	1°	SINGOLO FORNITORE	
		SANITEX	BIOSTREAM	70,00		20.650,00	13,31	83,31	2°		
31	Sistema di assistenza ventricolare sx completamente percutaneo che comporiti il solo accesso arterioso e sia in grado di garantire fino a 2.5 l/min di portata cardiaca, dotato di tutti gli accessori necessari per un corretto impianto e un corretto funzionamento. monouso. sterile	DESERTO									

Pagina 4 di 7

32	(IVUS-IFR manuale): Sistema integrato per l'esecuzione di indagini intravascolari ad ultrasuoni ed emodinamiche del profilo pressorio intra-coronarico, consistente in: sistema IVUS-Pressure Wire IFR-IFR e materiale monouso dedicato: catetere IVUS misure varie e catetere Pressure Wire misure varie	SANITEX	Intrasight Ultrasound Imaging System VOLCANO, catetere EAGLE EYE PLATINUM, guida OMNIWIRE	52,50	1.678.750,00	1.678.750,00	0,00	52,50	1°	SINGOLO FORNITORE
33	(IVUS meccanico): Sistema carrellato per esecuzione di indagini intravascolari ad ultrasuoni caratterizzato da pull back di tipo meccanico ad alta risoluzione compatibile con cateteri 5 e 6 Fr consistente in: - comando operativo carrellato; - fornitura di materiale monouso, sterile, dedicato	BOSTON	iLab-POLARIS, catetere OPTICROSS	52,50	63.750,00	63.375,00	30,00	82,50	1°	SINGOLO FORNITORE
34	Guida dritta 0,14", modellabile, in nitinolo, con punta radiopaca, flessibile di 3 cm, con peso in punta fino ad un gr (tip load) di diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze monouso sterile.	BOSTON ABBOTT	SENTA/Marvel Filo guida per PTCA HI-Torque Balance Middel weight	40,00 70,00	520.000,00	400.000,00 496.000,00	30,00 18,51	70,00 88,51	2° 1°	SINGOLO FORNITORE
35	Sistema per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, per procedure strutturali cardiache e vascolari periferiche con diametro di accesso fino a 25 Fr, monouso sterili.	DESERTO								
36	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico caratterizzato da macchina che eroghi pressioni di aspirazione circa -29 inhg, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile.	CROSSMED	Pompa di aspirazione INDIGO/PENUMBRA	52,50	270.000,00	1.012.500,00	ESCLUSA: PREZZO OFFERTO SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA			SINGOLO FORNITORE
37	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Sirolimus per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle	VIGLIA CS MEDICAL 7 INNOVA HTS	MOZEC SEB SOLUTION SLR 014 PTCA MAGIC TOUCH CORONARICO	50,95 70,00 66,67	330.000,00	318.000,00 312.000,00 228.000,00	15,79 17,83 30,00	66,74 87,83 96,67	3° 2° 1°	ACCORDO QUADRO ANOMALA
38	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Paclitaxel per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle	BRAUN CS MEDICAL 7 MEDTRONIC	SEQUENT PLEASE NEO ESSENTIAL PRO PREVAIL	67,66 70,00 65,16	270.000,00	238.800,00 240.000,00 222.000,00	26,36 26,05 30,00	94,02 96,05 95,16	3° 1° 2°	ACCORDO QUADRO ANOMALA ANOMALA
39	Microcatetere di supporto al filo guida con doppio lume Over The Wire (OTW) destinato a supportare i fili guida e consentire lo scambio dei medesimi nel sistema vascolare coronarico e/o periferico durante procedure complesse. Si richiede la presenza della doppia porta OTW al fine di consentire lo scambio del filo guida in entrambi i lumi senza dover reentrare il catetere all'esterno del catetere guida	SANITEX	REXCROSS	70,00	225.000,00	225.000,00	0,00	70,00	1°	SINGOLO FORNITORE
40	Sistema intraluminare vascolare, impiantabile, che permetta una riduzione di flusso a livello del seno coronarico che determini un incremento di perfusione a livello dell'albero coronarico al fine di trattare le forme di angina miocardica in pazienti non ulteriormente rivascolarizzabili. Si richiede compatibilità con filo guida 0,035"	GADA	Neovasc REDUCER	57,50	720.000,00	720.000,00	0,00	57,50	1°	SINGOLO FORNITORE

41	Sistema di aterectomia rotazionale meccanico caratterizzato da movimento della fresa diamantata secondo una modalità orbitale al fine di garantire un'adeguata rimozione di calcio disposto in modo asimmetrico e discontinuo lungo la circonferenza interna del vaso coronarico	CS MEDICAL 7	DIAMOND BACK 360	57,50	1.378.002,50	1.375.000,00	30,00	57,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
42	Sistema di aterectomia coronarica rotazionale ad alta velocità caratterizzato da fresa ellittica diamantata, di vari diametri, posta all'estremità di un catetere flessibile. Tale Device garantisce una adeguata rimozione del calcio collocato in modo simmetrico e continuo lungo le pareti del vaso non trattabili con solo palloncino al fine di posizionare in modo ottimale lo stent. Il sistema consta di materiale consumabile (filì guida di diverse tipologie, frese singole di diversi diametri e sistema di avanzamento comprensivo di fresa) e non consumabile quale il sistema di controllo.	BOSTON	ROTAPRO	57,50	352.500,00	344.500,00	30,00	87,50	1°	SINGOLO FORNITORE	
43	Sistema di litotrixxia intravascolare coronarico/periferico indicato in pazienti che presentano stenosi coronariche non trattabili con sistemi di aterectomia rotazionale/orbitale caratterizzato da rilascio di energia meccanica pulsatile attraverso un catetere a palloncino di diverse misure	INNOVA HTS	Generatore ad Impulsi per litotrixxia SHOCKWAVE	70,00	508.750,00	508.750,00	0,00	70,00	1°	SINGOLO FORNITORE	
44	Catetere per angioplastica a palloncino indicato in lesioni coronariche calcifiche con elevato grado di stenosi caratterizzato da elevate pressioni di gonfiaggio e sistema di trattamento della placca di tipo "scoring balloon"	ACROSTAK CS MEDICAL 7 INNOVA HTS BOSTON	GRIP TT SCOREFLEX NC Catetere a palloncino Brosmed WEDGE SCORING WOLVERINE	43,75 70,00 70,00 61,25	332.000,00	188.000,00 191.200,00 140.000,00 300.000,00	27,52 27,33 30,00 17,53	71,27 97,33 100,00 78,78	4° 2° 1° 3°	ACCORDO QUADRO	
45	Sistema integrato per esecuzione di indagini intravascolari OCT ed emodinamiche del profilo pressorio intracoronarico consistente in: 1 sistema OCT ILUMIEN OPTIS + FFR wireless	ABBOTT	OPTIS Mobile System, catetere imaging DRAGONFLY	52,50		437.500,00	437.150,00	30,00	82,50	1°	SINGOLO FORNITORE
46	Sistema atto a valutare e misurare i parametri fisiologici della circolazione coronarica mediante l'analisi della Fractional Flow Reserve (FFR) e la Resting Full-Cycle ratio (RFR) per lo studio fisiologico dei vasi epicardici e la Coronary Flow Reserve (CFR) e l'Index of Microvascular Resistance (IMR) per valutare la microcircolazione cardiaca. Questo sistema trova indicazione nella valutazione e diagnosi di pazienti affetti da malattia del microcircolo vascolare coronarico	ABBOTT	CORO PC workstation	70,00		264.001,50	263.750,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE
47	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con diametro della punta inferiore 0,009" ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	BOSTON	SENTAI JUDO	70,00		65.000,00	50.050,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE
48	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con lunghezza superiore ai 195 cm ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	EMOPASS	GAIA FIRST	70,00	65.000,00	63.375,00	30,00	100,00	1°	SINGOLO FORNITORE	

49	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico con sistema di aspirazione manuale, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile	GADA	Sistema di estrazione/aspirazione FLOWTRIEVER	70,00	637.500,00	637.500,00	0,00	70,00	1°	SINGOLO FORNITORE
50	Sistema di protezione embolico in nitinol o similare ad elevata flessibilità, per circolazione cerebrale extracranica da posizionare a livello dell'arco aortico durante procedura di impianto percutaneo di valvola aortica	INNOVA HTS	TRIGUARD	70,00	660.000,00	600.000,00	30,00	100,00	1°	ACCORDO QUADRO
		BOSTON	SENTINEL	70,00		630.000,00	24,37	94,37	2°	
51	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone in materiale non compliant con un "profilo di attraversamento" (crossing profile) conformato al fine di rendere ottimale la post-dilatazione dello stent (POT Technique) monouso, sterile	VIGLIA	MOZEC	61,67	262.500,00	150.000,00	30,00	91,67	3°	ACCORDO QUADRO
		MEDTRONIC	EUPHORA NC	64,01		165.000,00	28,74	92,75	2°	
		INNOVA HTS	POT PTCA NC	70,00		206.250,00	24,37	94,37	1°	
		EUKON	PIPT NC	60,94		206.250,00	24,37	85,31	4°	
										ANOMALA
										ANOMALA
										ANOMALA

AS

AL



VERBALE N. 9

SEGGIO DI GARA

ID SINTEL N. 156102322 DEL 30/06/2022

GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA

Il giorno quindici **del mese di maggio dell'anno duemilaventitré**, nell'ufficio del Responsabile del procedimento presso la S.C. Tecnico Patrimoniale e Acquisti sito nella sede amministrativa dell'ASL AT di Via Conte Verde 125, si è riunito il Seggio di gara relativo alla procedura di cui all'oggetto nella seguente composizione:

- Ermanno Cosenza, Presidente del seggio di gara;
- Claudio Ivaldi, testimone;
- Albertina Broccardo, testimone.

Alle ore quattordici e ventisei minuti ha inizio la seduta.

Il Presidente del seggio di gara, dà atto delle operazioni svolte nella seduta del nove maggio duemilaventitré che si erano concluse con la presa d'atto della graduatoria finale per ogni lotto di gara con la sola eccezione del lotto 15 che era stato sospeso dalla proposta di aggiudicazione in quanto i due concorrenti risultati primi in graduatoria (Sanitex Srl e CS Medical 7 Srl) hanno ottenuto lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali sia per il prezzo che per l'offerta tecnica. I già menzionati concorrenti, come previsto dall'art. 21 del Disciplinare di Gara, su richiesta del Rup sono stati invitati a presentare un'offerta migliorativa sul prezzo offerto (offerta pari per entrambi i soggetti concorrenti a Euro 180.000,00), tramite la piattaforma Sintel in data 10/05/2023 con procedura identificata con il nr. 169051445.

Il Presidente dà atto che entro la scadenza del 15/05/2023 hanno risposto entrambi i soggetti invitati con le seguenti offerte:

Sanitex Srl - ID 1683871043969 – venerdì 12/05/2023 – 7.57.23 – Euro 174.000,00

CS Medical 7 Srl – ID 1683887954917 – venerdì 12/05/2023 – 12.39.14 – Euro 176.000,00

Il Presidente propone l'aggiudicazione del lotto 15 come segue:

A.S.L. AT



Azienda Sanitaria Locale
di Asti

DITTE OFFERENTI	PRODOTTO OFFERTO	PUNTEGGIO TECNICO	IMPORTO A BASE D'ASTA (COMPLESSIVO PER 60 MESI)	VALORE ECONOMICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	SOMMATORIA	GRADUATORIA	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
SANITEX	SUPERCROSS FT	70,00	200.000,00	174.000,00	19,57	89,57	1°	ACCORDO QUADRO
CS MEDICAL 7	NAVITIAN	70,00		176.000,00	19,11	89,11	2°	
BOSTON	MAMBA/MAMBA FLEX	70,00		216.000,00	ESCLUSA: PREZZO OFFERTO SUPERIORE ALLA BASE D'ASTA			
TECNOSTIM	ELONG	37,50		156.000,00	22,92	60,42	4°	
INNOVA	PRONAVI	37,50		92.000,00	30,00	67,50	3°	

Alle ore quindici il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale di n. 2 (due) pagine, che, previa lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Ermanno Cosenza) :

I TESTIMONI

(Claudio Ivaldi) :

(Albertina Broccardo) :

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTE OFFERENTI	GRADUATORIA	NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO	CODICE	RDM	PREZZO UNITARIO	ALIQUOTA IVA	Q.TA' ANNUA ASL AT	Q.TA' ANNUA AO AL	IMPORTO TRIENNALE ASL AT	IMPORTO TRIENNALE AO AL	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE	CIG ACCORDO QUADRO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
1	Introduttori arteriosi di diverso calibro, (French) monouso sterili, con valvola emostatica in silicone, anello di ancoraggio, compatibili con guida 0,038 in J, con catetere laterale e rubinetto a tre vie, di lunghezza variabile.	CARDINAL HEALTH/C	1"	AVANTI Plus c/miniguida, s/miniguida con otturatore	5046xxx	139698	8,50	22%	700	1.000	17.850,00	25.500,00	43.350,00	9246355D84	SINGOLO FORNITORE
2	Kit per puntura arteriosa radiale, composto da introduttore in teflon, rivestito in materiale idrofilo, di lunghezza di almeno 16 cm, da agocannula o ago metallico di 21 G, che accetti filo guida da 0.018 oppure da 0.021 oppure da 0.038, di diverso calibro (French) monouso sterile.	SELEFAR	1"	RADIFOCUS INTRODUCER	RM*RFxxxxPQ	vari (v.elenco offerta)	42,50	5%	800	1.200	61.200,00	91.800,00	153.000,00	924636776D	ACCORDO QUADRO
		MERIT	2"	PRELUDE EASE	PHRxxxx	1127148	27,50	22%	800	1.200	13.200,00	19.800,00	33.000,00		
		TECNOSTIM	3"	BRAIDIN	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	28,00	22%	800	1.200	13.440,00	20.160,00	33.600,00		
3	Kit per puntura arteria radiale, composto da introduttore in ETFE, con punta tapered e rivestimento idrofilo, con lunghezza anche di 16 cm, di calibro 7 Fr con agocannula o ago metallico di 21 G, monouso sterile.	SELEFAR	1"	KIT GLIDESHEAT SLENDER	RM*RSxxxx RM*Esxxxx	vari (v.elenco offerta)	49,50	5%	120	200	17.820,00	29.700,00	47.520,00	9246379156	SINGOLO FORNITORE
4	Guide monouso sterili da 0,025" a 0,038" in teflon, rette ed in J, con lunghezza fino a 300 cm.	ABBOTT	1"	GUIDERIGHT GUIDEWIRE	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	7,00	22%	1.200	2.650	25.200,00	55.650,00	80.850,00	9246394DB3	SINGOLO FORNITORE
5	Guida metallica del diametro esterno di 0,35" rivestita in PTFE ad elevato supporto di lunghezza non inferiore a 260 cm, caratterizzata da doppia curva pre-formata di diverse ampiezze terminali al fine di agevolare posizionamento di dispositivi all'interno delle camere cardiache (nell'ambito della valvuloplastica aortica e dell'impianto di protesi aortiche percutanee) minimizzando traumi sulla valvola mitrale.	EMOPASS	1"	GUIDA SILVERWAY	SJ1535N265- SJ1535N305- SJ3035N265- SJ3035N305	1917051- 1917052- 1917057- 1917058	60,00	22%	15	40	1.620,00	4.320,00	5.940,00	92464224D1	ACCORDO QUADRO
		INNOVA HTS	2"	Guide per procedure TAVI INNOWI SYMEDRIX	TA-035-270-XX	1912104- 1305068- 1619989- 1912114- 1705747	90,00	4%	15	40	810,00	2.160,00	2.970,00		
		COOK	3"	LUNDERQUIST DC	TSCMG-35-xxx	313495- 47738	100,00	22%	15	40	900,00	2.400,00	3.300,00		
6	Cateteri diagnostici per coronaro-ventricolografia, monouso sterili, di differente calibro (French) e differenti lunghezze, in differenti curve, ad alto flusso, soft-tip che accettino guide .038"	CARDINAL HEALTH/C	1"	SUPER TORQUE PLUS	533xxx	131125	8,50	22,00	2.000	4.000	51.000,00	102.000,00	153.000,00	9246436060	SINGOLO FORNITORE
7	Sistemi per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, di differenti diametri, monouso sterili.	NESSUNA OFFERTA IDONEA													
8	Kit per angioplastica composta da: 1 adattatore per angioplastica coronarica ad Y: dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità, preferibilmente apribile a molla e regolabile nonché bloccabile a vite. Il lume interno dev'essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misure della pressione compatibili con i sistemi idraulici già in uso; 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronarica; adatti ad essere posizionati su guida da angioplastica coronarica del calibro di 0.014"; dotati di sistema di serraggio a vite; 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica; lunghezza compresa tra 9 e 12 cm., calibro del lume non inferiore a 0.014 inches	MERIT	1"	HONOR valve	MAP300 MAP301 MAP302 MAP350 MAP351 MAP352 MAP353	120774	11,00	22%	700	1.500	23.100,00	49.500,00	72.600,00	9246468AC5	SINGOLO FORNITORE
9	Connettore a Y con doppia valvola di controllo del reflusso ematico (push/pull ed a vite) con rotatore nella parte distale, diametro interno di 10 F e pressione max fino a 700 PSI. *la valvola richiesta è quella con doppia valvola di controllo che permette la sua apertura/chiusura sia con meccanismo a vite sia con meccanismo push/pull	NESSUNA OFFERTA IDONEA													

5%

10	Cateteri guida di diverso calibro (French) ad ampio lume , soft- tip , monouso sterile, con configurazione speciale per garantire un maggior supporto per coronaria sx per coronaria dx, bypass e mammaria, in differenti curve	MEDTRONIC	1°	LAUNCHER	Laxxx	10683	33,00	4,00	800	1.400	79.200,00	138.600,00	217.800,00	924650594E	SINGOLO FORNITORE	
11	Guida diritta .014", modellabile, con punta flessibile di 3 cm in diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze, monouso, sterile	ABBOTT	1°	HI-TORQUE POWERTURN	10445xxx	vari (v.elenco offerta)	49,50	4%	500	100	74.250,00	14.850,00	89.100,00	9246515191	SINGOLO FORNITORE	
12	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche croniche. Disponibilità sia di punta rastremata (>= 0.009") per trattamento di occlusioni coronariche croniche, sia 0.014" per lesioni complesse non occlusive. Grammatura di punta a partire da 0.6 gr. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in occlusioni coronariche croniche, per la navigabilità nelle procedure per via retrograda. Richiesto rivestimento polimerico idrofilico. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	BOSTON	1°	SENTAI SAMURAI/RC/FIGHTER	H7493930xxx	1400866-1400896	90,00	22%	50	50	13.500,00	13.500,00	27.000,00	9246527B75	SINGOLO FORNITORE	
13	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di occlusioni coronariche croniche. Grammatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata (>= 0.009") che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm.. Coil con rivestimento idrofilico eccetto TIP distale. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	EMOPASS	1°	Guida per CTO e lesioni complesse CONQUEST PRO/MIRACLE/ULTIMATEBROS	AGH143090 AGH143091 AG4M050 AG14M060 AGM070 AHW145003S AHW145303S	34657 34670 419542	175,00	22%	50	50	26.250,00	26.250,00	52.500,00	9246570EF0	SINGOLO FORNITORE	
14	Filo guida 0.010" dedicato a esternalizzazione dopo disostruzione di coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza di almeno 330 cm. Struttura in acciaio con rivestimento in PTFE, coil con rivestimento idrofilo. Porzione radiopaca di almeno 3 cm.	SANITEX	1°	R350		7390	2205636	185,00	22%	50	50	16.650,00	16.650,00	33.300,00	9246580733	ACCORDO QUADRO
		EMOPASS	2°	Guida per esternalizzazione RG3	AHW105302S		419542	190,00	22%	50	50	5.700,00	5.700,00	11.400,00		
15	Microcatetere per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. Deve avere rivestimento idrofilico nella parte distale e particolare flessibilità per l'attraversamento di tortuosità prossimali. Disponibile in varie lunghezze dello shaft fino a 150 cm., diametro max della punta ≤ 1.8 Fr.	SANITEX	1°	SUPERCROSS FT	5340-5341	2153808-	435,00	22%	30	50	23.490,00	39.150,00	62.640,00	9246621908	ACCORDO QUADRO	
		CS MEDICAL 7	2°	NAVITIAN	MCCC14135001 MCCC14150001	1788805	440,00	22%	30	50	7.920,00	13.200,00	21.120,00			
		INNOVA HTS	3°	PRONAVI	MC17-135 MC17-150 MC17-162 MC19-135 MC19-150 MC19-162	2111166 2111179 2111180 2111181 2111182 2111183	230,00	22%	30	50	4.140,00	6.900,00	11.040,00			
16	Microcatetere coronarico da supporto per guide da disostruzione coronarica di lunghezza 135 cm. Diametro esterno variabile, rastremato nella parte distale fino a 1,4 Fr. Richiesto diametro interno da 0.015" fino a 0.025".	EMOPASS	1°	CARAVEL	CRV135-19P	1459652	650,00	22%	10	50	19.500,00	97.500,00	117.000,00	9246817AC6	SINGOLO FORNITORE	
17	Catetere per angioplastica a rapido scambio (di tipo mono-rail) a basso profilo in materiale non compliant in grado di tollerare elevate pressioni di gonfiaggio, in differenti lunghezze e diametro, in grado di eseguire trattamento di lesioni in vasi coronarici di grande diametro.	BOSTON	1°	NC EMERGE	H74939276xxx	1249741	44,95	22%	700	1.000	56.637,00	80.910,00	137.547,00	9246824090	ACCORDO QUADRO	
		CS MEDICAL 7	2°	SAPPHIRE II NC	117-xxx	1963744-	53,00	22%	700	1.000	22.260,00	31.800,00	54.060,00			
		MEDTRONIC	3°	EUPHORA NC	NCEUPxxx	vari (v.elenco)	44,00	4%	700	1.000	18.480,00	26.400,00	44.880,00			
18	Sistemi di protezione embolica distale, non occludente, con guida mobile rispetto al filtro, durante angioplastica coronarica, monouso sterile. Compatibilità con cateteri guida di 6 french	CS MEDICAL 7	1°	ROBIN	SDNxxx	vari (v.elenco)	480,00	22%	15	30	12.960,00	25.920,00	38.880,00	9246836A74	ACCORDO QUADRO	
		BOSTON	2°	FILTER WIRE EZ	H749201004000 H749201003990 H749201051900 H749201053000	90646 90386	530,00	22%	15	30	4.770,00	9.540,00	14.310,00			
		ABBOTT	3°	EMBOSHIELD NAV6	22442-19 22443-19	165215	630,00	4%	15	30	5.670,00	11.340,00	17.010,00			
19	Catetere per tromboaspirazione coronarica in formati 6 Fr, con rivestimento idrofilico e stiletto removibile di supporto interno al fine di garantire supporto e raggiungimento di tratti	INNOVA HTS	1°	ASPIRATROMBI TRANSPORT	4030411 04030412	1885092 1885102	110,00	22%	55	300	10.890,00	59.400,00	70.290,00	9246844111	ACCORDO QUADRO	
		MEDTRONIC	2°	EXPORT-ADVANCE	ADVANCECE	2269384	205,00	4%	55	300	6.765,00	36.900,00	43.665,00			

	coronari distali.	SELEFAR	3"	ELIMINATE	EG1602 EG1652 EG1401	297356 297378 856215	240,00	22%	55	300	7.920,00	43.200,00	51.120,00		
20	Sistema di tromboaspirazione coronarica di tipo meccanico composto da catetere (monouso sterile) e console in grado di ripristinare flusso coronarico in presenza di voluminosi trombi occlusivi presenti in coronarie di grande diametro ed in graft venosi (diametro > 3 mm) prima degli interventi di angioplastica con catetere a palloncino o dell'impianto di stent.	BOSTON	1"	ANGIOJET CATHETER	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	2.000,00	22%	10	20	60.000,00	120.000,00	180.000,00	9246860E41	SINGOLO FORNITORE
				NOLEGGIO ANGIOJET CONSOLE	SVC35ANGIOJET RENT-105650-025	1402462	4.980,00	22,00	1	1	14.940,00	14.940,00	29.880,00		
21	Set per pericardiocentesi a drenaggio pericardico completo di aghi, guida, dilatatore, catetere di drenaggio, rubinetto a tre vie e sacca di raccolta, monouso, sterile.	MERIT	1"	PERICARIOCENTESI KIT	PC803EU-PC804EU-PC101EU-PC201EU	A060205	134,00	22%	20	30	8.040,00	12.060,00	20.100,00	9246897CCA	SINGOLO FORNITORE
22	Dispositivo percutaneo di chiusura di forame ovale pervio, difetto del setto interatriale e difetto del setto interventricolare in grado di garantire la chiusura di difetti anche molto ampi; recuperabile e riposizionabile; con architettura in nitinol. Dotato di tutti gli accessori necessari per una corretta scelta della protesi e per un corretto posizionamento monouso sterile	REVOCATO													
23	Sistema percutaneo per chiusura di forame ovale pervio mediante sutura con monofilamenti di polipropilene non riassorbibile radiopaco, monouso, sterile	EMOPASS	1"	NOBLESTITCH EL2	12-90-07	1398635	8.500,00	4%	2	5	51.000,00	127.500,00	178.500,00	9246930807	SINGOLO FORNITORE
24	Pallone non compliant per valvuloplastica aortica caratterizzato da basso profilo richiedente introduttore femorale di piccolo diametro (max 9 Fr) al fine di poter eseguire la procedura in pazienti con importante vasculopatia periferica e/o calibri arteriosi femorali ridotti, con vasta gamma di diametri, sterili, monouso. * palloni per valvuloplastica aortica fino a 26 mm. di diametro compatibili con introduttori 9Fr.	DESERTO													
25	Pallone non compliant per valvuloplastica aortica e/o polmonare, caratterizzato da elevata resistenza al gonfiaggio ad alte pressioni e buona performance nel trattamento delle stenosi aortiche altamente calcifiche, con rapidi tempi di gonfiaggio-sgonfiaggio e buona capacità di essere sottoposto a ripetuti cicli di riutilizzo, con ampia gamma di misure, monouso, sterile.	AB MEDICA	1"	Catetere VALVULOP MITR. NuCLEUS - CATETERE DA DILATAZIONE Z MED II	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	1.150,00	22%	5	20	17.250,00	69.000,00	86.250,00	924699098A	SINGOLO FORNITORE
26	Pallone semi-compliant per valvuloplastica aortica,	CS MEDICAL 7	1"	TAVI Valver	vari (v.elenco)	vari (v.elenco)	650,00	22%	5	20	9.750,00	39.000,00	48.750,00	924702024E	SINGOLO FORNITORE
27	Sistema per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra in nitinol autoespandibile con membrana porosa sul lato prossimale e dotato di ancoraggi di fissaggio nella parete dell'appendice atriale sinistra, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	BOSTON	1"	WATCHMAN	M635W550xxx (*) a fronte di acquisto di WATCHMAN FLX LAA a scelta, sconto merce	1324710	4.999,00	4%	5	5	74.985,00	74.985,00	149.970,00	9247031B5F	SINGOLO FORNITORE
28	Sistema per la chiusura dell'auricola sinistra autoespandibile, a doppio disco di maglia metallica in nitinol, autocentrante, ricatturabile e riposizionabile. disponibile in diverse misure.	INNOVA HTS	1"	OMEGA ILLA OCCLUDER/ECLIPSE (sistema chiusura auricola atriale sx e sistema rilascio)	da OLAA14 a OLAA30	da 2147856 a 2147987	3.500,00	4%	5	15	52.500,00	157.500,00	210.000,00	92470413A2	SINGOLO FORNITORE
29	Cateteri tipo "goose neck" per recupero corpi estranei, con corpo catetere da 4 e 6 Fr. e diametro del laccio da 4 a 35 mm.	MEDTRONIC	1"	GOOSE NECK e MICROSNARE	GNxxx - SK200	vari (v.elenco)	140,00	22%	30	30	7.560,00	7.560,00	15.120,00	92470467C1	ACCORDO QUADRO
		MERIT	2"	ONE SNARE	ONE 500 ONE 1000 ONE 1500 ONE 2000 ONE 2500 ONE 3000 ONE 3500	638490	155,00	22%	30	30	2.790,00	2.790,00	5.580,00		
		INNOVA HTS	3"	EXTER SNARE/Andratec	da ES-5 a ESM-7	da 1251959 a 1251992	150,00	22%	30	30	2.700,00	2.700,00	5.400,00		

30	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone medicato con Paclitaxel, a rapido rilascio di farmaco (basso tempo di gonfiaggio del pallone), da utilizzare nel trattamento delle ristenosi intrastent e dei piccoli vasi (non elegibili al trattamento con stent), monouso, sterili	AB MEDICA	1°	ELUTAX 3 RX-PTCA	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	450,00	22%	7	-	9.450,00	-	9.450,00	92470581AA	SINGOLO FORNITORE
31	Sistema di assistenza ventricolare sx completamente percutaneo che comporti il solo accesso arterioso e sia in grado di garantire fino a 2.5 l/min di portata cardiaca, dotato di tutti gli accessori necessari per un corretto impianto e un corretto funzionamento, monouso, sterile	DESERTO													
32	(IVUS-IFR manuale): Sistema integrato per l'esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni ed emodinamiche del profilo pressorio intra-coronario, consistente in: sistema IVUS+pressione wire FFR-IFR e materiale monouso dedicato: catetere IVUS misure varie e catetere Pressure Wire misure varie	SANITEX	1°	GUIDA BIDIREZIONALE PER MISURAZIONE PRESSIONE TRANTENOTICA"OMNIWIRE"	89185-89185J	2103450	675,00	22%	70	100	141.750,00	202.500,00	344.250,00	9247095033	SINGOLO FORNITORE
				CATETERE ENDOVASCOLARE PER LA RILEVAZIONE DI IMMAGINI AD ULTRASUONI "EAGLE EYE PLATINUM" - "EAGLE EYE PLATINUM ST	85900P - 85900PST	341266 1025931	850,00	22%	120	140	306.000,00	357.000,00	663.000,00		
				SISTEMA INTRASIGHT ULTRASOUND IMAGING SYSTEM IN COMODATO D'USO GRATUITO	797403	1829933	-	22%	1	1	-	-		0	
33	(IVUS meccanico): Sistema carrellato per esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni caratterizzato da pull back di tipo meccanico ad alta risoluzione compatibile con cateteri 5 e 6 Fr consistente in: - comando operativo carrellato; - fornitura di materiale monouso, sterile, dedicato	BOSTON	1°	CATETERE PER IMAGING OPTICROSS	H749xxx	vari (v.elenco offerta)	700,00	22%	5	10	10.500,00	21.000,00	31.500,00	9247107A17	SINGOLO FORNITORE
				F/G ASSY SLED PULLBACK SINGLE PACK (*) consumabili indispensabili per corretta esecuzione procedura	H749A70200	76313	25,00	22%	5	10	375,00	750,00	1.125,00		
				iLAB-POLARIS-MULTI MODALITY GUIDANCE SYSTEM 240V MOBILE (c/carrello) o INTEGRATED BASE SYSTEM (vers.installata) - H749MDUSPLUS0 Motor Drive MDUS PLUS (contratto noleggio iLAB-POLARIS+MDUS PLUS)	SVC30iLABMDUS RENT	1671290 (iLAB.) 834807 (MDUS PLUS)	900,00	22%	1	1	2.700,00	2.700,00	5.400,00		
34	Guida dritta 0,14", modellabile, in nitinolo, con punta radiopaca, flessibile di 3 cm, con peso in punta fino ad un gr (tip load) di diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze monouso sterile.	ABBOTT	1°	Filo guida per PTCA Hi-Torque Balance Middel weight	100xxx	25679-25703 25702	62,00	4%	600	1.000	111.600,00	186.000,00	297.600,00	92471204D3	SINGOLO FORNITORE
35	Sistema per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, per procedure strutturali cardiache e vascolari periferiche con diametro di accesso fino a 25 Fr, monouso sterili.	DESERTO													
36	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico caratterizzato da macchina che eroghi pressioni di aspirazione circa -29 inHg, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile.	NESSUNA OFFERTA IDONEA													
37	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Sirolimus per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	INNOVA HTS	1°	MAGIC TOUCH CORONARICO	da CMN15010 a	da 2013579 a	380,00	22%	40	80	27.360,00	54.720,00	82.080,00	9247189DC1	ACCORDO QUADRO
		CS MEDICAL 7	2°	SOLUTION SLR 014 PTCA	SC14xxx	vari (v.elenco offerta)	520,00	22%	40	80	12.480,00	24.960,00	37.440,00		
		VIGLIA	3°	MOZEC SEB	MOZSxxx	2128696	530,00	22%	40	80	12.720,00	25.440,00	38.160,00		
		CS MEDICAL 7	1°	ESSENTIAL PRO	BCDPR14N150xx	vari (v.elenco	400,00	22%	40	80	28.800,00	57.600,00	86.400,00		

38	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Paclitaxel per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	MEDTRONIC	2"	PREVAIL	PRV02xxxRX	vari (v.elenco offerta)	370,00	22%	40	80	8.880,00	17.760,00	26.640,00	9247203950	ACCORDO QUADRO
		BBRAUN	3"	SEQUENT PLEASE NEO	50232xxx	vari (v.elenco offerta)	398,00	22%	40	80	9.552,00	19.104,00	28.656,00		
39	Microcatetere di supporto al filo guida con doppio lume Over The Wire (OTW) destinato a supportare i fili guida e consentire lo scambio dei medesimi nel sistema vascolare coronarico e/o periferico durante procedure complesse. Si richiede la presenza della doppia porta OTW al fine di consentire lo scambio del filo guida in entrambi i lumi senza dover retrarre il catetere all'esterno del catetere guida	SANITEX	1"	RECROSS	RC141405	1886918	1.000,00	22%	15	30	45.000,00	90.000,00	135.000,00	9247232141	SINGOLO FORNITORE
40	Sistema intraluminare vascolare, impiantabile, che permetta una riduzione di flusso a livello del seno coronarico che determini un incremento di perfusione a livello dell'albero coronarico al fine di trattare le forme di angina miocardica in pazienti non ulteriormente rivascolarizzabili. Si richiede compatibilità con filo guida 0,035"	GADA	1"	Neovasc REDUCER	R1385CEV	132484	8.000,00	4%	8	10	192.000,00	240.000,00	432.000,00	924725543B	SINGOLO FORNITORE
41	Sistema di aterectomia rotazionale meccanico caratterizzato da movimento della fresa diamantata secondo una modalità orbitale al fine di garantire un'adeguata rimozione di calcio disposto in modo asimmetrico e discontinuo lungo la circonferenza interna del vaso coronarico	CS MEDICAL 7	1"	DIAMOND BACK 360	C-2DB-CL125-135 (CORONA)	2058355	3.300,00	4%	10	60	99.000,00	594.000,00	693.000,00	9247296610	SINGOLO FORNITORE
					GWC-1232SLG-FT (FILO GUIDA VIPERWIRE ADVANCE)	2058356	210,00	4%	10	60	6.300,00	37.800,00	44.100,00		
					VPR-SLD2 (LUBRIFICANTE VIPERSLIDE)	1791718	180,00	4%	10	60	5.400,00	32.400,00	37.800,00		
					SISTEMA ORBITALE DIAMONDBACK 360	CND (POMPA) Z12030399	8.350,00	22%	1	1	25.050,00	25.050,00	50.100,00		
42	Sistema di aterectomia coronarica rotazionale ad alta velocità caratterizzato da fresa ellittica diamantata, di vari diametri, posta all'estremità di un catetere flessibile. Tale Device garantisce una adeguata rimozione del calcio collocato in modo simmetrico e continuo lungo le pareti del vaso non trattabili con solo palloncino al fine di posizionare in modo ottimale lo stent. Il sistema consta di materiale consumabile (fili guida di diverse tipologie, frese singole di diversi diametri e sistema di avanzamento comprensive di fresa) e non consumabile quale il sistema di controllo.	BOSTON	1"	ROTAPRO	CATETERE PER ATHERECTOMIA ROTAZIONALE (H74939300xxx) PREMONTATO CON FRESA (H802227680xxx)	1719697 27740	1.200,00	22%	20	30	72.000,00	108.000,00	180.000,00	9247312345	SINGOLO FORNITORE
					GUIDA ROTAWIRE (H802222824002 2- H802232390012)	27894	130,00	22%	20	30	7.800,00	11.700,00	19.500,00		
					NOLEGGIO SISTEMA ROTAPRO- H74939309030- SVC30ROTAPRO- ENT	1729887	1.200,00	22%	1	1	3.600,00	3.600,00	7.200,00		
43	Sistema di litotrixxia intravascolare coronarico/periferico Indicato in pazienti che presentano stenosi coronariche non trattabili con sistemi di aterectomia rotazionale/orbitale caratterizzato da rilascio di energia meccanica pulsatile attraverso un catetere a palloncino di diverse misure	INNOVA HTS	1"	Generatore ad impulsi per litotrixxia SHOCKWAVE	CATETERE PER LITOTRISSIA SHOCKWAVE CORONARICO C2 (da C2IVL2512 a C2IVL4012)	da 1717589 a 1717608	1.850,00	22%	20	35	111.000,00	194.250,00	305.250,00	92473312F3	SINGOLO FORNITORE

					GENERATORE DI IMPULSI PER LITOTRISSIA COMPRESO DI CAVO DI CONNESSIONE-IVLGCCD OFFERTO IN COMODATO D'USO GRATUITO	1909780	-	22%	1	1	-	-	-		
44	Catetere per angioplastica a palloncino indicato in lesioni coronariche calcifiche con elevato grado di stenosi caratterizzato da elevate pressioni di gonfiaggio e sistema di trattamento della placca di tipo "scoring balloon"	INNOVA HTS	1*	Catetere a palloncino Brosmed WEDGE SCORING	da 814-2006 a 814-4030	da 1922126 a 1921975	350,00	22%	30	50	18.900,00	31.500,00	50.400,00	92474759C6	ACCORDO QUADRO
		CS MEDICAL 7	2*	SCOREFLEX NC	vari (v.elenco offerta)	1963755 1466731	478,00	4%	30	50	8.604,00	14.340,00	22.944,00		
		BOSTON	3*	WOLVERINE	H749394031xxx	1666513	750,00	22%	30	50	13.500,00	22.500,00	36.000,00		
45	Sistema integrato per esecuzione di indagini intravascolari OCT ed emodinamiche del profilo pressorio intracoronarico consistente in: 1 sistema OCT ILUMIEN OPTIS + FFR wireless	ABBOTT	1*	SISTEMA IMAGING INTRAVASCOLARE E TECNOLOGIA OCT - DRAGONFLY OPTIS KIT	C408646	121454	1.249,00	22%	20	50	74.940,00	187.350,00	262.290,00	92474916FB	SINGOLO FORNITORE
				OPTIS MOBILE SYSTEM - OPTIS TABLESIDE CONTROLLER WI-Box IN COMODATO D'USO GRATUITO	C408661 (Seriale 16496006)C408663 C12783	1745529 1751272 1355197	-	22%	1	1	-	-	-		
46	Sistema atto a valutare e misurare i parametri fisiologici della circolazione coronarica mediante l'analisi della Fractional Flow Reserve (FFR) e la Resting Full-Cycle ratio (RFR) per lo studio fisiologico dei vasi epicardici e la Coronary Flow Reserve (CFR) e l'Index of Microvascular Resistance (IMR) per valutare la microcircolazione cardiaca. Questo sistema trova indicazione nella valutazione e diagnosi di pazienti affetti da malattia del microcircolo vascolare coronarico	ABBOTT	1*	GUIDA PRESSUWIRE	C12059	1897256	675,00	22%	30	40	60.750,00	81.000,00	141.750,00	924755187E	SINGOLO FORNITORE
				COROFLOW CARDIOVASCULAR SYSTEM	vari (v.elenco offerta)	1866936	2.750,00	22%	1	1	8.250,00	8.250,00	16.500,00		
47	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con diametro della punta inferiore 0,009" ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	BOSTON	1*	SENTAI JUDO/SENTAI HORNET	H74939xxx	1803290 1400909	154,00	22%	25	40	11.550,00	18.480,00	30.030,00	9247574B78	SINGOLO FORNITORE
48	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con lunghezza superiore ai 195 cm.ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	EMOPASS	1*	GAIA FIRST/SECOND/THIRD/SOUH 03	AHW14RxxxP	1042448 1563945	195,00	22%	25	40	14.625,00	23.400,00	38.025,00	9247586561	SINGOLO FORNITORE
49	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico con sistema di aspirazione manuale, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile	GADA	1*	Sistema di estrazione/aspirazione FLOWTRIEVER	10-103 10-102 10-101 10-104 25-101 21-101 22-101	2068182 2068181 2068180 2068183 2068187 2068185 2068186	8.500,00	4%	5	10	127.500,00	255.000,00	382.500,00	9247595CCC	SINGOLO FORNITORE
50	Sistema di protezione embolico in nitinol o similare ad elevata flessibilità, per circolazione cerebrale extracranica da posizionare a livello dell'arco aortico durante procedura di impianto percutaneo di valvola aortica	INNOVA HTS	1*	TRIGUARD 3	FG00005	1951801	2.000,00	4%	-	60	-	216.000,00	216.000,00	92476065E2	ACCORDO QUADRO
		BOSTON	2*	SENTINEL	CMS15-10C	1929845	2.100,00	4%	-	60	-	75.600,00	75.600,00		
51	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone in materiale non compliant con un "profilo di attraversamento" (crossing profile) conformato al fine di rendere ottimale la post-dilatazione dello stent (POT Technique) monouso, sterile	INNOVA HTS	1*	POT PTCA NC	da 833-2206 a	da 2111097 a	55,00	22%	250	500	24.750,00	49.500,00	74.250,00	9247625590	ACCORDO QUADRO
		MEDTRONIC	2*	EUPHORA NC	NCEUPxxx	vari (v.elenco offerta)	44,00	4%	250	500	6.600,00	13.200,00	19.800,00		
		VIGLIA	3*	MOZEC	MOZxxx	427575	40,00	22%	250	500	6.000,00	12.000,00	18.000,00		
TOTALI											2.569.893,00	5.043.189,00	7.613.082,00		

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - Servizi e Forniture**FASE DI PROGRAMMAZIONE E AFFIDAMENTO**

(ai sensi dell'art. 9 del regolamento recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. allegato alla Deliberazione del D.D. n. 14 del 9 Febbraio 2023)

Titolo dell'appalto:

ID SINTEL N. 156810226 DEL 08.07.2022 - GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ATTIVITA' ENDOVASCOLARE PERIFERICA OCCORRENTE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI - AGGIUDICAZIONE 86663187D9.

Gara in adesione:

si	no
	x

IMPORTO NETTO IVA:	€ 18.837.679,10
FONDO INCENTIVANTE:	€ 82.350,54

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI						
FUNZIONE AFFIDATA	peso		NOMINATIVO DIPENDENTE	riduzio	incentivo	tempi
FASE PROGRAMMAZIONE	5,00%					
Responsabile della programmazione			Lidia Beccuti	100%	€ -	(A)
Collaboratori (in ragione dell'attività svolta)			Patrizia Pisu	0%	€ -	(A)
			Albertina Broccardo	0%	€ -	(A)
				0%	€ -	(A)
				0%	€ -	(A)
				0%	€ -	(A)
				0%	€ -	(A)
FASE AFFIDAMENTO	35,00%					
Responsabile del Procedimento			Ermanno Cosenza	0%	€ -	(A)
Collaboratori (in ragione dell'attività svolta)			Albertina Broccardo	0%	€ -	(A)
			Riccardo Aschiero	0%	€ -	(A)
			Giovanna Beccuti	0%	€ -	(A)
			Elena Montaldo	0%	€ -	(A)
			Valentina Bottallo	0%	€ -	(A)
				0%	€ -	(A)
				0%	€ -	(A)
			conclusione prevista:	40%		

RIEPILOGO ACCANTONAMENTO		
incentivi ripartiti	€	25.034,56
quota 20% per innovazione tecnologica	€	6.258,64
economie		
totale	€	31.293,20

(A) Non sono stati riscontrati ingiustificati ritardi nell'espletamento delle attività incentivate

(B) Dovranno essere rispettate le tempistiche indicate dal capitolato speciale d'appalto

il Dirigente

COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - Servizi e Forniture**FASE DI ESECUZIONE**

(ai sensi dell'art. 9 del regolamento recante norme e criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. allegato alla Deliberazione del D.D. n. 14 del 9 Febbraio 2023)

Titolo dell'appalto:

ID SINTEL N. 156810226 DEL 08.07.2022 - GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ATTIVITA' ENDOVASCOLARE PERIFERICA OCCORRENTE ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI - AGGIUDICAZIONE 86663187D9.

Gara in adesione:

si	no
	x

IMPORTO NETTO IVA: € 4.283.155,00
FONDO INCENTIVANTE: € 35.461,16

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI					
FUNZIONE AFFIDATA	peso	NOMINATIVO DIPENDENTE	riduzio	incentivo	tempi
FASE ESECUZIONE	60,00%				
Responsabile del Procedimento		Ermanno Cosenza	0%	€ -	(B)
Ufficio Direzione Esecuzione					
Direttore dell'Esecuzione		Direttore SC Cardiologia	100%	€ -	(B)
Direttore Operativo (in ragione dell'attività svolta)		Barbara Guaita	0%	€ -	(B)
		Daniela Brossa	0%	€ -	(B)
			0%	€ -	(B)
			0%	€ -	(B)
Certificatore verifica di conformità/Certificatore regolare esecuzione		da individuare	0%	€ -	(B)
Collaboratori (in ragione dell'attività svolta)		Vincenza Siragusa	0%	€ -	(B)
		Anna Langella	0%	€ -	(B)
		Gaetana Sciuto	0%	€ -	(B)
			0%	€ -	(B)
			0%	€ -	(B)
			0%	€ -	(B)
			0%	€ -	(B)
		altro PERSONALE "T.P.A." da individuare in fase di liquidazione	0%	€ -	(B)
conclusione prevista:			60%		

RIEPILOGO ACCANTONAMENTO

incentivi ripartiti	€	12.482,33
quota 20% per innovazione tecnologica economie	€	3.120,58
totale	€	15.602,91

- (A) Non sono stati riscontrati ingiustificati ritardi nell'espletamento delle attività incentivate
 (B) Dovranno essere rispettate le tempistiche indicate dal capitolato speciale d'appalto

il Dirigente

Amministrazione trasparente (D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.)

☒ SÌ ☐ NO

☐ Consulenti e collaboratori - art. 15

☐ Dirigenti art. 15, c. 1 e art. 41 - *Incarichi Dirigenziali*

☒ Provvedimenti dirigenti /organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. b) - *Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*

☐ Provvedimenti dirigenti/organi indirizzo politico - art. 23, c. 1, lett. d) - *Accordi con privati e PP.AA.- convenzioni*

☐ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, art. 26

☒ Anticorruzione **L. 190/2012** art. 1, c. 32

Codice appalti **D.Lgs. n. 50/2016** art. 29, c.1

☐ Provvedimenti di esclusione ed ammissione

☐ Composizione della commissione di aggiudicazione

☐ Altra Sezione (indicare quale) _____

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte
ASL AT

Determinazione n° **880** del **29/06/2023**

Oggetto: **GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL'ASL AT DI ASTI E ALL'AO AL DI ALESSANDRIA. ID SINTEL 156102322 - GARA ANAC N. 8578884. AGGIUDICAZIONE.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line dell'Azienda Sanitaria Locale ASL AT di Asti per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/06/2023

ESECUTIVA DAL 09/07/2023

Trasmessa:

Al Presidente del Collegio Sindacale in data:

Alla Giunta Regionale in data:

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

*Robotti Astrid - Dirigente Tecnico Patrimoniale e Acquisti - Provveditorato e Logistica Attestazione
regolarità tecnico amministrativa*

*De Giovanni Paolo - Direttore F. F. Tecnico Patrimoniale e Acquisti Attestazione regolarità tecnico
amministrativa*

Valente Mariella - Incaricato alla pubblicazione Ufficio Atti

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTE OFFERENTI	GRADUATORIA	NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO	CODICE	RDM	PREZZO UNITARIO	ALIQOTA IVA	Q.TA' ANNUA ASL AT	Q.TA' ANNUA AO AL	IMPORTO TRIENNALE ASL AT	IMPORTO TRIENNALE AO AL	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE	CIG ACCORDO QUADRO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
1	Introduttori arteriosi di diverso calibro, (French) monouso sterili, con valvola emostatica in silicone, anello di ancoraggio, compatibili con guida 0,038 in J, con catetere laterale e rubinetto a tre vie, di lunghezza variabile.	CARDINAL HEALTH/C	1°	AVANTI Plus c/miniguide, s/miniguide con otturatore	5046xxx	139698	8,50	22%	700	1.000	17.850,00	25.500,00	43.350,00	9246355D84	SINGOLO FORNITORE
2	Kit per puntura arteriosa radiale, composto da introduttore in teflon, rivestito in materiale idrofilo, di lunghezza di almeno 16 cm, da agocannula o ago metallico di 21 G, che accetti filo guida da 0.018 oppure da 0.021 oppure da 0.038, di diverso calibro (French) monouso sterile.	SELEFAR	1°	RADIFOCUS INTRODUCER	RM*RFxxxxPQ	vari (v.elenco offerta)	42,50	5%	800	1.200	61.200,00	91.800,00	153.000,00	924636776D	ACCORDO QUADRO
		MERIT	2°	PRELUDE EASE	PHRxxxx	1127148	27,50	22%	800	1.200	13.200,00	19.800,00	33.000,00		
		TECNOSTIM	3°	BRAIDIN	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	28,00	22%	800	1.200	13.440,00	20.160,00	33.600,00		
3	Kit per puntura arteria radiale, composto da introduttore in ETFE, con punta tapered e rivestimento idrofilico, con lunghezza anche di 16 cm, di calibro 7 Fr con agocannula o ago metallico di 21 G, monouso sterile.	SELEFAR	1°	KIT GLIDESHEAT SLENDER	RM*RSxxxx RM*Esxxxx	vari (v.elenco offerta)	49,50	5%	120	200	17.820,00	29.700,00	47.520,00	9246379156	SINGOLO FORNITORE
4	Guide monouso sterili da 0,025" a 0,038" in teflon, rette ed in J, con lunghezza fino a 300 cm.	ABBOTT	1°	GUIDERIGHT GUIDEWIRE	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	7,00	22%	1.200	2.650	25.200,00	55.650,00	80.850,00	9246394DB3	SINGOLO FORNITORE
5	Guida metallica del diametro esterno di 0,35" rivestita in PTFE ad elevato supporto di lunghezza non inferiore a 260 cm, caratterizzata da doppia curva pre-formata di diverse ampiezze terminali al fine di agevolare posizionamento di dispositivi all'interno delle camere cardiache (nell'ambito della valvuloplastica aortica e dell'impianto di protesi aortiche percutanee) minimizzando traumi sulla valvola mitrale.	EMOPASS	1°	GUIDA SILVERWAY	SJ1535N265- SJ1535N305- SJ3035N265- SJ3035N305	1917051- 1917052- 1917057- 1917058	60,00	22%	15	40	1.620,00	4.320,00	5.940,00	92464224D1	ACCORDO QUADRO
		INNOVA HTS	2°	Guide per procedure TAVI INNOWI SYMEDRIX	TA-035-270-XX	1912104- 1305068- 1619989- 1912114- 1705747	90,00	4%	15	40	810,00	2.160,00	2.970,00		
		COOK	3°	LUNDERQUIST DC	TSCMG-35-xxx	313495- 47738	100,00	22%	15	40	900,00	2.400,00	3.300,00		
6	Cateteri diagnostici per coronaro-ventricolografia, monouso sterili, di differente calibro (French) e differenti lunghezze, in differenti curve, ad alto flusso, soft-tip che accettino guide ,038"	CARDINAL HEALTH/C	1°	SUPER TORQUE PLUS	533xxx	131125	8,50	22,00	2.000	4.000	51.000,00	102.000,00	153.000,00	9246436060	SINGOLO FORNITORE
7	Sistemi per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, di differenti diametri, monouso sterili.	NESSUNA OFFERTA IDONEA													
8	Kit per angioplastica composta da: 1 adattatore per angioplastica coronarica ad Y: dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità, preferibilmente apribile a molla e regolabile nonché bloccabile a vite. Il lume interno dev'essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misure della pressione compatibili con i sistemi idraulici già in uso; 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronaria; adatti ad essere posizionati su guide da angioplastica coronarica del calibro di 0.014"; dotati di sistema di serraggio a vite; 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica; lunghezza compresa tra 9 e 12 cm., calibro del lume non inferiore a 0.014 inches	MERIT	1°	HONOR valve	MAP300 MAP301 MAP302 MAP350 MAP351 MAP352 MAP353	120774	11,00	22%	700	1.500	23.100,00	49.500,00	72.600,00	9246468AC5	SINGOLO FORNITORE

9	Connettore a Y con doppia valvola di controllo del riflusso ematico (push/pull ed a vite) con rotatore nella parte distale, diametro interno di 10 F e pressione max fino a 700 PSI. *la valvola richiesta è quella con doppia valvola di controllo che permette la sua apertura/chiusura sia con meccanismo a vite sia con meccanismo push/pull	NESSUNA OFFERTA IDONEA														
10	Cateteri guida di diverso calibro (French) ad ampio lume , soft-tip , monouso sterile, con configurazione speciale per garantire un maggior supporto per coronaria sx per coronaria dx, bypass e mammaria, in differenti curve	MEDTRONIC	1°	LAUNCHER	Laxxx	10683	33,00	4,00	800	1.400	79.200,00	138.600,00	217.800,00	924650594E	SINGOLO FORNITORE	
11	Guida diritta .014", modellabile, con punta flessibile di 3 cm in diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze, monouso, sterile	ABBOTT	1°	Hi-TORQUE POWERTURN	10445xxx	vari (v.elenco offerta)	49,50	4%	500	100	74.250,00	14.850,00	89.100,00	9246515191	SINGOLO FORNITORE	
12	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche croniche. Disponibilità sia di punta rastremata (≥ 0.009") per trattamento di occlusioni coronariche croniche, sia 0.014" per lesioni complesse non occlusive. Grammaturo di punta a partire da 0.6 gr. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in occlusioni coronariche croniche, per la navigabilità nelle procedure per via retrograda. Richiesto rivestimento polimerico idrofilico. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	BOSTON	1°	SENTAI SAMURAI/RC/FIGHTER	H7493930xxx	1400866-1400896	90,00	22%	50	50	13.500,00	13.500,00	27.000,00	9246527B75	SINGOLO FORNITORE	
13	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014" dedicato al trattamento di occlusioni coronariche croniche. Grammaturo di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata (≥ 0.009") che 0.014". Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm. Coil con rivestimento idrofilico eccetto TIP distale. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	EMOPASS	1°	Guida per CTO e lesioni complesse CONQUEST PRO/MIRACLE/ULTIMATEBROS	AGH143090 AGH143091 AG4M050 AG14M060 AGM070 AHW14S003S AHW14S303S	34657 34670 419542	175,00	22%	50	50	26.250,00	26.250,00	52.500,00	9246570EF0	SINGOLO FORNITORE	
14	Filo guida 0.010" dedicato a esternalizzazione dopo disostruzione di coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza di almeno 330 cm. Struttura in acciaio con rivestimento in PTFE, coil con rivestimento idrofilo. Porzione radiopaca di almeno 3 cm.	SANITEX	1°	R350		7390	2205636	185,00	22%	50	50	16.650,00	16.650,00	33.300,00	9246580733	ACCORDO QUADRO
		EMOPASS	2°	Guida per esternalizzazione RG3	AHW10S302S		419542	190,00	22%	50	50	5.700,00	5.700,00	11.400,00		
15	Microcatetere per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. Deve avere rivestimento idrofilico nella parte distale e particolare flessibilità per l'attraversamento di tortuosità prossimali. Disponibile in varie lunghezze dello shaft fino a 150 cm., diametro max della punta ≤ 1.8 Fr.	SANITEX	1°	SUPERCROSS FT	5340-5341	2153808-	435,00	22%	30	50	23.490,00	39.150,00	62.640,00	9246621908	ACCORDO QUADRO	
		CS MEDICAL 7	2°	NAVITIAN	MCCC14135001 MCCC14150001	1788805	440,00	22%	30	50	7.920,00	13.200,00	21.120,00			
		INNOVA HTS	3°	PRONAVI	MC17-135 MC17-150 MC17-162 MC19-135 MC19-150 MC19-162	2111166 2111179 2111180 2111181 2111182 2111183	230,00	22%	30	50	4.140,00	6.900,00	11.040,00			
16	Microcatetere coronarico da supporto per guide da disostruzione coronarica di lunghezza 135 cm. Diametro esterno variabile, rastremato nella parte distale fino a 1,4 Fr. Richiesto diametro interno da 0.015" fino a 0.025".	EMOPASS	1°	CARAVEL	CRV135-19P	1459652	650,00	22%	10	50	19.500,00	97.500,00	117.000,00	9246817AC6	SINGOLO FORNITORE	
17	Catetere per angioplastica a rapido scambio (di tipo mono-rail) a basso profilo in materiale non compliant in grado di tollerare elevate pressioni di gonfiaggio, in differenti lunghezze e diametro, in grado di eseguire trattamento di lesioni in vasi coronarici di grande diametro.	BOSTON	1°	NC EMERGE	H74939276xxx	1249741	44,95	22%	700	1.000	56.637,00	80.910,00	137.547,00	9246824090	ACCORDO QUADRO	
		CS MEDICAL 7	2°	SAPPHIRE II NC	117-xxx	1963744-	53,00	22%	700	1.000	22.260,00	31.800,00	54.060,00			
		MEDTRONIC	3°	EUPHORA NC	NCEUPxxx	vari (v.elenco)	44,00	4%	700	1.000	18.480,00	26.400,00	44.880,00			
		CS MEDICAL 7	1°	ROBIN	SDNxxx	vari (v.elenco)	480,00	22%	15	30	12.960,00	25.920,00	38.880,00			

18	Sistemi di protezione embolica distale, non occludente, con guida mobile rispetto al filtro, durante angioplastica coronarica, monouso sterile. Compatibilità con cateteri guida di 6 french	BOSTON	2°	FILTER WIRE EZ	H749201004000 H749201003990 H749201051900 H749201053000	90646 90386	530,00	22%	15	30	4.770,00	9.540,00	14.310,00	9246836A74	ACCORDO QUADRO
		ABBOTT	3°	EMBOSHIELD NAV6	22442-19 22443-19	165215	630,00	4%	15	30	5.670,00	11.340,00	17.010,00		
19	Catetere per tromboaspirazione coronarica in formati 6 Fr, con rivestimento idrofilico e stiletto removibile di supporto interno al fine di garantire supporto e raggiungimento di tratti coronarici distali.	INNOVA HTS	1°	ASPIRATROMBI TRANSPORT	4030411 04030412	1885092 1885102	110,00	22%	55	300	10.890,00	59.400,00	70.290,00	9246844111	ACCORDO QUADRO
		MEDTRONIC	2°	EXPORT-ADVANCE	ADVANCECE	2269384	205,00	4%	55	300	6.765,00	36.900,00	43.665,00		
		SELEFAR	3°	ELIMINATE	EG1602 EG1652 EG1401	297356 297378 856215	240,00	22%	55	300	7.920,00	43.200,00	51.120,00		
20	Sistema di tromboaspirazione coronarica di tipo meccanico composto da catetere (monouso sterile) e consolle in grado di ripristinare flusso coronarico in presenza di voluminosi trombi occlusivi presenti in coronarie di grande diametro ed in graft venosi (diametro > 3 mm) prima degli interventi di angioplastica con catetere a palloncino o dell'impianto di stent.	BOSTON	1°	ANGIOJET CATHETER	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	2.000,00	22%	10	20	60.000,00	120.000,00	180.000,00	9246860E41	SINGOLO FORNITORE
				NOLEGGIO ANGIOJET CONSOLE	SVC35ANGIOJET RENT-105650-025	1402462	4.980,00	22,00	1	1	14.940,00	14.940,00	29.880,00		
21	Set per pericardiocentesi a drenaggio pericardico completo di aghi, guida, dilatatore, catetere di drenaggio, rubinetto a tre vie e sacca di raccolta, monouso, sterile.	MERIT	1°	PERICARIOCENTESI KIT	PC803EU- PC804EU- PC101EU- PC201EU	A060205	134,00	22%	20	30	8.040,00	12.060,00	20.100,00	9246897CCA	SINGOLO FORNITORE
22	Dispositivo percutaneo di chiusura di forame ovale pervio, difetto del setto interatriale e difetto del setto interventricolare in grado di garantire la chiusura di difetti anche molto ampi; recuperabile e riposizionabile; con architettura in nitinol. Dotato di tutti gli accessori necessari per una corretta scelta della protesi e per un corretto posizionamento monouso sterile	REVOCATO													
23	Sistema percutaneo per chiusura di forame ovale pervio mediante sutura con monofilamenti di polipropilene non riassorbibile radiopaco, monouso, sterile	EMOPASS	1°	NOBLESTITCH EL2	12-90-07	1398635	8.500,00	4%	2	5	51.000,00	127.500,00	178.500,00	9246930807	SINGOLO FORNITORE
24	Pallone non conforme per valvuloplastica aortica caratterizzato da basso profilo richiedente introduttore femorale di piccolo diametro (max 9 Fr) al fine di poter eseguire la procedura in pazienti con importante vasculopatia periferica e/o calibri arteriosi femorali ridotti, con vasta gamma di diametri, sterili, monouso. * palloni per valvuloplastica aortica fino a 26 mm. di diametro compatibili con introduttori 9Fr.	DESERTO													
25	Pallone non conforme per valvuloplastica aortica e/o polmonare, caratterizzato da elevata resistenza al gonfiaggio ad alte pressioni e buona performance nel trattamento delle stenosi aortiche altamente calcifiche, con rapidi tempi di gonfiaggio-sgonfiaggio e buona capacità di essere sottoposto a ripetuti cicli di riutilizzo, con ampia gamma di misure, monouso, sterile.	AB MEDICA	1°	Catetere VALVULOP MITR. NUCLEUS - CATETERE DA DILATAZIONE Z MED II	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	1.150,00	22%	5	20	17.250,00	69.000,00	86.250,00	924699098A	SINGOLO FORNITORE
26	Pallone semi-conforme per valvuloplastica aortica,	CS MEDICAL 7	1°	TAVI Valver	vari (v.elenco	vari (v.elenco	650,00	22%	5	20	9.750,00	39.000,00	48.750,00	924702024E	SINGOLO FORNITORE
27	Sistema per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra in nitinolo autoespandibile con membrana porosa sul lato prossimale e dotato di ancoraggi di fissaggio nella parete dell'appendice atriale sinistra, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	BOSTON	1°	WATCHMAN	W635W5500xx (*) a fronte di acquisto di WATCHMAN FLX LAA a scelta, secondo prezzo	1324710	4.999,00	4%	5	5	74.985,00	74.985,00	149.970,00	9247031B5F	SINGOLO FORNITORE

28	Sistema per la chiusura dell'auricola sinistra autoespandibile, a doppio disco di maglia metallica in nitinol, autocentrante, ritirabile e rinnocinabile. riconnibile in diverse misure	INNOVA HTS	1*	OMEGA LLA OCCLUDER/ECLIPSE (sistema chiusura auricola arteriale sx e sistema rilascio)	da OLAA14 a OLAA30	da 2147856 a 2147987	3.500,00	4%	5	15	52.500,00	157.500,00	210.000,00	92470413A2	SINGOLO FORNITORE
29	Cateteri tipo "goose neck" per recupero corpi estranei, con corpo catetere da 4 e 6 Fr. e diametro del laccio da 4 a 35 mm.	MEDTRONIC	1*	GOOSE NECK e MICROSNARE	Gxxxx - SK200	vari (v.elenco)	140,00	22%	30	30	7.560,00	7.560,00	15.120,00	92470467C1	ACCORDO QUADRO
		MERIT	2*	ONE SNARE	ONE 500 ONE1000 ONE1500 ONE2000 ONE2500 ONE3000 ONE3500	638490	155,00	22%	30	30	2.790,00	2.790,00	5.580,00		
		INNOVA HTS	3*	EXTER SNARE/Andratec	da ES-5 a ESM-7	da 1251959 a 1251992	150,00	22%	30	30	2.700,00	2.700,00	5.400,00		
30	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone medicato con Pacitaxel, a rapido rilascio di farmaco (basso tempo di gonfiaggio del pallone), da utilizzare nel trattamento delle ristenosi intrastent e dei piccoli vasi (non elegibili al trattamento con stent), monouso, sterili	AB MEDICA	1*	ELUTAX 3 RX-PTCA	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	450,00	22%	7	-	9.450,00	-	9.450,00	92470581AA	SINGOLO FORNITORE
31	Sistema di assistenza ventricolare sx completamente percutaneo che comporti il solo accesso arterioso e sia in grado di garantire fino a 2.5 l/min di portata cardiaca, dotato di tutti gli accessori necessari per un corretto impianto e un corretto funzionamento, monouso, sterile	DESERTO													
32	(IVUS-IFR manuale): Sistema integrato per l'esecuzione di indagini intravascolari ad ultrasuoni ed emodinamiche del profilo pressorio intra-coronarico, consistente in: sistema IVUS+pressure wire FFR-IFR e materiale monouso dedicato: catetere IVUS misure varie e catetere Pressure Wire misure varie	SANITEX	1*	GUIDA BIDIREZIONALE PER MISURAZIONE PRESSIONE TRANSTENOTICA"OMNIWIRE"	89185-89185J	2103450	675,00	22%	70	100	141.750,00	202.500,00	344.250,00	9247095033	SINGOLO FORNITORE
				CATETERE ENDOVASCOLARE PER LA RILEVAZIONE DI IMMAGINI AD ULTRASUONI "EAGLE EYE PLATINUM" - "EAGLE EYE PLATINUM ST	85900P - 85900PST	341266 1025931	850,00	22%	120	140	306.000,00	357.000,00	663.000,00		
				SISTEMA INTRASIGHT ULTRASOUND IMAGING SYSTEM IN COMODATO D'USO GRATUITO	797403	1829933	-	22%	1	1	-	-		0	
33	(IVUS meccanico): Sistema carrellato per esecuzione di indagini intravascolari ad ultrasuoni caratterizzato da pull back di tipo meccanico ad alta risoluzione compatibile con cateteri 5 e 6 Fr consistente in: - comando operativo carrellato; - fornitura di materiale monouso, sterile, dedicato	BOSTON	1*	CATETERE PER IMAGING OPTICROSS	H749xxx	vari (v.elenco offerta)	700,00	22%	5	10	10.500,00	21.000,00	31.500,00	9247107A17	SINGOLO FORNITORE
				F/G ASSY SLED PULLBACK SINGLE PACK (*) consumabili indispensabili per corretta esecuzione procedura	H749A70200	76313	25,00	22%	5	10	375,00	750,00	1.125,00		
				iLAB-POLARIS-MULTI MODALITY GUIDANCE SYSTEM 240V MOBILE (c/carrello) o INTEGRATED BASE SYSTEM (vers.installata) - H749MDUSPLUS0 Motor Drive MDUS PLUS (contratto noleggio iLAB-POLARIS+MDUS PLUS)	SVC30iLABMDUS RENT	1671290 (iLAB.) 834807 (MDUS PLUS)	900,00	22%	1	1	2.700,00	2.700,00	5.400,00		
34	Guida dritta 0,14", modellabile, in nitinolo, con punta radiopaca, flessibile di 3 cm, con peso in punta fino ad un gr (tip load) di diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze monouso sterile.	ABBOTT	1*	Filo guida per PTCA Hi-Torque Balance Middel weight	100xxx	25679-25703 25702	62,00	4%	600	1.000	111.600,00	186.000,00	297.600,00	92471204D3	SINGOLO FORNITORE

35	Sistema per emostasi post-procedura per arteria femorale senza sutura del vaso con ancora intra-arteriosa e collagene extra-arterioso riassorbibili, per procedure strutturali cardiache e vascolari periferiche con diametro di accesso fino a 25 Fr, monouso sterili.	DESERTO															
36	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico caratterizzato da macchina che eroghi pressioni di aspirazione circa -29 inHg, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile.	NESSUNA OFFERTA IDONEA															
37	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Sirolimus per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	INNOVA HTS	1°	MAGIC TOUCH CORONARICO	da CMN15010 a	da 2013579	380,00	22%	40	80	27.360,00	54.720,00	82.080,00	9247189DC1	ACCORDO QUADRO		
		CS MEDICAL 7	2°	SELUTION SLR 014 PTCA	SC14xxx	vari (v.elenco offerta)	520,00	22%	40	80	12.480,00	24.960,00	37.440,00				
		VIGLIA	3°	MOZEC SEB	MOZSxxx	2128696	530,00	22%	40	80	12.720,00	25.440,00	38.160,00				
38	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Paclitaxel per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	CS MEDICAL 7	1°	ESSENTIAL PRO	BCDPR14N150xx	vari (v.elenco offerta)	400,00	22%	40	80	28.800,00	57.600,00	86.400,00	9247203950	ACCORDO QUADRO		
		MEDTRONIC	2°	PREVAIL	PRV02xxxRX	vari (v.elenco offerta)	370,00	22%	40	80	8.880,00	17.760,00	26.640,00				
		BBRAUN	3°	SEQUENT PLEASE NEO	S0232xxx	vari (v.elenco offerta)	398,00	22%	40	80	9.552,00	19.104,00	28.656,00				
39	Microcatetere di supporto al filo guida con doppio lume Over The Wire (OTW) destinato a supportare i fili guida e consentire lo scambio dei medesimi nel sistema vascolare coronarico e/o periferico durante procedure complesse. Si richiede la presenza della doppia porta OTW al fine di consentire lo scambio del filo guida in entrambi i lumi senza dover retrarre il catetere all'esterno del catetere guida	SANITEX	1°	RECROSS	RC141405	1886918	1.000,00	22%	15	30	45.000,00	90.000,00	135.000,00	9247232141	SINGOLO FORNITORE		
40	Sistema intraluminare vascolare, impiantabile, che permetta una riduzione di flusso a livello del seno coronarico che determini un incremento di perfusione a livello dell'albero coronarico al fine di trattare le forme di angina miocardica in pazienti non ulteriormente rivascularizzabili. Si richiede compatibilità con filo guida 0,035"	GADA	1°	Neovasc REDUCER	R1385CEV	132484	8.000,00	4%	8	10	192.000,00	240.000,00	432.000,00	924725543B	SINGOLO FORNITORE		
41	Sistema di aterectomia rotazionale meccanico caratterizzato da movimento della fresa diamantata secondo una modalità orbitale al fine di garantire un'adeguata rimozione di calcio disposto in modo asimmetrico e discontinuo lungo la circonferenza interna del vaso coronarico	CS MEDICAL 7	1°	DIAMOND BACK 360	C-2DB-CL125-135 (CORONA)	2058355	3.300,00	4%	10	60	99.000,00	594.000,00	693.000,00	9247296610	SINGOLO FORNITORE		
					GWC-12325LIG-FT (FILO GUIDA VIPERWIRE ADVANCE)	2058356	210,00	4%	10	60	6.300,00	37.800,00	44.100,00				
					VPR-SLD2 (LUBRIFICANTE VIPERSLIDE)	1791718	180,00	4%	10	60	5.400,00	32.400,00	37.800,00				
					SISTEMA ORBITALE DIAMONDBACK 360	CND (POMPA) Z12030399	8.350,00	22%	1	1	25.050,00	25.050,00	50.100,00				
42	Sistema di aterectomia coronarica rotazionale ad alta velocità caratterizzato da fresa ellittica diamantata, di vari diametri, posta all'estremità di un catetere flessibile. Tale Device garantisce una adeguata rimozione del calcio collocato in modo simmetrico e continuo lungo le pareti del vaso non trattabili con solo palloncino al fine di posizionare in modo ottimale lo stent. Il sistema consta di materiale consumabile (fili guida di diverse tipologie, frese singole di diversi diametri e sistema di avanzamento comprensive di fresa) e non consumabile quale il sistema di controllo.	BOSTON	1°	ROTAPRO	CATETERE PER ATRECTOMIA ROTAZIONALE (H74939300xxx) PREMONTATO CON FRESA (H802227680xxx)	1719697 27740	1.200,00	22%	20	30	72.000,00	108.000,00	180.000,00	9247312345	SINGOLO FORNITORE		

					GUIDA ROTAWIRE (H80222282400 22- H802232390012)	27894	130,00	22%	20	30	7.800,00	11.700,00	19.500,00		
					NOLEGGIO SISTEMA ROTAPRO- H74939309030- SVC30ROTAPRO RENT	1729887	1.200,00	22%	1	1	3.600,00	3.600,00	7.200,00		
43	Sistema di litotrixxia intravascolare coronarico/periferico indicato in pazienti che presentano stenosi coronariche non trattabili con sistemi di aterectomia rotazionale/orbitale caratterizzato da rilascio di energia meccanica pulsatile attraverso un catetere a palloncino di diverse misure	INNOVA HTS	1*	Generatore ad impulsi per litotrixxia SHOCKWAVE	CATETERE PER LITOTRISSIA SHOCKWAVE CORONARICO C2 (da C2IVL2512 a C2IVL4012)	da 1717589 a 1717608	1.850,00	22%	20	35	111.000,00	194.250,00	305.250,00	92473312F3	SINGOLO FORNITORE
					GENERATORE DI IMPULSI PER LITOTRISSIA COMPRESO DI CAVO DI CONNESSIONE- IVLGCCD OFFERTO IN COMODATO D'USO GRATUITO	1909780	-	22%	1	1	-	-	-		
44	Catetere per angioplastica a palloncino indicato in lesioni coronariche calcifiche con elevato grado di stenosi caratterizzati da elevate pressioni di gonfiaggio e sistema di trattamento della placca di tipo "scoring balloon"	INNOVA HTS	1*	Catetere a palloncino Brosmed WEDGE SCORING	da 814-2006 a 814-4030	da 1922126 a 1921975	350,00	22%	30	50	18.900,00	31.500,00	50.400,00	92474759C6	ACCORDO QUADRO
		CS MEDICAL 7	2*	SCOREFLEX NC	vari (v.elenco offerta)	1963755 1466731	478,00	4%	30	50	8.604,00	14.340,00	22.944,00		
		BOSTON	3*	WOLVERINE	H749394031xxx	1666513	750,00	22%	30	50	13.500,00	22.500,00	36.000,00		
45	Sistema integrato per esecuzione di indagini intravascolari OCT ed emodinamiche del profilo pressorio intracoronarico consistente in: 1 sistema OCT ILUMIEN OPTIS + FFR wireless	ABBOTT	1*	SISTEMA IMAGING INTRAVASCOLARE E TECNOLOGIA OCT - DRAGONFLY OPTIS KIT	C408646	121454	1.249,00	22%	20	50	74.940,00	187.350,00	262.290,00	92474916FB	SINGOLO FORNITORE
				OPTIS MOBILE SYSTEM - OPTIS TABLESIDE CONTROLLER WI-Box IN COMODATO D'USO GRATUITO	C408661 (Seriale 16496006)C408663 C12783	1745529 1751272 1355197	-	22%	1	1	-	-	-		
46	Sistema atto a valutare e misurare i parametri fisiologici della circolazione coronarica mediante l'analisi della Fractional Flow Reserve (FFR) e la Resting Full-Cycle ratio (RFR) per lo studio fisiologico dei vasi epicardici e la Coronary Flow Reserve (CFR) e l'Index of Microvascular Resistance (IMR) per valutare la microcircolazione cardiaca. Questo sistema trova indicazione nella valutazione e diagnosi di pazienti affetti da malattia del microcircolo vascolare coronarico	ABBOTT	1*	GUIDA PRESSUWIRE	C12059	1897256	675,00	22%	30	40	60.750,00	81.000,00	141.750,00	924755187E	SINGOLO FORNITORE
				COROFLOW CARDIOVASCULAR SYSTEM	vari (v.elenco offerta)	1866936	2.750,00	22%	1	1	8.250,00	8.250,00	16.500,00		
47	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con diametro della punta inferiore 0,009" ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	BOSTON	1*	SENTAI JUDO/SENTAI HORNET	H74939xxx	1803290 1400909	154,00	22%	25	40	11.550,00	18.480,00	30.030,00	9247574B78	SINGOLO FORNITORE
48	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con lunghezza superiore ai 195 cm.ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	EMOPASS	1*	GAIA FIRST/SECOND/THIRD/SOUH 03	AHW14RxxxP	1042448 1563945	195,00	22%	25	40	14.625,00	23.400,00	38.025,00	9247586561	SINGOLO FORNITORE

49	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico con sistema di aspirazione manuale, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile	GADA	1*	Sistema di estrazione/aspirazione FLOWTRIEVER	10-103 10-102 10-101 10-104 25-101 21-101 22-101	2068182 2068181 2068180 2068183 2068187 2068185 2068186	8.500,00	4%	5	10	127.500,00	255.000,00	382.500,00	9247595CCC	SINGOLO FORNITORE	
50	Sistema di protezione embolico in nitinol o similare ad elevata flessibilità, per circolazione cerebrale extracranica da posizionare a livello dell'arco aortico durante procedura di impianto percutaneo di valvola aortica	INNOVA HTS	1*	TRIGUARD 3	FG00005	1951801	2.000,00	4%	-	60	-	216.000,00	216.000,00	92476065E2	ACCORDO QUADRO	
		BOSTON	2*	SENTINEL	CMS15-10C	1929845	2.100,00	4%	-	60	-	75.600,00	75.600,00			
51	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone in materiale non compliant con un "profilo di attraversamento" (crossing profile) conformato al fine di rendere ottimale la post-dilatazione dello stent (POT Technique) monouso, sterile	INNOVA HTS	1*	POT PTCA NC	da 833-2206 a	da 2111097	55,00	22%	250	500	24.750,00	49.500,00	74.250,00	9247625590	ACCORDO QUADRO	
		MEDTRONIC	2*	EUPHORA NC	NCEUPxxx	vari (v.elenco offerta)	44,00	4%	250	500	6.600,00	13.200,00	19.800,00			
		VIGLIA	3*	MOZEC	MOZxxx	427575	40,00	22%	250	500	6.000,00	12.000,00	18.000,00			
											TOTALI	2.569.893,00	5.043.189,00	7.613.082,00		

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTE OFFERENTI	GRADUATORIA	NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO	CODICE	RDM	PREZZO UNITARIO	ALIQUOTA IVA	Q.TA' ANNUA AO AL	IMPORTO TRIENNALE AO AL	CIG ACCORDO QUADRO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	CIG DERIVATO	RIF. CODICI AREAS
1	Introduttori arteriosi di diverso calibro, (French) monouso sterili, con valvola emostatica in silicone, anello di ancoraggio, compatibili con guida 0,038 in J, con catetere laterale e rubinetto a tre vie, di lunghezza variabile.	CARDINAL HEALTH/CORDIS ITALY	1°	AVANTI Plus c/miniguida, s/miniguida con otturatore	5046xxx	139698	8,50	22%	1.000	25.500,00	9246355D84	SINGOLO FORNITORE	Z843C20949	429201 426766 429185 429192 429193 429195 429203 429184 426767 429208 429186 429189 429187 429206 429198 429200 429197 426768 429190 429204 429207 429188 429194
2	Kit per puntura arteriosa radiale, composto da introduttore in teflon, rivestito in materiale idrofilo, di lunghezza di almeno 16 cm, da agocannula o ago metallico di 21 G, che accetti filo guida da 0.018 oppure da 0.021 oppure da 0.038, di diverso calibro (French) monouso sterile.	SELEFAR	1°	RADIFOCUS INTRODUCER	RM*RFxxxxPQ	vari (v.elenco offerta)	42,50	5%	1.200	91.800,00	924636776D	ACCORDO QUADRO	A002274F4D	284203 434664 271463
		MERIT	2°	PRELUDE EASE	PHRxxxx	1127148	27,50	22%	1.200	19.800,00			Z343C20B41	N.D.
		TECNOSTIM	3°	BRAIDIN	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	28,00	22%	1.200	20.160,00			Z143C20B74	N.D.
3	Kit per puntura arteria radiale, composto da introduttore in ETFE, con punta tapered e rivestimento idrofilico, con lunghezza anche di 16 cm, di calibro 7 Fr con agocannula o ago metallico di 21 G, monouso sterile.	SELEFAR	1°	KIT GLIDESHEAT SLENDER	RM*RSxxxxx RM*Esxxxxx	vari (v.elenco offerta)	49,50	5%	200	29.700,00	9246379156	SINGOLO FORNITORE	ZBC3C20BA2	321406 326744
4	Guide monouso sterili da 0,025" a 0,038" in teflon, con anello di ancoraggio e guida di 0,038" in J. Determinazione Numero 1216 del 10/08/2023, pagina 229 di 242	ABBOTT	1°	GUIDERIGHT GUIDEWIRE	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	7,00	22%	2.650	55.650,00	9246394DB3	SINGOLO FORNITORE	A0022ADE57	166273 268863 268863 411364 268863 268863
5	Guida metallica del diametro esterno di 0,35” rivestita in PTFE ad elevato supporto di lunghezza non inferiore a 260 cm, caratterizzata da doppia curva pre-formata di diverse ampiezze terminali al fine di agevolare posizionamento di dispositivi all’interno delle camere cardiache (nell’ambito della valvuloplastica aortica e dell’impianto di protesi aortiche percutanee) minimizzando traumi sulla valvola mitrale.	EMOPASS	1°	GUIDA SILVERWAY	SJ1535N26S-SJ1535N30S-SJ3035N26S-SJ3035N30S	1917051-1917052-1917057-1917058	60,00	22%	40	4.320,00	92464224D1	ACCORDO QUADRO	Z273C20CA7	N.D.
		INNOVA HTS	2°	Guide per procedure TAVI INNOWI SYMEDRIX	TA-035-270-XX	1912104-1305068-1619989-1912114-1705747	90,00	4%	40	2.160,00			Z3E3C20CF8	N.D.
		COOK	3°	LUNDERQUIST DC	TSCMG-35-xxx	313495-	100,00	22%	40	2.400,00			ZBE3C20D27	N.D.
6	Cateteri diagnostici per coronaro-ventricolografia, monouso sterili, di differente calibro (French) e differenti lunghezze, in differenti curve, ad alto flusso, soft-tip che accettino guide .038”	CARDINAL HEALTH/CORDIS ITALY	1°	SUPER TORQUE PLUS	533xxx	131125	8,50	22,00	4.000	102.000,00	9246436060	SINGOLO FORNITORE	A002395DCB	233904 275563

8	Kit per angioplastica composta da: 1 adattatore per angioplastica coronarica ad Y: dotato di un connettore rotante ad un'estremità adattabile ai cateteri guida e una valvola antireflusso all'altra estremità, preferibilmente apribile a molla e regolabile nonchè bloccabile a vite. Il lume interno dev'essere dotato di diramazione a Y adatta per iniezioni di contrasto almeno fino a 400 psi, lavaggio e misure della pressione compatibile con i sistemi idraulici già in uso; 1 sistema a vite, detto anche "torquer", per orientare le guide da angioplastica coronaria; adatti ad essere posizionati su guide da angioplastica coronarica del calibro di 0.014"; dotati di sistema di serraggio a vite; 1 ago a punta smussa adatto all'introduzione nell'adattatore per angioplastica a Y della guida da angioplastica coronarica; lunghezza compresa tra 9 e 12 cm., calibro del lume non inferiore a 0.014 inches	MERIT	1°	HONOR valve	MAP300 MAP301 MAP302 MAP350 MAP351 MAP352 MAP353	120774	11,00	22%	1.500	49.500,00	9246468AC5	SINGOLO FORNITORE	A0023BBD27	N.D.
10	Cateteri guida di diverso calibro (French) ad ampio lume , soft-tip , monouso sterile, con configurazione speciale per garantire un maggior supporto per coronaria sx per coronaria dx, bypass e mammaria, in differenti curve	MEDTRONIC	1°	LAUNCHER	Laxxx	10683	33,00	4,00	1.400	138.600,00	924650594E	SINGOLO FORNITORE	A0023D41CC	428353 428354 428352 186564 169556 226579 188927 180601 180602 321184 180603 343265 180604 343266 180605 180606 374787 374785 321205 378644 180618 186563 292233 191958 180619 321204 367829 341984
11	Guida diritta .014”, modellabile, con punta flessibile di 3 cm in diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze, monouso, sterile	ABBOTT	1°	HI-TORQUE POWERTURN	10445xxx	vari (v.elenco offerta)	49,50	4%	100	14.850,00	9246515191	SINGOLO FORNITORE	Z753C213F3	288040 288041 288042 288043 288060 288061

12	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014” dedicato al trattamento di lesioni complesse e occlusioni coronariche croniche. Disponibilità sia di punta rastremata (>= 0.009”) per trattamento di occlusioni coronariche croniche, sia 0.014” per lesioni complesse non occlusive. Grammatura di punta a partire da 0.6 gr. Possibilità di utilizzo in microcanali e collaterali coronarici in occlusioni coronariche croniche, per la navigabilità nelle procedure per via retrograda. Richiesto rivestimento polimerico idrofilico. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	BOSTON	1°	SENTAI SAMURAI/RC/FIGHTER	H7493930xxx	1400866-1400896	90,00	22%	50	13.500,00	9246527B75	SINGOLO FORNITORE	Z093C21441	N.D.
13	Filo guida per angioplastica coronarica 0.014” dedicato al trattamento di occlusioni coronariche croniche. Grammatura di punta da 3 a 12 gr almeno. Disponibilità sia con punta rastremata (>= 0.009”) che 0.014” . Lunghezze disponibili da 180 a 300 cm.. Coil con rivestimento idrofilico eccetto TIP distale. Disponibilità di estensione per utilizzo con microcateteri coronarici. Monouso sterile.	EMOPASS	1°	Guida per CTO e lesioni complesse CONQUEST PRO/MIRACLE/ULTIMATEBROS	AGH143090 AGH143091 AG4M050 AG14M060 AGM070 AHW14S003S AHW14S303S	34657 34670 419542	175,00	22%	50	26.250,00	9246570EF0	SINGOLO FORNITORE	Z703C21490	290404 290405 290407 290409 290459 290461 290462 279344
14	Filo guida 0.010” dedicato a esternalizzazione dopo disostruzione di coronarica con approccio retrogrado. Lunghezza di almeno 330 cm. Struttura in acciaio con rivestimento in PTFE, coil con rivestimento idrofilo. Porzione radiopaca di almeno 3 cm.	SANITEX	1°	R350	7390	2205636	185,00	22%	50	16.650,00	9246580733	ACCORDO QUADRO	Z133C214FD	N.D.
		EMOPASS	2°	Guida per esternalizzazione RG3	AHW10S302S	419542	190,00	22%	50	5.700,00			Z093C2153C	290408 307963
15	Microcatetere per il trattamento di occlusioni coronariche croniche. Deve avere rivestimento idrofilo e deve essere in grado di attraversare l'attraversamento di tortuosità prossimali. Disponibile in varie lunghezze dello shaft fino a 150 cm., diametro max della punta ≤ 1.8 Fr.	SANITEX	1°	SUPERCROSS FT	5340-5341	2153808-2153809	435,00	22%	50	39.150,00	9246621908	ACCORDO QUADRO	Z823C2157E	345285 345286 345287 345288 345289 345290 345291 345292
		CS MEDICAL 7	2°	NAVITIAN	MCCC14135001 MCCC14150001	1788805	440,00	22%	50	13.200,00			Z083C215F2	N.D.
		INNOVA HTS	3°	PRONAVI	MC17-135 MC17-150 MC17-162 MC19-135 MC19-150 MC19-162	2111166 2111179 2111180 2111181 2111182 2111183	230,00	22%	50	6.900,00			Z023C2164A	N.D.
16	Microcatetere coronarico da supporto per guide da disostruzione coronarica di lunghezza 135 cm. Diametro esterno variabile, rastremato nella parte distale fino a 1,4 Fr. Richiesto diametro interno da 0.015” fino a 0.025”.	EMOPASS	1°	CARAVEL	CRV135-19P	1459652	650,00	22%	50	97.500,00	9246817AC6	SINGOLO FORNITORE	A00245F480	388024

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 1216 del 10/08/2023, pagina 231 di 242

17	Catetere per angioplastica a rapido scambio (di tipo mono-rail) a basso profilo in materiale non compliant in grado di tollerare elevate pressioni di gonfiaggio, in differenti lunghezze e diametro, in grado di eseguire trattamento di lesioni in vasi coronarici di grande diametro.	BOSTON	1°	NC EMERGE	H74939276xxx	1249741	44,95	22%	1.000	80.910,00	9246824090	ACCORDO QUADRO	A0024745D4	349304 319266 319828 320652 319268 349305 319264 320653 319845 319826 319824 349305 349364 319828 349365 349306 319825 319825 319827 320785 320649 320645 320644 319830 319826 319829 319270
		CS MEDICAL 7	2°	SAPPHIRE II NC	117-xxx	1963744-1119907	53,00	22%	1.000	31.800,00			ZB63C217BE	N.D.
		MEDTRONIC	3°	EUPHORA NC	NCEUPxxx	vari (v.elenco offerta)	44,00	4%	1.000	26.400,00			Z513C217F9	288983 289039 316127 288978 289038 288977 288981 288980 289046 288997 316126 288979 289045 289050 316128 289048 289043 289044 288999 316125 288982 288998 316144 321964 336845 289040 289049
18	Sistemi di protezione embolica distale, non occludente, con guida mobile rispetto al filtro, durante angioplastica coronarica, monouso sterile. Compatibilità con cateteri guida di 6 french	CS MEDICAL 7	1°	ROBIN	SDNxxx	vari (v.elenco offerta)	480,00	22%	30	25.920,00	9246836A74	ACCORDO QUADRO	Z4C3C21896	N.D.
		BOSTON	2°	FILTER WIRE EZ	H749201003990	9064690386	530,00	22%	30	9.540,00			ZD73C219C6	186767 186768

		ABBOTT	3°	EMBOSHIELD NAV6	22442-19 22443-19	165215	630,00	4%	30	11.340,00			Z943C21A58	186103 186104
19	Catetere per tromboaspirazione coronarica in formati 6 Fr, con rivestimento idrofilico e stiletto removibile di supporto interno al fine di garantire supporto e raggiungimento di tratti coronarici distali.	INNOVA HTS	1°	ASPIRATROMBI TRANSPORT	4030411 04030412	1885092 1885102	110,00	22%	300	59.400,00	9246844111	ACCORDO QUADRO	A0025365EC	N.D.
		MEDTRONIC	2°	EXPORT-ADVANCE	ADVANCECE	2269384 297330	205,00	4%	300	36.900,00			ZEB3C21C39	N.D.
		SELEFAR	3°	ELIMINATE	EG1652 EG1401	297378 856345	240,00	22%	300	43.200,00			A002561967	N.D.
20	Sistema di tromboaspirazione coronarica di tipo meccanico composto da catetere (monouso sterile) e consolle in grado di ripristinare flusso coronarico in presenza di voluminosi trombi occlusivi presenti in coronarie di grande diametro ed in graft venosi (diametro > 3 mm) prima degli interventi di angioplastica con catetere a palloncino o dell’impianto di stent.	BOSTON	1°	ANGIOJET CATHETER	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	2.000,00	22%	20	120.000,00	9246860E41	SINGOLO FORNITORE	A0025D26A8	N.D.
				NOLEGGIO ANGIOJET CONSOLE	SVCSSANGIOJ ETRENT- 106650-035	1402462	4.980,00	22,00	1	14.940,00				COLLAUDO/INVENTARIO
21	Set per pericardiocentesi a drenaggio pericardico completo di aghi, guida, dilatatore, catetere di drenaggio, rubinetto a tre vie e sacca di raccolta, monouso, sterile.	MERIT	1°	PERICARIOCENTESI KIT	PC803EU- PC804EU- PC101EU- PC201EU	A060205	134,00	22%	30	12.060,00	9246897CCA	SINGOLO FORNITORE	Z3E3C21DA3	N.D.
23	Sistema percutaneo per chiusura di forame ovale pervio mediante sutura con monofilamenti di polipropilene non riassorbibile radiopaco, monouso, sterile	EMOPASS	1°	NOBLESTITCH EL2	12-90-07	1398635	8.500,00	4%	5	127.500,00	9246930807	SINGOLO FORNITORE	A0027B3398	N.D.
25	Pallone non compliant per valvuloplastica aortica e/o polmonare, caratterizzato da elevata resistenza al gonfiaggio ad alte pressioni e buona performance nel trattamento delle stenosi aortiche altamente calcifiche, con rapidi tempi di gonfiaggio-sgonfiaggio e buona capacità di essere sottoposto a ripetuti cicli di riutilizzo, con ampia gamma di misure, monouso,	AB MEDICA	1°	Catetere VALVULOP MITR. NuCLEUS - CATETERE DA DILATAZIONE Z MED II	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	1.150,00	22%	20	69.000,00	924699098A	SINGOLO FORNITORE	A0027C41A0	190135 190141 190142
26	Pallone semi-compliant per valvuloplastica aortica, caratterizzato da basso profilo e buona resistenza ad	CS MEDICAL 7	1°	TAVI Valver	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco	650,00	22%	20	39.000,00	924702024E	SINGOLO FORNITORE	Z733C22BEC	N.D.
27	Sistema per la chiusura percutanea dell'auricola sinistra in nitinolo autoespandibile con membrana porosa sul lato prossimale e dotato di ancoraggi di fissaggio nella parete dell'appendice atriale sinistra, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	BOSTON	1°	WATCHMAN	1053W350xx x (*) a fronte di acquisto di WATCHMAN FLX LAA a scelta, sconto merce WATCHMAN TRUSEAL ACCESS WATCHMAN	1324710	4.999,00	4%	5	74.985,00	9247031B5F	SINGOLO FORNITORE	9247031B5F	433864 433893 433894 CFR .CONTRATTO 2020- 407
28	Sistema per la chiusura dell'auricola sinistra autoespandibile, a doppio disco di maglia metallica in nitinol, autocentrante, ricatturabile e riposizionabile, disponibile in diverse misure, monouso, sterile.	INNOVA HTS	1°	OMEGA LLA OCCLUDER/ECLIPSE (sistema chiusura auricola atriale sx e sistema rilascio OLAA14F in sconto merce)	da OLAA14 a OLAA30	da 2147856 a 2147987	3.500,00	4%	15	157.500,00	92470413A2	SINGOLO FORNITORE	A0027E3B32	433894

29	Cateteri tipo "goose neck" per recupero corpi estranei, con corpo catetere da 4 e 6 Fr. e diametro del laccio da 4 a 35 mm.	MEDTRONIC	1°	GOOSE NECK e MICROSNARE	GNxxx - SK200	vari (v.elenco offerta)	140,00	22%	30	7.560,00	92470467C1	ACCORDO QUADRO	ZF83C22C79	173617 155679 155676 164745 173615 155680 296914 264684 170745 171598 264684 173615
		MERIT	2°	ONE SNARE	ONE 300 ONE1000 ONE1500 ONE2000 ONE3500	638490	155,00	22%	30	2.790,00			Z1E3C22C8B	N.D.
		INNOVA HTS	3°	EXTER SNARE/Andratec	da ES-5 a ESM-7	1251959	150,00	22%	30	2.700,00			ZDF3C22C99	N.D.

32	(IVUS-iFR manuale): Sistema integrato per l'esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni ed emodinamiche del profilo pressorio intra-coronarico, consistente in: sistema IVUS+pressure wire FFR-iFR e materiale monouso dedicato: catetere IVUS misure varie e catetere Pressure Wire misure varie	SANITEX	1°	GUIDA BIDIREZIONALE PER MISURAZIONE PRESSIONE TRANTENOTICA"OMNIWIRE"	89185-89185J	2103450	675,00	22%	100	202.500,00	9247095033	SINGOLO FORNITORE	A00280DDDA	428504 428505
				CATETERE ENDOVASCOLARE PER LA RILEVAZIONE DI IMMAGINI AD ULTRASUONI "EAGLE EYE PLATINUM" - "EAGLE EYE PLATINUM ST	85900P - 85900PST	341266 1025931	850,00	22%	140	357.000,00				223272
				SISTEMA INTRASIGHT ULTRASOUND IMAGING SYSTEM IN COMODATO D'USO GRATUITO	797403	1829933	-	22%	1	-				COLLAUDO/ INVENTARIO

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 1216 del 10/08/2023, pagina 234 di 242

33	(IVUS meccanico): Sistema carrellato per esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni caratterizzato da pull back di tipo meccanico ad alta risoluzione compatibile con cateteri 5 e 6 Fr consistente in: - comando operativo carrellato; - fornitura di materiale monouso, sterile, dedicato	BOSTON	1°	CATETERE PER IMAGING OPTICROSS	H749xxx	vari (v.elenco offerta)	700,00	22%	10	21.000,00	9247107A17	SINGOLO FORNITORE	Z483C22D14	N.D.
				F/G ASSY SLED PULLBACK SINGLE PACK (*) consumabili indispensabili per corretta esecuzione procedura	H749A70200	76313	25,00	22%	10	750,00				N.D.
				iLAB-POLARIS-MULTI MODALITY GUIDANCE SYSTEM 240V MOBILE (c/carrello) o INTEGRATED BASE SYSTEM (vers.installata) - H749MDU5PLUS0 Motor Drive MDU5 PLUS (contratto noleggio iLAB-POLARIS+MDU5 PLUS)	SVC30iLABMDU5RENT	1671290 (iLAB.) 834807 (MDU5 PLUS)	900,00	22%	1	2.700,00				COLLAUDO/INVENTARIO

34	Guida dritta 0,14”, modellabile, in nitinolo, con punta radiopaca, flessibile di 3 cm, con peso in punta fino ad un gr (tip load) di diversi tipi di flessibilità e/o supporto ed in differenti lunghezze monouso sterile.	ABBOTT	1°	Filo guida per PTCA Hi-Torque Balance Middel weight	100xxx	25679-2570325702	62,00	4%	1.000	186.000,00	92471204D3	SINGOLO FORNITORE	A002828425	287746 346680 168966 180463 408268 408269
----	--	--------	----	---	--------	------------------	-------	----	-------	------------	------------	-------------------	------------	--

37	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Sirolimus per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	INNOVA HTS	1°	MAGIC TOUCH CORONARICO	da CMN15010a CMN40040	da 2013579a	380,00	22%	80	54.720,00	9247189DC1	ACCORDO QUADRO	A0028526CD	N.D.
		CS MEDICAL 7	2°	SELUTION SLR 014 PTCA	SC14xxx	vari (v.elenco offerta)	520,00	22%	80	24.960,00			ZEB3C22DDF	391502 391501 391479 391478 391538 391469 391513 391512 391510 391506 391542 391530 391494 391493 391467 391465 391543 391498 391547 391539 391529 391520 391504 391511 391523 391531 391483 391533
		VIGLIA	3°	MOZEC SEB	MOZSxxx	2128696	530,00	22%	80	25.440,00			Z9F3C22DFA	N.D.

38	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone a basso profilo in materiale semi-compiante a rilascio prolungato di Paclitaxel per il trattamento di malattia dei piccoli vasi, delle ristenosi ed a livello delle biforcazioni ove non vi sia indicazione all'impianto di nuovo stent, monouso, sterile.	CS MEDICAL 7	1°	ESSENTIAL PRO	BCDPR14N150xxx	vari (v.elenco offerta)	400,00	22%	80	57.600,00	9247203950	ACCORDO QUADRO	A00285CF0B	N.D
					PRV02xxxRX	vari (v.elenco offerta)	370,00	22%	80	17.760,00			Z073C22E30	N.D
		BBRAUN	3°	SEQUENT PLEASE NEO	50232xxx	vari (v.elenco offerta)	398,00	22%	80	19.104,00			Z503C22E41	391184 391187 391186 391185 391189 391188

39	Microcatetere di supporto al filo guida con doppio lume Over The Wire (OTW) destinato a supportare i fili guida e consentire lo scambio dei medesimi nel sistema vascolare coronarico e/o periferico durante procedure complesse. Si richiede la presenza della doppia porta OTW al fine di consentire lo scambio del filo guida in entrambi i lumi senza dover retrarre il catetere all'esterno del catetere guida	SANITEX	1°	RECROSS	RC141405	1886918	1.000,00	22%	30	90.000,00	9247232141	SINGOLO FORNITORE	A002878629	N.D.
----	---	---------	----	---------	----------	---------	----------	-----	----	-----------	------------	-------------------	------------	------

40	Sistema intraluminare vascolare, impiantabile, che permetta una riduzione di flusso a livello del seno coronarico che determini un incremento di perfusione a livello dell'albero coronarico al fine di trattare le forme di angina miocardica in pazienti non ulteriormente rivascolarizzabili. Si richiede compatibilità con filo guida 0,035"	GADA	1°	Neovasc REDUCER	R1385CEV	132484	8.000,00	4%	10	240.000,00	924725543B	SINGOLO FORNITORE	A00287EB1B	401545
41	Sistema di aterectomia rotazionale meccanico caratterizzato da movimento della fresa diamantata secondo una modalità orbitale al fine di garantire un'adequata rimozione di calcio disposto in modo asimmetrico e discontinuo lungo la circonferenza interna del vaso coronarico	CS MEDICAL 7	1°	DIAMOND BACK 360	C-2DB-CL125-135 (CORONA)	2058355	3.300,00	4%	60	594.000,00	9247296610	SINGOLO FORNITORE	A0025F2112	386185
					CWC-1252500 FT (FILO GUIDA VIPERWIRE ADVANCE)	2058356	210,00	4%	60	37.800,00				386186
					VPR-SLD2 (LUBRIFICANT E VIPERSLIDE)	1791718	180,00	4%	60	32.400,00				386187
					SISTEMA ORBITALE DIAMONDBACK 360	CND (POMPA) Z12030399	8.350,00	22%	1	25.050,00				COLLAUDO/INVENTARIO
42	Sistema di aterectomia coronarica rotazionale ad alta velocità caratterizzato da fresa ellittica diamantata, di vari diametri, posta all’estremità di un catetere flessibile. Tale Device garantisce una adeguata rimozione del calcio allargato in modo simmetrico e continuo lungo le pareti del vaso non trattabili con solo palloncino al fine di posizionare in modo ottimale lo stent. Il sistema consta di materiale consumabile (fili guida di diverse tipologie, frese singole di diversi diametri e sistema di avanzamento comprensive di fresa) e non consumabile quale il sistema di controllo.	BOSTON	1°	ROTAPRO	CATETERE PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE (H74939300xx x) PREMONTATO CON FRESA (H802227680xx xx)	171969727740	1.200,00	22%	30	108.000,00	9247312345	SINGOLO FORNITORE	A00288E850	369147 235374 235378 235373 235376 369144 235377 369151 369148 369145 369150 369146 235372 235379 369149
					GUIDA ROTAWIRE (H8022228240022-H802232390012)	27894	130,00	22%	30	11.700,00				235383 235380 235384 235388 235390 235385 235393 235382 235387 235381
					NOLEGGIO SISTEMA ROTAPRO-H74939309030-SVC30ROTAPRO-RENT	1729887	1.200,00	22%	1	3.600,00				COLLAUDO/INVENTARIO

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Angelo - Determinazione Numero 1216 del 10/08/2023, pagina 236 di 242

43	Sistema di litotrissia intravascolare coronarico/periferico indicato in pazienti che presentano stenosi coronariche non trattabili con sistemi di aterectomia rotazionale/orbitale caratterizzato da rilascio di energia meccanica pulsatile attraverso un catetere a palloncino di diverse misure	INNOVA HTS	1°	Generatore ad impulsi per litotrissia SHOCKWAVE	CATETERE PER LITOTRISSIA SHOCKWAVE CORONARICO C2 (da C2IVL2512 a C2IVL4413) e DI IMPULSI PER LITOTRISSIA COMPRESO DI CAVO DI CONNESSIONE IVLGCCD OFFERTO IN COMODATO	da 1717589 a 1717608	1.850,00	22%	35	194.250,00	92473312F3	SINGOLO FORNITORE	A002604FE8	364024 363544 363545 363546 363547 363586 - INVENTARIO 363585
44	Catetere per angioplastica a palloncino indicato in lesioni coronariche calcifiche con elevato grado di stenosi caratterizzato da elevate pressioni di gonfiaggio e sistema di trattamento della placca di tipo "scoring balloon"	INNOVA HTS	1°	Catetere a palloncino Brosmed WEDGE SCORING	da 814-2006 a 814-4030	1922126 a 1922135	350,00	22%	50	31.500,00	92474759C6	ACCORDO QUADRO	Z413C22F1D	N.D.
		CS MEDICAL 7	2°	SCOREFLEX NC	vari (v.elenco offerta)	1963755 1466731	478,00	4%	50	14.340,00			ZB93C23015	N.D.
		BOSTON	3°	WOLVERINE	H749394031x	1666513	750,00	22%	50	22.500,00			Z1A3C2305E	N.D.
45	Sistema integrato per esecuzione di indagini intravascolari OCT ed emodinamiche del profilo pressorio intracoronarico consistente in: 1 sistema OCT ILUMIEN OPTIS + FFR wireless	ABBOTT	1°	SISTEMA IMAGING INTRAVASCOLARE E TECNOLOGIA OCT - DRAGONFLY OPTIS KIT	C408646	121454	1.249,00	22%	50	187.350,00	92474916FB	SINGOLO FORNITORE	A00277C634	328924 385784 COLLAUDO/INVENTARIO
				OPTIS MOBILE SYSTEM - OPTIS TABLESIDE CONTROLLER WI-Box IN COMODATO D'USO GRATUITO	C408661 (Seriale 16496006)C408663 C12783	1745529 1751272 1355197	-	22%	1	-				
46	Sistema atto a valutare e misurare i parametri fisiologici della circolazione coronarica mediante l'analisi della Fractional Flow Reserve (FFR) e la Resting Full-Cycle ratio (RFR) per lo studio fisiologico dei vasi epicardici e la Coronary Flow Reserve (CFR) e l'Index of Microcirculatory Resistance (IMR) per la valutazione della microcircolazione cardiaca. Questo sistema trova indicazione nella valutazione e diagnosi di pazienti affetti da malattia del microcircolo vascolare coronarico	ABBOTT	1°	GUIDA PRESSUWIRE	C12059	1897256	675,00	22%	40	81.000,00	924755187E	SINGOLO FORNITORE	A0028A4A77	N.D. COLLAUDO/INVENTARIO
				COROFLOW CARDIOVASCULAR SYSTEM	vari (v.elenco offerta)	1866936	2.750,00	22%	1	8.250,00				
47	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con diametro della punta inferiore 0,009" ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	BOSTON	1°	SENTAI JUDO/SENTAI HORNET	H74939xxx	1803290 1400909	154,00	22%	40	18.480,00	9247574878	SINGOLO FORNITORE	Z8F3C22F8C	N.D.
48	Filo guida coronarico per angioplastica complessa con lunghezza superiore ai 195 cm.ed elevata capacità di penetrazione indicato per il trattamento di occlusioni coronariche croniche	EMOPASS	1°	GAIA FIRST/SECOND/THIRD/SO UH 03	AHW14RxxxP	1042448 1563945	195,00	22%	40	23.400,00	9247586561	SINGOLO FORNITORE	ZBB3C220EF	303115 303116 303117 327844

49	Sistema per tromboaspirazione vascolare di tipo meccanico con sistema di aspirazione manuale, cateteri di diversa dimensione e sistema di separazione del trombo al fine che lo stesso sia più facilmente asportabile	GADA	1°	Sistema di estrazione/aspirazione FLOWTRIEVER	10-103 10-102 10-101 10-104 25-101 21-101 22-101	2068182 2068181 2068180 2068183 2068187 2068185 2068186	8.500,00	4%	10	255.000,00	9247595CCC	SINGOLO FORNITORE	A0028AF38D	N.D.
----	---	------	----	---	--	---	----------	----	----	------------	------------	-------------------	------------	------

50	Sistema di protezione embolico in nitinol o similare ad elevata flessibilità, per circolazione cerebrale extracranica da posizionare a livello dell'arco aortico durante procedura di impianto percutaneo di valvola aortica	INNOVA HTS	1°	TRIGUARD 3	FG00005	1951801	2.000,00	4%	60	216.000,00	92476065E2.	ACCORDO QUADRO	A00261A214	391164
		BOSTON	2°	SENTINEL	CMS15-10C	1929845	2.100,00	4%	60	75.600,00			A00262E295	
														332064

51	Catetere per angioplastica a rapido scambio con pallone in materiale non compliant con un "profilo di attraversamento" (crossing profile) conformato al fine di rendere ottimale la post-dilatazione dello stent (POT Technique) monouso, sterile	INNOVA HTS	1°	POT PTCA NC	da 833-2206 a 833-5015	da 2111097 a	55,00	22%	500	49.500,00	9247625590	ACCORDO QUADRO	A0028B7A25	N.D.
		MEDTRONIC	2°	EUPHORA NC	NCEUPxxx	vari (v.elenco offerta)	44,00	4%	500	13.200,00			Z033C2300D	288983 289039 316127 288978 289038 288977 288981 288980 289046 288997 316126 288979 289045 289050 316128 289048 289043 289044 288999 316125 288982 288998 316144 321964 336845 289040 289049 288977
		VIGLIA	3°	MOZEC	MOZxxx	427575	40,00	22%	500	12.000,00			ZB93C23015	N.D.

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 1216 del 10/08/2023, pagina 238 di 242

TOTALI	5.043.189,00
--------	--------------

LOTTO	DESCRIZIONE	DITTE OFFERENTI	GRADUATORIA	NOME COMMERCIALE DISPOSITIVO OFFERTO	CODICE	RDM	PREZZO UNITARIO	ALIQUOTA IVA	Q.TA' ANNUA ASL AT	Q.TA' ANNUA AO AL	IMPORTO TRIENNALE ASL AT	IMPORTO TRIENNALE AO AL	IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE	CIG ACCORDO QUADRO	MODALITA' DI AFFIDAMENTO	CIG DERIVATO	RIF. CODICI AREAS
20	Sistema di tromboaspirazione coronarica di tipo meccanico composto da catetere (monouso sterile) e console in grado di ripristinare flusso coronarico in presenza di voluminosi trombi occlusivi presenti in coronarie di grande diametro ed in graft venosi (diametro > 3 mm) prima degli interventi di angioplastica con catetere a palloncino o dell’impianto di stent.	BOSTON	1°	ANGIOJET CATHETER	vari (v.elenco offerta)	vari (v.elenco offerta)	2.000,00	22%	10	20	60.000,00	120.000,00	180.000,00	9246860E41	SINGOLO FORNITORE	A0025D26A8	N.D.
				NOLEGGIO ANGIOJET CONSOLE	SVC35ANGIOJETREN T-105650-025	1402462	4.980,00	22,00	1	1	14.940,00	14.940,00	29.880,00				COLLAUDO/INVENTARIO
32	(IVUS-iFR manuale): Sistema integrato per l’esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni ed emodinamiche del profilo pressorio intra-coronarico, consistente in: sistema IVUS+pressure wire FFR-iFR e materiale monouso dedicato: catetere IVUS misure varie e catetere Pressure Wire misure varie	SANITEX	1°	GUIDA BIDIREZIONALE PER MISURAZIONE PRESSIONE TRANTENOTICA"OMNIWIRE"	89185-89185J	2103450	675,00	22%	70	100	141.750,00	202.500,00	344.250,00	9247095033	SINGOLO FORNITORE	A00280DDDA	428504 428505
				CATETERE ENDOVASCOLARE PER LA RILEVAZIONE DI IMMAGINI AD ULTRASUONI "EAGLE EYE PLATINUM" - "EAGLE EYE PLATINUM ST	85900P - 85900PST	341266 1025931	850,00	22%	120	140	306.000,00	357.000,00	663.000,00				223272
				SISTEMA INTRASIGHT ULTRASOUND IMAGING SYSTEM IN COMODATO D'USO GRATUITO	797403	1829933	-	22%	1	1	-	-					COLLAUDO/INVENTARIO
33	(IVUS meccanico): Sistema carrellato per esecuzione di indagine intravascolare ad ultrasuoni caratterizzato da pull back di tipo meccanico ad alta risoluzione compatibile con cateteri 5 e 6 Fr consistente in: - comando operativo carrellato; - fornitura di materiale monouso, sterile, dedicato	BOSTON	1°	CATETERE PER IMAGING OPTICROSS	H749xxx	vari (v.elenco offerta)	700,00	22%	5	10	10.500,00	21.000,00	31.500,00	9247107A17	SINGOLO FORNITORE	Z483C22D14	N.D.
				F/G ASSY SLED PULLBACK SINGLE PACK (*) consumabili indispensabili per corretta esecuzione procedura	H749A70200	76313	25,00	22%	5	10	375,00	750,00	1.125,00				N.D.
				iLAB-POLARIS-MULTI MODALITY GUIDANCE SYSTEM 240V MOBILE (c/carrello) o INTEGRATED BASE SYSTEM (vers.installata) - H749MDU5PLUS0 Motor (contratto noleggio iLAB-POLARIS+MDU5 PLUS)	SVC30ILABMDU5RENT	1671290 (iLAB.) 834807 (MDU5 PLUS)	900,00	22%	1	1	2.700,00	2.700,00	5.400,00				COLLAUDO/INVENTARIO
41	Sistema di aterectomia rotazionale meccanico caratterizzato da movimento della fresa diamantata secondo una modalità orbitale al fine di garantire un’adeguata rimozione di calcio disposto in modo asimmetrico e discontinuo lungo la circonferenza interna del vaso coronarico	CS MEDICAL 7	1°	DIAMOND BACK 360	C-2DB-CL125-135 (CORONA)	2058355	3.300,00	4%	10	60	99.000,00	594.000,00	693.000,00	9247296610	SINGOLO FORNITORE	A0025F2112	386185
					GWC-12325LG-FT (FILO GUIDA VIPERWIRE ADVANCE)	2058356	210,00	4%	10	60	6.300,00	37.800,00	44.100,00				386186
					VPR-SLD2 (LUBRIFICANTE VIPERSLIDE)	1791718	180,00	4%	10	60	5.400,00	32.400,00	37.800,00				386187
					SISTEMA ORBITALE DIAMONDBACK 360	CND (POMPA) Z12030399	8.350,00	22%	1	1	25.050,00	25.050,00	50.100,00				COLLAUDO/INVENTARIO

42	Sistema di aterectomia coronarica rotazionale ad alta velocità caratterizzato da fresa ellittica diamantata, di vari diametri, posta all'estremità di un catetere flessibile. Tale Device garantisce una adeguata rimozione del calcio collocato in modo simmetrico e continuo lungo le pareti del vaso non trattabili con solo palloncino al fine di posizionare in modo ottimale lo stent. Il sistema consta di materiale consumabile (filì guida di diverse tipologie, frese singole di diversi diametri e sistema di avanzamento comprensive di fresa) e non consumabile quale il sistema di controllo.	BOSTON	1°	ROTAPRO	CATETERE PER ATERECTOMIA ROTAZIONALE (H74939300xxx) PREMONTATO CON FRESA (H802227680xxx)	1719697 27740	1.200,00	22%	20	30	72.000,00	108.000,00	180.000,00	9247312345	SINGOLO FORNITORE	A00288E850	369147 235374 235378 235373 235376 369144 235377 369151 369148 369145 369150 369146 235372 235379 369149		
				GUIDA ROTAWIRE (H8022228240022-H802232390012)	27894	130,00	22%	20	30	7.800,00	11.700,00	19.500,00	235383 235380 235384 235388 235390 235385 235393 235382 235387 235381						
				NOLEGGIO SISTEMA ROTAPRO-H74939309030-SVC30ROTAPRORENT	1729887	1.200,00	22%	1	1	3.600,00	3.600,00	7.200,00	COLLAUDO/INVENTARIO						
43	Sistema di litotrissia intravascolare coronarico/periferico indicato in pazienti che presentano stenosi coronariche non trattabili con sistemi di aterectomia rotazionale/orbitale caratterizzato da rilascio di energia meccanica pulsatile attraverso un catetere a palloncino di diverse misure	INNOVA HTS	1°	Generatore ad impulsi per litotrissia SHOCKWAVE	CATETERE PER LITOTRISSIA SHOCKWAVE CORONARICO C2 (da C2IVL2512 a C2IVL4012)	da 1717589 a 1717608	1.850,00	22%	20	35	111.000,00	194.250,00	305.250,00	92473312F3	SINGOLO FORNITORE	A002604FE8	364024 363544 363545 363546 363547		
				GENERATORE DI IMPULSI PER LITOTRISSIA COMPRESO DI CAVO DI CONNESSIONE-IVLGCCD OFFERTO IN COMODATO D'USO GRATUITO	1909780	-	22%	1	1	-	-	-	363586 - INVENTARIO 363585						
45	Sistema integrato per esecuzione di indagini intravascolari OCT ed emodinamiche del profilo pressorio intracoronarico consistente in: 1 sistema OCT ILUMIEN OPTIS + FFR wireless	ABBOTT	1°	SISTEMA IMAGING INTRAVASCOLARE E TECNOLOGIA OCT DRAGONFLY OPTIS KIT	C408646	121454	1.249,00	22%	20	50	74.940,00	187.350,00	262.290,00	92474916FB	SINGOLO FORNITORE	A00277C634	328924 385784		
				OPTIS MOBILE SYSTEM - OPTIS TABLESIDE CONTROLLER WI-Box IN COMODATO D'USO GRATUITO	C408661 (Seriale 16496006)/C408663 C12783	1745529 1751272 1355197	-	22%	1	1	-	-	-				COLLAUDO/INVENTARIO		
46	Sistema atto a valutare e misurare i parametri fisiologici della circolazione coronarica mediante l'analisi della Fractional Flow Reserve (FFR) e la Resting Full-Cycle ratio (RFR) per lo studio fisiologico dei vasi epicardici e la Coronary Flow Reserve (CFR) e l'Index of Microvascular Resistance (IMR) per valutare la microcircolazione cardiaca. Questo sistema trova indicazione nella valutazione e diagnosi di pazienti affetti da malattia del microcircolo vascolare coronarico	ABBOTT	1°	GUIDA PRESSUWIRE	C12059	1897256	675,00	22%	30	40	60.750,00	81.000,00	141.750,00	924755187E	SINGOLO FORNITORE	A0028A4A77	N.D.		
				COROFLOW CARDIOVASCULAR SYSTEM	vari (v.elenco offerta)	1866936	2.750,00	22%	1	1	8.250,00	8.250,00	16.500,00				COLLAUDO/INVENTARIO		
18.180,00								54.540,00											

ASO 'SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo' Determinazione Numero 1216 del 10/08/2023, pagina 240 di 242

Determinazione n. **1216** del **10/08/2023** adottata dalla Struttura **Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento** (ai sensi della delibera D.G. n.91 del 30/01/2009 e s.m.i.)

Oggetto **ADESIONE AGLI ESITI DELLA GARA EUROPEA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER EMODINAMICA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA OCCORRENTE ALL’ASL AT DI ASTI E ALL’AO AL DI ALESSANDRIA (GARA ANAC N. 8578884) AGGIUDICATA DALL’ASL AT CON DETERMINA N. 880 DEL 30.06.2023. CIG VARI. SPESA € 5.043.189,00 IVA ESCLUSA.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11/08/2023

Esecutiva dal 10/08/2023

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Braschi Francesca - Responsabile del procedimento Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Ferrando Fabrizio - Direttore Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Mauro Stefania - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Redatto da Braschi Francesca