

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000146 del 31/01/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA. CUI F01640560064202100048 (SPESA PRESUNTA € 3.904.195,20 IVA INCLUSA).

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Ferrando Stefania**

Data 31/01/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Ferrando Stefania**

Data 31/01/2025

Proposta: 0000147 del 31/01/2025

Hash proposta: 841175aa2161c6e31e9b28a1bd978dc96a4d00b39d4906e67ff1f5b3fb2271d6

STRUTTURA: Processi amministrativi generali e di approvvigionamento

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA. CUI F01640560064202100048 (SPESA PRESUNTA € 3.904.195,20 IVA INCLUSA).

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Ferrando Stefania

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 31/03/2023 n.36 *"Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale della SC Processi amministrativi generali e di approvvigionamento n.430 del 11/04/2024, quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art.17, del D.Lgs.36/2023, veniva indetta gara mediante procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per la *"FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA*, da aggiudicarsi per singolo lotto, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. nr. 36/2023;
- sempre con la determinazione dirigenziale n.430 del 11/04/2024, sopra citata, sono stati approvati i seguenti documenti:
 - ✓ il Disciplinare,
 - ✓ il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e i relativi allegati,
- con la sopra richiamata determinazione dirigenziale, si disponevano, altresì, le modalità di pubblicazione del bando di gara;

- l'avviso della gara veniva pubblicato sulla GU S n.80/2024 in data 23/04/2024 con n.239657-2024;
- con la determinazione n.609 del 22/05/2024 venivano rettificati i documenti di gara e venivano prorogati i termini di scadenza della gara, prevedendo conformemente a quanto previsto dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs.36/2023, di dare alla rettifica suddetta la prescritta pubblicità;
- veniva quindi pubblicato l'avviso della gara rettificato sulla GU S n.99/2024 in data 23/05/2024 con n.303172-2024;
- la gara è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement Sintel (ID 182628885 in data 12/06/2024);
- con lettera in data 21/05/2023 veniva fornito riscontro sulla piattaforma Sintel alle richieste di chiarimenti;
- il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 24/06/2024;
- la fornitura prevista in gara è la seguente:

Lotto n.1 SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA – CIG B15CDE982A

	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Fornitura in noleggio, comprensivo di assistenza tecnica full risk, di Sistemi per circolazione extracorporea, e fornitura del materiale di consumo per pompa centrifuga, per il periodo di 60 mesi, occorrente alla SC Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, come dettagliato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale</i>	33162100-4 <i>Apparecchi per sala operatoria</i>	P	€ 2.160.000,00
A) Importo totale negoziabile				Euro 2.160.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				Euro 160,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				Euro 2.160.160,00

Lotto n.2 CIRCUITI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA - CIG B15CDEA8FD

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principal e) S (secondari a)	Importo
1	<i>Fornitura di circuiti per circolazione extracorporea, occorrente alla SC Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, come dettagliato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale</i>	33190000-8 <i>Dispositivi e prodotti medici vari</i>	P	€ 1.500.000,00
A) Importo totale negoziabile				Euro 1.500.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				Euro 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				Euro 1.500.000,00

Lotto n.3 OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA - CIG B15CDEB9D0

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principal e) S (secondari a)	Importo
1	<i>Fornitura di ossigenatori per circolazione extracorporea, occorrente alla SC Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, come dettagliato nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale</i>	33190000-8 <i>Dispositivi e prodotti medici vari</i>	P	€ 990.000,00
A) Importo totale negoziabile				Euro 990.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				Euro 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				Euro 990.000,00

- le opzioni contrattuali previste nel bando di gara, e i relativi importi globali di ciascun lotto sono di seguito dettagliati:

Lotto n.1

Importo complessivo a base di gara (A+B)	€ 2.160.160,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 135.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 102.000,00
Importo Rinnovo 36 mesi	€ 405.000,00
Importo Revisione prezzi	€ 140.100,00
Valore globale stimato	€ 2.942.260,00

Lotto n.2

Importo complessivo a base di gara (A+B)	€ 1.500.000,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 300.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 300.000,00
Importo Rinnovo 36 mesi	€ 900.000,00
Importo Revisione prezzi	€ 150.000,00
Valore globale stimato	€ 3.150.000,00

Lotto n.3

Importo complessivo a base di gara (A+B)	€ 990.000,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 198.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 198.000,00
Importo Rinnovo 36 mesi	€ 594.000,00
Importo Revisione prezzi	€ 99.000,00
Valore globale stimato	€ 2.079.000,00

- il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad Euro 8.171.260,00 IVA esclusa;
- l'aggiudicazione della fornitura è prevista, per singolo lotto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. nr. 36/2023, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione della quale verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui:
 - a) qualità: punti max 70 (attribuiti secondo i criteri dettagliati nel capitolato speciale di gara e relativi allegati).
 - b) prezzo: punti max 30 (ove per prezzo si intende il costo complessivo della fornitura),
- come risulta dal verbale stilato e redatto in data 25/06/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il RUP della presente procedura provvedeva all'ammissione dei soggetti partecipanti, le cui offerte sono pervenute entro il termine di scadenza fissato, sopra citato;
- in data 02/07/2024 il RUP ha proceduto all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche delle Ditte offerenti, al fine di accertarne il contenuto, verificando la rispondenza dei documenti in esse contenute con quanto richiesto nel Disciplinare di gara, come risulta dal verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; le offerte ammesse risultano le seguenti:

DITTA	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3
SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL	X		
EUROSETS SRL		X	X
SORIN GROUP ITALIA SRL	X	X	X

- la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n.892 del 12/07/2024 ha formulato i propri giudizi in data 29/07/2024 e 05/12/2024, come risulta dai relativi verbali, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- nel corso della seduta svoltasi in data 16/12/2024, si procedeva all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse, e veniva dichiarata l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del D.Lgs.36/2023a favore delle ditte sotto indicate, come da verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- ✓ LOTTO 1 ditta SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL con l'importo di € € 1.850.000,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza esclusi, pari a € 160,00 + IVA;
- ✓ LOTTO 2 ditta SORIN GROUP ITALIA SRL, con l'importo di € 615.000,00 IVA esclusa;
- ✓ LOTTO 3 ditta SORIN GROUP ITALIA SRL con l'importo di € 735.000,00 IVA esclusa.

PRESO ATTO dell'atto notarile Repertorio n° 26.323, con il quale la ditta Spectrum Medical srl con sede in 41037 Mirandola (MO), via di Mezzo n.23 (P.IVA/C.F. 03663360364) ha incorporato per fusione Spectrum Medical Europe srl con sede in 41037 Mirandola (MO), via di Mezzo n.23 (P.IVA/C.F. 03892630363) con efficacia dal 01/01/2025.

DATO ATTO CHE questa Stazione Appaltante ha svolto preventivamente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, nonché attraverso l'acquisizione di autodichiarazioni da parte dello stesso, nell'ipotesi di malfunzionamento, anche parziale, del predetto FVOE e/o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi (art. 99 comma 3-bis D.Lgs 36/2023 e s.m.i.).

DATO ALTRESI' ATTO CHE è stata inoltrata richiesta di Informazioni antimafia in data:

- ✓ Spectrum Medical srl: ID3841945 PR_MOUTG_Ingresso_0002470_20250109 in data 09/01/2025,
- ✓ SORIN GROUP ITALIA SRL:,ID:3819593 PR_MIUTG_Ingresso_0405478_20241219,in data 19/12/2024.

RITENUTO pertanto di procedere con l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto, alle ditte sopra indicate, alle condizioni economiche di cui alle relative offerte, alla quale farà seguito la stipula dei contratti sotto condizione risolutiva in caso di Informazioni antimafia interdittive ai sensi dell'art. comma 3, del D. Lgs.159/2011.

DATO INFINE ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.36/2023, gli importi delle cauzioni definitive da richiedere ai soggetti affidatari della presente fornitura (calcolati sul 10% dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa) risultano le seguenti, fatte salve le riduzioni previste dal D.Lgs.36/2023

LOTTO	DITTA	IMPORTO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA	CAUZIONE DEFINITIVA
1	SPECTRUM MEDICAL SRL	€ 1.850.000,00 *	€ 185.000,00
2	SORIN GROUP ITALIA SRL	€ 615.000,00	€ 61.500,00
3	SORIN GROUP ITALIA SRL	€ 735.000,00	€ 73.500,00

*oneri per la sicurezza esclusi, pari a € 160,00 + IVA

- la stipula del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva; il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. definitiva, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa;
- per le finalità previste dall'art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come modificato dall'art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall'effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale (S.C.R.).
- per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di riferimento elaborati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativi ai beni oggetto del presente provvedimento;
- la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara;
- alla presente procedura sono stati assegnati i CIG sotto riportati, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.:

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	B15CDE982A
2	CIRCUITI PER OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA	B15CDEA8FD
3	OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	B15CDEB9D0

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, gli affidatari sono tenuti a versare al momento della stipula del contratto l'imposta di bollo per gli importi sotto riportati, determinati in base alla Tabella A, annessa all'allegato I.4 del decreto stesso, al netto del bollo versato al momento della domanda di partecipazione di € 16,00;

LOTTO	DITTA	IMPOSTA DI BOLLO
1	SPECTRUM MEDICAL SRL	€ 234,00
2	SORIN GROUP ITALIA SRL	€ 234,00
3		€ 234,00

- infine l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 3.200.160,00 + IVA per complessivi € 3.904.195,20 IVA 22% inclusa, viene così suddiviso:

€ 520.728,54 IVA 22% inclusa per l'anno in corso (periodo presunto 01/05/2025 – 31/12/2025) rientra nella disponibilità assegnata alla struttura competente con delibera n. 593 del 29/11/2024, ad oggetto "Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico Anno 2025" ed è riconducibile ai seguenti conti:

- € 191.946,67 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.05.04 "Canoni per beni strumentali sanitari" della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento.
- € 26.221,87 IVA 22% inclusa (inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 160,00 + IVA = € 195,20 IVA inclusa), al conto 3.10.02.03 "Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie" della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento.
- € 302.560,00 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.01.64 "Dispositivi medici" della S.C. Farmacia

€ 3.383.466,66 IVA 22% inclusa per gli anni successivi (periodo presunto 01/01/2026 30/04/2029) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico

attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile ai seguenti conti:

- € 1.247.653,33 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari” della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento, come segue:

Anno 2026	€ 287.920,00
Anno 2027	€ 287.920,00
Anno 2028	€ 287.920,00
Anno 2029	€ 287.920,00
Anno 2030	€ 95.973,33

- € 169.173,33 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento, come segue:

Anno 2026	€ 39.040,00
Anno 2027	€ 39.040,00
Anno 2028	€ 39.040,00
Anno 2029	€ 39.040,00
Anno 2030	€ 13.013,33

- € 1.966.640,00 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.01.64 “Dispositivi medici” della S.C. Farmacia come segue:

Anno 2026	€ 453.840,00
Anno 2027	€ 453.840,00
Anno 2028	€ 453.840,00
Anno 2029	€ 453.840,00
Anno 2030	€ 151.280,00

Totale Canoni: € 1.180.000,00 IVA esclusa

Totale Assistenza: € 160.000,00 IVA esclusa (+ € 160,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza da interferenza

Totale mat. Consumo: € 1.860.000,00 IVA esclusa

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di disporre l'aggiudicazione della procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per la *“FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA*, come di seguito riportato:

Ditta SPECTRUM MEDICAL SRL – Via Di Mezzo 23 – 41037 Mirandola (MO)
P.IVA/C.F. 03663360364

LOTTO 1 - SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

Offerta n.QPS_NY del 13/06/2024

PERIODO CONTRATTUALE: 60 mesi dal collaudo dei Sistemi

DESCRIZIONE FORNITURA

- a) la fornitura in noleggio di N.3 Sistemi di circolazione extracorporea, NUOVI DI FABBRICA, comprensiva di installazione, collaudo, corso di formazione;
- b) la manutenzione di tipo “Full Risk App. Critica senza App. sostitutiva” delle Apparecchiature installate, come da Contratto di manutenzione – Allegato 4, per tutto il periodo contrattuale;
- c) la fornitura del materiale di consumo per Pompa centrifuga nella quantità presunta di n. 600/anno
- d) ogni altro onere a carico della ditta, evidenziato nel Capitolato ed eventualmente in altri documenti di gara.

Importo complessivo € 1.850.000,00 IVA 22% esclusa

CONFIGURAZIONE E VALORE DI MERCATO DELL'APPARECCHIATURA
E CONDIZIONI DI FORNITURA come da offerta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

PREZZI COMPRENSIVI DI:

- Costi della sicurezza: € 6.881,00
- Costo del personale: € 31.325,00

Costi della sicurezza derivanti da interferenze, non compresi nei prezzi sopra esposti: € 160,00
+ IVA 22%

Ditta SORIN GROUP ITALIA SRL – Via Enrico Cialdini 16 – 20161 Milano C.F.
10556980158 - P. IVA 02109510368

LOTTO 2 - CIRCUITI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

Offerta n.PTS/833/2024 DEL 17/06/2024

PERIODO CONTRATTUALE: 60 mesi dal collaudo dei Sistemi di cui al lotto n.1

DESCRIZIONE FORNITURA

- a) la fornitura di Circuiti per circolazione extracorporea, nella quantità presunta di n.600/anno (n.3000 complessivi in 5 anni);
- b) ogni altro onere a carico della ditta, evidenziato nel Capitolato ed eventualmente in altri documenti di gara.

Importo complessivo € 615.000,00 IVA 22% esclusa

CONDIZIONI DI FORNITURA come da offerta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

PREZZI COMPRENSIVI DI:

- Costi della sicurezza: € 1.168,50
- Costo del personale: € 135.976,50

LOTTO 3 - OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

Offerta n.OXI/834/2024 DEL 17/06/2024

PERIODO CONTRATTUALE: 60 mesi dal collaudo dei Sistemi di cui al lotto n.1

DESCRIZIONE FORNITURA

- a) la fornitura di Ossigenatori per circolazione extracorporea, nella quantità presunta di n. 600/anno (n.3000 complessivi in 5 anni);
- b) ogni altro onere a carico della ditta, evidenziato nel Capitolato ed eventualmente in altri documenti di gara.

Importo complessivo € 735.000,00 IVA 22% esclusa

CONDIZIONI DI FORNITURA come da offerta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale

PREZZI COMPRENSIVI DI:

- Costi della sicurezza: € 1.396,00
- Costo del personale: € 163.508,50

2. di specificare che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato di gara, notificato ed accettato dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara.
3. di evidenziare che alla presente procedura sono stati assegnati i CIG sotto riportati, da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dall' art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.:

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	B15CDE982A
2	CIRCUITI PER OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA	B15CDEA8FD
3	OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	B15CDEB9D0

4. di precisare, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di acquisto senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a gare effettuate da centrali di committenza regionale ovvero al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.36/2023, gli importi delle cauzioni definitive da richiedere ai soggetti affidatari della presente fornitura (calcolati sul 10% dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa) risultano le seguenti, fatte salve le riduzioni previste dal D.Lgs.36/2023).

LOTTO	DITTA	IMPORTO CONTRATTUALE I.V.A. ESCLUSA	CAUZIONE DEFINITIVA
1	SPECTRUM MEDICAL SRL	€ 1.850.000,00 *	€ 185.000,00
2	SORIN GROUP ITALIA SRL	€ 615.000,00	€ 61.500,00
3	SORIN GROUP ITALIA SRL	€ 735.000,00	€ 73.500,00

*oneri per la sicurezza esclusi, pari a € 160,00 + IVA

6. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; il contratto tuttavia non potrà

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. “standstill o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa;

7. di definire che ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, gli affidatari sono tenuti a versare al momento della stipula del contratto l'imposta di bollo per gli importi sotto riportati, determinati in base alla Tabella A, annessa all'allegato I.4 del decreto stesso, al netto del bollo versato al momento della domanda di partecipazione di € 16,00;

LOTTO	DITTA	IMPOSTA DI BOLLO
1	SPECTRUM MEDICAL SRL	€ 234,00
2	SORIN GROUP ITALIA SRL	€ 234,00
3		

8. di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 3.200.160,00 + IVA per complessivi € 3.904.195,20 IVA 22% inclusa, viene così suddiviso:

€ 520.728,54 IVA 22% inclusa per l'anno in corso (periodo presunto 01/05/2025 – 31/12/2025) rientra nella disponibilità assegnata alla struttura competente con delibera n. 593 del 29/11/2024, ad oggetto “Approvazione del conto economico preventivo provvisorio tecnico Anno 2025” ed è riconducibile ai seguenti conti:

- € 191.946,67 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari” della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento.
- € 26.221,87 IVA 22% inclusa (inclusi oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 160,00 + IVA = € 195,20 IVA inclusa), al conto 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento.
- € 302.560,00 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.01.64 “Dispositivi medici” della S.C. Farmacia

€ 3.383.466,66 IVA 22% inclusa per gli anni successivi (periodo presunto 01/01/2026 30/04/2029) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile ai seguenti conti:

- € 1.247.653,33 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari” della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento, come segue:

Anno 2026	€ 287.920,00
Anno 2027	€ 287.920,00
Anno 2028	€ 287.920,00
Anno 2029	€ 287.920,00
Anno 2030	€ 95.973,33

- € 169.173,33 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” della S.C. Processi amministrativi generali e di approvvigionamento, come segue:

Anno 2026	€ 39.040,00
Anno 2027	€ 39.040,00
Anno 2028	€ 39.040,00
Anno 2029	€ 39.040,00
Anno 2030	€ 13.013,33

- € 1.966.640,00 IVA 22% inclusa, al conto 3.10.01.64 “Dispositivi medici” della S.C. Farmacia come segue:

Anno 2026	€ 453.840,00
Anno 2027	€ 453.840,00
Anno 2028	€ 453.840,00
Anno 2029	€ 453.840,00
Anno 2030	€ 151.280,00

Totale Canoni: € 1.180.000,00 IVA esclusa

Totale Assistenza: € 160.000,00 IVA esclusa (+ € 160,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza da interferenza

Totale mat. Consumo: € 1.860.000,00 IVA esclusa

9. di dare altresì atto che questa Azienda si è riservata nel bando di gara l'attivazione delle opzioni contrattuali sotto riportate, meglio descritte nel Disciplinare di gara;

Lotto n.1

Importo per l'opzione di proroga	€ 135.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 102.000,00
Importo Rinnovo 36 mesi	€ 405.000,00
Importo Revisione prezzi	€ 140.100,00

Lotto n.2

Importo per l'opzione di proroga	€ 300.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni	€ 300.000,00

in aumento	
Importo Rinnovo 36 mesi	€ 900.000,00
Importo Revisione prezzi	€ 150.000,00

Lotto n.3

Importo per l'opzione di proroga	€ 198.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 198.000,00
Importo Rinnovo 36 mesi	€ 594.000,00
Importo Revisione prezzi	€ 99.000,00

10. di nominare, in considerazione della specificità dell'appalto per il quale è richiesta competenza per l'attività di controllo e collaudo della fornitura e di verifica dell'assistenza tecnica, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.36/2023, i seguenti Direttori dell'Esecuzione del Contratto:
- ✓ Per le attrezzature medicali e l'assistenza tecnica: l'ing. Gianluca Marocco – Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica
 - ✓ Per il materiale di consumo: dott.ssa Laura Savi – Direttore SC Farmacia Ospedaliera

Stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di disporre delle attrezzature in oggetto, per l'attività clinica della Struttura interessata.

DETERMINA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

IL DIRETTORE
Ferrando Fabrizio

A.O.U. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" – ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 – 15121 ALESSANDRIA

C.F. – P.IVA 01640560064

Verbale di ammissione delle Ditte partecipanti alla procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi, circuiti e ossigenatori per circolazione extracorporea, occorrente alla SC Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria. ID SINTEL 182628885.

L'anno 2024, addì 25 del mese di giugno, alle ore 9.00 ca., la Sig.ra. STEFANIA FERRANDO, nata a Alessandria il 16.05.1975, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, RUP della presente procedura di gara, ha proceduto, in seduta riservata, sulla piattaforma di e-procurement Sintel, all'apertura delle buste amministrative telematiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della SC Processi amministrativi generali e di approvvigionamento n.430 del 11/04/2024, quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art.17, del D.Lgs.36/2023, veniva indetta gara mediante procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per la "FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE

EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA.”, nei lotti sotto riportati, da aggiudicarsi per singolo lotto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del citato Decreto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

Numero Lotto	oggetto del lotto
1	SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA
2	CIRCUITI PER OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA
3	OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

- sempre con la determinazione dirigenziale n.430 del 11/04/2024, sopra citata, sono stati approvati il Disciplinare, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi documenti allegati;
- l'avviso della gara veniva pubblicato sulla GU S n.80/2024 in data 23/04/2024 con n.239657-2024;
- con la determinazione n.609 del 22/05/2024 venivano rettificati i documenti di gara e venivano prorogati i termini di scadenza della gara, prevedendo conformemente a quanto previsto dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs.36/2023, di dare alla rettifica suddetta la prescritta pubblicità;
- veniva quindi pubblicato l'avviso della gara rettificato sulla GU S n.99/2024 in data 23/05/2024 con n.303172-2024;
- la gara è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement Sintel (ID 182628885);

- con lettera in data 21/05/2023 veniva fornito riscontro sulla piattaforma Sintel alle richieste di chiarimenti;
- il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00 del giorno 24/06/2024;
- per le ore 9.00 di oggi 25/06/2024 era prevista l'apertura, in seduta riservata, mediante piattaforma Sintel, delle buste amministrative telematiche, finalizzata all'ammissione delle ditte;

Tutto ciò premesso

Il RUP constata che entro il termine di scadenza fissato al 24/06/2024 ore 12.00, sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti Ditte:

- 1) SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL
- 2) EUROSETS SRL
- 3) SORIN GROUP ITALIA SRL

Il RUP, a questo punto, procede all'apertura delle buste telematiche delle Ditte offerenti al fine di accertarne il contenuto, verificando la rispondenza dei documenti in esse contenute con quanto richiesto nel Disciplinare di gara.

Il RUP attesta la rispondenza da parte di tutte le ditte dei documenti contenuti nelle buste telematiche con quanto richiesto nel Disciplinare di gara, e dichiara l'ammissione di tutte le ditte alla successiva fase di gara, nella quale si procederà all'apertura in seduta riservata delle

buste telematiche contenenti la documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti.

Il quadro complessivo delle offerte risulta essere il seguente:

DITTA	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3
SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL	X		
EUROSETS SRL		X	X
SORIN GROUP ITALIA SRL	X	X	X

Il RUP, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 11.30 ca.

Viene redatto il presente verbale, che, composto da n.4 facciate e mezza ca. compresa la sottoscrizione, viene così approvato e sottoscritto.

IL RUP

(Sig.ra STEFANIA FERRANDO)

A.O.U. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" – ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 – 15121 ALESSANDRIA

C.F. – P.IVA 01640560064

Verbale di apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica fatta pervenire dalle Ditte partecipanti alla procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi, circuiti e ossigenatori per circolazione extracorporea, occorrente alla SC Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria. ID SINTEL 182628885.

L'anno 2024, addì 02 del mese di luglio, alle ore 10.00 ca., la Sig.ra. STEFANIA FERRANDO, nata a Alessandria il 16.05.1975, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, RUP della presente procedura di gara, ha proceduto, in seduta riservata, sulla piattaforma di e-procurement Sintel, all'apertura delle buste tecniche telematiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di gara oggetto.

PREMESSO CHE

- in data 28/03/2023 si è proceduto all'ammissione alla gara delle seguenti ditte:

- 1) SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL
- 2) EUROSETS SRL
- 3) SORIN GROUP ITALIA SRL

- il quadro complessivo delle offerte risulta essere il seguente:

DITTA	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3
SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL	X		
EUROSETS SRL		X	X
SORIN GROUP ITALIA SRL	X	X	X

Il RUP procede all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche delle Ditte offerenti, al fine di accertarne il contenuto, verificando la rispondenza dei documenti in esse contenute con quanto richiesto all'art.16 del Disciplinare di gara.

Il RUP accerta la rispondenza da parte di tutte le Ditte dei documenti in esse contenuti con quanto richiesto.

Il RUP dichiara che tutte le offerte vengono ammesse alla successiva fase di gara, in cui la Commissione giudicatrice procederà in sedute riservate all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche.

Il RUP, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 10.45 ca.

Viene redatto il presente verbale che, composto da n.2 facciate, comprese le sottoscrizioni, viene così approvato e sottoscritto.

IL RUP

(Sig.ra STEFANIA FERRANDO) firmato digitalmente

Articolo	Descrizione articolo	Quantità
51-000059-01	QPF4 - New York	1
51-000021-00	Quantum Power Supply	1
51-000093-00	QWS 15" HR Std	1
51-000081-00	QVM2-N-HM - Quantum Ventilation Module	1
51-000011-00	Quantum Roller Pump - 4"	2
51-000008-00	Quantum Roller Pump - 8"	3
43-000954-00	4" Hand Crank Assembly	2
43-000956-00	8" Hand Crank Assembly	3
51-000062-00	Quantum Centrifuge Drive - CP37	1
52-000028-00	Centrifugal Hand Crank - CP37	1
51-000022-02	Quantum Smart Occluder - LH	1
51-000074-02	Quantum Smart Occluder - RH	1
52-000009-00	Mounting Arm Kit 115mm - (HLM)	1
52-000059-00	Mounting Arm Assy Short 300mm - Hook Mounts x1	2
52-000053-00	Mounting Arm Assy - QCM Only	1
43-000653-02	1.25 Vert. Tube Clamp - Single	3
43-000654-01	1.25 Vert. Tube Clamp - Double	1
52-000013-00	Drip Stand Assy	2
52-000005-00	Tray Assy - 600x130x15mm	1
52-000068-00	Tray with 3x Hooks Assy - 300x135x15mm (StSt)	1
52-000017-00	Bull & T-Bar Hex Driver Kit	1
0395-2584:L24	Cable Assy - Edwards TruWave Transducer 24" Lg	3
43-000889-00	Level Sensor Assy	1
51-000135-00	QFS 9/16 x 1.2m (ID 3/8" x Wall 3/32")	2
51-000136-00	QFS 11/16 x 1.2m (ID 1/2" x Wall 3/32")	1
51-000041-00	Hb-SO2 Twin 1.3m Sensor 9/16"(3/8 x 3/32)	1
44-000013-00-0700	Cable Assy White 0.7m - SAP Type 1	1
44-000013-00-0900	Cable Assy White 0.9m - SAP Type 1	3
44-000014-00-0850	Cable Assy White 0.85m - SAP Type 3	2
44-000017-00-0850	Cable Assy White 0.850m - SAP Type 3:SAP Type 1	3
000	LED lamp	1

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA: compilare i campi evidenziati in azzurro	
Offerta n. e data	PTS/833/2024 DEL 17/06/2024
Lotto	2
Ragione o denominazione sociale	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.
Città	Milano
CAP	20161
Via e n. civico	Via Enrico Cialdini, 16
PROVINCIA	Milano
CODICE FISCALE	10556980158
P.I.	02109510368
TEL./FAX	Serv. Clienti Italia 02/37014960- Centralino 0535/29811// Fax 0535/29255
PEC	salesitaly.sorin@legalmail.it
VOCI OFFERTA ECONOMICA	OFFERTA: costo netto - IVA esclusa
P _{CONS 1} = Costo annuo del materiale di consumo con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	€ 123.000,00.- + IVA 22%
P _{CONS 5} = PTOT = Costo del materiale di consumo per tutto il periodo contrattuale (60 mesi) con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale = valore complessivo offerto	€ 615.000,00.- + IVA 22%

Ulteriori informazioni di dettaglio inerenti l’offerta, come da Disciplinare di gara, da rendersi su fogli separati da allegarsi alla presente offerta

SORIN GROUP ITALIA s.r.l.
Umberto Mario Sambruna
Procuratore

Costi della sicurezza propri inclusi nel prezzo complessivo pari al 0,19% e costi della manodopera pari a 22,11%

Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SANTI ANTONIO E BIAGIO
Via Venezia, 16
15121 ALESSANDRIA

Milano, 05/06/2024
Ns. rif. US/aa

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA
Rif. ID SINTEL 182628885

La sottoscritta **SORIN GROUP ITALIA S.r.l.** - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo **LivaNova Plc** - capitale sociale € 8.550.034,00.= - numero iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza e Lodi 10556980158 - R.E.A. n. 1767776 - codice attività 32.50.1 - C.F. 10556980158 e P.I. 02109510368 - sede legale in Milano - Via Enrico Cialdini n. 16 - CAP 20161 - Tel. 02/69969711 - sede amministrativa in Mirandola - Via Statale 12 Nord 86 - CAP 41037 - Tel. 0535/29811 - Fax 0535/25229 - **Tel. Servizio Clienti Italia 02/37014960** - **E-mail per invio ordini: customerservice.italy@livanova.com** - **Pec: salesitaly.sorin@legallmail.it**, nella persona del Procuratore Umberto Mario Sambruna, nato a Milano (MI) il 07/07/1963 - domiciliato per la carica in via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano - C.F. SMB MRT 63L07 F205V - Procuratore con procura speciale n. 32.232, raccolta n. 14.075 del 16/02/2021 munito dei necessari poteri di rappresentanza

- Dettaglio del costo dei consumabili (pCONS):

LOTTO 2

Cod. AB4429 -	Circuito per circolazione extracorporea
Confezionamento	n. 2 pz. per confezione
n. confezioni previste per anno	n. 300
numero confezioni per cinque anni	n. 1500
Costo unitario	€ 205,00/Cad. + IVA 22% (duecentocinque/00)
Costo a confezione	€ 410,00.- + IVA 22% (quattrocentodieci/00)

- All.7 Tracciato DM in allegato
- Tempi di consegna
Pronta o su vs. richiesta
- Aliquota IVA: 22%

Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of LivaNova Plc

Sede Legale:
Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano - Italy
Tel. +39 02 69969 711

Sede Amministrativa:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Stabilimenti:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Leonardo Da Vinci, 12 - 41036 Medolla (MO) Italy
Tel. +39 0535 52664 Fax 0535 51278

Sedi Commerciali:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229


Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano - Italy
Tel. +39 02 69969 711

Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960
International Customer Service: +39 02 37027030

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo LivaNova Plc 1

Capitale Sociale: € 8.550.034,00
Registro Imprese di Milano N. 10556980158
R.E.A. MILANO 1767776 - N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423
Cod. Fisc. 10556980158 - Part. IVA 02109510368
ISO CODE IT02109510368
Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000000823

www.livanova.com



- Periodo di validità dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
 - Resa CIP

- Elenco migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie sul territorio nazionale:

il circuito per circolazione extracorporea presentato in offerta è stato creato secondo le specifiche tecniche indicate nel capitolato di gara. Pertanto, è da considerarsi un prodotto unico e customizzato e quindi per sua natura non esistono altre forniture attive se non eventualmente quella del centro richiedente

Firma digitale
SORIN GROUP ITALIA s.r.l.
Umberto Mario Sambruna
Procuratore e Sr. Sales Director, CP Italy

Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of LivaNova Plc

Sede Legale:
Via Enrico Cialdini, 16 – 20161 Milano – Italy
Tel. +39 02 69969 711

Sede Amministrativa:
Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229

Stabilimenti:
Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Leonardo Da Vinci, 12 – 41036 Medolla (MO) Italy
Tel. +39 0535 52664 Fax 0535 51278

Sedi Commerciali:
Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229

Via Enrico Cialdini, 16 – 20161 Milano – Italy
Tel. +39 02 69969 711

Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960
International Customer Service: +39 02 37027030

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo LivaNova Plc

Capitale Sociale: € 8.550.034,00
Registro Imprese di Milano N. 10556980158
R.E.A. MILANO 1767776 – N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423
Cod. Fisc. 10556980158 – Part. IVA 02109510368
ISO CODE IT02109510368
Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000000823

www.livanova.com

[illegible]

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA: compilare i campi evidenziati in azzurro	
Offerta n. e data	OXY/834/2024 DEL 17/06/2024
Lotto	3
Ragione o denominazione sociale	SORIN GROUP ITALIA s.r.l.
Città	Milano
CAP	20161
Via e n. civico	Via Enrico Cialdini, 16
PROVINCIA	Milano
CODICE FISCALE	10556980158
P.I.	02109510368
TEL./FAX	Serv. Clienti Italia 02/37014960- Centralino 0535/29811// Fax 0535/29255
PEC	salesitaly.sorin@legalmail.it
VOCI OFFERTA ECONOMICA	OFFERTA: costo netto - IVA esclusa
P _{CONS 1} = Costo annuo del materiale di consumo con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	€ 147.000,00.- + IVA 22%
P _{CONS 5} = PTOT = Costo del materiale di consumo per tutto il periodo contrattuale (60 mesi) con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale = valore complessivo offerto	€ 735.000,00.- + IVA 22%

Ulteriori informazioni di dettaglio inerenti l'offerta, come da Disciplinare di gara, da rendersi su fogli separati da allegarsi alla presente offerta

SORIN GROUP ITALIA s.r.l.
Umberto Mario Sambruna
Procuratore

Costi della sicurezza propri inclusi nel prezzo complessivo pari al 0,19% e costi della manodopera pari a 22,11%

Spettabile
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SANTI ANTONIO E BIAGIO
Via Venezia, 16
15121 ALESSANDRIA

Milano, 05/06/2024
Ns. rif. US/aa

Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA
Rif. ID SINTEL 182628885

La sottoscritta **SORIN GROUP ITALIA S.r.l.** - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo **LivaNova Plc** - capitale sociale € 8.550.034,00.= - numero iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza e Lodi 10556980158 - R.E.A. n. 1767776 - codice attività 32.50.1 - C.F. 10556980158 e P.I. 02109510368 - sede legale in Milano - Via Enrico Cialdini n. 16 - CAP 20161 - Tel. 02/69969711 - sede amministrativa in Mirandola - Via Statale 12 Nord 86 - CAP 41037 - Tel. 0535/29811 - Fax 0535/25229 - **Tel. Servizio Clienti Italia 02/37014960** - **E-mail per invio ordini: customerservice.italy@livanova.com** - **Pec: salesitaly.sorin@legallmail.it**, nella persona del Procuratore Umberto Mario Sambruna, nato a Milano (MI) il 07/07/1963 - domiciliato per la carica in via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano - C.F. SMB MRT 63L07 F205V - Procuratore con procura speciale n. 32.232, raccolta n. 14.075 del 16/02/2021 munito dei necessari poteri di rappresentanza

- Dettaglio del costo dei consumabili (PCONS):

LOTTO 3

Cod. 050714 -	Ossigenatore INSPIRE 8
Confezionamento	n. 2 pz. per confezione
n. confezioni previste per anno	n. 300
numero confezioni per cinque anni	n. 1500
Costo unitario	€ 245,00/Cad. + IVA 22% (duecentoquarantacinque/00)
Costo a confezione	€ 490,00.- + IVA 22% (quattrocentonovanta/00)

- All.7 Tracciato DM in allegato
- Tempi di consegna pronta o su Vs. richiesta
- Aliquota IVA: 22%

Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of LivaNova Plc

Sede Legale:
Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano - Italy
Tel. +39 02 69969 711

Sede Amministrativa:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Stabilimenti:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Leonardo Da Vinci, 12 - 41036 Medolla (MO) Italy
Tel. +39 0535 52664 Fax 0535 51278

Sedi Commerciali:
Via Statale 12 Nord, 86 - 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229


Via Enrico Cialdini, 16 - 20161 Milano - Italy
Tel. +39 02 69969 711

Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960
International Customer Service: +39 02 37027030

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo LivaNova Plc 1

Capitale Sociale: € 8.550.034,00
Registro Imprese di Milano N. 10556980158
R.E.A. MILANO 1767776 - N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423
Cod. Fisc. 10556980158 - Part. IVA 02109510368
ISO CODE IT02109510368
Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000000823

www.livanova.com



- Periodo di validità dell'offerta ai fini dell'aggiudicazione: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
 - Resa CIP

- Elenco migliori prezzi praticati negli ultimi 12 mesi ad Aziende Sanitarie sul territorio nazionale:

Destinatario della fornitura	Data fornitura	Tipologia contratto	quantitativi	Prezzi applicati
AO Policlinico di Bari	2023/2024	Vendita	378	€ 316,80.-
AOU Alessandria	2023/2024	vendita	616	€ 316,49.-
AO S. Giuseppe Moscati - Avellino	2024	vendita	8	€ 425,00.-

Firma digitale
SORIN GROUP ITALIA s.r.l.
Umberto Mario Sambruna
Procuratore e Sr. Sales Director, CP Italy

Sorin Group Italia S.r.l.
a wholly-owned subsidiary of LivaNova Plc

Sede Legale:
Via Enrico Cialdini, 16 – 20161 Milano – Italy
Tel. +39 02 69969 711

Sede Amministrativa:
Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Stabilimenti:
Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229
Via Leonardo Da Vinci, 12 – 41036 Medolla (MO) Italy
Tel. +39 0535 52664 Fax 0535 51278

Sedi Commerciali:
Via Statale 12 Nord, 86 – 41037 Mirandola (MO) Italy
Tel. +39 0535 29811 Fax +39 0535 25229

Via Enrico Cialdini, 16 – 20161 Milano – Italy
Tel. +39 02 69969 711

Servizio Clienti Italia: +39 02 37014960
International Customer Service: +39 02 37027030

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo LivaNova Plc

Capitale Sociale: € 8.550.034,00
Registro Imprese di Milano N. 10556980158
R.E.A. MILANO 1767776 – N.Mecc. Imp./Exp. MI 352423
Cod. Fisc. 10556980158 – Part. IVA 02109510368
ISO CODE IT02109510368
Registro Nazionale Produttori AEE N. IT08020000000823

www.livanova.com

[illegible]

**VERBALE N.1 DI VALUTAZIONE QUALITATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER
CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA.**

Il giorno ventinove luglio duemilaventiquattro alle ore 9.30 ca, presso la SC Processi amministrativi generali e di approvvigionamento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, sita, in Alessandria, Via S. Caterina da Siena 30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale della SC Processi amministrativi generali e di approvvigionamento di questa Azienda n.892 del 12/07/2024, nelle seguenti persone:

dott. Corrado CAVOZZA	Dirigente medico S.C. Cardiocirurgia	Presidente
ing. Gianluca MAROCCO	Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica	Componente
dr.ssa Francesca IVALDI	Dirigente Medico S.C. Cardiocirurgia	Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzare l'attività della Commissione, la sig.ra Stefania Ferrando, Collaboratore amm.vo professionale della SC Processi amministrativi generali e di approvvigionamento dell'AOU AL.


Premesso che:

- ✓ con determinazione dirigenziale della SC Processi amministrativi generali e di approvvigionamento n.430 del 11/04/2024, quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art.17, del D.Lgs.36/2023, veniva indetta gara mediante procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per la "FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA.", nei lotti sotto riportati, da aggiudicarsi per singolo lotto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del citato Decreto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

Numero Lotto	oggetto del lotto
1	SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA
2	CIRCUITI PER OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA
3	OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

- ✓ alle ore 12.00 del giorno 24/06/2024 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, e in data 25/06/2024 si procedeva all'ammissione delle offerte delle ditte partecipanti e all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica delle Ditte offerenti, al fine di accertarne il contenuto, verificando la rispondenza dei documenti in esse contenute con quanto richiesto nel Disciplinare di gara.

Scopo dell'incontro è la valutazione qualitativa delle offerte tecniche formulate, finalizzate all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare di gara.



Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i Componenti nelle persone sopra citate, dichiara aperta la seduta.

Si prende atto delle offerte pervenute:

LOTTO N.1

Fornitore	Spectrum Medical Europe srl
Produttore	Spectrum Medical Limited
Modello	QPS-NY

Fornitore	Sorin Group Italia s.r.l.
Produttore	LivaNova Deutschland GmbH
Modello	Macchina cuore-polmone Essenz

LOTTO N.2

Fornitore	Eurosets s.r.l.
Produttore	Eurosets s.r.l.
Modello	AG70771

Fornitore	Sorin Group Italia S.r.l.
Produttore	Sorin Group Italia S.r.l.
Modello	AB4429 - Perfusion Tubin System Phisio

LOTTO N.3

Fornitore	EUROSETS s.r.l.
Produttore	EUROSETS s.r.l.
Modello	EU5100

Fornitore	Sorin Group Italia S.r.l.
Produttore	Sorin Group Italia S.r.l.
Modello	INSPIRE 8 cod. 050714

La Commissione prende atto dei criteri di valutazione qualitativa previsti nel Disciplinare di gara, e dettagliati nelle Schede tecniche.

Si prosegue quindi con l'esame della documentazione tecnica allegata alle offerte formulate dalle ditte partecipanti.

Si da atto che dall'esame della documentazione, tutte le proposte presentate in relazione ai lotti n.1, 2 e 3 risultano rispondenti ai requisiti obbligatori previsti dal Capitolato di gara.

Si decide pertanto che per completare la valutazione qualitativa delle offerte si proceda, come previsto nel Disciplinare di gara, a richiedere la prova dei prodotti offerti, e si stabilisce il calendario di tali prove per il lotto n.1.

Il Presidente, sentiti i componenti ed il segretario, decide quindi di sospendere i lavori e concorda che i lavori proseguiranno in data da definire, a seguito delle prove.


Terminati così i lavori odierni, si scioglie la seduta alle ore 11.15 circa.

Del che viene redatto il presente verbale composto da n.3 fasciate ca, comprese le sottoscrizioni, che, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto:


Presidente dott. Corrado CAVOZZA




Componente ing. Gianluca MAROCCO



Componente dr.ssa Francesca IVALDI



Segretario verbalizzante Stefania FERRANDO



**VERBALE N.2 DI VALUTAZIONE QUALITATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA
TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER
CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA
DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA.**

Il giorno cinque dicembre duemilaventiquattro alle ore 9.30 ca, presso la SC Processi amministrativi generali e di approvvigionamento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, sita, in Alessandria, Via S. Caterina da Siena 30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale della SC Processi amministrativi generali e di approvvigionamento di questa Azienda n.892 del 12/07/2024, nelle seguenti persone:

dott. Corrado CAVOZZA	Dirigente medico S.C. Cardiocirurgia	Presidente
ing. Gianluca MAROCCO	Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica	Componente
dr.ssa Francesca IVALDI	Dirigente Medico S.C. Cardiocirurgia	Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzare l'attività della Commissione, la sig.ra Stefania Ferrando, Collaboratore amm.vo professionale della SC Processi amministrativi generali e di approvvigionamento dell'AOU AL.

Scopo dell'incontro è la prosecuzione della valutazione qualitativa delle proposte formulate, facendo seguito all'incontro del 29/07/2024, e alle prove pratiche dei prodotti offerti.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i Componenti nelle persone sopra citate, dichiara aperta la seduta.

La commissione acquisisce la relazione del dott. CavoZZa e della dr.ssa Ivaldi, in merito alle prove effettuate.

Si prosegue quindi con l'approfondimento degli aspetti tecnici oggetto di valutazione, alla luce di quanto riscontrato durante la prova delle apparecchiature.

Si procede quindi alla definizione dei giudizi, all'assegnazione dei punteggi qualità previsti e alla normalizzazione dei punteggi tecnici assegnati, secondo la formula prevista nel Disciplinare di gara.

Le operazioni sopra indicate sono riportate nella scheda allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale e di seguito riepilogate.

LOTTO N.1

Fornitore	Spectrum Medical Europe srl
Produttore	Spectrum Medical Limited
Modello	QPS-NY
Punteggio qualità	70.00
Punteggio qualità normalizzato	70.00



Fornitore	Sorin Group Italia s.r.l.
Produttore	LivaNova Deutschland GmbH
Modello	Macchina cuore-polmone Essenz
Punteggio qualità	45.20
Punteggio qualità normalizzato	45.20

LOTTO N.2

Fornitore	Eurosets s.r.l.
Produttore	Eurosets s.r.l.
Modello	AG70771
Punteggio qualità	64.00
Punteggio qualità normalizzato	64.00

Fornitore	Sorin Group Italia S.r.l.
Produttore	Sorin Group Italia S.r.l.
Modello	AB4429 - Perfusion Tubin System Phisio
Punteggio qualità	70.00
Punteggio qualità normalizzato	70.00

LOTTO N.3

Fornitore	EUROSETS s.r.l.
Produttore	EUROSETS s.r.l.
Modello	EU5100
Punteggio qualità	45.00
Punteggio qualità normalizzato	45.00

Fornitore	Sorin Group Italia S.r.l.
Produttore	Sorin Group Italia S.r.l.
Modello	INSPIRE 8 cod. 050714
Punteggio qualità	70.00
Punteggio qualità normalizzato	70.00

Terminati così i lavori, si scioglie la seduta alle ore 12.00 circa.

Del che viene redatto il presente verbale composto da n.3 fasciate ca, comprese le sottoscrizioni, e n.2 allegati, che, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto:



Azienda Ospedaliero
Universitaria
di ALESSANDRIA
Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificati)

C.F. – P.I. 01640560064

Presidente dott. Corrado CAVOZZA

Componente ing. Gianluca MAROCCO

Componente dr.ssa Francesca IVALDI

Segretario verbalizzante Stefania FERRANDO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI, CIRCUITI E OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA, OCCORRENTE ALLA SC CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA.

RELAZIONE PROVA PRATICA

Sono stati esaminati, in prova pratica nell'ambito della procedura di gara in corso, i sistemi di seguito elencati:

LOTTO N.1 - SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

Fornitore	Spectrum Medical Europe srl	Sorin Group Italia s.r.l.
Produttore	Spectrum Medical Limited	LivaNova Deutschland GmbH
Modello	QPS-NY	Macchina cuore-polmone Essenz

LOTTO N.2 - CIRCUITI PER OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA

Fornitore	Eurosets s.r.l.	Sorin Group Italia S.r.l.
Produttore	Eurosets s.r.l.	Sorin Group Italia S.r.l.
Modello	AG70771	AB4429 - Perfusion Tubin System Phisio

LOTTO N.3 - OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

Fornitore	EUROSETS s.r.l.	Sorin Group Italia S.r.l.
Produttore	EUROSETS s.r.l.	Sorin Group Italia S.r.l.
Modello	EU5100	INSPIRE 8 cod. 050714

A fronte delle prove, effettuate presso le Sale Operatorie

, dall'attenta analisi delle specifiche tecniche definite in capitolato e oggetto di valutazione, sono scaturite le seguenti valutazioni:

LOTTO 1 - SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

	<u>Caratteristiche tecnico - funzionali</u>	Offerta	Offerta
		Spectrum Medical Europe srl	Sorin Group Italia s.r.l.
B-1	Caratteristiche generali del sistema offerto (ergonomia complessiva, possibilità di personalizzare e modificare la configurazione del sistema, maneggevolezza, trasportabilità....) (valutazione mediante PROVA PRATICA)	POMPA LEGGERA, MOLTO ERGONOMICA, CON BUONA MANEGGEVOLEZZA E POSSIBILITA' DI TRASPORTO CON SPOSTAMENTI FLUIDI. COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE IN MANIERA RAPIDA E SICURA.	IL CARRELLO E' POCO ERGONOMICO, STATICO E PESANTE NELLA MOBILIZZAZIONE. LA PERSONALIZZAZIONE DELLA MACCHINA E' LIMITATA PER VIA DELL'INGOMBRO E DELLA DIMENSIONE

			ECESSIVA DEI ROTORI COSI' COME DEI PAN- NELLI DI CONTROLLO
	Carrello		
B-3	Caratteristiche generali (capacità di alloggiamento, sistemi di aggancio presenti.....) (valutazione mediante PROVA PRATICA)	CARRELLO LEGGERO E SNELLO CON POSSIBILITA' DI ALLOGGIAMENTO DELLE TESTATE CON DIVERSE CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE E SISTEMI DI AGGANCIO ERGONOMICI E INTUITIVI. I LED PERSONALIZZABILI COLORATI SULLA CONSOLE CONSENTONO UNA LORO RAPIDA VISUALIZZAZIONE. LA SOSPENSIONE DEI MODULI GARANTISCE MIGLIOR PULIZIA, MINOR INGOMBRO E SICUREZZA E ORDINE DEI CAVI DI INTERFACCIA E ELETTRICI.	LA PERSONALIZZAZIONE RISULTA LIMITATA A CAUSA DELL'INGOMBRO DELLE TESTATE SUL CARRELLO CHE IN PROPORZIONE HA PICCOLE DIMENSIONI. GLI SPAZI RISULTANO ESIGUI PER PERSONALIZZARE A PIENO IL SISTEMA. LA POSIZIONE DEI POTENZIOMETRI E' POCO MANEGGEVOLE E INTUITIVA. I CODICI COLORE NON RISULTANO EVIDENZIATI A SUFFICIENZA OLTRE CHE SEGNALATI CON ETICHETTE POTENZIALMENTE RIMOVIBILI.
	Pannello di controllo, cartella elettronica		
B-5	Caratteristiche generali del pannello di controllo (tipologia, dimensioni, orientabilità, parametri visualizzati, configurabilità, personalizzazione) (valutazione mediante PROVA PRATICA)	IL PANNELLO DI CONTROLLO E' MOLTO INTUITIVO E PERSONALIZZABILE A 360°. I PARAMETRI RISULTANO BEN EVIDENZIATI E IMMEDIATI. LA DUPLICAZIONE DI SEGNALE DEI PARAMENTRI SU PIU' UNITA' GARANTISCE MAGGIOR CONTROLLO E SICUREZZA. IL MONITOR ORIENTABILE E ALLOGGIABILE IN DIVERSE POSIZIONI E DI POCO INGOMBRO GARANTISCE LA VISIONE DEL CAMPO OPERATORIO DURANTE CEC.	I VALORI PRINCIPALI SONO POCO CHIARI E EVIDENZIATI. PANNELLO DI CONTROLLO CON POTENZIOMETRI ALLOCATI IN MODO POCO INTUITIVO CON CODICI COLORI POCO VISIBILI. ORIENTABILITA' ESTREMAMENTE LIMITATA. LA CONFIGURAZIONE NON E' COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE
B-7	Caratteristiche della cartella elettronica (valutazione mediante PROVA PRATICA)	CARTELLA ELETTRONICA E' INTUITIVA, COMPLETA, PERSONALIZZABILE E CON REGISTRAZIONE DI DIVERSI DATI PAZIENTE ALL'AVANGUARDIA. CONFIGURAZIONE COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE. REGISTRAZIONE	SCARSA PERSONALIZZAZIONE DELLA CARTELLA: NON E' POSSIBILE SOSTITUIRE IN BASE ALLE ESIGENZE DEGLI OPERATORI LA DICITURA DI ROTORI, TIMER ECC. Poca chiarezza nella grafica, font e di-

he
/
o
f

		IN CONTINUO DEI DATI CO2-PA02-HB-SVO2	MENSIONI PICCOLE E AFFOLLATE. REGISTRAZIONE EGA E ACT LABORIOSA.
	Pompe roller		
B-8	Modalità di sostituzione in caso di mal-funzionamento (valutazione mediante PROVA PRATICA)	SEMPLICE SOSTITUZIONE IN CASO DI MAL FUNZIONAMENTO CON SISTEMA PLUG AND PLAY DI TUTTI I ROTORI ANCHE IN CORSO DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA SENZA ALCUN RIAVVIAMENTO DI SISTEMA. FACILE CONNESSIONE ROTORE MONITOR. SOSTITUZIONE DEI MODULI RAPIDA E SICURA.	BUONA LA POSSIBILITÀ DI POTER COLLEGARE UN'ALTRA UNITÀ ALLA BASE DEL CARRELLO CON POTENZIOMETRI DEDICATI. MA PER SOSTITUZIONE IL ROTORE È COMUNQUE NECESSARIO IL RIAVVIAMENTO DEL PANNELLO PER IL SUO RICONOSCIMENTO
	Pompa centrifuga (e relativo materiale di consumo)		
B-10	Caratteristiche del monitor per la visualizzazione dei parametri (parametri visualizzati, dimensioni, posizionamento...) (valutazione mediante PROVA PRATICA)	VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI CON ADEGUATE DIMENSIONI NEL TESTO E NEL COLORE. ALLARMI CHIARI CON CODICE COLORE DEDICATO. OLTRE AI PARAMETRI STANDARD POSSIBILITÀ DI POSIZIONARE MONITOR E POTENZIOMETRI IN UNICO SITO PER UNA MIGLIORE E PIÙ SICURA GESTIONE DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA.	TROPPI PARAMETRI RAVVICINATI SENZA CODICE COLORE, E DOPPIO MONITOR INGROMBRANTI.

Handwritten notes:
f
A
D
f

LOTTO N.2 - CIRCUITI PER OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA

	<u>Caratteristiche tecnico - funzionali</u>	Offerta	Offerta
		Eurosets s.r.l.	Sorin Group Italia S.r.l.
B-1	Caratteristiche di sicurezza (valutazione mediante PROVA PRATICA)	PRODOTTO SICURO NEL SUO UTILIZZO	PRODOTTO SICURO NEL SUO UTILIZZO
B-2	Praticità e maneggevolezza (valutazione mediante PROVA PRATICA)	PRODOTTO PRATICO E MANEGGEVOLE NEL SUO UTILIZZO	PRODOTTO PRATICO E MANEGGEVOLE NEL SUO UTILIZZO

LOTTO N.3 - OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

	<u>Caratteristiche tecnico - funzionali</u>	Offerta	Offerta
		EUROSETS s.r.l.	Sorin Group Italia S.r.l.
B-1	Caratteristiche di sicurezza e praticità (valutazione mediante PROVA PRATICA)	I PRODOTTI EUROSETS RISULTANO MENO SICURI IN CORSO DI CEC DI PIU' LUNGA DURATA. NON POSSIEDONO SPAZI E SISTEMI DI ALLOGGIAMENTO SUFFICIENTI PER L'INSERZIONE DI ALTRI DEVICE SECONDO L'UTILIZZO E I PROTOCOLLI DEL CENTRO.	I PRODOTTI LIVANOVA RISULTANO PRATICI E SICURI IN OGNI SITUAZIONE DI UTILIZZO IN ELEZIONE ED EMERGENZA. POSSIEDONO OTTIMI ED ERGONOMICI SISTEMI DI ALLOGGIAMENTO DI ALTRI DEVICE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


B-3	Performance dopo 3 ore di circolazione extracorporea (valutazione mediante PROVA PRATICA)	I PRODOTTI EUROSETS RISULTANO MENO SICURI IN CORSO DI CEC DI PIU' LUNGA DURATA CON ABBASSAMENTO DI LIVELLI DI VENTILAZIONE DELL'OSSIGENAZIONE IMPORTANTI	I PRODOTTI LIVANOVA RISULTANO PRATICI E SICURI IN OGNI SITUAZIONE DI UTILIZZO IN ELEZIONE ED EMERGENZA
B-4	Turbolenza a minimo livello di lavoro (valutazione mediante PROVA PRATICA)	NEI PRODOTTI EUROSETS E' GIA' RILEVABILE TURBOLENZA A BASSO LIVELLO PORTATO ULTERIORMENTE AL MINIMO DIVENTA IMPORTANTE.	NEI PRODOTTI LIVANOVA LA TURBOLENZA A LIVELLO MINIMO DI LAVORO E' QUASI NULLA

Alessandria, 20/11/2024

dott. Corrado CAVOZZA



dr.ssa Francesca IVALDI



Fornitura di SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA per S.C. CARDIOCHIRURGIA della AOU di Alessandria									
		Fornitore			Spectrum Medical Europe srl			Sorin Group Italia s.r.l.	
		Produttore			Spectrum Medical Europe srl			LivaNova Deutschland GmbH	
		Modello			QPS-NY			ESSENZ	
	TIPOL. PUNTI	Caratteristiche tecnico - funzionali - P.ti: 70 (soglia minima 45punti)	Wi	Criterio di assegnazione	giudizi	Vi	punti	giudizi	Vi punti
B-1	D	Caratteristiche generali del sistema offerto (ergonomia complessiva, possibilità di personalizzare e modificare la configurazione del sistema, maneggevolezza, trasportabilità....) (valutazione mediante PROVA PRATICA)	15	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche generali del sistema offerto	POMPA LEGGERA, MOLTO ERGONOMICA, CON BUONA MANEGGEVOLEZZA E POSSIBILITA' DI TRASPORTO CON SPOSTAMENTI FLUIDI.COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE IN MANIERA RAPIDA E SICURA.	1,00	15,00	IL SISTEMA E' POCO ERGONOMICO, STATICO E PESANTE NELLA MOBILIZZAZIONE. LA PERSONALIZZAZIONE DELLA MACCHINA E' LIMITATA PER VIA DELL'INGOMBRO E DELLA DIMENSIONE ECCESSIVA DEI ROTORI COSI' COME DEI PANNELLI DI CONTROLLO	0,40 6,00
B-2	D	Caratteristiche generali del miscelatore di gas (tipologia, grado di precisione...) (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	5	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche del miscelatore	IL MISCELATORE DI GAS ELETTRONICO CON VUOTO INTEGRATO, GARANTISCE EROGAZIONE CORRETTA DEI GAS E CONSENTE DI MISURARE E REGISTRARE I DATI IMPOSTATI DALL'OPERATORE IN BASE AL PAZIENTE E SUOI ESAMI EMATOLOGICI ADATTANDOSI IN MODO AUTONOMO AD OGNI MANOVRA EFFETTUATA .EROGAZIONE, MONITORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE CONTINUA DEL PARAMETRO CO2. OLTRE LA POSSIBILITA' DI INFUSIONE DI GAS ANESTETICI.	1,00	5,00	IL MISCELATORE DI GAS AD IMPOSTAZIONE MANUALE, REGISTRA LA PO2 E NON CO2 (MISURATA DA UN ALTRO APPARECCHIO CHE NON HA RILEVAZIONE IN CONTINUO) LA CORREZIONE E' ESCLUSIVAMENTE OPERATORE DIPENDENTE. NON PRESENTA POSSIBILITA' DI ADATTAMENTO AUTONOMO IN BASE AI RANGE STABILITI DALL'OPERATORE. VUOTO E MONITORAGGIO CO2 NON INTEGRATI.	0,40 2,00
Carrello									
B-3	D	Caratteristiche generali (capacità di alloggiamento, sistemi di aggancio presenti.....) (valutazione mediante PROVA PRATICA)	10	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche generali del carrello	CARRELLO LEGGERO E SNELLO CON POSSIBILITA' DI ALLOGGIAMENTO DELLE TESTATE CON DIVERSE CONFIGURAZIONI PERSONALIZZATE E SISTEMI DI AGGANCIO ERGONOMICI E INTUITIVI. I LED PERSONALIZZABILI COLORATI SULLA CONSOLE CONSENTONO UNA LORO RAPIDA VISUALIZZAZIONE. LA SOSPENSIONE DEI MODULI GARANTISCE MIGLIOR PULIZIA, MINOR INGOMBRO E SICUREZZA E ORDINE DEI CAVI DI INTERFACCIA E ELETTRICI.	1,00	10,00	LA PERSONALIZZAZIONE RISULTA LIMITATA A CAUSA DELL'INGOMBRO DELLE TESTATE SUL CARRELLO CHE IN PROPORZIONE HA PICCOLE DIMENSIONI. GLI SPAZI RISULTANO ESIGUI PER PERSONALIZZARE A PIENO IL SISTEMA. LA POSIZIONE DEI POTENZIOMETRI E' POCO MANEGGEVOLE E INTUITIVA. I CODICI COLORE NON RISULTANO EVIDEZIATI A SUFFICIENZA OLTRE CHE SEGNALATI CON ETICHETTE POTENZIALMENTE RIMOVIBILI.	0,60 6,00
B-4	D	Autonomia della batteria tampone [min.] (in condizioni di livello massimo di carica e in caso di massimo assorbimento del sistema)	5	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando l'autonomia delle batterie	IL FUNZIONAMENTO E LA PERFORMANCE DELLE BATTERIE SONO IDONEE	1,00	5,00	IL FUNZIONAMENTO E LA PERFORMANCE DELLE BATTERIE SONO IDONEE	1,00 5,00
Pannello di controllo, cartella elettronica									
B-5	D	Caratteristiche generali del pannello di controllo (tipologia, dimensioni, orientabilità, parametri visualizzati, configurabilità, personalizzazione) (valutazione mediante PROVA PRATICA)	12	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche generali del pannello di controllo	IL PANNELLO DI CONTROLLO E' MOLTO INTUITIVO E PERSONALIZZABILE A 360°. I PARAMETRI RISULTANO BEN EVIDENZIATI E IMMEDIATI.LA DUPLICAZIONE DI SEGNALE DEI PARAMENTRI SU PIU' UNITA' GARANTISCE MAGGIOR CONTROLLO E SICUREZZA. IL MONITOR ORIENTABILE E ALLOGGIABILE IN DIVERSE POSIZIONI E DI POCO INGOMBRO GARANTISCE LA VISIONE DEL CAMPO OPERATORIO DURANTE CEC.	1,00	12,00	I VALORI PRINCIPALI SONO POCO CHIARI E EVIDENZIATI. PANNELLO DI CONTROLLO CON POTENZIOMETRI ALLOCATI IN MODO POCO INTUITIVO CON CODICI COLORI POCO VISIBILI. ORIENTABILITA' ESTREMAMENTE LIMITATA. LA CONFIGURAZIONE NON E' COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE	0,60 7,20
B-6	D	Modalità di esportazione dei parametri, degli allarmi degli eventi relativi al funzionamento e della cartella di perfusione (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	3	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le modalità di esportazione dei dati di funzionamento acquisiti	ESPORTAZIONE PDF CON EVENTUALE POSSIBILITA' DI ARCHIVIAZIONE COME FILE EXCELL. SISTEMA SEMPLICE E INTUITIVO. POSSIEDE UNA REGISTRAZIONE DI EMERGENZA "SCATOLA NERA"	1,00	3,00	ESPORTAZIONE PDF CON EVENTUALE POSSIBILITA' DI ARCHIVIAZIONE COME FILE EXCEL. SISTEMA SEMPLICE E INTUITIVO	1,00 3,00
B-7	D	Caratteristiche della cartella elettronica (valutazione mediante PROVA PRATICA)	8	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche generali della cartella elettronica	CARTELLA ELETTRONICA E' INTUITIVA, COMPLETA, PERSONALIZZABILE E CON REGISTRAZIONE DI DIVERSI DATI PAZIENTE ALL'AVANGUARDIA. CONFIGURAZIONE COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE. REGISTRAZIONE IN CONTINUO DEI DATI CO2-PA02-HB-SVO2	1,00	8,00	SCARSA PERSONALIZZAZIONE DELLA CARTELLA: NON E' POSSIBILE SOSTITUIRE IN BASE ALLE ESIGENZE DEGLI OPERATORI LA DICTURA DI ROTORI, TIMER ECC. POCA CHIAREZZA NELLA GRAFICA, FONT E DIMENSIONI PICCOLE E AFFOLLATE. REGISTRAZIONE EGA E ACT LABORIOSA.	0,80 6,40
Pompe roller									
B-8	D	Modalità di sostituzione in caso di malfunzionamento (valutazione mediante PROVA PRATICA)	4	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le modalità e la velocità di sostituzione in caso di malfunzionamento	SEMPLICE SOSTITUZIONE IN CASO DI MAL FUNZIONAMENTO CON SISTEMA PLUG AND PLAY DI TUTTI I ROTORI ANCHE IN CORSO DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA SENZA ALCUN RIAVVIO DI SISTEMA. FACILE CONNESSIONE ROTORE MONITOR.SOSTITUZIONE DEI MODULI RAPIDA E SICURA.	1,00	4,00	BUONA LA POSSIBILITA DI POTER COLLEGARE UN ALTRA UNITA' ALLA BASE DEL CARRELLO CON POTENZIOMETRI DEDICATI. MA PER SOSTITUZIONE IL ROTORE E' COMUNQUE NECESSARIO IL RIAVVIO DEL PANNELLO PER IL SUO RICONOSCIMENTO	0,80 3,20
Pompa centrifuga (e relativo materiale di consumo)									
B-9	D	Range di regolazione della pompa (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	3	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando il range di regolazione della pompa	RANGE IDONEO ALL'ATTIVITA' SVOLTA	1,00	3,00	I PARAMENTRI DELLA CENTRIFUGA NON POSSIEDONO UN RANGE DI GIRI MINIMO CHE CONSENTA LA SICUREZZA DELLE MANOVRE SEPPUR DOTATO DI ELETTROCLAMP, IL POTENZIOMETRO RISULTA POCO MANEGGEVOLE	0,80 2,40


Fornitura di SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA per S.C. CARDIOCHIRURGIA della AOU di Alessandria										
Fornitore			Spectrum Medical Europe srl				Sorin Group Italia s.r.l.			
Produttore			Spectrum Medical Europe srl				LivaNova Deutschland GmbH			
Modello			QPS-NY				ESSENZ			
B-10	D	Caratteristiche del monitor per la visualizzazione dei parametri (parametri visualizzati, dimensioni, posizionamento...) (valutazione mediante PROVA PRATICA)	5	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche del monitor	VISUALIZZAZIONE DEI PARAMETRI CON ADEGUATE DIMENSIONI NEL TESTO E NEL COLORE. ALLARMI CHIARI CON CODICE COLORE DEDICATO. OLTRE AI PARAMETRI STANDARD POSSIBILITA' DI POSIZIONARE MONITOR E POTENZIOMETRI IN UNICO SITO PER UNA MIGLIORE E PIU SICURA GESTIONE DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA.	1,00	5,00	TROPPI PARAMETRI RAVVICINATI SENZA CODICE COLORE, E DOPPIO MONITOR INGROMBRANTI.	0,80	4,00
punteggi			70				70,00	45,20		
punteggi normalizzati									70,00	45,20

dott. Corrado CAVOZZA




NB: tutti i commissari hanno assegnato lo stesso coefficiente e fornito la stessa motivazione per tutti i parametri di valutazione discrezionali (D)


ing. Gianluca MAROCCO



dr.ssa Francesca IVALDI



Stefania FERRANDO



Giudizio	Coeff.
OTTIMO	1
DISTINTO	0,8
BUONO	0,6
DISCRETO	0,4
SUFFICIENTE	0,2
INSUFFICIENTE	0

Fornitura di CIRCUITI MONOUSO PER PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA per S.C. CARDIOCHIRURGIA della AOU di Alessandria

Fornitore				Eurosets s.r.l.		Sorin Group Italia S.r.l.			
Produttore				Eurosets s.r.l.		Sorin Group Italia S.r.l.			
Modello				AG70771		AB4429 - Perfusion Tubin System Phisio			
	<u>Caratteristiche tecniche funzionali - P.ti: 70 (soglia minima 45punti)</u>	Wi	Criterio di assegnazione	giudizi	Vi	punti	giudizi	Vi	punti
B-1	Caratteristiche di sicurezza (valutazione mediante PROVA PRATICA)	30	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche generali di sicurezza	PRODOTTO SICURO NEL SUO UTILIZZO	1,00	30,00	PRODOTTO SICURO NEL SUO UTILIZZO	1,00	30,00
B-2	Praticità e maneggevolezza (valutazione mediante PROVA PRATICA)	30	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche generali di praticità e maneggevolezza	PRODOTTO PRATICO E MANEGGEVOLE NEL SUO UTILIZZO	1,00	30,00	PRODOTTO PRATICO E MANEGGEVOLE NEL SUO UTILIZZO	1,00	30,00
B-3	caratteristiche dei materiali (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	10	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche dei materiali	I MATERIALI RISULTANO BUONI AD ECCEZIONE DELLA OPACITA' DEL TUBO	0,40	4,00	I MATERIALI RISULTANO BUONI	1,00	10,00
punteggi		70				64,00			70,00
punteggi normalizzati						64,00			70,00

dott. Corrado CAVOZZA

ing. Gianluca MAROCCO

dr.ssa Francesca IVALDI

Stefania FERRANDO

NB: tutti i commissari hanno assegnato lo stesso coefficiente e fornito la stessa motivazione per tutti i parametri di valutazione discrezionali (D)

Giudizio	Coef.
OTTIMO	1
DISTINTO	0.8
BUONO	0.6
DISCRETO	0.4
SUFFICIENTE	0.2
INSUFFICIENTE	0

Fornitura di OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA per S.C. CARDIOCHIRURGIA della AOU di Alessandria

Fornitore		EUROSETS s.r.l.		Sorin Group Italia S.r.l.						
Produttore		EUROSETS s.r.l.		Sorin Group Italia S.r.l.						
Modello		EU5100		INSPIRE 8 cod. 050714						
TIPOL. PUNTI	Caratteristiche tecnico - funzionali - P.ti: 70 (soglia minima 45punti)	Wi	Criterio di assegnazione	giudizi	Vi	punti	giudizi	Vi	punti	
B-1	D Caratteristiche di sicurezza e praticità (valutazione mediante PROVA PRATICA)	20	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando le caratteristiche generali di sicurezza e praticità	I PRODOTTI NON SONO CARATTERIZZATI DA UN GRADO DI SICUREZZA OTTIMALE IN CASO DI CEC DI LUNGA DURATA. NON POSSIEDONO SPAZI E SISTEMI DI ALLOGGIAMENTO SUFFICIENTI PER L'INSERZIONE DI ALTRI DEVICE SECONDO L'UTILIZZO E I PROTOCOLLI DEL CENTRO	0,60	12,00	I RISULTANO PRATICI E SICURI IN OGNI SITUAZIONE DI UTILIZZO IN ELEZIONE ED EMERGENZA. POSSIEDONO OTTIMI ED ERGONOMICI SISTEMI DI ALLOGGIAMENTO DI ALTRI DEVICE	1,00	20,00	
B-2	D Follow up (numero di incidenti e non conformità) (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica)	10	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando il follow up	Incidenti rilevati dal 2019 ad oggi 0, non conformità 9. Percentuale incidenza media sul venduto nei 6 anni 0,295%	0,60	6,00	LiveNova ha effettuato la revisione dei dati dei reclami relativamente alla famiglia Inspire a partire dal 1° Gennaio 2019 ad oggi non identificando alcun evento avverso nel quale sia sussistito un nesso causale tra le condizioni del paziente e un difetto del prodotto.	1,00	10,00	
B-3	D Performance dopo 3 ore di circolazione extracorporea (valutazione mediante PROVA PRATICA)	25	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando la performance indicata	I PRODOTTI NON SONO CARATTERIZZATI DA UN GRADO DI SICUREZZA OTTIMALE IN CASO DI CEC DI LUNGA DURATA CON ABBASSAMENTO DI LIVELLI DI VENTILAZIONE DELL'OSSIGENAZIONE IMPORTANTI	0,60	15,00	I PRODOTTI RISULTANO PRATICI E SICURI IN OGNI SITUAZIONE DI UTILIZZO IN ELEZIONE ED EMERGENZA	1,00	25,00	
B-4	D Turbolenza a minimo livello di lavoro (valutazione mediante PROVA PRATICA)	15	I "Vi" saranno assegnati sulla base della scala di giudizi definita in capitolato, valutando positivamente la minor turbolenza	NEI PRODOTTI E' RILEVABILE TURBOLENZA GIA' A BASSO LIVELLO; PORTATO ULTERIORMENTE AL MINIMO LA TURBOLENZA DIVENTA IMPORTANTE	0,80	12,00	NEI PRODOTTI LA TURBOLENZA A LIVELLO MINIMO DI LAVORO E' QUASI NULLA	1,00	15,00	
		punteggi					45,00			70,00
		punteggi normalizzati					45,00			70,00

dott. Corrado CAVOZZA

ing. Gianluca MAROCCO

dr.ssa Francesca VALDI

Stefania FERRANDO

NB: tutti i commissari hanno assegnato lo stesso coefficiente e fornito la stessa motivazione per tutti i parametri di valutazione discrezionali (D)

Giudizio	Coef.
OTTIMO	1
DISTINTO	0,8
BUONO	0,6
DISCRETO	0,4
SUFFICIENTE	0,2

A.O. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" – ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 – 15121 ALESSANDRIA

C.F. – P.IVA 01640560064

Verbale di apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative alla procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi, circuiti e ossigenatori per circolazione extracorporea, occorrente alla SC Cardiocirurgia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria. ID SINTEL 182628885.

L'anno 2024, addì 16 del mese di dicembre, alle ore 10.00 ca, la Sig.ra. STEFANIA FERRANDO, nata a Alessandria il 16.05.1975, Collaboratore Amministrativo Professionale dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, RUP della presente procedura di gara, ha proceduto, in seduta riservata, sulla piattaforma SINTEL, all'apertura delle buste economiche telematiche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto.

PREMESSO CHE

- in data 25/06/2024 si è proceduto all'ammissione alla gara delle seguenti ditte:

- 1) SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL
- 2) EUROSETS SRL
- 3) SORIN GROUP ITALIA SRL

- il quadro complessivo delle offerte risulta essere il seguente:

DITTA	LOTTO 1	LOTTO 2	LOTTO 3
SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL	X		

EUROSETS SRL		X	X
SORIN GROUP ITALIA SRL	X	X	X

- in data 02/07/2024 si procedeva all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche delle Ditte offerenti, al fine di accertarne il contenuto, verificando la rispondenza dei documenti in esse contenute con quanto richiesto nel Disciplinare di gara;
- la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n.892 del 12/07/2024 ha formulato i propri giudizi in data 29/07/2024 e 05/12/2024, come risulta dai relativi verbali;
- preliminarmente si procede alla registrazione a sistema dei punteggi qualitativi relativi alle offerte, come risultanti dai verbali di valutazione sopra citati;

Tutto ciò premesso, si procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche delle ditte, e mediante la piattaforma, al calcolo dei punteggi economici e totali per ciascuna ditta, come di seguito riportato:

LOTTO 1 – SISTEMI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

FORNITORE	Punti tecnici	Prezzo euro*	Punti econ.	Punti tot.
SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL	70,00	€ 1.850.000,00	30,00	100,00
SORIN GROUP ITALIA SRL	45,20	€ 1.861.980,00	29,65	74,85

*al netto di € 160,00 per oneri per la sicurezza da interferenza

LOTTO 2 – CIRCUITI PER OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA

FORNITORE	Punti tecnici	Prezzo euro*	Punti econ.	Punti tot.
-----------	---------------	--------------	-------------	------------

EUROSETS SRL	64,00	€ 480.000,00	30.00	94.00
SORIN GROUP ITALIA SRL	70,00	€ 615.000,00	28.75	98.75

* al netto di € 160,00 per oneri per la sicurezza da interferenza

LOTTO 3 – OSSIGENATORI PER CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA

FORNITORE	Punti tecnici	Prezzo euro*	Punti econ.	Punti tot.
EUROSETS SRL	45,00	€ 600.000,00	30,00	75,00
SORIN GROUP ITALIA SRL	70,00	€ 735.000,00	26,41	96,41

* al netto di € 160,00 per oneri per la sicurezza da interferenza

- al termine delle suddette operazioni, viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del D.Lgs.36/2023, a favore delle seguenti ditte
- LOTTO 1 ditta SPECTRUM MEDICAL EUROPE SRL
- LOTTO 2 ditta SORIN GROUP ITALIA SRL
- LOTTO 3 ditta SORIN GROUP ITALIA SRL

Si da atto che:

- l'Azienda Ospedaliera ha la più ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte, riservandosi la possibilità di non procedere all'aggiudicazione, qualora i prezzi proposti fossero ritenuti non convenienti, mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta;
- l'Azienda Ospedaliera non assumerà, pertanto, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito efficacia giuridica;
- terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li

dichiara chiusi alle ore 10.45 ca.. Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 3 facciate ca., compresa la sottoscrizione, viene così approvato e sottoscritto.

IL RUP Stefania FERRANDO

Firmato digitalmente

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA: compilare i campi evidenziati in azzurro	
Offerta n. e data	QPS_NY 13/06/2024
Lotto	1
Ragione o denominazione sociale	Spectrum Medical Europe Srl
Città	Mirandola
CAP	41037
Via e n. civico	Via di Mezzo, 23
PROVINCIA	MO
CODICE FISCALE	03892630363
P.I.	03892630363
TEL./FAX	0535 690050 / 0535 690051
PEC	spectrumeurope@legalmail.it
VOCI OFFERTA ECONOMICA	
OFFERTA: costo netto - IVA esclusa	
P _L = Costo annuo unitario di locazione del Sistema	236.000,00 €
P _{MAN} = Costo annuo unitario per la manutenzione del Sistema (come da Condizioni di assistenza – Allegato 4)	32.000,00 €
P _{LOC 1} = Costo annuo unitario di locazione del Sistema, comprensivo di manutenzione	268.000,00 €
P _{LOC TOT 5} = Costo di locazione per tutto il periodo contrattuale (60 mesi) di tutti i Sistemi, comprensivo di manutenzione	1.340.000,00 €
P _{CONS 1} = Costo annuo del materiale di consumo con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	102.000,00 €
P _{CONS 5} = Costo del materiale di consumo per tutto il periodo contrattuale (60 mesi) con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	510.000,00 €
P _{TOT} = Costo totale fornitura per 5 anni (P _{LOC 5} + P _{CONS 5}) = valore complessivo offerto	1.850.160,00 €

Ulteriori informazioni di dettaglio inerenti l’offerta, come da Disciplinare di gara, da rendersi su fogli separati da allegarsi alla presente offerta

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA: compilare i campi evidenziati in azzurro	
Offerta n. e data	
Lotto	
Ragione o denominazione sociale	
Città	
CAP	
Via e n. civico	
PROVINCIA	
CODICE FISCALE	
P.I.	
TEL./FAX	
PEC	
VOCI OFFERTA ECONOMICA	OFFERTA: costo netto - IVA esclusa
P _{CONS 1} = Costo annuo del materiale di consumo con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	
P _{CONS 5} = PTOT = Costo del materiale di consumo per tutto il periodo contrattuale (60 mesi) con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale = valore complessivo offerto	

Ulteriori informazioni di dettaglio inerenti l'offerta, come da Disciplinare di gara, da rendersi su fogli separati da allegarsi alla presente offerta

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA: compilare i campi evidenziati in azzurro	
Offerta n. e data	
Lotto	
Ragione o denominazione sociale	
Città	
CAP	
Via e n. civico	
PROVINCIA	
CODICE FISCALE	
P.I.	
TEL./FAX	
PEC	
VOCI OFFERTA ECONOMICA	OFFERTA: costo netto - IVA esclusa
P _{CONS 1} = Costo annuo del materiale di consumo con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale	
P _{CONS 5} = PTOT = Costo del materiale di consumo per tutto il periodo contrattuale (60 mesi) con riferimento alle quantità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale = valore complessivo offerto	

Ulteriori informazioni di dettaglio inerenti l'offerta, come da Disciplinare di gara, da rendersi su fogli separati da allegarsi alla presente offerta

OGGETTO: Informazioni di dettaglio inerenti all'offerta

- Il valore di mercato dell'apparecchiatura è il seguente € 342.970,00 cad.
- L'apparecchiatura offerta presenta il seguente materiale consumabile:

Codice identificativo	Denominazione prodotto	Confezionamento	Prezzo unitario	Prezzo a confezione	Fabbisogno annuo
CP37V-V0	QUANTUM PERFUSION CENTRIFUGAL BLOOD PUMP CP37	5 pezzi/scatola	€ 170	€ 850	120 scatole
Spesa annua					€ 102.000,00
Spesa quinquennale					€ 510.000,00

*I prezzi si intendono iva esclusa.

- Iva applicata: 22%
- Condizioni di fornitura

Tempi di consegna

- apparecchiature: entro sei settimane dalla data di ricevimento dell'ordine;
- consumabili: entro 5gg lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

Validità offerta: 180gg decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Mirandola, 19/06/2024

Lorenzo Ghidoni
(Documento firmato digitalmente)

[illegible]