

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001064 del 26/08/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, IN AMBITO EUROPEO, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA POCT INTEGRATO PER LA LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA DEL SANGUE PER L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (SPESA € 269.815,20 IVA 22% INCLUSA) – CIG B612E99984

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Ferrando Michela**

Data 26/08/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Ferrando Michela**

Data 26/08/2025

Proposta: 0001104 del 26/08/2025

Hash proposta: d0d1f7c75bc15e97d9af1c63dd46f08d32a3f6c55d53b0128700af35fd5c487d

STRUTTURA: Processi amministrativi generali e di approvvigionamento

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, IN AMBITO EUROPEO, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA POCT INTEGRATO PER LA LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA DEL SANGUE PER L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA (SPESA € 269.815,20 IVA 22% INCLUSA) – CIG B612E99984

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Ferrando Michela

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il D.Lgs 31/03/2023 n.36 "*Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento aziendale recante *Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016*, sottoscritto tra le parti in data 31 marzo 2022 ed approvato con Deliberazione n. 397 del 20.09.2022, in attesa della definizione del nuovo "Regolamento per la corresponsione degli incentivi ai sensi del D. Lgs. 36/2023".

PREMESSO CHE tra le acquisizioni ricomprese nel programma triennale 2025/2027 di acquisizione di beni e servizi approvato con DG n. 203 del 31/03/2025 è stata confermata, con CUI F01640560064201900166, la fornitura in service/noleggior di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia nel sangue e relativo materiale di consumo per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, già prevista nel programma 2024/2026.

RICHIAMATA la determinazione n. 397 del 14/03/2025, con la quale veniva indetta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, la gara mediante procedura aperta, in ambito europeo, per la fornitura in oggetto, per un periodo di 60 mesi.

DATO ATTO CHE:

- con la determinazione n. 397 del 14/03/2025, sopra citata, sono stati approvati il Disciplinare di gara e il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e i relativi allegati
- che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18/03/2025, ed. S 54/2025 nr. 173163-2025;
- che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo internet dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria

- che il bando ed il capitolato di gara, completo di allegati, sono stati pubblicati sul sito www.ariaspa.it, per lo svolgimento della gara in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", con ID 198587596;
- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 06/05/2025;
- entro il termine di scadenza, sopra citato sono pervenute le offerte delle ditte Roche Diagnostics spa e Nova Biomedical Italia srl;
- l'aggiudicazione della fornitura è prevista a lotto unico, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. nr. 36/2023, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione della quale verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui:
 - a) qualità: punti max 70 (attribuiti secondo i criteri dettagliati nel disciplinare di gara e relativi allegati).
 - b) prezzo: punti max 30 (ove per prezzo si intende il costo complessivo della fornitura)
- come risulta dal verbale stilato in data 07/05/2025 dal RUP della presente procedura di gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, i soggetti offerenti sono stati ammessi a partecipare alla gara;
- in data 13/05/2025 il RUP della presente gara ha proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica ed alla verifica della presenza di tutti i documenti richiesti;
- la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale della SC Processi Amministrativi generali e di Approvvigionamento n.705 del 29/05/2025, in seduta riservata, in data 10/06/2025 e 30/06/2025 ha provveduto alla valutazione delle offerte;
- in data 09/07/2025 il RUP ha provveduto, attraverso la piattaforma telematica SINTEL, all'apertura della busta contenente l'offerta economica ed alla definizione dell'aggiudicazione provvisoria, nei confronti della ditta Nova Biomedical Italia srl;
- le suddette operazioni sono riportate nei verbali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO dell' offerta dell'aggiudicataria che viene di seguito sinteticamente riportata:

ditta Nova Biomedical Italia srl – P. IVA 09390710961

Offerta n. 137/CY25 del 04/04/2025

Costo complessivo di locazione, comprensivo di interfacciamento € 1.500,00 + IVA 22%

Costo complessivo di manutenzione € 24.000,00 + IVA 22%

Costo complessivo consumabile € 195.500,00 + IVA 22%

Totale offerta € 221.000,00 + IVA 22%

Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze € 160,00 + IVA 22%

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 36/2023, questa Stazione Appaltante ha svolto preventivamente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del D.Lgs 36/2023 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- con ID 4378397 in data 11/07/2025 è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia.

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione definitiva a favore della ditta sopra indicata.

DATO ATTO CHE:

- alla procedura in esame è stato attribuito il CIG B612E99984 da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- la stipula del contratto verrà effettuata mediante scrittura privata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva; il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentadue giorni (cd. "standstill o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa.
- per le finalità previste dall'art. 1 comma 449 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come modificato dall'art. 7 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52 convertito nella Legge 06.07.2012 n. 94, questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto, non risultano attive convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per la fornitura in oggetto. Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall'effettuazione di gare da parte della Società di Committenza Regionale (S.C.R.).
- per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 17 del Decreto Legge 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111, non sussistono al momento prezzi di riferimento elaborati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) relativi ai beni oggetto del presente provvedimento.
- la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara.

PRECISATO inoltre che, per quanto attiene alla problematica dei rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. si rinvia al documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che verrà sottoscritto entro la data di inizio di esecuzione del contratto.

DATO ATTO CHE la stazione appaltante ha riservato nel bando di gara la facoltà di esercitare le seguenti opzioni contrattuali:

- proroga 12 mesi € 70.000,00
- quinto contrattuale € 76.000,00
- rinnovo 36 mesi: € 210.000,00
- revisione prezzi € 20.000,00

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, l'importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente fornitura (calcolato sul 10% dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa) risulta di € 22.100,00 fatte salve le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del D.Lgs 36/2023.

CONSIDERATO CHE l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 221.160,00 + IVA 22 % per complessivi € 269.815,20 IVA 22 % inclusa viene così presumibilmente suddiviso:

- € 256,20 con IVA 22% inclusa per l'anno in corso (2025), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29/05/2025 ad oggetto "Aggiornamento del Budget Provvisorio di Spesa anno 2025", ed è riconducibile al conto 3.10.05.04 "Canoni per beni strumentali sanitari" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;;
- € 1.769,00 con IVA 22% inclusa per gli anni successivi (presumibilmente periodo 01/01/2026 – 31/10/2030) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico

attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da chiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.05.04 “Canoni per beni strumentali sanitari” della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento; come segue:

- anno 2026 - € 366,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2027 - € 366,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2028 - € 366,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2029 - € 366,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2030 - € 305,00 IVA 22% inclusa
- € 976,00 con IVA 22% inclusa per l’anno in corso (2025), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29/05/2025 ad oggetto “Aggiornamento del Budget Provvisorio di Spesa anno 2025” ed è riconducibile al conto 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
 - € 28.304,00 con IVA 22% inclusa per gli anni successivi (presumibilmente periodo 01/01/2026 – 31/10/2030) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da chiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.02.03 “Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie” della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento; come segue:
 - anno 2026 - € 5.856,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2027 - € 5.856,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2028 - € 5.856,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2029 - € 5.856,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2030 - € 4.880,00 IVA 22% inclusa
 - € 7.950,33 con IVA 22% inclusa per l’anno in corso (2025) non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29/05/2025 ad oggetto “Aggiornamento del Budget Provvisorio di Spesa anno 2025” ed è riconducibile al conto 3.10.01.07 “Reagenti di laboratorio” della S.C. Farmacia Ospedaliera gestione dispositivi e farmaci;
 - € 230.559,67 con IVA 22% inclusa per gli anni successivi (presumibilmente periodo 01/01/2026 – 31/10/2030) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da chiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.01.07 “Reagenti di laboratorio” della S.C. Farmacia Ospedaliera gestione dispositivi e farmaci, come segue:
 - anno 2026 - € 47.702,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2027 - € 47.702,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2028 - € 47.702,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2029 - € 47.702,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2030 - € 39.751,67 IVA 22% inclusa

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

1. di aggiudicare la procedura aperta in ambito europeo, indetta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia nel sangue e relativo materiale di consumo occorrente all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, alla ditta di seguito indicata:

NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL – Via Como, 19 – 20045 LAINATE (MI) – C.F. - P. IVA 09390710961

Offerta n. 137/CY25 del 04/04/2025

➤ Fornitura in noleggio, comprensivo di manutenzione full risk “Apparecchiatura Critica con apparecchiatura sostitutiva” di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia nel sangue composto da:

- n. 60 glucometri POCT – cod. 54796 Lettore StatStrip Connectivity Glu/Ket con Wifi comprensivo di batteria SS Connectivity, software Novanet (cod. 43638), Docking Station Singola (cod. 53400), Batteria tampone (cod. 53920), interfacciamento al LIS, PC/Server, Veq, comprensivi di back-up (10%)

CND W020106019099 – RDM 2070040/R

Valore di mercato:

cod. 54796 Lettore SS Connectivity Glu/Ket € 1.752,18

cod. 43638 Novanet € 1.900,00

cod. 53400 Docking Station € 198,22

canone annuo locazione comprensivo di interfacciamento: € 300,00 + IVA 22%

canone annuo manutenzione: € 4.800,00 + IVA 22%

➤ Fornitura dei test e controlli necessari per l'esecuzione di n. 120.000 test/anno con cadenza analitica 7/7 + n. 50.000 controlli/anno, alle seguenti condizioni economiche:

- cod. 42214 – Biosensori StatStrip Glucosio – CND W0101060101 – RDM 2070045/R – conf. 100 pz (2 flaconi da 50 biosensori), costo a confezione € 23,00 + IVA 22%
- cod. 46947 – Soluzione di controllo qualità Glu/Ket, Liv. 1 – CND W010106010801 – RDM 2070047/R – conf. 1 pezzo, fornito a costo zero
- cod. 46948 – Soluzione di controllo qualità Glu/Ket, Liv. 2 – CND W010106010801 – RDM 2070048/R – conf. 1 pezzo, fornito a costo zero

Costo annuo materiale di consumo € 39.100,00 + IVA 22%

canone quinquennale locazione: € 1.500,00 + IVA 22%

canone quinquennale manutenzione: € 24.000,00 + IVA 22%

costo quinquennale reattivi € 195.500,00 + IVA 22%

Totale offerta € 221.000,00 + IVA 22%

Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze € 160,00 + IVA 22%

Condizioni di fornitura:

Consegna apparecchiature: 30 gg.

Consegna consumabili: 5/7 gg. dro

Manutenzione full risk “Apparecchiatura Critica con apparecchiatura sostitutiva”

2. di specificare inoltre che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale di gara, notificato ed accettato dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara.
3. di dare atto che la stipula del contratto con la ditta aggiudicataria verrà effettuata con scrittura privata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
4. di precisare, per le motivazioni addotte in preambolo, che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all'effettuazione e all'aggiudicazione della presente procedura di acquisto senza il preventivo ricorso a convenzioni stipulate da Consip S.p.a., a gare effettuate da centrali di

committenza regionale ovvero al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207;

5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, l'importo della cauzione definitiva da richiedere al soggetto affidatario della presente fornitura (calcolato sul 10% dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa) risulta di € 22.100,00 fatte salve le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del D.Lgs 36/2023.
6. di dare atto che l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € l'onere derivante dall'assunzione del presente provvedimento ammontante a € 221.160,00 + IVA 22 % per complessivi € 269.815,20 IVA 22 % inclusa viene così presumibilmente suddiviso:
 - € 256,20 con IVA 22% inclusa per l'anno in corso (2025), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29/05/2025 ad oggetto "Aggiornamento del Budget Provvisorio di Spesa anno 2025", ed è riconducibile al conto 3.10.05.04 "Canoni per beni strumentali sanitari" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;;
 - € 1.769,00 con IVA 22% inclusa per gli anni successivi (presumibilmente periodo 01/01/2026 – 31/10/2030) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da chiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.05.04 "Canoni per beni strumentali sanitari" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento; come segue:
 - anno 2026 - € 366,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2027 - € 366,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2028 - € 366,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2029 - € 366,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2030 - € 305,00 IVA 22% inclusa
 - € 976,00 con IVA 22% inclusa per l'anno in corso (2025), non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29/05/2025 ad oggetto "Aggiornamento del Budget Provvisorio di Spesa anno 2025" ed è riconducibile al conto 3.10.02.03 "Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento;
 - € 28.304,00 con IVA 22% inclusa per gli anni successivi (presumibilmente periodo 01/01/2026 – 31/10/2030) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da chiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.02.03 "Manutenzione ordinaria in appalto attrezzature tecnico scientifiche sanitarie" della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento; come segue:
 - anno 2026 - € 5.856,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2027 - € 5.856,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2028 - € 5.856,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2029 - € 5.856,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2030 - € 4.880,00 IVA 22% inclusa
 - € 7.950,33 con IVA 22% inclusa per l'anno in corso (2025) non produce effetti contabili diretti e prospettici in quanto tale spesa rientra nella disponibilità assegnata alla Struttura competente con delibera n. 295 del 29/05/2025 ad oggetto "Aggiornamento del Budget Provvisorio di Spesa anno 2025" ed è riconducibile al conto 3.10.01.07 "Reagenti di laboratorio" della S.C. Farmacia Ospedaliera gestione dispositivi e farmaci;

- € 230.559,67 con IVA 22% inclusa per gli anni successivi (presumibilmente periodo 01/01/2026 – 31/10/2030) di cui si terrà conto in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da chiedere una riformulazione delle previsioni delle relative spese e riconducibile al conto 3.10.01.07 “Reagenti di laboratorio” della S.C. Farmacia Ospedaliera gestione dispositivi e farmaci, come segue:
 - anno 2026 - € 47.702,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2027 - € 47.702,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2028 - € 47.702,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2029 - € 47.702,00 IVA 22% inclusa
 - anno 2030 - € 39.751,67 IVA 22% inclusa
- 7. di dare atto che la stazione appaltante la stazione appaltante ha riservato nel bando di gara la facoltà di esercitare le seguenti opzioni contrattuali:
 - proroga 12 mesi € 70.000,00
 - quinto contrattuale € 76.000,00
 - rinnovo 36 mesi: € 210.000,00
 - revisione prezzi € 20.000,00
- 8. di nominare, ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.36/2023 Direttore dell'Esecuzione del Contratto:
 - per le apparecchiature: l'ing. Gianluca Marocco – Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica, in considerazione della specificità dell'appalto per il quale è richiesta competenza per l'attività di collaudo della fornitura e di verifica dell'assistenza tecnica;
 - per i test/materiali di consumo la Dott.ssa Gabriella Mirone – Coordinatrice presso la S.C. Laboratorio Analisi
- 9. di dare atto che, in via provvisoria, secondo il regolamento vigente approvato con deliberazione n. 397 del 20/09/2022, gli importi delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche riferiti alla procedura di gara in esame, sono calcolati in complessivi € 4.980,00, di cui € 3.984,00 (80%) - Quota erogabile al personale, ed € 996,00 (20%) - Accantonamento Fondo ex art. 45 comma 5 D.Lgs.36/2023, sulla base dell'importo di gara al netto dell'I.V.A.(€ 415.000,00), e con esclusione del costo per eventuali opzioni, rinnovi e/o proroghe, e rinviando a successivo provvedimento la loro definitiva determinazione secondo le nuove disposizioni regolamentari aziendali in fase di adozione ai sensi dell'art.1. comma 4 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i;
- 10. di individuare, in via provvisoria, ai sensi del Regolamento aziendale in materia di incentivi per le funzioni tecniche, adottato con Delibera n. 397 del 20.09.2022, nel personale assegnato alla S.S. Ingegneria Clinica, gli altri soggetti che svolgono funzioni di collaudo ed assistenza al DEC e nel personale assegnato alla SC Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento preposto alla predisposizione dei contratti ed all'emissione degli ordinativi, gli altri soggetti che svolgono funzioni di supporto e collaborazione per la fase di esecuzione.

Stante l'urgenza di adottare il presente provvedimento, tenuto conto della necessità di disporre della nuova fornitura nel più breve tempo possibile

DETERMINA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000

A.O.U. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" – ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 – 15121 ALESSANDRIA

C.F. – P.IVA 01640560064

Verbale di ammissione delle Ditte partecipanti alla procedura telematica aperta per l'appalto di fornitura di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia del sangue per l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS Antonio e Biagio e C. Arrigo Di Alessandria

CIG B612E99984

L'anno 2025, addì 7 del mese di maggio, alle ore 9:00 ca., il RUP della presente procedura di gara, Sig.ra: MICHELA FERRANDO, nata ad Alessandria il 18.03.1970, Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, ha proceduto all'apertura delle offerte amministrative relative alla procedura aperta, in ambito europeo, per l'appalto di fornitura di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia del sangue per l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS Antonio e Biagio e C. Arrigo Di Alessandria.

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. 397 del 14.03.2025 veniva indetta la gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, a lotto unico, per la fornitura di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia del sangue per l'Azienda Ospedaliero

Universitaria SS Antonio e Biagio e C. Arrigo Di Alessandria.

- sempre con la Determinazione n. 397 del 14.03.2025 sono stati approvati i seguenti documenti:
 - ✓ Disciplinare
 - ✓ Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi documenti allegati
- che con la sopra richiamata determinazione, si disponevano, altresì, le modalità di pubblicazione del bando di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18/03/2025, n. 54/2025 pubblicazione 173163-2025;
- che il bando è stato pubblicato sul profilo dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria;
- che la documentazione di gara, è stata pubblicata sul sito www.ariaspa.it per lo svolgimento della procedura in modalità telematica mediante l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";
- che la trattativa telematica è stata identificata con il n. 198587596;
- che il termine previsto per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 06/05/2025;
- il bando di gara prevedeva la data del 07/05/2025 alle ore 9:00 per l'apertura telematica in seduta riservata delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

- l'aggiudicazione avverrà a lotto unico ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la determinazione della quale verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui:
 - a) prezzo: punti max 30
 - b) qualità: punti max 70 (attribuiti secondo i criteri dettagliati nel capitolato speciale di gara e relativi allegati).
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 108 comma 10 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Il RUP constata che entro il termine di scadenza fissato al 06/05/2025 ore 12.00, sono pervenute le offerte delle ditte:

- ROCHE DIAGNOSTICS SPA
- NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL

Il RUP, a questo punto, procede all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa al fine di accertarne il contenuto, verificando la rispondenza dei documenti in essa contenuti con quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Il RUP accerta, per entrambe le ditte, la presenza e la rispondenza di tutti i documenti presentati con quanto indicato nel Disciplinare di gara.

Constatata l'assenza di motivi di esclusione dichiara ammesse alla

fase successiva della gara le ditte ROCHE DIAGNOSTICS SPA e
NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL

Il RUP termina i lavori inerenti alla presente fase del procedimento
alle ore 11:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da n.4 facciate, compresa
la sottoscrizione.

IL RUP
Sig.ra MICHELA FERRANDO
(firmato digitalmente)

A.O.U. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" – ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 – 15121 ALESSANDRIA

C.F. – P.IVA 01640560064

**Verbale apertura delle buste tecniche delle ditte ammesse alla
procedura telematica aperta per l'appalto di fornitura di un
sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia del
sangue per l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS Antonio e
Biagio e C. Arrigo Di Alessandria**

CIG B612E99984

L'anno 2025, addì 13 del mese di maggio, alle ore 14:00 ca., il RUP della presente procedura di gara, Sig.ra: MICHELA FERRANDO, nata ad Alessandria il 18.03.1970, Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, ha proceduto all'apertura delle offerte tecniche relative alla procedura telematica aperta, in ambito europeo, per l'appalto di fornitura di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia del sangue per l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS Antonio e Biagio e C. Arrigo Di Alessandria.

Preso atto che tutti i partecipanti sono stati ammessi alla gara, si procede con l'apertura telematica delle offerte tecniche al fine di accertarne il contenuto, verificando la rispondenza dei documenti in essa contenuti con quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Il RUP riscontra la presenza nella busta tecnica di tutti i documenti

richiesti pertanto dichiara che le offerenti vengono ammesse alla successiva fase di gara, in cui la Commissione giudicatrice procederà, in sedute riservate, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche.

Il RUP termina i lavori inerenti alla presente fase del procedimento alle ore 15:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da n.2 facciate, compresa la sottoscrizione.

IL RUP
Sig.ra MICHELA FERRANDO
(firmato digitalmente)

VERBALE N.1 DI VALUTAZIONE QUALITATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA, IN AMBITO EUROPEO, AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA POCT INTEGRATO PER LA LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA DEL SANGUE, OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA

Il giorno dieci giugno duemilaventicinque alle ore 14:30 ca, presso la sala riunioni della SC Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Alessandria, sita, in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale della SC Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento di questa AOU n.705 del 29/05/2025, nelle seguenti persone:

▪ dr.ssa Lara Calcagno	Dirigente Biologo Laboratorio Analisi	Presidente
▪ dr.ssa Thea Bensi	Dirigente Biologo Laboratorio Analisi	Componente
▪ dr.ssa Martina Porretto	Dirigente medico D.M.P.	Componente

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'attività della Commissione la sig.ra Michela Ferrando, Collaboratore amm.vo professionale della SC Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento dell'AOU AL.

PREMESSO CHE

- ✓ con Determinazione della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento n. 397 del 14/03/2025, quale determinazione a contrarre ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 31/03/2023 n.36, veniva indetta gara mediante procedura aperta, in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia del sangue, occorrente all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria, da aggiudicarsi, a lotto unico, ai sensi dell'art. 108 comma 2 del citato Decreto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- ✓ la procedura di gara veniva avviata mediante piattaforma Sintel con ID 198587596
- ✓ alle ore 12.00 del giorno 06/05/2025 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
- ✓ in data 07/05/2025 si procedeva all'ammissione delle ditte partecipanti: ROCHE DIAGNOSTICS SPA e NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL
- ✓ in data 13/05/2025 si procedeva all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione tecnica delle Ditte offerenti, al fine di accertarne il contenuto, verificando la rispondenza dei documenti in essa contenuti con quanto richiesto nel Disciplinare di gara.

Scopo dell'incontro è la valutazione qualitativa delle offerte tecniche formulate, finalizzata all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare di gara.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i Componenti nelle persone sopra citate, dichiara aperta la seduta.

Si prende atto che sono pervenute le seguenti offerte:

Fornitore	Roche Diagnostics spa
Produttore	Roche Diagnostics GmBh
Modello	Cobas pulse

Fornitore	Nova Biomedical Italia srl
Produttore	Nova Biomedical, Waltham, MA 02454-9141 USA
Modello	StatStrip Connectivity Glu/Ket Meter con Wifi



AOUIAL

Azienda Ospedaliero
Universitaria
di ALESSANDRIA
Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

Via Venezia, 16 – 15121 ALESSANDRIA
Tel. 0131 206111 – www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it

asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

C.F. – P.I. 01640560064

La Commissione prende atto dei criteri di valutazione qualitativa previsti nel Disciplinare di gara, e dettagliati nella Scheda tecnica.

Si prosegue quindi con l'esame della documentazione tecnica allegata alle offerte formulate dalle ditte partecipanti, finalizzata alla verifica della presenza di tutte le caratteristiche essenziali (punti A-XX) e si rileva che entrambe le offerte rispondono alle caratteristiche/funzionalità richieste.

La commissione passa quindi all'esame delle caratteristiche oggetto di valutazione.

Vengono presi in esame i punti di valutazione e viene abbozzata la definizione dei giudizi.

La seduta alle ore 16:00 rimandando a successivo incontro la conclusione della valutazione.

Del che viene redatto il presente verbale composto da n. 2 fasciate ca, comprese le sottoscrizioni, che, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto.

Presidente	dr.ssa Lara Calcagno
Componente	dr.ssa Thea Bensi
Componente	dr.ssa Martina Porretto
Segretario verbalizzante	Sig. Michela Ferrando

VERBALE N.2 DI VALUTAZIONE QUALITATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA, IN AMBITO EUROPEO, AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA POCT INTEGRATO PER LA LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA DEL SANGUE, OCCORRENTI ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA

Il giorno trenta giugno duemilaventicinque alle ore 14:30 ca, presso la sala riunioni della SC Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Alessandria, sita, in Alessandria, Via S. Caterina da Siena n.30, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la gara in oggetto, nominata con determinazione dirigenziale della SC Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento di questa AOU n.705 del 29/05/2025, nelle seguenti persone:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| ▪ dr.ssa Lara Calcagno | Dirigente Biologo Laboratorio Analisi | Presidente |
| ▪ dr.ssa Thea Bensi | Dirigente Biologo Laboratorio Analisi | Componente |
| ▪ dr.ssa Martina Porretto | Dirigente medico D.M.P. | Componente |

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'attività della Commissione la sig.ra Michela Ferrando, Collaboratore amm.vo professionale della SC Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento dell'AOU AL.

Scopo dell'incontro è la conclusione della valutazione qualitativa delle offerte tecniche.


Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la legalità dell'adunanza, essendo presenti tutti i Componenti nelle persone sopra citate, dichiara aperta la seduta.

La definizione dei giudizi e l'attribuzione dei punteggi si evincono dal prospetto di raffronto allegato al presente verbale.

Terminati così i lavori, si scioglie la seduta alle ore 15:00.

Del che viene redatto il presente verbale composto da n. 1 facciata, comprese le sottoscrizioni, che, previa lettura e conferma, viene, come in appresso, sottoscritto.

Presidente	dr.ssa Lara Calcagno
Componente	dr.ssa Thea Bensi
Componente	dr.ssa Martina Porretto
Segretario verbalizzante	Sig. Michela Ferrando



OGGETTO: FORNITURA IN LOCAZIONE DI UN SISTEMA POCT INTEGRATO E INTERFACCIATO AL LIS CONCERTO DI DEBALUS SPA PER LA LETTURA RAPIDA DELLA GUCEMIA DEL SANGUE, COMPRENSIVO DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASSISTENZA TECNICA OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA.									
Fornitore		NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL							
Produttore		NOVA BIOMEDICAL, Waltham, MA 02454-9141 USA							
Modello		StatStrip Connectivity GluKet Meter con WiMi							
Caratteristiche tecniche : - Funzionalità : P-Kit 70 - Punteggio : 45 punti		Wi	Criterio		Offerta				
TIPOLOGIA PUNTI					Giudizio	Vi	Punti	Offerta	
GLUCOMETRO E STRISCIE								Roché Diagnostica S.p.A Roché Diagnostica GmbH cobas® pulsex	
Inizimizzazione dei tempi di indagine, responsabilità dello strumento, considerazione la durata della batteria, i tempi di ricarica e la presenza di altri eventuali sistemi alternativi che influiscono su tale aspetto		Il "Vr" saranno assegnate sulla base della scala di qualità definita in capitolo, valutando i parametri indicati		I dispositivi offerti sono alimentati da una batteria al litio ricaricabile, con una durata di circa 8 ore in uso (considerando lo strumento sempre funzionante) e di 24 ore in standby. La ricarica completa di una batteria è velocissima e comunque in meno di 30 minuti è possibile utilizzare la strumentazione con ricarica parziale grazie alla ricarica rapida. Peraltro, questa funzionalità viene utilizzata raramente con i nostri sistemi, in quanto la docking station è dotata di una postazione dedicata all'alloggiamento e alla ricarica di serie, facilmente e velocemente sostituibile, che sarà quindi sempre pronta in caso di necessità, garantendo una operatività della strumentazione H24 7/7 con una completa autonomia operativa da parte degli operatori sanitari, senza che questi siano obbligati ad attendere la disponibilità di uno strumento nuovo scartato. Tale batteria, sempre di facile utilizzo e facile sostituzione, permette di avere sempre una batteria carica secondaria che garantisce la continuità di funzionamento anche in assenza temporanea dell'alimentazione di rete; nel caso in cui lo strumento risultasse scarico e in condizioni di momentanea assenza di alimentazione, si potrà quindi procedere a sostituire rapidamente la batteria scarica con quella di scorta, riprendendo quindi immediatamente l'operatività analitica. Il sistema è molto maneggevole nella procedura di sostituzione della batteria, che può essere sostituita in pochi secondi senza la necessità di ausili esterni, come ad esempio cacciavite. Una ulteriore caratteristica che consente di minimizzare i tempi di indisponibilità del glucometro è la possibilità di inviare il dato sia tramite ipodisconnessione nella baseletta di ricarica (Docking Station), attraverso collegamento di rete, sia mediante connessione WiFi. La Docking Station riceve infatti la doppia funzionalità di ricarica delle batterie del lettore e di trasferimento dati al sistema gestionale NovaNet, attraverso un collegamento con la rete LAN. Una volta alloggiato nella Docking Station, il glucometro provvede a connettersi a NovaNet per inviare tutti i dati degli esami, dei controlli e degli operatori/operazioni, oltre a ricevere eventuali nuove impostazioni, nuovi operatori e aggiornamenti della lista pazienti di un dato reparto. Qualora sia presente una rete wireless ospedaliera per la trasmissione in tempo reale dei risultati al sistema informatico di gestione, la soluzione offerta garantisce, con il funzionamento a batteria, il trasferimento dei dati in tempo reale, senza dover riportare il palmare nella Docking Station. Lo strumento utilizza un protocollo di comunicazione che impiega larghezza di banda solo quando vi è uno scambio di dati effettivo. La soluzione di Nova Biomedical è conforme a questi standard qualitativi, secondo lo standard WLAN (Wireless Local Area Network) IEEE 802.11b, il più attuale ed utilizzato in ambito ospedaliero. Se lo strumento di misurazione con funzionalità WLAN viene utilizzato in un'area con segnale radio o in presenza di interferenze, è possibile effettuare lo scanbio dei dati inserendolo nella Docking Station connessa alla rete Ethernet. Le differenti modalità operative del glucometro (con rete Ethernet o con WiFi) sono sempre disponibili e possono essere alternate in qualunque momento a seconda delle esigenze, senza pregiudicare il corretto ritorno delle informazioni al software NovaNet. Tale soluzione permette la massima applicazione della connettività in tutti i reparti ospedalieri senza necessità di dover per forza utilizzare la connessione Wi-Fi, che potrebbe essere non presente o non autorizzata dagli enti ospedalieri per motivi di cyber security. (Scheda Tecnica SS Connectivity Glu Ket wifi meter, pag. 3; Relazione Tecnica, pag. 26-27)					
Tempo necessario per eseguire il test		4	Con i sistemi offerti, il tempo di referenziazione della glicemia è di 6 secondi. (Scheda Tecnica Biosenst StatStrip Glucosio, pag. 1; Relazione Tecnica, pag. 27)		6 secondi	1	4	Il tempo necessario per eseguire il test su cobas pulsex è entro 10 secondi durante i quali vengono acquisiti 1.600 misurazioni a fronte di un singolo valore di glucosio. - Rif. 3, Scheda Tecnica cobas® pulsex pag. 3 nel documento Altra documentazione	
Volume di campione necessario per eseguire il test		4	Con i sistemi offerti, il volume di campione necessario per la misurazione del glucosio è di 1,2 microlitri. (Scheda Tecnica Biosenst StatStrip Glucosio, pag. 1; Relazione Tecnica, pag. 27)		1,2 microlitri	0,5	2	Il volume di campione necessario per eseguire il test su cobas pulsex è di 0,6 µL. - Rif. 3, Scheda Tecnica cobas® pulsex pag. 2 nel documento Altra documentazione	
Modalità di allineamento dei valori misurati con quelli di laboratorio di riferimento		Il "Vr" saranno assegnate sulla base della scala di qualità definita in capitolo, valutando i parametri indicati		I biosenst StatStrip glucometro si basano su metodo di misura elettrochimica, mediante enzima GOD modificato, plasma calibrato. Il sistema proposto ha mostrato precisione ed accuratezza allineata a valori prodotti con sistemi di riferimento del laboratorio analisi, anche per range più elevati (vedere il manuale StatStrip GluKet, allegato A6 - A13). La precisione e la prestazioni di StatStrip Glucosio sono state riportate in diversi studi clinici. StatStrip Glucosio è stato valutato secondo la nuova linea guida CLSI, con criteri di prestazione di accuratezza definiti per i glucometri POC utilizzati in ambito ospedaliero, al fine di scopi esemplificativi il documento "CLSI POC12-A3 - Test della glicemia con POC in strutture ospedaliere per malati acuti e cronici. Linea guida approvata 3a edizione, 2013". In cui l'accuratezza clinica e le prestazioni di StatStrip Glucosio sono state valutate su test eseguiti da professionisti sanitari ospedalieri, con lo scopo di dimostrare che StatStrip Glucosio raggiunge i criteri di accuratezza di prestazione definiti dalla linea guida CLSI POC12-A3 anche quando effettuati su un campione di popolazione di pazienti critici in terapia intensiva. Range Glucosio Bias Accuratezza < 100 mg/dL (5,5 mmol/L) ± 12 mg/dL (0,67 mmol/L) 95% dei risultati > 100 mg/dL (5,5 mmol/L) ± 12,5 % 95% dei risultati < 75 mg/dL (4,2 mmol/L) ± 15 mg/dL (0,83 mmol/L) 95% dei risultati > 75 mg/dL (4,2 mmol/L) ± 20 % 5% dei risultati Le linee guida CLSI POC12-A3 specificano i requisiti di prestazione per i sistemi di monitoraggio del glucosio in vitro utilizzati nelle strutture ospedaliere per pazienti acuti e cronici e delineano le procedure per la verifica e la convalida delle prestazioni da parte degli utenti previsti. Lo studio ha mostrato un'eccezionale correlazione con il metodo di riferimento (Roché Modular), con un coefficiente di correlazione complessivo (r2) per StatStrip Glucosio pari a 0,994, con una pendenza di 0,940 e un'intercetta di 0,168. La differenza di bias %, media complessiva tra il metodo di riferimento dell'ecochimasi plasmatica e i valori di StatStrip Glucosio è stata di 3,67%. Le prestazioni delle strisce reattive di StatStrip Glucosio hanno dimostrato di soddisfare i requisiti di accuratezza clinica e di sistema di CLSI POC12-A3. (Vedere documento allegato "Concordanza di StatStrip Glucosio con CLSI POC12-A3", Relazione Tecnica, pag. 27-28)					
Facilità di pulizia del Glucometro, resistenza agli urti, grado di maneggevolezza		Il "Vr" saranno assegnate sulla base della scala di qualità definita in capitolo, valutando i parametri indicati		Il sistema proposto presenta una serie di elementi migliorativi sotto diversi aspetti: Semplicità di trasporto e maneggevolezza La strumentazione offerta risulta estremamente maneggevole anche per l'operatore meno esperto, grazie alla sua ridotte dimensioni (147 mm x 79 mm x 30 mm, -30% circa rispetto ai dispositivi analoghi presenti sul mercato), studiato per consentire il trasporto nei normali contenitori ospedalieri, e può essere trasportato in valigetta, -40% rispetto ai dispositivi analoghi presenti sul mercato), che lo rendono un formato tascabile e di facile gestione anche con una sola mano. La strumentazione è stata appositamente progettata in materiale impermeabile e resistente agli urti, con una superficie senza soluzione di continuità per impedire qualsiasi infiltrazione accidentale di liquidi all'interno dei circuiti elettronici. Tale materiale è stato studiato anche per permettere una presa solida dell'operatore, di modo che lo strumento possa scivolare dalle mani dello stesso. Questa caratteristica è stata studiata anche per permettere una presa sicura anche di semplice gestione per gli utilizzatori anche relativamente al rischio biologico, rendendone agevole l'utilizzo anche in reparti infetti grazie al Bag anticontaminazione o Nova Biomedical, per facilitare la gestione della strumentazione nei reparti infetti, si è impegnata a realizzare degli appositi bag-anticontaminazione che avvolgono in maniera precisa il lettore StatStrip, proteggendolo da eventuali contaminazioni. Questi involucri sono realizzati su misura per il lettore e sono assegnati con un'unica apertura che consente l'assemblaggio della sonda di lettura o l'aspirazione automatica dopo l'utilizzo. Conservazione di lungo tempo senza necessità di ricarica, che non dovrà effettuare procedure di sterilizzazione del lettore nemmeno dopo l'utilizzo in reparti infetti. o Sterilizzazione semplice con prodotti di largo consumo. Qualora si rendesse necessario sterilizzare un lettore, grazie al materiale resistente di cui è costituito, è possibile utilizzare solventi/degergenti di largo consumo e non necessariamente solventi dedicati (come specificato per altre strumentazioni in commercio). Il fatto di non dover utilizzare soluzioni sterilizzanti specifiche rappresenta chiaramente un notevole vantaggio per gli operatori, che non si troveranno nelle condizioni di non poter sanificare immediatamente un dispositivo se non avessero a disposizione gli specifici detergenti previsti. o Caricamento antiscalfatura della sonda. Nova Biomedical, per facilitare la gestione della strumentazione in reparti infetti, ha progettato la posizione del biosensore nella parte inferiore del lettore. Tale progettazione, rispetto ad altri lettori che presentano l'ingresso della sonda nella parte superiore dell'aspirazione, elimina il rischio di far penetrare erroneamente gocce di campione di sangue o di liquidi di controllo di qualità all'interno dello strumento, contaminando o bloccando per effetto dell'entità nel circuito di materiale liquido. (Scheda Tecnica SS Connectivity Glu Ket wifi meter, pag. 3-5; Relazione Tecnica, pag. 29)					
Facilità di pulizia del Glucometro, resistenza agli urti, grado di maneggevolezza		Il "Vr" saranno assegnate sulla base della scala di qualità definita in capitolo, valutando i parametri indicati		La caratteristica illustrata il glucometro risulta di facile pulizia, resistente agli urti e grazie alle piccole dimensioni maneggevole della caratteristica illustrata il glucometro risulta di facile pulizia, resistente agli urti e grazie alle piccole dimensioni maneggevole					
Facilità di pulizia del Glucometro, resistenza agli urti, grado di maneggevolezza		Il "Vr" saranno assegnate sulla base della scala di qualità definita in capitolo, valutando i parametri indicati		Facilità di pulizia del glucometro: cobas® pulsex presenta un design robusto, privo di punti di contatto e di facile pulizia. Infatti è sufficiente un panno morbido o acqua o salviette umidificate con le soluzioni di pulizia ed i disinfettanti consigliati. Per la valutazione della resistenza di cobas pulsex, sia lo strumento che la relativa stazione di ricarica, sono stati testati vicino 12.000 cicli di pulizia e disinfezione, dimostrando di essere compatibili con detergenti e disinfettanti più aggressivi. Tutto ciò contribuisce a ridurre notevolmente la trasmissione di patogeni anche nei reparti più critici. A tal proposito è stato anche condotto uno studio per dimostrare l'efficacia della salvietta germinale monouso Super Spot-Cloth nell'eliminazione del virus dell'epatite B sullo strumento cobas pulsex. Secondo la FDA Guidance - Blood Glucose Monitoring Test Systems for Prescription Point-of-Care Use, la dimostrazione dell'efficacia nell'eliminazione del virus dell'epatite B è sufficiente come conferma dell'efficacia della disinfezione anche nei confronti del virus dell'epatite C e dell'HIV, in quanto il virus dell'epatite B è il più difficile da debellare. I risultati di questi test dimostrano che la disinfezione dello strumento cobas pulsex con la salvietta germinale monouso Super Spot Cloth elimina efficacemente i patogeni virali e trasmissioni ematiche, come il virus dell'epatite B, dell'epatite C e dell'HIV. - Rif. 7. Guida utente cobas® pulsex pag. 107-108 nel documento Altra documentazione					
Facilità di pulizia del Glucometro, resistenza agli urti, grado di maneggevolezza		Il "Vr" saranno assegnate sulla base della scala di qualità definita in capitolo, valutando i parametri indicati		Resistenza agli urti: Lo strumento cobas pulsex è resistente agli urti e cadute. A conferma di questo, sono stati eseguiti test di caduta libera (test cadute, una per ciascuna superficie dello strumento), da un'altezza di 100 centimetri su un pavimento in calcestruzzo. Sono stati testati 10 strumenti. Dopo tutte le cadute libere, tutti gli strumenti testati hanno mantenuto un livello basale di accuratezza e i relativi test di controllo della qualità hanno prodotto risultati accettabili eppure hanno attivato un meccanismo di sicurezza che rileva il danno subito.					
Facilità di pulizia del Glucometro, resistenza agli urti, grado di maneggevolezza		Il "Vr" saranno assegnate sulla base della scala di qualità definita in capitolo, valutando i parametri indicati		Facilità di pulizia, resistenza agli urti e maneggevolezza ottimali, attestato anche da studi effettuati					

	Inserimento di note e commenti da parte dell'operatore	Virtuale, simulazione con task ed educazione, informazioni senza tale educazione	Virtuale, simulazione con task ed educazione, informazioni senza tale educazione	SI, Novatek acquisisce ed invia a Novatek: -Dati dei campioni (gram, data, stato, tipo, etc...) -Informazioni paziente -Risultato ottenuto da unità di misura, range di normalità, pH,diastole che critica, flag per eventuali anomalie etc -Modificamenti Per quanto riguarda questi ultimi, nello specifico, è possibile per l'operatore lasciare commenti a testo libero, mediante la tastiera touchscreen, oppure selezionare un commento tra quelli eventualmente preimpostati da Novatek, in entrambi i casi, i commenti inseriti vengono trasmessi insieme all'analisi e vengono tracciati dal software di gestione. (Vedere Scheda Tecnica Novatel, pag. 4, Relazione Tecnica, pag. 36)			L'operatore potrà inserire note e commenti come supporto durante la misurazione ed anche per segnalare un errore. Sarà possibile archiviare i commenti ed i codici dei commenti, standardizzazione e semplificazione l'uso i commenti possono essere specifici per il tipo di strumenti, in modo da rendere omogenea la selezione di commenti per differenti tipi di strumenti ed avere commenti standardizzati presi rapporti dei risultati di test CO o di pazienti. Per ogni commento, è possibile specificare se si tratta di un commento "erroneo", in modo che venga visualizzato l'allarme associato ad indicazione di un errore. Per ogni dispositivo, è possibile visualizzare i messaggi del dispositivo registrati e le note dell'operatore. E' possibile aggiungere note ai messaggi del dispositivo e cancellare le note operate registrate. E' inoltre possibile aggiungere note singole. -Rit. 5. Guida utente navty@ POC Operations pag. 400, 76 nel documento Alta documentazione			
B-20	T				1	2	A seguito di risultati (test e QC) aberranti, disfunzioni tecniche dell'analisi/zione (es. guasti e malfunzionamenti) o anomalie di gestione (es. errata identificazione di operatore o paziente), per ogni tipologia di dato prodotto (analisi paziente e QC) possono essere attivati e collegati numerosi messaggi personalizzabili di avvertimento, allarme o errore utilizzabili per definire i criteri di validazione automatica dei dati o il blocco automatico dell'analisi/zione. Sarà possibile tracciare allarmi, non conformi a relative azioni correttive in specifici file log generati in un determinato periodo di tempo. -Rit. 7. TT navty POC Operatore. " Cap. "Caratteristico del sistema", par. "Generazione di allarmi+eventuali", pag. 7. -Rit. 5. Guida utente navty@ POC Operations pag. 198 nel documento Alta documentazione			
B-21	T				1	2		caratteristica presente	1	2

	FORMAZIONE E ASSISTENZA	1. VIRTUALE, simulazione con task ed educazione, informazioni senza tale educazione	1. VIRTUALE, simulazione con task ed educazione, informazioni senza tale educazione	1. VIRTUALE, simulazione con task ed educazione, informazioni senza tale educazione							
	Caratteristiche del progetto di formazione e certificazione degli operatori abilitati e indicazione di modalità e tempi di validazione della certificazione										
B-22	D	4				1	4		progetto di formazione valido		4
B-23	T	4				1	4		soluzione presente		4
TOTALE											
TOTALE RIPARAMETRIZZATO											
68.80											
70.00											
65.40											
68.53											

NB: tutti i commissari hanno assegnato lo stesso coefficiente e fornito la stessa motivazione per tutti i parametri di valutazione discrezionali (D)

GIUDIZIO	Coeff.
OTTIMO	1
DISTINTO	0,8
BUONO	0,6
DISCRETO	0,4
SUFFICIENTE	0,2
INSUFFICIENTE	0

Dr.ssa Lara Calciagno
Dr.ssa Thes Bens
Dr. Sara Marina Perotto
Sig.ra Michela Ferrando






A.O.U. "SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO" – ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n.16 – 15121 ALESSANDRIA

C.F. – P.IVA 01640560064

**Verbale di apertura delle buste economiche delle ditte ammesse
alla procedura telematica aperta per l'appalto di fornitura di un
sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia del
sangue per l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS Antonio e
Biagio e C. Arrigo Di Alessandria**

CIG B612E99984

L'anno 2025, addì 09 del mese di luglio, alle ore 9:00 ca., il RUP della presente procedura di gara, Sig.ra: MICHELA FERRANDO, nata ad Alessandria il 18.03.1970, Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria, ha proceduto all'apertura delle offerte economiche relative alla procedura telematica aperta, in ambito europeo, per l'appalto di fornitura di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia del sangue per l'Azienda Ospedaliero Universitaria SS Antonio e Biagio e C. Arrigo Di Alessandria.

PREMESSO CHE

- in data sette del mese di maggio 2025, si sono svolte le operazioni di apertura telematica delle offerte presentate dalle ditte
Roche Diagnostics spa
Nova Biomedical Italia srl

contenenti la documentazione di gara, e si è proceduto all'esame dei documenti amministrativi ed all'ammissione di tutte le ditte partecipanti alle fasi successive della procedura;

- in data tredici del mese di maggio 2025 sono state aperte le buste contenenti le offerte tecniche dei partecipanti alla gara;

- la Commissione Giudicatrice della presente gara, nominata con Determinazione dirigenziale della SC Processi Amministrativi Generali e di approvvigionamento n. 705 del 29.05.2025, ha preso atto delle ditte che hanno presentato offerta e nelle date 10/06/2025 e 30/06/2025 ha proceduto alla valutazione tecnica delle offerte, ed all'attribuzione dei punteggi, come risulta dai relativi verbali.

Il RUP procede quindi all'apertura delle buste economiche le cui offerte risultano le seguenti:

- ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA € 254.917,25
- ditta NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL € 221.000,00

Tramite piattaforma vengono definiti il punteggio economico e quello totale di seguito riportati.

Ditta	P.ti tecnici	Offerta Economica	P.ti economici	Totale punteggio
Roche Diagnostics spa	68,53	€ 254.917,25	28,32	96,85
Nova Biomedical Italia srl	70,00	€ 221.000,00	30,00	100,00

Al termine delle suddette operazioni, viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 a favore della ditta Nova Biomedical Italia srl.

L'AOU provvederà alla verifica del possesso dei requisiti in capo all'operatore economico risultato aggiudicatario provvisorio.

L'AOU ha la più ampia discrezionalità nella valutazione delle offerte, riservandosi la possibilità di non procedere all'aggiudicazione, qualora i prezzi proposti fossero ritenuti non convenienti, mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta.

L'AOU non assumerà, pertanto, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito efficacia giuridica.

Viene redatto il presente verbale composto da n. 3 facciate compresa la sottoscrizione.

Viene redatto il presente verbale, composto da n. 3 facciate, che viene letto e così approvato e sottoscritto.

IL RUP
Sig.ra MICHELA FERRANDO
(firmato digitalmente)

Fornitura di un sistema POCT integrato per la lettura rapida della glicemia nel sangue occorrente all'AOU di Alessandria

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA: compilare i campi evidenziati	
Offerta n. e data	Offerta Nova Prot. 137/CY25 del 04/04/2025
Ragione o denominazione sociale	NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL
Città	LAINATE (MI)
CAP	20045
Via e n. civico	VIA COMO 19
PROVINCIA	MILANO
CODICE FISCALE	09390710961
P.I.	09390710961
TEL./FAX	TEL 02/87070041 FAX 02/87071482
PEC	novabioitaliagare@legalmail.it
VOCI OFFERTA ECONOMICA	
	OFFERTA: costo netto - IVA esclusa
C = Canone annuo di locazione delle apparecchiature, comprensivo di interfacciamento	300,00 €
C _{tot} = Canone di locazione delle apparecchiature, comprensivo di interfacciamento, per tutto il periodo contrattuale (60 mesi)	1.500,00 €
M = Canone annuo di manutenzione delle apparecchiature (come da Condizioni di assistenza - Allegato 4)	4.800,00 €
M _{tot} = Canone di manutenzione delle apparecchiature per tutto il periodo contrattuale (60 mesi)	24.000,00 €
CONS = Costo annuo consumabile	39.100,00 €
CONS _{tot} = Costo consumabile per tutto il periodo contrattuale (60 mesi)	195.500,00 €
PTOT = Costo totale della fornitura (CTOT+MTOT+CONSTOT), comprensivo dei costi per la sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, costi del personale e costi della sicurezza derivanti da interferenza	221.160,00 €

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA PROT. 137/CY25 DEL 04/04/2025									
Fornitura di un sistema POCT Integrato per la lettura rapida della glicemia nel sangue occorrente all'AOU di Alessandria									
Fabbisogno N. 120.000 test/anno con cadenza analitica 7/7 gg. + n. 50.000 controlli/anno									
DESCRIZIONE	codice prodotto	nome commerciale	confezionamento	n° di test eseguibili per confezione	n° confezioni necessarie all'esecuzione dei test indicati ANNUI	Importo unitario a test I.V.A. esclusa	Importo unitario a confezione - I.V.A. esclusa	Importo Totale Annuo I.V.A. esclusa	Importo Totale Quinquennale I.V.A. esclusa
Biosensori StatStrip Glucosio	42214	Biosensori StatStrip Glucosio CND: W0101060101 RDM:2070045/R	100 pz (2 flaconi da 50 biosensori)	100	1700	0,23 €	23,00 €	39.100,00 €	195.500,00 €
CONTROLLI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO									
Codice/Descrizione CND/RDM	confezionamento	n. confezioni / anno	Importo unitario a confezione I.V.A. esclusa						
codice 46947 Soluzione Controllo Qualità GluKet, Liv. 1 - CND: W010106010801 - RDM: 2070047/R	1	240	cessione a titolo di sconto						
codice 46948 Soluzione Controllo Qualità GluKet, Liv. 2 - CND: W010106010801 - RDM: 2070048/R		240							
APPARECCHIATURE									
Strumentazione	Importo Annuo Noleggio di tutti gli strumenti Iva esclusa	Importo Quinquennale Noleggio di tutti gli strumenti Iva esclusa	Importo Annuo Assistenza Tecnica Full Risk di tutti gli strumenti Iva esclusa	Importo Quinquennale Assistenza Tecnica Full Risk di tutti gli strumenti Iva esclusa					
n. 60 Glucometri POCT - Codice 54796 Lettore StatStrip Connectivity GluKet con Wifi comprensivo di Batteria SS Connectivity, software Novanet (cod. 43638) Docking Station Singola (cod. 53400), Batteria tampone (cod. 53920), Interfacciamento a LIS, PC/Server, Veq, comprensivi di back up (10%) e quanto richiesto nel capitolato di gara CND W020106019099 - RDM 2070040/R	300,00 €	1.500,00 €	4.800,00 €	24.000,00 €					
Si dichiara inoltre che: - che, ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023, la percentuale dei costi relativi alla sicurezza di NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL è pari allo 0,20 % (percentuale da ritenersi rapportata al fatturato complessivo aziendale); in particolare, i costi della sicurezza relativi allo specifico appalto ammontano a euro 442,00 Inoltre i costi del lavoro sono pari al 9,72% del fatturato aziendale e con riferimento allo specifico app-pallo ammontano ad euro 21.481,20. Costi della sicurezza derivanti da interferenza : euro 160,00 A tal proposito dichiara che l'importo offerto è comprensivo di tutti gli oneri sopra descritti -Tempi di consegna delle apparecchiature: entro 30 gg lavorativi dalla ricevimmento ordine -Tempi di consegna dei consumabili : entro 5-7 gg. lavorativi data ricevimento ordine e comunque secondo quanto indicato nel Capitolato speciale; -Valore di Mercato della strumentazione : * Codice 54796 Lettore SS Connectivity GluKet Euro 1.752,18 * Codice 43638 Novanet Euro 1.900,00 * Codice 53400 Docking Station : Euro 198,22 - Aliquota Iva applicabile: 22% -Validità Offerta:almeno 180 gg. dal termine ultimo fissato per la presentazione della stessa									
Firma del Titolare/Legale Rappresentante				Data 04/04/2025					
NOVA BIOMEDICAL ITALIA SRL									
Silvia Riva									
Rappresentante Legale per Procura									